

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Diagnostic Ultrasound System and Accessories

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

SonoSite, Inc.  
21919 30th Drive SE, Bothell WA 98021-3904 USA

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Same as applicant

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

100-240 V, 50-60 Hz, 2.0 – 1.0 A, or Battery Operated; Type BF  
Patient Applied Part (Ultrasound Transducers) and Type CF  
Defib-proof (ECG Leads)

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

SMT-067

Model / Type Ref.  
Ref. De type

SonoSite Edge Ultrasound System

Additional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent  
être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page

System may contain: Edge Stand, PowerPark, and accessories  
described in 60601-1 TRF

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60601 1: 2005 + CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007),  
excluding EMC (clause 17) and biocompatibility (clause 11.7);  
IEC 60601-2-37: 2007 and IEC 60601-1-6:2010; and CA, CH  
and US National Differences, per CB Bulletin on IECEE site.

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of  
this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

201161-2443797 (Project 2502785)

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



CSA International  
178 Rexdale Boulevard  
Toronto, ON M9W 1R3



Date: 2012-03-30

Signature: Tiki Wong, P.Eng.