

Barcode Scanner

Installation Instructions

Manufacturer	EC Authorized Representative	Australia Sponsor
FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1-888-482-9449 or 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201	FUJIFILM SonoSite B.V. Joop Geesinkweg 140 1114 AB Amsterdam, The Netherlands	FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd 114 Old Pittwater Road BROOKVALE, NSW, 2100 Australia

SONOSITE is a registered trademark of FUJIFILM SonoSite, Inc., in various jurisdictions. FUJIFILM is a registered trademark of FUJIFILM Corporation. Value from Innovation is a trademark of FUJIFILM Holdings America Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patent: www.sonosite.com/patents



P22236-04

Published Mar 15, 2023

Copyright © 2023 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

Installing the barcode scanner on your ultrasound system

The Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX, and Sonosite ST ultrasound systems are designed to work specifically with a preconfigured JADAK JDK-10175 USB barcode scanner. Do not use other JADAK Flexpoint HS-1M models. See the ultrasound system user guide for information on safety and cleaning.

1. Connect the barcode scanner to a USB port on the ultrasound system.
For location of USB ports, see the system user guide.
2. Turn on the ultrasound system.
The barcode scanner should appear on the system's USB setup page.
3. To confirm that the barcode scanner is operating properly, open a patient information form on your system, scan a patient's barcode, and verify that the information populates into the appropriate fields (see the system user guide for details).

Getting help

- FUJIFILM Sonosite Technical Support:

United States and Canada	+1 877-657-8118
Europe and Middle East	Main: +31 20 751 2020 English support: +44 14 6234 1151 French support: +33 1 8288 0702 German support: +49 69 8088 4030 Italian support: +39 02 9475 3655 Spanish support: +34 91 123 8451
Asia and Pacific	+61 2 9938 8700
Other regions	+1 425-951-1330 or call your local representative
Fax	+1 425-951-6700
Email	General: ffss-service@fujifilm.com United Kingdom: uk-service@fujifilm.com Europe, Middle East, and Africa: eraf-service@fujifilm.com Asia and Pacific: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Installation des Barcode-Scanners an Ihrem Ultraschallsystem

Die Sonosite PX-, Sonosite LX-, Sonosite ZX- und Sonosite ST-Ultraschallsysteme wurden speziell für die Zusammenarbeit mit einem vorkonfigurierten JADAK JDK-10175 USB-Barcode-Scanner entwickelt. Verwenden Sie keine anderen JADAK Flexpoint HS-1M-Modelle. Informationen zur Sicherheit und Reinigung des Ultraschallsystems finden Sie im Benutzerhandbuch.

1. Schließen Sie den Barcode-Scanner an einen USB-Anschluss des Ultraschallsystems an. Die Position der USB-Ports finden Sie im System-Benutzerhandbuch.
2. Ultraschallsystem einschalten.
Der Barcode-Scanner sollte auf der USB-Einrichtungsseite des Systems erscheinen.
3. Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Barcode-Scanners zu überprüfen, öffnen Sie ein Patienteninformationsformular auf Ihrem System, scannen Sie einen Patienten-Barcode und prüfen Sie, ob die Informationen in die entsprechenden Felder eingetragen wurden (Details siehe System-Benutzerhandbuch).

Weiterführende Informationen

- FUJIFILM Sonosite Technischer Kundendienst:

USA und Kanada	+1 877-657-8118
Europa und Naher Osten	Zentrale Rufnummer: +31 20 751 2020 Kundendienst auf Englisch: +44 14 6234 1151 Kundendienst auf Französisch: +33 1 8288 0702 Kundendienst auf Deutsch: +49 69 8088 4030 Kundendienst auf Italienisch: +39 02 9475 3655 Kundendienst auf Spanisch: +34 91 123 8451
Asien und Pazifikraum	+61 2 9938 8700
Andere Regionen	+1 425 951-1330 oder wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienstvertreter.
Fax	+1 425-951-6700
E-Mail	Allgemeines: ffss-service@fujifilm.com Großbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Naher Osten und Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien und Pazifikraum: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com/de

Instalación del escáner de código de barras en el sistema de ecografía

Los sistemas de ecografía Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX y Sonosite ST están diseñados para que funcionen de manera específica con un escáner de código de barras USB preconfigurado JADAK JDK-10175. No utilice otros modelos Flexpoint HS-1M de JADAK. Consulte en el manual de usuario del sistema de ecografía la información acerca de la seguridad y limpieza.

1. Conecte el escáner de código de barras a un puerto USB del sistema de ecografía. Para localizar los puertos USB, consulte el manual de usuario del sistema.
2. Encienda el sistema de ecografía. El escáner de código de barras debe aparecer en la página de configuración de USB del sistema.
3. Para confirmar que el escáner de código de barras funciona correctamente, abra un documento de información del paciente en su sistema, lea el código de barras de paciente y compruebe que los campos se rellenan con la información correspondiente (consulte el manual de usuario del sistema para más información).

Obtención de ayuda

- Departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite:

Estados Unidos y Canadá	+1 877-657-8118
Europa y Oriente Medio	Principal: +31 20 751 2020 Asistencia técnica en inglés: +44 14 6234 1151 Asistencia técnica en francés: +33 1 8288 0702 Asistencia técnica en alemán: +49 69 8088 4030 Asistencia técnica en italiano: +39 02 9475 3655 Asistencia técnica en español: +34 91 123 8451
Asia y Pacífico	+61 2 9938 8700
Otras regiones	+1 425-951-1330 o póngase en contacto con su representante local
Fax	+1 425-951-6700
Correo electrónico	General: ffss-service@fujifilm.com Reino Unido: uk-service@fujifilm.com Europa, Oriente Medio y África: eraf-service@fujifilm.com Asia y Pacífico: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Installation du lecteur de codes-barres sur l'échographe

Les échographes Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX et Sonosite ST sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec un lecteur de codes-barres USB JADAK JDK-10175 préconfiguré. N'utilisez pas d'autres modèles JADAK Flexpoint HS-1M. Pour plus d'informations concernant la sécurité et le nettoyage de l'échographe, consultez son guide d'utilisation.

1. Branchez le lecteur de codes-barres à un port USB de l'échographe.
Pour connaître l'emplacement des ports USB, consultez le guide d'utilisation de l'échographe.
2. Mettre l'échographe sous tension.
Le lecteur de codes-barres devrait apparaître sur la page de configuration USB de l'échographe.
3. Pour vous assurer que le lecteur de codes-barres fonctionne correctement, ouvrez un formulaire d'informations patient sur votre échographe, scannez le code-barres d'un patient et vérifiez que les informations sont insérées dans les champs appropriés (pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de l'échographe).

Obtenir de l'aide

- Support technique de FUJIFILM Sonosite :

États-Unis et Canada	+1 877-657-8118
Europe et Moyen-Orient	Numéro principal : +31 20 751 2020 Assistance en anglais : +44 14 6234 1151 Assistance en français : +33 1 8288 0702 Assistance en allemand : +49 69 8088 4030 Assistance en italien : +39 02 9475 3655 Assistance en espagnol : +34 91 123 8451
Asie-Pacifique	+61 2 9938 8700
Autres régions	+1 425-951-1330 ou contacter le représentant local
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Général : ffss-service@fujifilm.com Royaume-Uni : uk-service@fujifilm.com Europe, Moyen-Orient et Afrique : eraf-service@fujifilm.com Asie-Pacifique : ffss-apacme-service@fujifilm.com
Site Web	www.sonosite.com

Installazione del lettore di codici a barre sul sistema ecografico

I sistemi ecografici Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX e Sonosite ST sono progettati per funzionare specificamente con uno scanner di codici a barre USB JADAK JDK-10175 preconfigurato. Non utilizzare altri modelli JADAK Flexpoint HS-1M. Consultare il manuale dell'utente del sistema ecografico per informazioni sulla sicurezza e sulla pulizia.

1. Collegare lo scanner di codici a barre a una porta USB sul sistema ecografico.
Per la posizione delle porte USB, consultare il manuale dell'utente del sistema.
2. Accendere il sistema per ecografia.
Lo scanner per codici a barre dovrebbe apparire nella pagina di configurazione USB del sistema.
3. Per verificare che lo scanner per codici a barre funzioni correttamente, aprire un modulo di informazioni sul paziente nel sistema, eseguire la scansione del codice a barre del paziente e verificare che le informazioni vengano inserite nei campi appropriati (per maggiori dettagli, consultare la guida utente del sistema).

Aiuti

- Assistenza tecnica FUJIFILM Sonosite:

Stati Uniti e Canada	+1 877-657-8118
Europa e Medio Oriente	Principale: +31 20 751 2020 Supporto in inglese: +44 14 6234 1151 Supporto in francese: +33 1 8288 0702 Supporto in tedesco: +49 69 8088 4030 Supporto in italiano: +39 02 9475 3655 Supporto in spagnolo: +34 91 123 8451
Asia e Pacifico	+61 2 9938 8700
Altre regioni	+1 425-951-1330, oppure contattare il rappresentante locale
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Generale: ffss-service@fujifilm.com Regno Unito: uk-service@fujifilm.com Europa, Medio Oriente e Africa: eraf-service@fujifilm.com Asia e Pacifico: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Internet	www.sonosite.com

Instalação do leitor de código de barras no sistema de ultrassom

Os sistemas de ultrassom Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX e Sonosite ST foram projetados para funcionar especificamente com um leitor de código de barras USB JADAK JDK-10175 pré-configurado. Não use outros modelos JADAK Flexpoint HS-1M. Consulte o manual do utilizador do sistema de ultrassom para obter informações sobre segurança e limpeza.

1. Conecte o leitor de código de barras a uma porta USB no sistema de ultrassom.
Para ver a localização das portas USB, consulte o manual do utilizador do sistema.
2. Ligue o sistema de ultrassom.
O leitor de código de barras deve aparecer na página de configuração USB do sistema.
3. Para confirmar que o leitor de código de barras está a funcionar corretamente, abra um formulário de informações do paciente no seu sistema, leia o código de barras de um paciente e certifique-se de que as informações sejam preenchidas nos campos corretos (consulte o manual do utilizador do sistema para ver os detalhes).

Pedir Ajuda

- FUJIFILM Sonosite Assistência técnica:

Estados Unidos e Canadá	+1 877-657-8118
Europa e Médio Oriente	Principal: +31 20 751 2020 Assistência em inglês: +44 14 6234 1151 Assistência em francês: +33 1 8288 0702 Assistência em alemão: +49 69 8088 4030 Assistência em italiano: +39 02 9475 3655 Assistência em espanhol: +34 91 123 8451
Ásia e Pacífico	+61 2 9938 8700
Outras regiões	+1 (425) 951-1330 ou entre em contato com o representante local
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Geral: ffss-service@fujifilm.com Reino Unido: uk-service@fujifilm.com Europa, Médio Oriente e África: eraf-service@fujifilm.com Ásia e Pacífico: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Instalação do leitor de código de barras no sistema de ultrassom

Os sistemas de ultrassom Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX e Sonosite ST foram projetados para funcionar especificamente com um leitor de código de barras USB JADAK JDK-10175 pré-configurado. Não use outros modelos JADAK Flexpoint HS-1M. Consulte o manual do usuário do sistema de ultrassom para obter informações sobre segurança e limpeza.

1. Conecte o leitor de código de barras a uma porta USB no sistema de ultrassom.
Para ver a localização das portas USB, consulte o manual do usuário do sistema.
2. Ligue o sistema de ultrassom.
O leitor de código de barras deve aparecer na página de configuração USB do sistema.
3. Para confirmar que o leitor de código de barras está funcionando corretamente, abra um formulário de informações do paciente no seu sistema, leia o código de barras de um paciente e certifique-se de que as informações sejam preenchidas nos campos corretos (consulte o manual do usuário do sistema para ver os detalhes).

Obter

- FUJIFILM Sonosite Assistência técnica:

Estados Unidos e Canadá	+1 877-657-8118
Europa e Oriente Médio:	Principal: +31 20 751 2020 Suporte em inglês: +44 14 6234 1151 Suporte em francês: +33 1 8288 0702 Suporte em alemão: +49 69 8088 4030 Suporte em italiano: +39 02 9475 3655 Suporte em espanhol: +34 91 123 8451
Ásia e Pacífico	+61 2 9938 8700
Outras regiões	+1 (425) 951-1330 ou entre em contato com o representante local
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Geral: ffss-service@fujifilm.com Reino Unido: uk-service@fujifilm.com Europa, Oriente Médio e África: eraf-service@fujifilm.com Ásia e Pacífico: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Installeren van de streepjescodescanner op uw echografiesysteem

De echografiesystemen Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX en Sonosite ST zijn ontworpen om specifiek samen te werken met een vooraf geconfigureerde JADAK JDK-10175 USB-streepjescodescanner. Gebruik geen andere JADAK Flexpoint HS-1M-modellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het echografiesysteem voor informatie veiligheid en reiniging.

1. Sluit de streepjescodescanner op een USB-poort van het ultrasone systeem aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het systeem voor informatie over waar de USB-poorten zich bevinden.
2. Schakel het ultrasone systeem in. De streepjescodescanner zou moeten verschijnen op de USB-installatiepagina van het systeem.
3. Om te bevestigen of de scanner naar behoren werkt, kunt u een patiëntinformatieformulier openen op uw systeem, een patiëntstreepjescode scannen en de informatie die in de daarvoor bestemde velden wordt ingevuld, te controleren (zie de gebruikershandleiding van het systeem voor details).

Help

- FUJIFILM Sonosite Technische ondersteuning:

Verenigde Staten en Canada	+1 877-657-8118
Europa en Midden-Oosten	Hoofdtelefoonnr.: +31 20 751 2020 Engelstalige ondersteuning: +44 14 6234 1151 Franstalige ondersteuning: +33 1 8288 0702 Duitstalige ondersteuning: +49 69 8088 4030 Italiaanstalige ondersteuning: +39 02 9475 3655 Spaanstalige ondersteuning: +34 91 123 8451
Azië/Oceanië	+61 2 9938 8700
Andere regio's	+1 425-951-1330 of neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Algemeen: ffss-service@fujifilm.com Verenigd Koninkrijk: uk-service@fujifilm.com Europa, Midden-Oosten en Afrika: eraf-service@fujifilm.com Azië/Oceanië: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Installera streckkodsläsaren på ditt ultraljudssystem

Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX och Sonosite ST ultraljudssystem är designade för att fungera specifikt med en förkonfigurerad JADAK JDK-10175 USB-streckkodsläsare. Använd inga andra modeller av JADAK Flexpoint HS-1M. Se ultraljudssystemets användarhandbok för information om säkerhet och rengöring.

1. Anslut streckkodsläsaren till en USB-port på ultraljudssystemet.
Se systemets användarhandbok för att se var USB-portarna är placerade.
2. Starta ultraljudssystemet.
Streckkodsläsaren bör finnas med på systemets sida för USB-inställningar.
3. För att bekräfta att streckkodsläsaren fungerar korrekt, öppna ett formulär med patientinformation i systemet, skanna en patients streckkod och kontrollera att informationen hamnar i rätt fält (se systemets användarhandbok för mer information).

Få hjälp

- FUJIFILM Sonosite Tekniskt stöd:

USA och Kanada	+1 877-657-8118
Europa och Mellanöstern	Huvudkontor: +31 20 751 2020 Support på engelska: +44 14 6234 1151 Support på franska: +33 1 8288 0702 Support på tyska: +49 69 8088 4030 Support på italienska: +39 02 9475 3655 Support på spanska: +34 91 123 8451
Asien och Stillahavsområdet	+61 2 9938 8700
Andra områden	+1 425-951-1330 eller ring din lokala representant
Fax	+1 425-951-6700
E-post	Allmänt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellanöstern och Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien och Stillahavsområdet: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Webbplats	www.sonosite.com

Hvordan installere strekkodeskanneren på ultralydssystemet

Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX og Sonosite ST ultralydssystemer er designet for å fungere spesifikt med en forhåndsconfigurert JADAK JDK-10175 USB-strekkodeleser. Ikke bruk andre JADAK Flexpoint HS-1M-modeller. Henvis til brukerhåndboken for ultralydssystem for å finne informasjon om sikkerhet og rengjøring.

1. Koble strekkodeskanneren til USB-porten på ultralydssystemet.
USB-portenes plassering er beskrevet i systemets brukerveiledning.
2. Slå på ultralydssystemet.
Strekkodeskanneren skal komme opp på systemets USB-oppsettside.
3. Du kan bekrefte at skanneren fungerer som den skal ved å åpne et pasientinformasjonsskjema på systemet ditt, skanne en pasientstrekkode og kontrollere at informasjonen fylles ut i de riktige feltene (se brukerveiledningen for systemet for mer informasjon).

Slik får du hjelp

- FUJIFILM SonositeTeknisk støtte:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Midtøsten	Hoved: +31 20 751 2020 Engelsk støtte: +44 14 6234 1151 Fransk støtte: +33 1 8288 0702 Tysk støtte: +49 69 8088 4030 Italiensk støtte: +39 02 9475 3655 Spansk støtte: +34 91 123 8451
Asia og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring din lokale representant
Faks	+1 425-951-6700
E-post	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannia: uk-service@fujifilm.com Europa, Midtøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asia og Stillehavet: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Nettsted	www.sonosite.com

Installation af strekkodescanneren på dit ultralydssystem

Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX og Sonosite ST ultralydssystemer er designet til at arbejde specifikt med en forudkonfigureret JADAK JDK-10175 USB-strekkodescanner. Brug ikke andre JADAK Flexpoint HS-1M modeller. Se brugervejledningen til ultralydssystemet for information om sikkerhed og rengøring.

1. Slut strekkodescanneren til en USB-port på ultralydssystemet.
For placering af USB-porte, se systemets brugervejledning.
2. Tænd for ultralydssystemet.
Strekkodescanneren bør vises på systemets USB-opsætningsside.
3. For at bekræfte, at strekkodescanneren fungerer korrekt, skal du åbne en patientinformationsformular på dit system, scanne en patients strekkode og kontrollere, at oplysningerne udfyldes i de relevante felter (se systemets brugervejledning for yderligere oplysninger).

Sådan får du hjælp

- FUJIFILM Sonosite Teknisk service:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Mellemøsten	Hovednummer: +31 20 751 2020 Engelsk support: +44 14 6234 1151 Fransk support: +33 1 8288 0702 Tysk support: +49 69 8088 4030 Italiensk support: +39 02 9475 3655 Spansk support: +34 91 123 8451
Asien og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring til din lokale repræsentant
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellemøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien og Stillehavet : ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Ultrason sisteminizde barkod tarayıcıyı kurma

Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX ve Sonosite ST ultrason sistemleri özellikle önceden yapılandırılmış JADAK JDK-10175 USB barkod tarayıcıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer JADAK Flexpoint HS-1M modellerini kullanmayın. Güvenlik ve temizleme hakkında bilgi almak için ultrason sistemi kullanıcı kılavuzuna bakın.

1. Barkod tarayıcıyı ultrason sistemindeki bir USB bağlantı noktasına bağlayın. USB bağlantı noktalarının konumu için sistem kullanıcı kılavuzuna bakın.
2. Ultrason sistemini açın. Barkod tarayıcı, sistemin USB kurulum sayfasında görünüyor olmalıdır.
3. Barkod tarayıcının düzgün şekilde çalıştığını onaylamak için sisteminizde hasta bilgileri formunu açın, bir hastanın barkodunu tarayın ve bilgilerin uygun alanlara girildiğini doğrulayın (ayrıntılar için sistem kullanıcı kılavuzuna bakın).

Yardım alma

- FUJIFILM Sonosite Teknik Destek:

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada	+1 877-657-8118
Avrupa ve Orta Doğu	Ana: +31 20 751 2020 İngilizce destek: +44 14 6234 1151 Fransızca destek: +33 1 8288 0702 Almanca destek: +49 69 8088 4030 İtalyanca destek: +39 02 9475 3655 İspanyolca destek: +34 91 123 8451
Asya ve Pasifik	+61 2 9938 8700
Diğer bölgeler	+1 425-951-1330 numaralı telefonu veya yerel temsilcinizi arayın
Faks	+1 425-951-6700
E-posta	Genel: ffss-service@fujifilm.com Birleşik Krallık: uk-service@fujifilm.com Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asya ve Pasifik: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

초음파 시스템에 바코드 스캐너 설치

Sonosite PX, Sonosite LX, Sonosite ZX 및 Sonosite ST 초음파 시스템은 사전 설정된 JADAK JDK-10175 USB 바코드 스캐너와 함께 특수하게 작동하도록 설계되었습니다. 그 외의 JADAK Flexpoint HS-1M 모델과 사용하지 마십시오. 안전 및 청소에 관해서는 초음파 시스템의 사용 설명서를 참조하십시오.

1. 바코드 스캐너를 초음파 시스템의 USB 포트에 연결하십시오.
USB 포트의 위치는 시스템 사용 설명서를 참조하십시오.
2. 초음파 시스템의 전원을 켜십시오.
바코드 스캐너가 시스템의 USB 설정 페이지에 나타납니다.
3. 바코드 스캐너가 올바르게 작동하는지 확인하려면 시스템에서 환자 정보 양식을 열고 환자 바코드를 스캔한 후 정보가 해당 필드에 입력되었는지 확인하십시오(자세한 사항은 시스템 사용 설명서 참조).

고객지원

- FUJIFILM Sonosite 기술 지원:

미국 및 캐나다	+1 877-657-8118
유럽 및 중동	본점: +31 20 751 2020 영어 지원: +44 14 6234 1151 프랑스어 지원: +33 1 8288 0702 독일어 지원: +49 69 8088 4030 이탈리아어 지원: +39 02 9475 3655 스페인어 지원: +34 91 123 8451
아시아 태평양	+61 2 9938 8700
기타 지역	+1 425-951-1330 또는 현지 대리점으로 전화하십시오
팩스	+1 425-951-6700
이메일	일반: ffss-service@fujifilm.com 영국: uk-service@fujifilm.com 유럽, 중동, 아프리카: eraf-service@fujifilm.com 아시아 태평양: ffss-apacme-service@fujifilm.com
웹사이트	www.sonosite.com

在您的超声仪上安装条码扫描器

Sonosite PX、Sonosite LX、Sonosite ZX 和 Sonosite ST 超声仪，专用于搭配预配置的 JADAK JDK-10175 USB 条码扫描器。请勿使用其他 JADAK Flexpoint HS-1M 型号。有关安全和清洁的信息，请参阅《超声仪用户指南》。

1. 将条码扫描器连接到超声仪的 USB 端口上。
请参阅超声仪用户指南，了解 USB 端口的位置。
2. 开启超声仪。
条码扫描器应出现在超声仪条码扫描器设置页面上。
3. 要确认条码扫描器是否正常运行，可以在超声仪上打开患者信息表，扫描患者条码，然后验证信息是否填充到相应的字段中（详见《超声仪用户指南》）。

获取帮助

- FUJIFILM Sonosite 技术支持：

美国和加拿大	+1 877-657-8118
欧洲和中东地区	总机：+31 20 751 2020 英语支持：+44 14 6234 1151 法语支持：+33 1 8288 0702 德语支持：+49 69 8088 4030 意大利语支持：+39 02 9475 3655 西班牙语支持：+34 91 123 8451
亚太地区	+61 2 9938 8700
其他地区	+1 425-951-1330，或致电您当地的代表
传真	+1 425-951-6700
电子邮件	通用： ffss-service@fujifilm.com 英国： uk-service@fujifilm.com 欧洲、中东和非洲： eraf-service@fujifilm.com 亚太地区： ffss-apacme-service@fujifilm.com
网址	www.sonosite.com

FUJIFILM
SONOSITE

P22236-04

