

セクタープローブP5-1 ユーザーガイド補足説明書

SONOSITE は複数の法域において FUJIFILM Sonosite, Inc.の登録商標です。FUJIFILM および FUJIFILM VALUE FROM INNOVATION は複数の法域において FUJIFILM Corporation の登録商標です。その他の商標は全て、それぞれ所有権を有する各社に帰属します。



P33961-01

Published Nov 18, 2024

Copyright © 2024 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

セクタープローブ P5-1 ユーザーガイド補足説明書

本書は超音波画像診断装置 FUJIFILM Sonosite シリーズと併用するセクタープローブ P5-1 の仕様に関する情報を提供します。

超音波画像診断装置 Sonosite PX、Sonosite ST、および Sonosite ZX と共に販売されるセクタープローブ P5-1 のケーブル長は、183 cm（72 インチ）から 168 cm（66 インチ）に短縮されました。新しいケーブル長は、各システムユーザガイドの次版に記載されます。

サポート

FUJIFILM Sonosite テクニカルサポート

アメリカ合衆国およびカナダ	+1 877-657-8118
その他の地域	+1 425-951-1330 にお電話ください。または最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
ファックス	+1 425-951-6700
E メール	ffss-service@fujifilm.com
（アジア）	ffss-apacme-service@fujifilm.com
富士フイルムメディカル株式会社	
電話：（日本国内）	03-6419-8050
ファックス：（日本国内）	03-6418-6596

FUJIFILM

SONOSITE

選任製造販売業者:

富士フイルムメディカル株式会社

〒 106-003 東京都港区西麻布 2-26-30

TEL: 03 (6419) 8050

外国指定高度管理医療機器製造等事業者:

FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

一般的名称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)		
医療機器のクラス	管理医療機器、特定保守管理医療機器		
販売名	Sonosite ST シリーズ	医療機器認証番号	305AABZI00052000
	Sonosite PX シリーズ (PX モデル, LX モデル, ZX モデル)		302ADBZI00086000

P33961-01

