FUJIFILM
Value from Innovation

SONOSITE LX

Guida di riferimento rapido

Accensione del sistema

Premere il pulsante di accensione ubicato sul retro del sistema

Avvio di uno studio

Nuovo paziente

1 Toccare **Invio Informazioni paziente** dalla schermata iniziale o **+ Nuovo paziente** dal pannello a sfioramento.
2 Inserire le informazioni sul paziente.
3 Toccare **Scansiona** per avviare l'acquisizione di immagini.

Tutti i dati salvati durante lo studio sono collegati al paziente.

Tipi di esame

1 Selezionare il trasduttore e un pulsante di esame.
2 Selezionare un trasduttore e un tipo di esame.
3 Toccare due volte sul tipo di esame o toccare **Scansiona** per avviare l'acquisizione di immagini.

Scansione

- 2D è la modalità predefinita. Premere **2D** per tornare alla modalità predefinita.
- Premere **M** per eseguire una scansione in M Mode.
- Premere **C** per eseguire la scansione in modalità Doppler a colori.
- Premere **D** per eseguire la scansione in modalità Doppler.

M-Mode

1 Utilizzare il tastierino o il monitor touchscreen per posizionare la linea M nell'immagine 2D.
2 Per visualizzare sia la linea M sia la traccia, premere (Aggiorna) o premere nuovamente **M**.
3 Per alternare tra l'immagine e la traccia, toccare l'immagine o la traccia sul sul monitor touchscreen o premere il pulsante (Aggiorna).

Color Doppler

1 Utilizzare il comando **Tipo colore** sul pannello a sfioramento per alternare tra Color Velocity (CVD) e Color Power (CPD), oppure CVD e Color Variance (Var), a seconda del tipo di esame. Potrebbe essere necessario toccare **+ Più controlli** per trovare il comando.
2 Posizionare il riquadro del colore trascinando il dito sul tastierino o sul monitor touchscreen.
3 Per ridimensionare il riquadro del colore, utilizzare il relativo cerchio di controllo sul monitor touchscreen o premere (Seleziona) e trascinare il dito sul tastierino.

Doppler

1 Utilizzare il comando **Mod. Doppler** sul pannello a sfioramento per commutare fra l'acquisizione di immagini Doppler PW, CW e TDI (CW e TDI sono disponibili solo nell'esame cardiaco). Potrebbe essere necessario toccare **+ Più controlli** per trovare il comando.
2 Utilizzare il tastierino o il monitor touchscreen per posizionare la linea D e la porta nell'immagine 2D.
3 Per visualizzare la traccia spettrale, premere (Aggiorna) o premere nuovamente **D**.
4 Per alternare tra l'immagine e la traccia, toccare l'immagine o la traccia sul monitor touchscreen o premere il pulsante (Aggiorna).

Anteriore

Poster.

Chiave:

1. Compensazione del guadagno
2. Controllo del guadagno
3. Profondità
4. Selezionare e aggiornare
5. Tastierino
6. Etichette, calcoli, calibri
7. Pulsanti di salvataggio
8. Congelare
9. Modalità
10. Pannello a sfioramento con comandi a sfioramento
11. Porte USB, HDMI, Ethernet
12. Pulsante di alimentazione

Guida di riferimento rapido

Guadagno

Regolare il guadagno effettuando una delle seguenti operazioni:

- Trascinare il dito attorno alla rotella del guadagno.
- Premere **TGC** e regolare il cursore sul pannello a sfioramento.
- Toccare l'icona guadagno e regolare il cursore sul monitor touchscreen.
- Toccare **Auto** sul monitor touchscreen o premere **AUTO** per regolare automaticamente il guadagno.

Profondità

- Utilizzare il cursore sul monitor touchscreen o premere i pulsanti di profondità e .

Blocco, sblocco e uso di cine

1 Premere il pulsante . Viene visualizzato il display CINE nell'angolo in basso a sinistra del monitor.
2 Per scorrere i fotogrammi cine, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Trascinare orizzontalmente il dito sul tastierino verso destra o verso sinistra per avanzare o retrocedere, rispettivamente, tra i fotogrammi. Per scorrere un fotogramma alla volta, toccare il lato destro o sinistro del tastierino.
   - Spostare il dito in senso orario o antiorario attorno alla rotella del guadagno per spostarsi avanti o indietro attraverso i fotogrammi. Per scorrere un fotogramma alla volta, toccare con decisione il lato destro o sinistro della rotella.
3 Per sbloccare, premere nuovamente il pulsante .

Zoom

Zoom in tempo reale

1 Toccare **Zoom** sul pannello a sfioramento.
2 Posizionare il riquadro dello zoom trascinando il dito sul tastierino o sul monitor touchscreen.
3 Per ridimensionare il riquadro dello zoom, utilizzare il relativo cerchio di controllo sul monitor touchscreen o premere (Seleziona) e trascinare il dito sul tastierino.
4 Toccare nuovamente il comando per ingrandire.

Zoom bloccato

1 Toccare **Zoom** sul pannello a sfioramento.
2 Toccare in alto o in basso sul comando per regolare l'ingrandimento.
3 Utilizzare il tastierino o il monitor touchscreen per eseguire la panoramica dell'immagine.

Misurazioni e calcoli

Misurazioni

1 Su un'immagine in tempo reale o bloccata, premere il pulsante (Calibro).
2 Utilizzare il tastierino o il monitor touchscreen per posizionare i calibri predefiniti, oppure selezionare una misura diversa dal pannello a sfioramento.
3 Toccare un calibro sul monitor touchscreen o premere (Seleziona) per passare da un calibro all'altro.

Calcoli

1 Su un'immagine in tempo reale o bloccata, premere il pulsante (Calcoli) per visualizzare un menu dei pacchetti di analisi.
2 Accedere e selezionare una misura dal pannello a sfioramento.
3 Utilizzare il tastierino o il monitor touchscreen per posizionare i calibri.
4 Toccare un calibro sul monitor touchscreen o premere (Seleziona) per passare da un calibro all'altro.

Etichette

1 Premere il pulsante **ABC** per visualizzare la pagina di etichettatura.
2 Toccare **Testo**, **Pitto** o **Freccia** per aggiungere all'immagine testo, pittogrammi o frecce.
3 Utilizzare il tastierino per posizionare l'etichetta.

Salvataggio e controllo

- Premere il pulsante per salvare un'immagine e le misure e i calcoli attuali. I calcoli e le misurazioni associate vengono salvati anche nel report paziente.
- Premere il pulsante per salvare un filmato.
- Toccare le miniature delle immagini per accedere alla schermata di revisione, oppure toccare **Elenco paz.** per visualizzare uno studio diverso. (è possibile trovare questa opzione sul pannello a sfioramento principale, nella parte inferiore del modulo paziente o del modulo report, oppure dal menu).

Chiusura ed esportazione

1 Terminare lo studio toccando **FINE STU**. Non è possibile esportare studi aperti.
2 Inserire un dispositivo di archiviazione USB in una porta USB del sistema o del supporto.
3 Toccare **Elenco paz.**. Selezionare uno o più studi da esportare.
4 Toccare **Invia a**, quindi toccare **USB**.
5 Selezionare l'unità USB dall'elenco e scegliere se includere le informazioni sui pazienti.
6 Toccare **Esporta**.

Guida e apprendimento

- Toccare un per accedere alla guida integrata.
- Accedere alla funzione **Apprend.** per visualizzare video di formazione e procedurali.

P28684-01

CE 2797

FUJIFILM Value from Innovation

SONOSITE

Any patient. Anywhere. Anytime.

FUJIFILM Sonosite, Inc.
Sede centrale mondiale
21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021–3904
Tel.: +1 (425) 951 1200 o +1 (877) 657 8050
Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Uffici Sonosite nel mondo
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia .. 300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nuova Zelanda .. 0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brazil . . . . . +55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. . . . . +1 888 554 5502
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd . . . . . +86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH–Germania . . . . . +49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.–Stati Uniti . . . . . +1 425 951 1200
FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd . . . . . +91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Iberica SL–Spagna . . . . . +34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd.–Giappone . . . . . +81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Korea Ltd . . . . . +65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd–Regno Unito .. . . . . +44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL–Francia . . . . . +33 182 880 702

SONOSITE, il logo SONOSITE e Any patient. Anywhere. Anytime. (Qualsiasi paziente Dovunque. In qualsiasi momento.) sono marchi di fabbrica e marchi registrati di FUJIFILM Sonosite, Inc. in varie giurisdizioni. FUJIFILM è un marchio registrato e un marchio di fabbrica di FUJIFILM Corporation in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Copyright © 2021 FUJIFILM Sonosite, Inc. Tutti i diritti riservati. . . . .

11/2021