



Sonosite MT Ultrasound System Manual de Usuario

Fabricante	Representante autorizado en la UE	Persona responsable en Reino Unido	Patrocinador en Australia
FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 EE. UU. Tel.: 1-888-482-9449 o 1-425-951-1200 Fax: 1-425-951-1201	FUJIFILM SonoSite B.V. Joop Geesinkweg 140 1114 AB Amsterdam, Países Bajos	FUJIFILM Healthcare UK Limited Fujifilm House Whitbread Way Bedford MK42 0ZE Reino Unido	FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd 114 Old Pittwater Road BROOKVALE, NSW, 2100 Australia



ATENCIÓN

La ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo únicamente a médicos o bajo prescripción facultativa.

SonoMB, SONOSITE, Steep Needle Profiling y el logotipo de SONOSITE son marcas comerciales y marcas registradas de FUJIFILM SonoSite, Inc. en varias jurisdicciones. FUJIFILM y FUJIFILM VALUE FROM INNOVATION son marcas registradas de FUJIFILM Corporation en varias jurisdicciones. DICOM es una marca registrada de la National Electrical Manufacturers Association. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este dispositivo contiene el módulo de transmisión PD9AX210NG certificado por la FCC

Contiene CI: 1000M-AX210NG

Patente: www.sonosite.com/patents



Número de referencia: P25646-01

Publicado el 2025-08-25

Copyright © 2025 FUJIFILM SonoSite, Inc. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenidos

Introducción	1
Acerca del manual de usuario	1
Convenciones del documento	1
Obtención de ayuda	1
Uso previsto	3
Indicaciones de uso	3
Ecografía de diagnóstico	3
Aplicaciones clínicas	4
Mediciones biométricas	10
Contraindicaciones	11
Primeros pasos	12
Acerca del sistema Sonosite MT	12
Pasos básicos de funcionamiento	12
Características del hardware	13
Accesorios y periféricos	14
Preparación del sistema	14
Acoplamiento del sistema en la base	14
Extracción el sistema de la base	15
Ajuste del sistema o de la base	15
Transporte del sistema	15
Alimentación del sistema	16
Instalación o sustitución de las baterías del sistema	16
Indicadores de alimentación y batería	18
Encendido y apagado del sistema	19
Colocación del sistema en modo de latencia	20
Inserción y extracción de dispositivos USB	20
Interacción general	21
Monitor clínico	22
Panel táctil	24
Teclado en pantalla	25
Preparación de los transductores	26
Conexión de los transductores	26
Selección de tipo de transductor y examen	29
Gel	31
Fundas	31
Vídeos formativos integrados	32
Reproducción de un vídeo	32
Configuración del sistema	33
Navegación por la configuración del sistema	33
Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica	33
Uso del sistema como un administrador	34
Configuración del sistema por primera vez	34
Acceso a la configuración de administración	35
Gestión de los usuarios en el sistema	36
Configurar una conexión con un servidor de directorio	37
Gestión de los requisitos de la contraseña	38
Protección de la información del paciente	39

Control de las importaciones y exportaciones de datos	40
Creación de una notificación de inicio de sesión	40
Establecimiento de la configuración de almacenamiento interno	40
Certificados	41
.....	42
Actualizaciones de software y monitorización del sistema remotas	42
Revisar y restablecer la configuración del sistema	43
Inicio y cierre de sesión	44
Inicio y cierre de sesión como usuario	44
Inicio de sesión como invitado	45
Cambiar la contraseña	45
Ajustes de audio	45
Visualización de la página de configuración de audio	45
Configuración de los ajustes de audio	45
Conectividad y configuración de DICOM	45
Visualización de la página de ajustes de conectividad	46
Especificación de la localización del sistema	46
Acerca de DICOM	46
Configuración del sistema para transferencias DICOM	46
Conexión a la red	47
Páginas de configuración de DICOM	47
Asociación de dispositivos con localizaciones	52
Importación y exportación de los ajustes de conectividad	54
Configuración de personalización	54
Visualización de la página de ajustes de personalización	54
Configuración de cálculos obstétricos	54
Configuración de cálculos abdominales	55
Ajustes de cálculos RCV	55
Personalización de tipo de examen	55
Personalizar etiquetas de texto	56
Importar o exportar ajustes personalizados	57
Ajustes de fecha y hora	58
Visualización de la página de ajustes de fecha y hora	58
Configuración de fecha y hora	58
Visualización de la configuración de la información	58
Visualización de la página de configuración de la información	58
Especificación de los detalles que aparecen en el monitor	58
Estado de la red	59
Visualización de la página de estado de la red	59
Configuración de alimentación y batería	59
Visualización de la página de configuración de alimentación y batería	59
Especificación de la configuración de la alimentación	59
Ajustes generales	60
Visualización de la página de configuración general	60
Ajuste del brillo	60
Selección de la configuración del ID del paciente	60
Elegir un modo de inicio	60
Consulta automática en la lista de trabajo con un lector de código de barras	61
Exportación de la configuración del sistema	61
Información del sistema	61
Visualización de la página de información del sistema	61

Instalación de actualizaciones de software	62
Configuración USB	62
Visualización de la página de configuración de USB	62
Especificación de las opciones de exportación USB	62
Limitaciones del formato JPEG	63
Registros	63
Visualización y eliminación de registros	64
Exportación de un registro	64
Cargar registros	64
Introducción de información del paciente	66
Finalización de un estudio anterior	66
Creación de un nuevo paciente	66
Campos del formulario de paciente	67
Introducir información del paciente con un lector de códigos de barras	68
Uso de la lista de trabajo	69
Configuración de una lista de trabajo	69
Acceso a la lista de trabajo	70
Ordenar la lista de trabajo	70
Búsqueda manual en la lista de trabajo	70
Eliminación de la lista de trabajo	70
Introducción de información de pacientes de la lista de trabajo	70
Selección de una intervención programada	70
Selección de la intervención programada	71
Modificar códigos de intervención	71
Guardar la información del paciente	71
Editar o añadir información del paciente durante un examen	71
Revisión de la información del paciente	72
Escaneo	73
Comprender los modos de adquisición de imágenes	73
Controles de adquisición de imágenes	73
Acceso y desplazamiento de los controles táctiles	73
Exploración en 2D	74
Controles de adquisición de imágenes 2D	74
Exploración en Modo M	76
Exploración en Modo M anatómico	77
Controles de adquisición de imágenes en modo M	77
Exploración en Doppler	77
Controles de adquisición de imágenes Doppler	78
Exploración en color	80
Controles de adquisición de imágenes en color	81
Exploración en modo dual	82
Exploración en modo simultáneo	82
Ajuste de profundidad	83
Ajuste de ganancia	84
Ajuste automático de la ganancia	84
Ajuste de la ganancia con los controles deslizantes TGC	84
Restablecimiento de la ganancia	84
Ampliación con zoom	85
Zoom durante la exploración	85
Ampliación con zoom de una imagen congelada	85

Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine	85
Uso de la línea central	86
Activar o desactivar el gráfico de la línea central	87
Perfil de aguja	87
Uso del perfil de aguja	89
Tamaño y ángulo de aguja	89
Control de guía de aguja	89
Uso del control de guía de aguja	90
Módulo de ECG	91
Uso de la función de ECG	92
Limitaciones	92
Administración de imágenes y clips	94
Guardar una imagen o un clip	94
Guardar una imagen	94
Configuración de los controles de los clips de vídeo	94
Guardar un clip	95
Etiquetar imágenes	95
Visualizar la página de etiquetado	95
Configuración de las opciones de etiquetado	95
Adición, eliminación y edición de etiquetas de texto	95
Adición de flechas	96
Adición de pictogramas	96
Empleo de la posición inicial	97
Eliminación de etiquetas	97
Impresión de imágenes	97
Impresión durante la adquisición de imágenes	98
Impresión de una imagen guardada de un estudio en curso	98
Impresión de una imagen guardada de un estudio finalizado	98
Archivado y exportación de imágenes y clips	98
Exportación de imágenes y clips individuales	98
Galería de imágenes	99
Visualización de imágenes utilizando la galería de imágenes	100
Mediciones y cálculos	101
Realización de mediciones y cálculos	101
Trabajo con calibradores	101
Visualización de mediciones y cálculos	102
Eliminación de mediciones	103
Modificación de una medición nueva	103
Mediciones básicas en 2D y a color	104
Mediciones básicas en modo M	106
Mediciones básicas en Doppler	107
Flujo de volumen	110
Cálculos y paquetes de análisis	111
Acceso a los paquetes de análisis	111
Mediciones y cálculos abdominales	111
Mediciones y cálculos de cardíacos	112
Mediciones y cálculos de la carótida	125
Mediciones y cálculos RCV	126
Mediciones y cálculos ginecológicos	127
Mediciones y cálculos obstétricos	128

Mediciones y cálculos osteomusculares (MUS)	132
Gestión de datos del paciente	133
Administración de los estudios	133
Uso de la lista de pacientes	133
Archivar estudios	134
Exportación de estudios	136
Gestión del almacenamiento interno	137
Gestión de informes y hojas de trabajo	137
Uso de hojas de trabajo	137
.....	138
Edición de un informe	138
Informes obstétricos	138
Visualización de informes una vez finalizado el estudio	139
Revisión de imágenes, clips y mediciones	139
Etiquetado y medición durante la revisión	140
Referencias de medición	141
Exactitud de las mediciones	141
Fuentes de error en las mediciones	141
Publicaciones y terminología relacionadas con las mediciones	142
Referencias cardíacas	142
Referencias obstétricas	156
Referencias generales	159
Resolución de problemas y mantenimiento	163
Resolución de problemas	163
Licencias de software	165
Obtención de una clave de licencia	165
Introducir la clave de licencia en el inicio	166
Introducir la clave de licencia en la configuración del sistema	166
Mantenimiento	166
Copias de seguridad del sistema	167
Datos del paciente	167
Ajustes de configuración del sistema	167
Servicio	167
Limpieza y desinfección	169
Antes de empezar	169
.....	170
Clasificaciones de Spaulding	170
Definiciones relativas a la limpieza y desinfección	171
Opción A: Limpieza y desinfección de alto nivel del sistema, la base y el transductor (usos semicríticos)	171
Opción B: Limpieza y desinfección de bajo nivel del sistema, la base y el transductor (usos no críticos)	175
Almacenamiento del transductor	178
Transporte del transductor	179
Transporte de un transductor sucio para limpiarlo	179
Transporte de un transductor limpio	179
Envío de un transductor	180
Limpieza y desinfección de los accesorios	180

Seguridad	182
Seguridad ergonómica	182
Colocación del sistema	183
Postura personal	183
Realice descansos, haga ejercicio y varíe las actividades	184
Seguridad eléctrica	184
Clasificación de la seguridad eléctrica	187
Desconexión del sistema de ecografía de la alimentación	187
Seguridad del equipo	188
Seguridad de la batería	189
Seguridad clínica	191
Materiales peligrosos	192
Compatibilidad electromagnética	193
Transmisión inalámbrica	195
Descarga electrostática	195
Distancia de separación	197
Accesorios y periféricos compatibles	197
Declaración del fabricante	199
Símbolos del etiquetado	203
Especificaciones	208
Dimensiones	208
Límites medioambientales	209
Clasificación eléctrica	210
Baterías	210
Modos de obtención de imágenes	210
Capacidad de almacenamiento de imágenes y clips de vídeo	211
Normas	211
Normas relativas a la seguridad electromecánica	211
Clasificación de normas de CEM	211
Normas de DICOM	211
Normas de privacidad y seguridad	212
Emisión acústica	213
Efectos biológicos del ultrasonido	213
Criterio ALARA	213
Aplicación del criterio ALARA	214
Controles directos, indirectos y del receptor	214
Artefactos acústicos	215
Lectura de salida	215
Precisión de la lectura de salida del IM o del IT	216
Factores que contribuyen a la incertidumbre del valor leído	216
Documentos afines de consulta	217
Ejemplos clínicos	217
Aumento de temperatura en la superficie de los transductores	218
Medición de la emisión acústica	218
Intensidades <i>in situ</i> , con régimen rebajado y valor en agua	218
Modelos tisulares y análisis del equipo	219
Tablas de emisión acústica	220
Tablas de emisión acústica C5-1	221
Tablas de emisión acústica IC10-3	225
Tablas de emisión acústica L12-3	229
Tablas de emisión acústica L15-4	239

Tabla de emisión acústica L19-5	243
Tablas de emisión acústica P5-1	253
Terminología de las tablas de emisión acústica	263
Precisión e imprecisión de las mediciones acústicas	264
Red informática	265
Funciones	265
Copia de seguridad de datos	265
Especificaciones de red para conectar el dispositivo	265
Especificaciones del hardware	265
Protocolos de interfaz y comunicación	265
Seguridad y privacidad	269
Flujo de datos	270
Lista aprobada de aplicaciones	271
Medidas de recuperación ante un fallo en la red informática	271
Conexión inalámbrica	272
Implementación, detección y mantenimiento de la seguridad	273
Divulgación coordinada de vulnerabilidades	273
Fin de la vida útil	273
Glosario	274
Índice	286

Introducción

Acerca del manual de usuario

El *Sonosite MT Ultrasound System Manual de usuario* proporciona información sobre la preparación y uso del sistema de ecografía Sonosite MT y sobre la limpieza y desinfección del sistema y los transductores. También proporciona especificaciones del sistema e información sobre la seguridad y la emisión acústica.



NOTA

Recomendamos encarecidamente que lea el contenido completo del manual de usuario antes de usar el sistema.

Este manual de usuario está dirigido a usuarios familiarizados con los ultrasonidos. En él no se proporciona formación referente a la realización de ecografías, ultrasonido ni práctica clínica. Antes de utilizar el sistema de ecografía Sonosite MT, debe adquirir dicha formación.

Para obtener información sobre el uso de accesorios y periféricos, consulte el manual de usuario correspondiente a los accesorios, así como las instrucciones del fabricante.

Convenciones del documento

Este documento sigue las siguientes convenciones:

- Un  **AVISO** describe las precauciones necesarias para evitar lesiones o situaciones que entrañen peligro de muerte.
- Con el símbolo de  **ATENCIÓN** se describen las precauciones necesarias para proteger los productos.
- Una  **NOTA** proporciona información adicional.
- Los pasos que aparecen con números y letras deben ejecutarse en un orden determinado.
- Las listas con viñetas presentan información en forma de lista, sin que ello implique una secuencia.

Los símbolos y términos utilizados en el sistema y en los transductores se explican en [Símbolos del etiquetado \[203\]](#) y en [Glosario \[274\]](#).

Obtención de ayuda

Además de este manual de usuario del sistema, también dispone de los siguientes recursos:

- Vídeos educativos integrados
- Ayuda en pantalla y manual de usuario: pulse un botón de información .

Estados Unidos y Canadá	+1 877-657-8118
Europa y Oriente Medio	Principal: +31 20 751 2020 Asistencia técnica en inglés: +44 14 6234 1151 Asistencia técnica en francés: +33 1 8288 0702 Asistencia técnica en alemán: +49 69 8088 4030 Asistencia técnica en italiano: +39 02 9475 3655 Asistencia técnica en español: +34 91 123 8451
Asia y Pacífico	+61 2 9938 8700
Otras regiones	+1 425-951-1330 o póngase en contacto con su representante local
Fax	+1 425-951-6700
Correo electrónico	General: ffss-service@fujifilm.com Reino Unido: uk-service@fujifilm.com Europa, Oriente Medio y África: eraf-service@fujifilm.com Asia y Pacífico: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Uso previsto

El uso previsto es como ecografía de diagnóstico. El sistema de ecografía Sonosite MT está previsto para utilizarse en la adquisición de imágenes de ecografía para diagnóstico y el análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano.

Indicaciones de uso

Ecografía de diagnóstico

El sistema de ecografía Sonosite MT es un sistema de ecografía de uso general previsto para ser usado por técnicos y profesionales de la salud cualificados con el fin de realizar valoraciones mediante imágenes ecográficas o un análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano. Entre las aplicaciones clínicas concretas y los tipos de examen están:

- Abdominal
- Cefálico adulto
- Cardíaco adulto
- Cardíaco pediátrico
- Fetal - OB/GIN
- Musculoesquelético (convencional)
- Musculoesquelético (superficial)
- Oftálmico
- Pediátrico
- Vaso periférico
- Órganos pequeños (mama, tiroides, testículos, próstata)
- Transvaginal
- Guía de aguja

Los modos de operación incluyen: Modo 2D (B), Modo M (M) (incluidos el Modo M simultáneo y el Modo M anatómico), Doppler pulsado DP (PWD) (incluido el Modo de alta frecuencia de repetición de impulsos (HRPS) y Doppler pulsado simultáneo para determinados tipos de examen), Doppler tisular (TDI), Doppler continuo (CWD), Doppler de potencia de color, Doppler de velocidad de color, Varianza de color, Armónico tisular (THI), Imágenes multihaz, Perfil de aguja pronunciado, Formato trapezoidal, y modos combinados, incluidas la adquisición de imágenes dúplex y tríplex: B+M, B+PWD, B+CWD, B+C, (B+C)+PWD y (B+C)+CWD.

El uso de este dispositivo solo está indicado con prescripción médica.

El sistema Sonosite MT está diseñado para utilizarse en consultorios médicos, entornos clínicos, incluidos centros sanitarios, hospitales, clínicas y puntos de atención sanitaria para el diagnóstico de pacientes.

El sistema se utiliza con un transductor conectado y recibe la alimentación ya sea por batería o por corriente alterna. El médico deberá colocarse al lado del paciente y colocar el transductor sobre el cuerpo del paciente, en el lugar necesario para obtener la imagen ecográfica deseada.

Aplicaciones clínicas

Las siguientes indicaciones de uso muestran las aplicaciones clínicas y los modos de adquisición de imágenes del sistema y los transductores. Los tipos de examen predeterminados disponibles en cada transductor se muestran en la [Selección de tipo de transductor y examen \[29\]](#).

La clave de la tabla de indicaciones de uso se aplica a todas las tablas de indicaciones de uso siguientes.

Tabla 1. Clave de la tabla de indicaciones de uso

a	2D = Modo B; M = Modo M, incluso simultáneo; PWD = Doppler de onda pulsada; CWD = Doppler de onda continua; C = Doppler en color (Doppler de velocidad en color o CVD, Doppler de potencia en color o CPD y Varianza o Var.)
b	Steep Needle Profiling (SNP) = Mejora de la aguja en modo B
c	Imagen armónica tisular (THI)
d	Adquisición de imágenes de Doppler tisular (TDI)
e	Adquisición de imágenes multihaz (SonoMB) en modo B
f	El Doppler en color incluye potencia/velocidad
g	El Doppler en color incluye velocidad/varianza
h	Incluye adquisición de imágenes para facilitar la colocación de las agujas y los catéteres en las estructuras anatómicas vasculares y de otros tipos
i	B+PWD y (B+C)+PWD incluye PWD simultánea

Tabla 2. Indicaciones de uso del sistema de ecografía para diagnóstico Sonosite MT

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Abdominal	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, e, f, h
Cefálico adulto	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	f
Cardíaco adulto	✓	✓	✓	✓	✓	B+M; B+PWD; B+CWD; B+C;(B+C)+PWD;(B+C)+CWD	c, d, f, g, h, i
Cardíaco pediátrico	✓	✓	✓	✓	✓	B+M; B+PWD; B+CWD; B+C;(B+C)+PWD;(B+C)+CWD	c, d, f, g, h, i
Fetal - OB/GIN	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, e, f, h
Musculoesquelético (convencional)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Musculoesquelético (superficial)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Oftálmico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	e, f
Pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h, i
Vaso periférico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h, i
Órganos pequeños (mama, tiroides, testículos, próstata)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Transvaginal	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, e, f, h

Tabla 3. Indicaciones de uso del transductor C5-1 del sistema de ecografía para diagnóstico

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Abdominal	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, e, f, h
Cardíaco adulto	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	f, h
Cardíaco pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	f, h
Fetal - OB/GIN	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, e, f, h
Musculoesquelético (convencional)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Vaso periférico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h



NOTA

El transductor C5-1 es capaz de obtener imágenes osteomusculares superficiales. La frecuencia está limitada a 3,5 MHz.

Tabla 4. Indicaciones de uso del transductor IC10-3 del sistema de ecografía para diagnóstico

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Fetal - OB/GIN	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, e, f, h
Transvaginal	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, e, f, h

Tabla 5. Indicaciones de uso del transductor L12-3 del sistema de ecografía para diagnóstico

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Cardíaco adulto	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	f, h
Cardíaco pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	f, h
Musculoesquelético (convencional)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Musculoesquelético (superficial)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Oftálmico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	e, f
Pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h, i
Vaso periférico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h, i
Órganos pequeños (mama, tiroides, testículos, próstata)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h

Tabla 6. Indicaciones de uso del transductor L15-4 del sistema de ecografía para diagnóstico

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Musculoesquelético (convencional)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Musculoesquelético (superficial)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Órganos pequeños (mama, tiroides, testículos, próstata)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h

Tabla 7. Indicaciones de uso del transductor L19-5 del sistema de ecografía para diagnóstico

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Musculoesquelético (convencional)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h
Musculoesquelético (superficial)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Oftálmico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	e, f
Pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h, i
Vaso periférico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h, i
Órganos pequeños (mama, tiroides, testículos, próstata)	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	b, c, e, f, h

Tabla 8. Indicaciones de uso del transductor P5-1 del sistema de ecografía para diagnóstico

Uso previsto:	Adquisición de imágenes ecográficas de diagnóstico o análisis del flujo de líquidos del cuerpo humano, de la siguiente manera:						
Aplicación clínica	Modo de funcionamiento ^a						
	2D	M	C	PWD	CWD	Combinación (espec.)	Otro (espec.)
Abdominal	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, f, h
Cefálico adulto	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	f
Cardíaco adulto	✓	✓	✓	✓	✓	B+M; B+PWD; B+CWD; B+C; (B+C)+PWD; (B+C)+CWD	c, d, f, g, h, i
Cardíaco pediátrico	✓	✓	✓	✓	✓	B+M; B+PWD; B+CWD; B+C; (B+C)+PWD; (B+C)+CWD	c, d, f, g, h, i
Fetal - OB/GIN	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, f, h
Pediátrico	✓	✓	✓	✓	—	B+M; B+PWD; B+C; (B+C)+PWD	c, f, h

El sistema transmite energía ultrasónica al cuerpo del paciente para obtener ecografías, como se indica en la tabla siguiente.

Tabla 9. Información detallada sobre las aplicaciones clínicas

Aplicación clínica	Descripción	Tipos de examen
Abdominal	De este modo puede evaluar abdominalmente la presencia o ausencia de patologías en el hígado, el riñón, el páncreas, el bazo, la vesícula, los conductos biliares, los órganos trasplantados, los vasos abdominales y las estructuras anatómicas circundantes. Puede prestar ayuda durante la realización de intervenciones abdominales y evaluar el flujo de sangre en los órganos de la zona.	Abdomen
Cefálica adulto	Puede evaluar la presencia o ausencia de patologías en las estructuras anatómicas y la anatomía vascular del cerebro. Las imágenes pueden usarse por vía temporal, transoccipital o transorbital.	Orbital, transcraneal

Aplicación clínica	Descripción	Tipos de examen
 <p>ADVERTENCIA Para no causar lesiones al paciente, utilice solo los tipos de examen oftálmicos u orbitales cuando obtenga imágenes por vía ocular. La FDA ha establecido límites menores de energía acústica para uso oftálmico. El sistema no excederá dichos límites solo si se selecciona el tipo de examen oftálmico u orbital.</p>		
Cardíaco adulto	<p>Puede evaluar la presencia o ausencia de patologías en las válvulas cardíacas, los vasos mayores, el tamaño y volumen de la cámara, la función cardíaca, las evaluaciones hemodinámicas y las estructuras anatómicas circundantes. Puede detectar el movimiento pulmonar normal por si hay presencia o ausencia de patología.</p> <p>El módulo de ECG de FUJIFILM Sonosite solo puede utilizarse junto con las imágenes ecográficas como función secundaria destinada a proporcionar una referencia del ciclo cardíaco a la imagen ecográfica. La señal de ECG se muestra cuando el módulo de ECG está conectado al sistema, los electrodos están conectados a un paciente y se está utilizando un transductor compatible. El indicador de onda R se muestra con la señal para indicar las curvas que se utilizan para proporcionar el ritmo cardíaco.</p>	Cardíaco, , pulmonar
 <p>ADVERTENCIA No utilice el ECG FUJIFILM Sonosite para diagnosticar arritmias cardíacas ni para realizar un seguimiento cardíaco a largo plazo. El accesorio y las funciones de ECG tienen etiquetas, escalas y configuraciones no estándar para la curva del ECG.</p>		
Cardíaco pediátrico	<p>Puede evaluar la presencia o ausencia de patologías en las válvulas cardíacas, los vasos mayores, el tamaño y volumen de la cámara, la función cardíaca, las evaluaciones hemodinámicas y las estructuras anatómicas circundantes. Puede detectar el movimiento pulmonar normal por si hay presencia o ausencia de patología.</p>	Cardíaco, , pulmonar,
Fetal -OB/GIN	<p>Puede evaluar por vía transabdominal la anatomía fetal, la viabilidad, el peso fetal estimado, la frecuencia cardíaca fetal, la posición fetal, la edad gestacional, el líquido amniótico y las estructuras anatómicas circundantes para detectar la presencia o ausencia de patologías.</p> <p>Puede evaluar el flujo sanguíneo del feto, la placenta, el cordón umbilical y las estructuras maternas circundantes.</p> <p>Las herramientas de adquisición de imágenes en el modo Doppler de potencia en color (CPD) y de velocidad en color (CVD) están diseñadas para evaluar el flujo sanguíneo del feto, la placenta, el cordón umbilical y las estructuras maternas circundantes en todos los casos, incluidos embarazos de alto riesgo. Se consideran situaciones de embarazo de alto riesgo, entre otras, los embarazos múltiples, la hidropesía fetal y las anomalías placentarias, la hipertensión, la diabetes y el lupus maternos. Las herramientas de adquisición de imágenes CPD y de color no han sido diseñadas como medio exclusivo de diagnóstico ni como método exclusivo de evaluación de embarazos de alto riesgo.</p>	OB precoz, ginecología, obstétrico

Aplicación clínica	Descripción	Tipos de examen
 ADVERTENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer trimestre, debe limitar la duración de las ecografías en función del índice mecánico (IM) y del índice térmico (IT). Consulte Emisión acústica [213] para obtener más información. • Las imágenes CPD o Color pueden utilizarse como método auxiliar, pero no como herramienta de evaluación, para detectar anomalías estructurales en el corazón del feto. Asimismo, pueden utilizarse como método auxiliar, pero no como herramienta de evaluación, en el diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino (RCIU). • Para prevenir daños o diagnósticos erróneos, no utilice este sistema para extracción percutánea de muestra de sangre del cordón umbilical o fertilización <i>in vitro</i>. No se ha probado la eficacia del sistema para estos dos usos. 		
Osteomuscular (convencional y superficial)	Puede evaluar las estructuras musculoesqueléticas, las estructuras de los tejidos blandos y las estructuras anatómicas circundantes para detectar la presencia o ausencia de patologías.	Musculoesquelético, nervio, superficial
Oftálmico	Puede evaluar las estructuras oculares y las estructuras anatómicas circundantes para detectar la presencia o ausencia de patologías.	Oftálmico, orbital
 ADVERTENCIA <p>Para no causar lesiones al paciente, utilice solo los tipos de examen oftálmicos u orbitales cuando obtenga imágenes por vía ocular. La FDA ha establecido límites menores de energía acústica para uso oftálmico. El sistema no excederá dichos límites solo si se selecciona el tipo de examen oftálmico u orbital.</p>		
Pediátrico	<p>Puede evaluar la presencia o ausencia de patologías en la anatomía abdominal y pélvica pediátrica, en la cadera pediátrica y en las estructuras anatómicas circundantes.</p> <p>Puede evaluar la presencia o ausencia de patologías en las estructuras osteomusculares, las estructuras de tejido blando y las estructuras anatómicas circundantes.</p> <p>Puede evaluar los vasos superficiales y profundos (arterias y venas) en las extremidades inferiores y superiores, vasos centrales y otros vasos pequeños para detectar la presencia o ausencia de patologías.</p>	Abdomen, arterial, ginecología, musculoesquelético, nervio, PIV, superficial, venoso
Vaso periférico	Puede evaluar los vasos superficiales y profundos (arterias y venas) en las extremidades inferiores y superiores, vasos centrales y otros vasos pequeños para detectar la presencia o ausencia de patologías.	Arterial, PIV, venoso
Órganos pequeños (mama, tiroides, testículos, próstata)	Puede evaluar la presencia o ausencia de patologías en las mamas, la próstata, la glándula tiroides, los testículos, los ganglios linfáticos, las hernias, las estructuras de tejido blando y las estructuras anatómicas circundantes. Puede demostrar el flujo sanguíneo en estructuras anatómicas superficiales.	Mamas, superficial

Aplicación clínica	Descripción	Tipos de examen
Transvaginal	<p>Puede evaluar la presencia o ausencia de patologías por vía transvaginal en el útero, los ovarios, los anexos uterinos y las estructuras anatómicas circundantes. Puede evaluar el flujo sanguíneo de los órganos pélvicos por vía transvaginal.</p> <p>Durante la OB precoz, puede evaluar por vía transvaginal la presencia o ausencia de patologías en la anatomía fetal, la viabilidad del embarazo, la frecuencia cardíaca fetal, la posición fetal, la edad gestacional, el líquido amniótico y las estructuras anatómicas circundantes.</p> <p>Puede evaluar el flujo sanguíneo del feto, la placenta, el cordón umbilical y las estructuras maternas circundantes.</p> <p>Las herramientas de adquisición de imágenes en el modo Doppler de potencia en color (CPD) y de velocidad en color (CVD) están diseñadas para evaluar el flujo sanguíneo del feto, la placenta, el cordón umbilical y las estructuras maternas circundantes en todos los casos, incluidos embarazos de alto riesgo. Se consideran situaciones de embarazo de alto riesgo, entre otras, los embarazos múltiples, la hidropesía fetal y las anomalías placentarias, la hipertensión, la diabetes y el lupus maternos. Las herramientas de adquisición de imágenes CPD y de color no han sido diseñadas como medio exclusivo de diagnóstico ni como método exclusivo de evaluación de embarazos de alto riesgo.</p>	Ginecología, OB precoz, obstétrico



ADVERTENCIA

- Durante el primer trimestre, debe limitar la duración de las ecografías en función del índice mecánico (IM) y del índice térmico (IT). Consulte [Emisión acústica \[213\]](#) para obtener más información.
- Las imágenes CPD o Color pueden utilizarse como método auxiliar, pero no como herramienta de evaluación, para detectar anomalías estructurales en el corazón del feto. Asimismo, pueden utilizarse como método auxiliar, pero no como herramienta de evaluación, en el diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino (RCIU).
- Para prevenir daños o diagnósticos erróneos, no utilice este sistema para extracción percutánea de muestra de sangre del cordón umbilical o fertilización *in vitro*. No se ha probado la eficacia del sistema para estos dos usos.

Mediciones biométricas

Con el sistema de ecografía Sonosite MT, podrá realizar las siguientes mediciones clínicas.

Los cálculos incluyen:

- Volumen
- Flujo de volumen
- Cardíaco
- Carótida
- Obstetricia
- Proporciones
- Reducción porcentual

Las mediciones y sus referencias incluyen:

- Mediciones cardíacas
- Mediciones obstétricas
- Mediciones generales (como la distancia, el área, la velocidad, la pendiente y la IVT)

El rendimiento de las mediciones y el análisis abarca la exactitud de las mediciones de los calibradores y la de los algoritmos utilizados para analizar dichas mediciones. Para que los valores sean exactos, es necesario que el operador coloque el marcador del calibrador sobre un solo píxel. Los valores no incluyen las anomalías acústicas del cuerpo. Para conocer otros límites y supuestos de la realización de mediciones, consulte [Fuentes de error en las mediciones \[141\]](#).

También puede consultar [Fuentes de error en las mediciones \[141\]](#) para conocer la exactitud de todas las mediciones clínicas posibles y el intervalo en el que es posible mantener dicha exactitud.

Contraindicaciones

El sistema de ecografía no tiene contraindicaciones conocidas.



ADVERTENCIA

No utilice el sistema si muestra un comportamiento errático o imprevisible. Esto podría indicar un fallo del hardware. Póngase en contacto con la asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite.

Acerca del sistema Sonosite MT


El sistema de ecografía es un dispositivo portátil que adquiere y muestra imágenes ecográficas de alta resolución en tiempo real. Las funciones disponibles dependerán de la configuración del sistema, de la versión de hardware y software, del transductor y del tipo de examen.

Pasos básicos de funcionamiento

1. Conecte un transductor. Consulte [Preparación de los transductores \[26\]](#).
2. Encienda el sistema. Consulte [Encendido y apagado del sistema \[19\]](#).
3. Seleccione el tipo de transductor y de examen o utilice las opciones predeterminadas. Consulte [Selección de tipo de transductor y examen \[29\]](#).
4. (Opcional) Introduzca la información sobre el paciente. Consulte [Introducción de información del paciente \[66\]](#).
5. Escanee. Consulte [Escaneo \[73\]](#).

Características del hardware

Figura 1. Sonosite MT



Vista frontal		Vista posterior	
1.	Monitor clínico	11.	Soportes para toallitas y geles
2.	Panel táctil	12.	Contenedor de almacenamiento y enrollador de cable
3.	Botón de encendido/apagado del sistema	13.	Impresora opcional
4.	Estado de carga del sistema	14.	Divisor de potencia
5.	Conector TTC del sistema opcional	15.	USB, puertos de red y salida de vídeo
6.	Batería de la base opcional	16.	Concentrador de entrada y salida opcional
7.	Ruedas con sistema de bloqueo (4)	17.	Tiempo de exploración restante y estado de carga
8.	Pedal de ajuste de la altura		
9.	Gancho del cable		
10.	Soporte de transductor		

Accesorios y periféricos



ADVERTENCIA

Utilice solamente los accesorios y periféricos recomendados por FUJIFILM Sonosite, incluida la fuente de alimentación. La conexión de accesorios y periféricos no recomendados por FUJIFILM Sonosite puede ocasionar una descarga eléctrica y un mal funcionamiento del sistema. Póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local para obtener una lista de accesorios y periféricos disponibles o recomendados por FUJIFILM Sonosite.

El sistema de ecografía se ha diseñado para admitir diferentes accesorios y periféricos. Para obtener una lista completa, consulte [Accesorios y periféricos compatibles \[197\]](#).

Preparación del sistema

Puede utilizar el sistema en la base o fuera de ella.


Acoplamiento del sistema en la base



ATENCIÓN

Desconecte todos los dispositivos conectados al sistema de ecografía antes de acoplarlo a la base. Si no se desconectan los dispositivos que haya conectados se pueden dañar el sistema o los accesorios.

Acople el sistema al cabezal de la base o a la plataforma con el asa de la base en la parte posterior. Cuando el sistema encaje correctamente, se habrá fijado a la plataforma.




Extracción el sistema de la base



ATENCIÓN

Desconecte todos los dispositivos conectados al sistema de ecografía antes de extraerlo de la base. Si no se desconectan los dispositivos que haya conectados se pueden dañar el sistema o los accesorios.

1. Presione el seguro situado en la parte delantera del sistema y levántelo con el asa para desacoplarlo de la plataforma de la base.



2. Si el sistema está conectado al conector de transductor triple (TTC):
 - a. Realice el paso 1 e incline el sistema hacia atrás.
 - b. Introduzca la mano entre el sistema y la plataforma de la base para desconectar el TTC tirando del seguro hacia abajo y girándolo después.

Ajuste del sistema o de la base



ADVERTENCIA

Bloquee las ruedas de la base siempre que el sistema esté desatendido o estacionario.

Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Para bloquear o desbloquear una rueda, presione hacia abajo la palanca de la rueda o presione hacia arriba la parte inferior de la palanca.
- Para subir o bajar el cabezal de la base o la plataforma, apriete el pedal de ajuste de altura situado en la parte inferior de la base mientras agarra ambos lados de la plataforma y la empuja hacia arriba o hacia abajo.

Transporte del sistema

1. Cierre la tapa y acorte la base.

2. Asegure los transductores y compruebe que los cables no estén por el suelo.
3. Para desplazar el sistema, desbloquee las ruedas del carro de transporte y empuje el asa ubicada en la parte frontal del sistema hacia delante.

Alimentación del sistema

El sistema puede recibir alimentación a través de la batería interna, la batería de la base o la red de alimentación de CA.



ADVERTENCIA

- Compruebe que la tensión de alimentación de CA del hospital esté dentro del intervalo adecuado de la tensión de la fuente de alimentación.
- Enchufe el sistema solo a una toma de alimentación de CA con toma tierra para aplicaciones hospitalarias.
- Utilice solo cables de alimentación suministrados por FUJIFILM Sonosite con el sistema.



ATENCIÓN

- No utilice el sistema si aparece un mensaje de error en el monitor clínico. Anote el código de error y apague el sistema. Llame a FUJIFILM Sonosite o a su representante local.
- Cuando se utiliza alimentación de CA, coloque el sistema de forma que se pueda acceder a él con facilidad para desconectarlo de la toma de la red de alimentación de CA.

Instalación o sustitución de las baterías del sistema



ADVERTENCIA


- Para evitar lesiones del operador o daños en el sistema de ecografía, examine la batería para comprobar que no presente fugas antes de instalarla.
- Para evitar que se pierdan datos y apagar el sistema de forma segura, no utilice el sistema sin las baterías.




ATENCIÓN

Para que la batería de la base y el sistema de ecografía funcionen correctamente, tenga siempre las baterías del sistema instaladas en el sistema de ecografía.

1. Asegúrese de que el sistema de ecografía esté apagado.
2. Si es necesario, desconecte la fuente de alimentación.
3. Si el sistema está conectado a una base, extráigalo. Consulte [Extracción el sistema de la base \[15\]](#).
4. Dele la vuelta al sistema .
5. La batería del sistema está fijada a la caja de la batería. Presione hacia abajo el seguro de la caja de la batería para soltarlo.



6. Inserte las tres pestañas de la caja de la batería en las tres ranuras asegurándose de que el conector de la batería esté insertado en el acoplamiento correspondiente.



7. Presione el seguro y la caja hacia abajo asegurándose de que las dos pestañas encajan en su sitio.

Indicadores de alimentación y batería



ATENCIÓN

- Conecte el sistema a la red de corriente alterna cuando la carga de la batería esté baja.
- Las baterías contienen una tecnología de batería que precisa de una recarga periódica para que el rendimiento sea óptimo. Si no se carga durante meses, el rendimiento de la batería podría disminuir o quedar inutilizable. Recargue las baterías conectando el sistema a la alimentación de CA.
- Asegúrese periódicamente de que se cargan las baterías. Si las baterías no pueden cargarse, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite.
- Utilice solo baterías de FUJIFILM Sonosite con el sistema.



NOTA



Si el sistema no mantiene la carga de batería esperada o, si el icono de batería en el monitor clínico no muestra el estado de carga de la batería, desconecte y vuelva a conectar el sistema en la fuente de CA.

Los iconos del área de estado del sistema, situados en el monitor clínico, y las luces del sistema y de la base proporcionan información sobre el estado de la alimentación y batería.

El estado de la batería también se muestra en la página de configuración de alimentación y batería. Consulte [Configuración de alimentación y batería \[59\]](#).

Tabla 10. Indicadores de alimentación y batería

Indicador	Status
 0h 41m	El sistema está desenchufado y la batería en uso. El nivel de carga de la batería se corresponde con la longitud de la barra. Cuando el nivel de carga de las baterías es bajo, el color de la barra cambiará a amarillo. Si el nivel de carga cae por debajo del 5 %, aproximadamente, el color cambiará a naranja y el sistema emitirá un pitido y mostrará un mensaje de advertencia. Si la alarma de sonido está activada (consulte Configuración de los ajustes de audio [45]), el sistema emitirá un pitido cuando el nivel de carga de las baterías esté por debajo del 15 %.
 70%	El sistema recibe alimentación de CA y las baterías se están cargando.

Indicador	Status
	<p>El sistema solo recibe alimentación del enchufe (no hay batería disponible).</p>
<p>Botón de encendido y luces de carga de la batería en la parte frontal del sistema</p> 	<p>El botón de encendido se ilumina en verde fijo cuando el sistema está encendido y parpadea cuando está apagado. El color ámbar indica un error.</p> <p>Las luces de la batería son azules cuando el sistema está apagado y blancas cuando está encendido. Las luces se encienden y se apagan cuando el sistema está inactivo. Una luz ámbar indica que la batería está muy baja. El número de barras indica el nivel de carga de la batería.</p>
<p>Indicador de duración y nivel de la batería en la parte posterior de la tapa del sistema</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • La pantalla muestra el tiempo de escaneado restante. • El icono del rayo muestra que el sistema se está cargando. • Los iconos de batería muestran el nivel de carga del ecógrafo y del carro de transporte por separado. • Si no aparece ningún rayo, significa que el sistema no se está cargando.
<p>Luz de la parte inferior de la base</p>	<p>La luz se encenderá cuando la base reciba alimentación.</p>
<p>Luces de la batería de la base</p> 	<p>La luz ámbar de la parte superior indica un error. La batería se está cargando cuando la luz del medio parpadea y está completamente cargada cuando la luz está fija. La luz inferior indica que el sistema está enchufado.</p>

Encendido y apagado del sistema

- Si está utilizando el sistema mediante alimentación de CA, realice una de las siguientes acciones:
 - Si utiliza el sistema sin la base, conecte la salida de CC de la fuente de alimentación portátil al conector de CC del sistema y, a continuación, conecte el cable de alimentación de CA a una toma de CA para aplicaciones hospitalarias.
 - Si utiliza el sistema en la base, conecte el cable de alimentación de CA de la base a una toma de CA para aplicaciones hospitalarias y asegúrese de que los indicadores luminosos de la base estén encendidos.
- Si el sistema funciona con batería, compruebe los indicadores luminosos del sistema o de la base.
- Pulse el botón de encendido .

4. Para apagar el sistema, pulse el botón de encendido de nuevo.

El sistema se apagará cuando los datos estén guardados. Las transferencias en progreso se completarán cuando se restaure el sistema. Apagar el sistema finalizará la sesión y el estudio activo. Si el sistema no parece responder, espere varios minutos para volver a iniciarlo. Reiniciar el sistema mientras realiza actividades de fondo con gran cantidad de datos, como la transferencia de archivos de pacientes, puede dar lugar a la pérdida de los datos del paciente. Para apagar un sistema que no responde, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se apague. Este procedimiento puede tardar cinco segundos o más.

Colocación del sistema en modo de latencia

Para ahorrar batería, el sistema pasa al modo de latencia después de un periodo de inactividad. Para especificar el periodo de inactividad antes de que el sistema pase al modo de latencia, consulte la [Especificación de la configuración de la alimentación \[59\]](#).

Para activar el modo de latencia del sistema, cierre la tapa o pulse **Latencia** en el menú del sistema . Puede activar el sistema de nuevo abriendo la tapa o pulsando un control.

Inserción y extracción de dispositivos USB

Puede utilizar los puertos USB del sistema para conectar, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento USB. Utilice dispositivos de almacenamiento USB para exportar los datos de los pacientes y los registros. Un usuario con acceso de administrador también podrá importar y exportar cuentas de usuario y configuraciones de instalación.



ADVERTENCIA

Utilice únicamente los accesorios y periféricos recomendados por FUJIFILM Sonosite. La conexión de accesorios y periféricos no recomendados por FUJIFILM Sonosite puede ocasionar una descarga eléctrica y un mal funcionamiento del sistema. Póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local para obtener una lista de accesorios y periféricos disponibles o recomendados por FUJIFILM Sonosite.



ATENCIÓN

- Para evitar perder datos de un dispositivo de almacenamiento USB o dañarlo, no retire el dispositivo de almacenamiento USB ni apague el sistema de ecografía mientras está realizando la exportación. Asimismo, no golpee ni aplique presión al dispositivo de almacenamiento USB mientras esté conectado al sistema, ya que el conector puede romperse.
- Si no aparece el icono USB  en el área de estado del sistema del monitor, es posible que el dispositivo de almacenamiento USB esté defectuoso. Sustituya el dispositivo de almacenamiento USB.
- No extraiga el dispositivo de almacenamiento interno del sistema. Los datos incluidos en dicho dispositivo están cifrados para poder cumplir la normativa HIPAA y se perderán si extrae el dispositivo. Extraiga el dispositivo de almacenamiento interno solo para realizar tareas de servicio.



NOTA

Con el fin de proteger la confidencialidad del paciente, elimine toda la información identificativa de las imágenes, los archivos o los registros del paciente antes de enviarlos electrónicamente.

1. Inserte el dispositivo de almacenamiento USN en un puerto USB del sistema.

El dispositivo de almacenamiento USB estará listo cuando aparezca el icono de USB  en la pantalla.

2. Si está exportando, espere al menos cinco segundos después de que la animación del icono de USB  se detenga.
3. Extraiga el dispositivo de almacenamiento USB del puerto.

Si desconecta un dispositivo de almacenamiento USB mientras el sistema está exportando datos en él, los archivos exportados podrían resultar dañados o quedar incompletos.

Interacción general

Una vez se ha configurado un Sonosite MT nuevo, se mostrará una pantalla de inicio al encender el sistema. Consulte [Configuración del sistema por primera vez \[34\]](#).

Figura 2. Pantalla de inicio



El sistema cuenta con cuatro módulos principales a los que se puede acceder desde la pantalla de inicio:

- **Explorar:** en este módulo, se realizan los exámenes a los pacientes.

- **Entrar:** en este módulo, podrá acceder al formulario de información del paciente, donde podrá introducir la información del paciente, buscarlo, ver la lista de pacientes programados y seleccionar un estudio.
- **Selecciónar:** en este módulo, podrá seleccionar la combinación de transductor y tipo de examen que va a utilizar en la exploración.
- **Aprender:** este módulo proporciona tutoriales de formación de exploraciones ecográficas, .

Podrá establecer uno de esos módulos como pantalla de inicio. Consulte [Elegir un modo de inicio \[60\]](#).

Monitor clínico

El monitor clínico Sonosite MT es una pantalla táctil que le permite interactuar directamente con los elementos de la pantalla, similar a otros dispositivos con pantalla táctil.

También puede utilizar el monitor clínico para controlar el zoom; ajustar el cuadro de color, la línea M, la línea D y la profundidad; así como para mover las etiquetas y los calibradores; entre otras opciones.


El monitor clínico muestra la imagen ecográfica y detalles sobre el examen y el estado del sistema.



ADVERTENCIA

- FUJIFILM Sonosite no recomienda utilizar un monitor que no sea el monitor clínico proporcionado por FUJIFILM Sonosite. Solo se han validado para el uso previsto del dispositivo las imágenes que se presentan en el monitor clínico.
- No utilice un monitor conectado a través del puerto de salida de vídeo digital para realizar diagnósticos clínicos.

Figura 3. Secciones del monitor clínico



1.	Área de mediciones y cálculos	6.	Escala de profundidad
2.	Información de paciente	7.	Médico, departamento y hospital
3.	Imagen ecográfica	8.	Transductor seleccionado, tipo de examen y valores IM e IT
4.	Marcador de orientación	9.	Modo o modos de adquisición de imágenes y controles seleccionados
5.	Fecha y hora	10.	Área de estado del sistema

Salida de vídeo digital



ADVERTENCIA


- Para evitar posibles descargas eléctricas e interferencias electromagnéticas, verifique que todo el equipo funcione correctamente y cumpla con las normas de seguridad pertinentes antes de su uso en un entorno clínico. La conexión de otros equipos al sistema de ecografía implica la configuración de un sistema médico. FUJIFILM Sonosite recomienda comprobar que el sistema, todas las combinaciones de equipo y los accesorios conectados al sistema de ecografía cumplen los requisitos de instalación y las normas de seguridad relevantes.
- Por motivos de seguridad, FUJIFILM Sonosite recomienda aislar las conexiones de vídeo auxiliares con dispositivos externos; por ejemplo, adaptadores de interfaz ópticos o inalámbricos. Compruebe la seguridad eléctrica de su sistema con un ingeniero biomédico antes de usarlo.

La resolución de salida de vídeo digital es de 1920 x 1080 píxeles a 60 Hz.

Panel táctil

El panel táctil es una pantalla táctil similar a las de otros dispositivos. La pantalla varía en función de cómo utilice el sistema. Use el panel táctil para, entre otras cosas, configurar los ajustes, seleccionar el tipo de examen, transductor y modo de imagen, introducir la información del paciente o realizar mediciones, entre otros. Al utilizar el panel táctil, los resultados se visualizarán en el monitor clínico.

Figura 4. Disposición del panel táctil



1.	Encabezado con el botón de finalizar estudio, la sesión del médico y el menú del sistema	5.	Visualización variable que incluye los botones derechos de panel, las imágenes y clips, las mediciones y los resultados de los cálculos
2.	Botones izquierdos del panel	6.	Controles de ganancia o cine
3.	Pestañas que varían según el uso	7.	Botones de guardado
4.	Contenido variable que incluye controles de imagen, etiquetas, mediciones y cálculos		

Teclado en pantalla

Puede introducir texto en los cuadros de texto (por ejemplo, en el formulario del paciente) mediante el teclado en pantalla.

1. Toque un cuadro de texto o **ABC**.
En muchos contextos, aparecerá el teclado en pantalla. Si está introduciendo una etiqueta, es posible que tenga a tocar .
2. Pulse las teclas que necesite:
 - Pulse la tecla de mayúsculas  para cambiar una tecla del alfabeto a mayúscula.
 - Pulse la tecla Bloq. mayús.  para cambiar todas las teclas del alfabeto a mayúsculas.
 - A la hora de rellenar un formulario, pulse **Siguiente** o la tecla de tabulación  para ir al siguiente cuadro de texto.

- A la hora de rellenar un formulario, pulse **Anterior** para ir al cuadro de texto anterior.
- Pulse **123*#** para mostrar las teclas de números, símbolos y caracteres especiales.
- Pulse **ABC** para volver a las teclas del alfabeto.
- A la hora de rellenar un formulario, mantenga pulsada la tecla del alfabeto para ver los caracteres con acentos.
- Pulse  para eliminar un carácter situado a la izquierda del puntero.
- Pulse  para cerrar el teclado. En algunos casos, la tecla de entrada también cerrará el teclado.

Preparación de los transductores



ADVERTENCIA

- Algunos geles y esterilizantes pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas.
- Algunas fundas de transductor contienen látex de caucho natural y talco que pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. FUJIFILM Sonosite le recomienda identificar a los pacientes alérgicos al látex y al talco y estar preparado para tratar inmediatamente cualquier reacción.



ATENCIÓN

- Para no causar daños al transductor, utilice exclusivamente los geles recomendados por FUJIFILM Sonosite. El uso de otros geles puede dañar el transductor y anular la garantía. Si tiene dudas sobre la compatibilidad de los geles, póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con su representante local.
- Limpie los transductores después de cada uso.


Conexión de los transductores

Sonosite MT permite conectar un transductor mientras está instalado en la base o fuera de ella. Como accesorio para la base, está disponible un conector de transductor triple (TTC).


Conexión de un transductor al TTC

1. Tire de la palanca del conector del transductor alejándola del conector y gírela.


2. Introduzca el conector del transductor en uno de los puertos del módulo del transductor situados en la parte inferior de la plataforma.



3. Asegúrese de que el conector esté bien colocado y, a continuación, gire la palanca nuevamente.



4. Presione la palanca para asegurar el conector del transductor al módulo transductor.




Repita los pasos anteriores para añadir hasta dos transductores más.

Conexión de un transductor mientras el sistema está sobre la base


1. Localice el acceso al conector del transductor del sistema en la parte inferior derecha de la plataforma de la base.
2. Tire de la palanca del conector del transductor alejándola del conector y gírela.
3. Inserte el conector del transductor en el conector del sistema.
4. Asegúrese de que el conector esté bien colocado y, a continuación, gire la palanca nuevamente.
5. Presione la palanca para asegurar el conector del transductor al sistema.

Conexión de un transductor directamente al sistema


1. Dele la vuelta al sistema .
2. Tire de la palanca del conector del transductor alejándola del conector y gírela.
3. Inserte el conector del transductor en el conector del sistema.



4. Gire la palanca.



5. Presione la palanca para asegurar el conector del transductor al sistema.



Extracción de un transductor



ATENCIÓN

Para evitar daños en el equipo que puedan producir una degradación en la calidad de imagen, no desconecte un transductor mientras se encuentra en uso. Congele la imagen, o bien, cambie de transductor antes de desconectarlo.

1. Tire de la palanca alejándola del conector y gírela para desenganchar el conector del puerto del transductor.
2. Tire del conector del transductor para desconectarlo del sistema.

Selección de tipo de transductor y examen



ADVERTENCIA

Para impedir diagnósticos erróneos o daños al paciente, utilice el transductor correcto para la aplicación. La capacidad de diagnóstico es diferente para cada transductor, tipo de examen y modo de adquisición de imágenes. Los transductores están diseñados para satisfacer criterios específicos en función de su aplicación física. Estos criterios incluyen los requisitos de biocompatibilidad. Conozca las capacidades del sistema antes de utilizarlo.

Antes de escanear, seleccione un tipo de transductor y de examen. Los tipos de examen son grupos predeterminados de ajustes de exploración optimizados para un uso clínico.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - En la pantalla de inicio, pulse **Seleccionar el transductor y tipo de examen**.
 - En el formulario del paciente, pulse el transductor actual y el botón de examen.

- Durante la exploración, toque el botón del transductor para cambiar de transductor o toque el examen para seleccionar uno diferente en el menú.
- Al cambiar de transductor, seleccione un tipo de examen en la tarjeta del transductor correspondiente:
 - Toque dos veces el tipo de examen.
 - Pulse el tipo de examen y, a continuación, pulse **Explorar** o **Cancelar** para cancelar. Al desplazarse por la lista de tipos de exámenes no aparece ningún elemento oculto.

Tabla 11. Modos de imagen y tipos de examen en los transductores

Transductor	Tipo examen	Modo de imagen			
		2D, Modo M	Color ^a	Doppler pulsado ^b	Doppler OC
C5-1 ^c	Abdomen	✓	CVD, CPD	✓	—
	OB precoz	✓	CVD, CPD	✓	—
	Ginecología	✓	CVD, CPD	✓	—
	Pulmón	✓	CVD, CPD	✓	—
	Musculoesquelético (MUS)	✓	CVD, CPD	✓	—
	Nervio	✓	CVD, CPD	✓	—
	Obstetricia (OB)	✓	CVD, CPD	✓	—
IC10-3	OB precoz	✓	CVD, CPD	✓	—
	Ginecología	✓	CVD, CPD	✓	—
	Obstetricia (OB)	✓	CVD, CPD	✓	—
L12-3 ^c	Arterial ^d	✓	CVD, CPD	✓	—
	Carótida ^d	✓	CVD, CPD	✓	—
	Pulmón	✓	CVD, CPD	✓	—
	Musculoesquelético (MUS)	✓	CVD, CPD	✓	—
	Nervio	✓	CVD, CPD	✓	—
	Oftálmico	✓	CVD, CPD	✓	—
	VIP ^d	✓	CVD, CPD	✓	—
	Superficial	✓	CVD, CPD	✓	—
	Venoso ^d	✓	CVD, CPD	✓	—
L15-4 ^c	Mama	✓	CVD, CPD	✓	—
	Musculoesquelético (MUS)	✓	CVD, CPD	✓	—
	Nervio	✓	CVD, CPD	✓	—
	Superficial	✓	CVD, CPD	✓	—
L19-5 ^c	Musculoesquelético (MUS)	✓	CVD, CPD	✓	—
	Nervio	✓	CVD, CPD	✓	—
	Oftálmico	✓	CVD, CPD	✓	—
	VIP ^d	✓	CVD, CPD	✓	—
	Superficial	✓	CVD, CPD	✓	—
	Venoso ^d	✓	CVD, CPD	✓	—
P5-1	Abdomen	✓	CVD, CPD	✓	—
	Cardíaco ^d	✓	CVD, Var	✓	✓
	Pulmón	✓	CVD, CPD	✓	—
	Obstetricia (OB)	✓	CVD, CPD	✓	—
	Orbital	✓	CVD, CPD	✓	—

Transductor	Tipo examen	Modo de imagen			
		2D, Modo M	Color ^a	Doppler pulsado ^b	Doppler OC
	Transcraneal	✓	CVD, CPD	✓	—

^aLa varianza de Doppler en color (Var) solo está disponible en el examen cardíaco. El Doppler de potencia en color (CPD) está disponible en todos los exámenes excepto en el tipo cardíaco. CVD = Doppler de velocidad en color

^bPara exámenes de tipo cardíaco, también está disponible el DTI DP

^cAdmite guía de aguja. Para obtener más información, consulte Uso de productos CIVCO con sistemas FUJIFILM Sonosite.

^dDisponible con la adquisición de imágenes de Doppler simultáneo.

Gel

Utilice gel de acoplamiento acústico sobre el transductor durante los exámenes. Aunque la mayoría de los geles proporcionan un nivel adecuado de acoplamiento acústico, algunos no son compatibles con el material de ciertos transductores. FUJIFILM Sonosite recomienda utilizar gel Aquasonic (se incluye una muestra con el sistema).

Para un uso general, aplique una cantidad abundante de gel entre el transductor y el cuerpo. Cuando lo use en intervenciones, ponga una funda al transductor.

Fundas



ADVERTENCIA

Use las fundas y geles para transductores aprobados, con la esterilización adecuada para el procedimiento. Aplique la funda del transductor y el gel de acoplamiento en el momento en que se disponga a efectuar el procedimiento. Después de utilizarlo, retire y deseche la funda de un solo uso y limpie y desinfecte el transductor con un desinfectante aprobado por FUJIFILM Sonosite.

Si quiere una guía para la limpieza y desinfección de transductores y el uso de fundas y geles, consulte la "Guía para la limpieza y la preparación de transductores de ultrasonidos externos e internos y otros equipos entre pacientes, así como la manipulación y uso con seguridad del gel de unión de ultrasonidos". *American Institute of Ultrasound in Medicine / J Ultrasound Med.* 2023;42(7):E13-E22. doi:10.1002/jum.16167.

Aplicación de una funda de transductor

1. Si la funda que utiliza necesita gel, ponga el gel dentro de la funda. Asegúrese de que el gel esté al final de la funda.
2. Introduzca el transductor en la funda.
3. Coloque la funda por encima del transductor y el cable hasta que la funda quede completamente extendida.
4. Ate la funda con las cintas suministradas.
5. Compruebe que no haya burbujas de aire entre la superficie del transductor y la funda; si las hay, elimínelas.
La presencia de burbujas entre la superficie del transductor y la funda puede alterar la imagen ecográfica.
6. Examine la funda para asegurarse de que no presenta agujeros ni desgarros.

Vídeos formativos integrados

Entre los vídeos formativos integrados de FUJIFILM Sonosite se incluyen vídeos de ayuda del sistema, así como vídeos animados en 3D que describen las técnicas de exploración.

El escaneo está activo durante la reproducción de un vídeo para que pueda practicar las técnicas de escaneo junto con las guías visuales.

Reproducción de un vídeo

1. Realice una de las siguientes acciones para ver un vídeo:
 - Pulse **Aprender** en la pantalla de inicio.
 - Pulse **Aprender** en el panel táctil.
 - Pulse **Aprender** en el menú del sistema  situado en la esquina superior derecha del panel táctil.
2. En la parte superior de la pantalla, seleccione una categoría (por ejemplo, **Conceptos básicos**). La selección actual aparece resaltada.
3. En el panel táctil, deslice hacia izquierda o derecha para ver las tarjetas adicionales.
4. Pulse una selección de vídeo de una de las tarjetas. El reproductor de vídeo aparece.
5. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
 - Seleccione un idioma en el menú **Idioma del vídeo**.
 - Reproduzca o pause el vídeo mediante los controles situados en la parte inferior del reproductor.
 - Toque el control de volumen para silenciar el audio. Toque de nuevo para desactivar el silencio.
 - Arrastre el control deslizante de volumen para ajustar el volumen.
 - Toque otro vídeo en la lista para reproducirlo.
 - Pulse **Atrás** para volver a la pantalla de **Aprender**.
 - Pulse **Explorar a lo largo** para reproducir un vídeo durante la exploración. El vídeo se mostrará en la pantalla de exploración. Podrá reproducir, poner en pausa, ampliar y cerrar el vídeo.

Configuración del sistema

Configuración del sistema le permite personalizar el sistema y ajustar las preferencias.



NOTA

- No podrá acceder a todos los ajustes del sistema si inicia sesión como invitado.
- En algunas páginas de ajustes del sistema se proporcionan funciones de restablecimiento.

Navegación por la configuración del sistema

1. En el panel táctil, pulse el menú del sistema
2. Pulse **Config. del sistema**.
3. Pulse una configuración de la lista para visualizar la página de configuración.
4. Cuando se encuentre en la página de configuración, realice cualquiera de las acciones siguientes:
 - Si la configuración del sistema tiene múltiples páginas, pulse el botón **Atrás** para volver a la página anterior.
 - Pulse otra configuración del sistema de la lista para visualizar su página de configuración (se guardarán todos los cambios que haya realizado).
 - Pulse **Salir** para guardar los cambios y salir de la configuración del sistema.
 - Pulse **Cancelar** para cancelar los cambios.

Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica



ATENCIÓN

Si restablece el sistema con la configuración predeterminada, se borrarán todas las configuraciones y datos del paciente. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de ejecutar esta acción.

1. Para restablecer manualmente el sistema, siga estos pasos:
 - a. Pulse el menú del sistema .
 - b. Pulse **Config. del sistema**.
 - c. Mantenga pulsado el símbolo de bloqueo durante 30 segundos.
2. Asegúrese de que el sistema está conectado a una alimentación de CA y pulse **Sí** para continuar.

Restablecer el sistema puede llevar hasta treinta y cinco minutos.



NOTA

Si su sistema no tiene suficiente potencia, deberá reiniciar el proceso.

3. Cuando el restablecimiento se haya completado, pulse **OK** (Aceptar) para reiniciar el sistema.

Uso del sistema como un administrador

Los usuarios con derechos de administración tienen la capacidad de administrar usuarios y establecer determinadas configuraciones y características de seguridad del sistema. Un usuario administrativo también puede utilizar el asistente para configurar el sistema.

Las configuraciones de seguridad disponibles le ayudan a cumplir los requisitos de seguridad pertinentes especificados en la ley HIPAA. Los usuarios son, en última instancia, responsables de garantizar la seguridad y la protección de toda la información sanitaria protegida electrónicamente que se obtenga, almacene, revise y transmita en el sistema.



ATENCIÓN

El personal sanitario que disponga de información sanitaria o la transmita debe aplicar los procedimientos correspondientes de conformidad con la Health Insurance Portability and Accountability Act o HIPAA (ley aplicable sólo en EE.UU., que trata sobre la responsabilidad y transferibilidad del seguro de enfermedad) de 1996 y la Directiva de protección de datos de la Unión Europea (95/46/EC) para poner en práctica los procedimientos correspondientes: con el fin de asegurar la integridad y la confidencialidad de la información y de proteger de amenazas o peligros razonablemente previstos relacionados con la seguridad o integridad de la información o bien con usos no autorizados o revelación de información.

Configuración del sistema por primera vez

Un nuevo sistema Sonosite MT muestra un asistente de configuración de forma automática cuando se enciende por primera vez. La primera página del asistente le pide que cree su cuenta de administrador. Durante la configuración del sistema, algunas de las configuraciones (como la fecha y la hora) pueden estar configuradas de fábrica. Siempre puede introducir otros valores, en función de las directrices establecidas por su organización.

1. Pulse el botón de encendido para encender la máquina.
El asistente de configuración se pone en marcha de forma automática.
2. En la primera página, introduzca la información de inicio de sesión administrativa que quiere utilizar.



NOTA

Para garantizar la seguridad, elija una contraseña que contenga letras en mayúscula (A-Z), letras en minúscula (a-z) y números (0-9). Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

3. En la página siguiente, modifique según corresponda y confirme la configuración de fecha y hora.
4. Seleccione si quiere o no importar la configuración personalizada de otro sistema Sonosite MT a través de un dispositivo de almacenamiento USB que contenga la configuración exportada. Después de conectar el dispositivo a su sistema, siga las instrucciones de importación. El asistente salta el resto del proceso de configuración.
5. En la página siguiente, introduzca la información relativa a su institución y a su departamento.
6. Especifique los ajustes de alimentación y batería.
7. Seleccione uno de los siguientes modos:



NOTA

Solamente puede cambiar los modos si pone en marcha el asistente otra vez (esta función solo la pueden realizar los administradores), de forma que se restablece el sistema y se borran todos los datos.



ATENCIÓN

FUJIFILM Sonosite recomienda encarecidamente realizar la configuración del sistema en el modo seguro. Si trabaja en el modo no seguro aumenta el riesgo de no cumplir las normas HIPAA.

- **Modo seguro:** el modo seguro requiere que todos los usuarios se registren en el sistema y permite gestionarlos, incluida la compatibilidad con un servidor de directorio. El modo seguro cumple con la normativa de privacidad de los pacientes y le permite conectarse a un servidor de directorio. Solo los administradores pueden cambiar la configuración de conectividad e importar y exportar la configuración del sistema si este está en modo seguro.
 - **Modo no seguro:** este modo permite que cualquier usuario acceda a todas las funciones del sistema, excepto a la configuración de administración, sin iniciar la sesión.
8. El portal del sistema está habilitado de forma predeterminada. Para deshabilitarlo, desmarque la casilla.

El sistema se reinicia para activar la nueva configuración.

Acceso a la configuración de administración

Para iniciar y finalizar sesión en el sistema y cambiar la contraseña, consulte el apartado [Inicio y cierre de sesión \[44\]](#). Si ha olvidado su contraseña de administrador, consulte la [Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica \[33\]](#) para restablecer el sistema o póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite (consulte el apartado [Obtención de ayuda \[1\]](#)).



ATENCIÓN

Si restablece el sistema con la configuración predeterminada, se borrarán todas las configuraciones y datos del paciente. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de ejecutar esta acción.

1. Pulse , y, a continuación, **Config. del sistema**.

2. Para ver la página principal de la configuración de administración, pulse **Administración** en la lista que se muestra a la izquierda.
3. Si se le pide, introduzca su información administrativa de inicio de sesión y pulse **Iniciar sesión**.

Gestión de los usuarios en el sistema

Solo los administradores pueden gestionar las cuentas de usuario, incluidas acciones tales como importar las cuentas de usuario desde otro sistema, crear o editar las cuentas de usuario o borrar las cuentas de usuario del sistema.

Para gestionar los usuarios a través de la sincronización con un servidor de directorio y con cuentas de usuario basadas en el servidor, consulte [Configurar una conexión con un servidor de directorio \[37\]](#).

Los campos obligatorios se indican mediante un asterisco (*).

Añadir un nuevo usuario en el sistema

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Gestión de usuarios**.
3. En la página de gestión de usuarios, pulse **Agregar usuario**. Complete los campos de información sobre el usuario.
4. Si quiere exigir al usuario que cambie su contraseña, seleccione **Pedir cambio de contraseña en inicio de sesión siguiente** y, después, introduzca una contraseña temporal para que el nuevo usuario obtenga un acceso inicial.



NOTA

- Para garantizar la seguridad, elija una contraseña que contenga letras en mayúscula (A-Z), letras en minúscula (a-z), caracteres especiales y números (0-9).
- Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- El tiempo mínimo predeterminado necesario entre el cambio de contraseñas (24 minutos) podría originar una orden de cambio de contraseña en el siguiente inicio de sesión.

5. Si quiere que la cuenta de usuario expire en una fecha determinada (como las cuentas para estudiantes, residentes u otro personal eventual), seleccione **Habilitar caducidad de cuenta** y, en el campo **Establecer caducidad en días**, introduzca el número de días en los que expirará la cuenta (por ejemplo, 90).
6. Cuando haya terminado de configurar la nueva cuenta de usuario, pulse **Guardar en la base de datos**.

Edición de un usuario

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Gestión de usuarios**.
3. Pulse en la cuenta de usuario que se encuentra en la lista y luego pulse **Editar usuario**.
4. Introduzca los cambios que desee en los campos de información sobre el usuario.



NOTA

Aunque puede cambiar el nombre o el apellido de un usuario, no puede modificar el nombre de la cuenta de usuario una vez esta haya sido creada.

5. Cuando haya terminado de modificar la cuenta de usuario, pulse **Guardar en la base de datos**.

Cambiar contraseña de un usuario

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Gestión de usuarios**.
3. Pulse en la cuenta de usuario que se encuentra en la lista y luego pulse **Editar usuario**.
4. Seleccione **Restablecer contraseña**.
5. Introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto **Contraseña** y en el cuadro de texto **Confirmar**.



NOTA

La contraseña que ha introducido en ambos campos debe coincidir.

Habilitación de una cuenta de usuario deshabilitada

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Gestión de usuarios**.
3. Pulse en la cuenta de usuario que se encuentra en la lista y luego pulse **Editar usuario**.
4. Establezca el **Estado** del usuario como **Activo**.

Eliminación de un usuario

1. En la página de gestión de usuarios, pulse la cuenta de usuario de la lista.
2. Pulse **Eliminar usuario**.
3. Toque **Sí**.

Configurar una conexión con un servidor de directorio

A fin de utilizar cuentas de usuario basadas en el servidor, debe configurar el sistema en el modo seguro (consulte el apartado [Configuración del sistema por primera vez \[34\]](#)). Recomendamos consultar a un administrador de TI sobre el procedimiento siguiente.

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **LDAP/AD**.
3. Seleccione **Utilizar autenticación LDAP/AD**.



NOTA

Activar una conexión con un servidor de directorio corporativo deshabilita la creación de una cuenta local. Puede continuar utilizando cuentas de usuario locales ya existentes, pero no puede agregar nuevas cuentas locales mientras esta configuración esté habilitada.

4. En el campo **Servidor remoto**, escriba la dirección de nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN) o la dirección IP del servidor del directorio.
5. En el campo **Puerto**, escriba el número de puerto del servidor del directorio. El puerto predeterminado de LDAP es 389. El puerto predeterminado de LDAPS es 636. Su número de puerto del servidor de directorio podría ser distinto.
6. Para cifrar la comunicación entre el sistema de ecografía y el servidor del directorio usando Seguridad de la capa de transporte (TLS), pulse la casilla que se encuentra al lado de **Protegido** (si no se marca esta casilla, se podrían poner en peligro las contraseñas utilizadas en el sistema).
Si utiliza TLS con una autoridad de certificación (AC) privada, primero debe importar el certificado raíz de la AC privada (consulte la [Gestión de certificados \[42\]](#)).
7. En el campo **Buscar raíz**, escriba el nombre distinguido del directorio raíz. El nombre distinguido es normalmente el mismo que el nombre de dominio, con el formato "atributo=valor" de X.500 según la norma RFC-2253.
8. En el campo **DN usuario**, escriba el nombre distinguido del directorio de usuario que desee buscar.



NOTA

Normalmente, la ruta de directorio que almacena las cuentas de usuario se lee en orden inverso.

9. En el campo **Nombre de dominio**, escriba el componente del nombre de dominio (habitualmente el subdominio del nombre de dominio de DNS) que se debe añadir delante del nombre de una cuenta de usuario para que funcione correctamente la búsqueda de directorios.
10. Cuando haya terminado de configurar su conexión, pulse **Comprobar conexión**.



NOTA

Si la conexión no se puede realizar, asegúrese de que ha introducido la información correcta y de que no hay ningún problema con la red o el servidor.

11. Toque **Save** (Guardar).

Gestión de los requisitos de la contraseña

Los administradores pueden definir la complejidad de las contraseñas de las cuentas de usuario, incluido el tipo de caracteres requeridos, la longitud de la contraseña y las políticas de bloqueo tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. Los requisitos de las contraseñas definidos en el sistema solo aplican a cuentas de usuario locales.

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Reglas de la contraseña**.
3. En **Complejidad de la contraseña**, seleccione la combinación deseada de parámetros de complejidad de la contraseña.
4. Utilice **Longitud mínima** y **Longitud máxima** para controlar la longitud de las contraseñas.
5. Introduzca un valor en el campo **Duración mínima para que la contraseña esté activa (min)**.

6. Si quiere limitar la reutilización de las contraseñas, introduzca el número de veces que una persona puede volver a utilizar contraseñas anteriores en el campo **Forzar recuento historial contraseñas**.
7. Si quiere que las contraseñas se cambien de forma periódica, introduzca el número de días que quedan hasta que caduque la contraseña en el campo **La contraseña caduca en (días)**. Para desactivar la caducidad de la contraseña, introduzca **0**.
8. Introduzca el número de intentos fallidos que una persona puede cometer antes de que el sistema le impida un nuevo intento de inicio de sesión en el campo **Umbral de bloqueo de cuenta (intentos sin éxito)**.
9. En el campo **Duración del bloqueo de cuenta (min.)** introduzca el tiempo (en minutos) durante el cual se impedirá a un usuario intentar iniciar sesión después de haber sido bloqueado.

Protección de la información del paciente



NOTA

Con el fin de proteger la confidencialidad del paciente, elimine toda la información identificativa de las imágenes, los archivos o los registros del paciente antes de enviarlos electrónicamente.

Puede configurar el sistema para que exija un nombre de usuario y una contraseña al iniciarse. Si requiere un inicio de sesión de usuario, configure las cuentas de usuario locales en el sistema o conéctese a un servidor de directorio para acceder a las cuentas.

Para ayudar a proteger la información confidencial del paciente, puede elegir no visualizar el nombre de este ni el número de ID en el monitor y que no aparezcan ni en las imágenes ni en los clips de vídeo exportados. También puede eliminar los datos del paciente del sistema.

Ocultar la información del paciente

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Configuración de admin.**
3. Para ocultar la información del paciente en el monitor, asegúrese de que está seleccionada la casilla **Ocultar información del paciente en el monitor clínico**.
4. Si quiere ocultar la información del paciente en los datos exportados, compruebe que está seleccionada la casilla **Ocultar la información del paciente al exportar**.

Eliminación de todos los datos del paciente del sistema



ATENCIÓN

Realice una copia de seguridad de los datos del paciente antes de ejecutar esta acción.

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Configuración de admin.**
3. Pulse **Eliminar datos pacientes.**
4. Asegúrese de que el sistema está conectado a una fuente de alimentación de CA y pulse **Sí** para continuar.
Eliminar los datos del paciente lleva aproximadamente treinta y cinco minutos.



NOTA

Si su sistema no tiene suficiente potencia, deberá reiniciar el proceso.

5. Cuando la limpieza se haya completado, pulse **Aceptar** para reiniciar el sistema.

Control de las importaciones y exportaciones de datos

Los administradores pueden controlar la exportación de datos a un dispositivo de almacenamiento USB conectado o bloquear el acceso a redes y a dichos dispositivos.

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Configuración de admin.**
3. Para controlar la exportación a un dispositivo de almacenamiento USB, realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea permitir la exportación de datos, seleccione la casilla **Activar la exportación a USB.**
 - Si prefiere evitar la exportación de datos, desmarque la casilla **Activar la exportación a USB.**
4. Para restringir el acceso a una red o a un dispositivo, realice cualquiera de las siguientes acciones en **Dispositivos de E/S habilitados**:
 - Si quiere restringir el acceso inalámbrico a la red, anule la selección de la casilla **Wi-Fi.**
 - Si desea restringir el acceso a la red a través de Ethernet, desmarque la casilla **Ethernet.**
 - Si prefiere impedir que cualquier dispositivo USB se conecte al sistema, desmarque la casilla **Dispositivos USB.**

Creación de una notificación de inicio de sesión

Los administradores pueden crear una notificación u otro mensaje que los usuarios podrán ver cuando inicien sesión en el sistema. El mensaje se puede configurar para mostrarse solo la primera vez que un nuevo usuario inicia sesión o se puede configurar para que aparezca cada vez que los usuarios inician sesión.

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Configuración de admin.**
3. Seleccione la casilla **Notificación de uso del sistema** y, a continuación, escriba el texto de la notificación.
4. Seleccione si desea que se muestre la notificación cada vez que un usuario inicia sesión o solamente la primera vez que un nuevo usuario inicia sesión, según sea necesario.

Establecimiento de la configuración de almacenamiento interno

El administrador puede configurar la forma en la que el sistema gestiona el almacenamiento interno mediante la configuración de ajustes de borrado automático y las alertas de almacenamiento interno.

Sus ajustes de borrado automático deben ser compatibles con sus ajustes de DICOM. Si ha configurado un servidor de asignación de almacenamiento, asegúrese de que el sistema está eliminando de forma automática solo estudios asignados a almacenamiento. Si solo ha configurado un servidor de archivos, puede permitir que el sistema elimine los estudios archivados. De lo contrario, puede seleccionar la opción de todos los estudios.

Configuración de ajustes de borrado automático

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Borrado automático**.
Se abrirá la página de configuración de borrado automático.
3. En el apartado de **Borrado automático**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Act**
 - **Dsct (manual)**
Esta es la opción predeterminada.
4. Seleccione el tipo de estudio que desea eliminar:
 - **Solo estudios asignados a almacenamiento**
 - **Solo estudios archivados**
 - **Todos los estudios**
5. Seleccione la fecha de los estudios que desea eliminar:
 - **24 horas**
 - **3 días**
 - **7 días**
 - **28 días**
6. Pulse **Save** (Guardar) y confirme su selección.
El borrado automático se producirá todos los días a medianoche o en la primera vez que se encienda.

Recepción de alertas de almacenamiento

En la página de ajustes de borrado automático, seleccione **Alerta capacidad almac. intern.**

El sistema muestra un mensaje si el almacenamiento interno está casi al límite de su capacidad cuando un usuario finaliza un estudio.



ATENCIÓN

Si el icono de guardado disponible no aparece en el área de estado del sistema, es posible que el medio de almacenamiento interno esté defectuoso. Póngase en contacto con la asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite.

Certificados

Si su sistema de seguridad lo requiere, puede importar e instalar certificados, incluidos los certificados inalámbricos. El sistema admite los siguientes tipos de archivos: PFX, DER, CER, PEM, CRT, KEY y PVK. Algunos tipos de archivos requieren una contraseña para poder importarlos o instalarlos.

Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#).

Gestión de certificados

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Certificados**.
3. Haga lo siguiente para importar archivos certificados:
 - a. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene los certificados.



NOTA

El sistema le informa si un certificado en el dispositivo de almacenamiento USB coincide con un certificado ya existente.

- b. Compruebe que los certificados del sistema, más los contenidos en el dispositivo de almacenamiento USB, no superen los 20 certificados.
 - c. Elimine certificados si es necesario y, a continuación, pulse **Importar**.
 - d. Pulse **Sí**, seleccione el USB que contiene los certificados y pulse **Importar** de nuevo.
4. Para instalar certificados, pulse **Instalar** y seleccione el lugar en el que quiere que se instale el certificado (los certificados PFX se instalan automáticamente).
 5. Para revisar las propiedades del certificado, seleccione el certificado cuyas propiedades desee revisar (si está revisando un archivo .pfx, seleccione el certificado específico en el paquete de la lista **Certificado**) y, a continuación, seleccione la propiedad de interés en **Campo** para revisar sus detalles.
 6. Para liminar archivos de certificado o desinstalar certificados, seleccione el archivo de certificado o el certificado y, a continuación, pulse **Elimin** o **Desinstalar**.



NOTA

El sistema le informa si el certificado o el archivo de certificado forma parte de una conexión DICOM o inalámbrica activa. La desinstalación o eliminación del certificado podría interrumpir la conexión.

Actualizaciones de software y monitorización del sistema remotas

Los administradores pueden configurar y conectar el sistema a un servicio en la nube que permite actualizar el software y monitorizar el sistema de forma remota. Puede descargar las actualizaciones de la nube e instalarlas directamente en el sistema o subir los registros del sistema a la nube para que el personal de servicio en remoto solucione los problemas. Se necesita conexión a Internet y el cortafuegos de su red debe estar configurado para permitir la conexión HTTPS en el puerto TCP 443 a las URL siguientes:

- <https://system-portal.sonosite.com>
- <http://crl.microsoft.com>
- <https://system-portal-nosni.sonosite.com>

- <https://ffss.sac.keyscaler.io/>
- <http://www.microsoft.com/pkiops/crl>
- <https://sonositesystemportal.blob.core.windows.net>

Cuando el sistema esté configurado y conectado a la nube, le enviará una notificación si hay alguna actualización disponible o errores de conexión. Las notificaciones aparecen en varios lugares, como el menú del sistema, junto a **Administración e Información del sistema** en la lista de ajustes del sistema, y en la página de ajustes de administración. También puede permitir que usuarios no administrativos descarguen e instalen actualizaciones.

Para descargar e instalar actualizaciones de software disponibles, consulte [Instalación de actualizaciones de software \[62\]](#).

Configurar la conexión al portal del sistema

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Toque **Conexión al portal del sistema**.
3. En la página siguiente, toque **Configurar**.
4. En la página de configuración, seleccione la casilla para habilitar la conexión con la función.



NOTA

Si el portal del sistema se ha habilitó durante la configuración inicial del sistema, esta casilla ya debería estar marcada.

5. Si el sistema todavía no está conectado a una red, siga uno de los procedimientos que se indican en [Conexión a la red \[47\]](#).
6. Para utilizar una conexión proxy, seleccione la casilla e introduzca la información del servidor proxy en los campos correspondientes. La dirección del servidor y el número de puerto son obligatorios.
Esta información se guardará aunque se desactive la conexión proxy.
7. Toque **Save** para guardar la configuración del proxy y verificar la conexión. Si toca **Rest.**, se restaurarán todos los campos a la versión de la última vez que se guardaron.



NOTA

Si restablece los valores de fábrica del sistema, el dispositivo dejará de estar asociado con el portal del sistema.

Revisar y restablecer la configuración del sistema

Puede revisar su configuración del sistema y compararla con la configuración predeterminada de fábrica. También puede restablecer el sistema a la configuración predeterminada, pero esto eliminará todas las configuraciones y datos.

Revisión de la configuración del sistema

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.

2. Pulse **Configuración de admin.**
3. Pulse **Comparar controles de seguridad.**

El sistema genera un informe para comparar la configuración actual con la predeterminada de fábrica. Cuando se haya completado, el sistema le dará la opción de guardar el informe en un dispositivo USB.

Restablecimiento del sistema

Si ha olvidado su información de inicio de sesión y necesita restablecer el sistema, consulte [Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica \[33\]](#).



ATENCIÓN

Si restablece el sistema con la configuración predeterminada, se borrarán todas las configuraciones y datos del paciente. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de ejecutar esta acción.

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Pulse **Configuración de admin** y, después, **Restablecer valores de fábrica.**
3. Asegúrese de que el sistema está conectado a una fuente de alimentación de CA y, después, pulse **Sí** para continuar.
Restablecer el sistema lleva aproximadamente 35 minutos.
4. Cuando el restablecimiento se haya completado, pulse **OK** para reiniciar el sistema.

Inicio y cierre de sesión

Si se requiere un inicio de sesión como usuario, aparecerá la pantalla In. sesión usuario al encender el sistema. Si su administrador ha configurado un inicio de sesión basado en el servidor, utilice su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el sistema de ecografía. También puede utilizar su inicio de sesión basado en el servidor si el sistema de ecografía no está conectado al servidor, siempre y cuando ya haya iniciado sesión por lo menos una vez antes de desconectar el sistema. El sistema almacena la información de usuario guardada en caché local.

Los invitados pueden explorar, guardar imágenes y clips de vídeo, visualizar hojas de trabajo y gestionar los datos de los pacientes para el estudio actual. Los invitados también pueden acceder a la ayuda en pantalla y a los vídeos formativos. Los invitados no pueden acceder a otra información del paciente, estudios o a configuraciones del sistema.

Inicio y cierre de sesión como usuario

1. En la página de inicio de sesión, escriba su nombre y contraseña de inicio de sesión.
Si otro usuario ha iniciado sesión, pulse  en la parte superior de la página para cerrar la sesión y, a continuación, vuélvala a iniciar. Es posible que tenga que finalizar un estudio (consulte [Finalización de un estudio anterior \[66\]](#)).
2. Toque **OK** (Aceptar).
También se cierra la sesión si se apaga o reinicia el sistema.

Inicio de sesión como invitado

1. Encienda el sistema.
2. En la página de inicio de sesión, pulse **Invitado**.

Cambiar la contraseña



NOTA

- Solamente puede cambiar su contraseña en el sistema si su sistema está utilizando cuentas de usuario locales. Las contraseñas basadas en el servidor deben cambiarse en el servidor.
- El sistema le informa si su contraseña no cumple los requisitos de la contraseña.
- Puede que tenga que esperar para cambiar su contraseña. La duración mínima predeterminada entre los cambios de contraseña es de 24 minutos.

1. Encienda el sistema e inicie sesión en su cuenta.
2. Pulse  en la parte superior de la página y luego **Cambiar contraseña** en el menú.
3. Introduzca su antigua contraseña y la nueva, confirme esta última y luego pulse **Cambiar contraseña**.

Ajustes de audio

En la página de configuración de audio, puede especificar ajustes de sonido y definir el volumen de los tonos y los clics.

Visualización de la página de configuración de audio

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.
2. Toque **Audio** en la lista de la izquierda.

Configuración de los ajustes de audio

En la página de ajustes de audio, siga una de las siguientes opciones:

- Seleccione **Clics de botón** para que las teclas hagan un clic al tocarlas.
- Seleccione **Alarma son.** para que el sistema reproduzca sonidos.
- Arrastre el control deslizante **Volumen de pitidos y clics** para ajustar el nivel del volumen. Para silenciar el audio, pulse el control de volumen. Toque de nuevo para desactivar el silencio.

Conectividad y configuración de DICOM

Desde la página de ajustes de conectividad, puede configurar las conexiones de red y DICOM e importar y exportar los ajustes de conectividad. Solo los administradores pueden editar, importar o exportar los ajustes de conectividad si el sistema está en modo seguro. Otros usuarios aún pueden seleccionar un perfil activo en la página de ajustes de conectividad.

Visualización de la página de ajustes de conectividad

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.
2. Toque **Conectividad** en la lista de la izquierda.

Especificación de la localización del sistema

La localización especificada en los ajustes de conectividad representa la localización activa del sistema.

En la página de ajustes conectividad, seleccione una localización de la lista **Localización**.

Acerca de DICOM

El sistema de ecografía cumple con los requisitos de la norma DICOM según especifica en la declaración de conformidad con DICOM de Sonosite MT, disponible en www.sonosite.com. Esta declaración de conformidad proporciona información acerca de la finalidad, las características, la configuración y las especificaciones de las conexiones de red admitidas por el sistema. Al utilizar datos en el estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine, Imagen y comunicaciones digitales para fines médicos), el sistema de ecografía puede realizar las siguientes funciones:

- Transferir los datos del examen del paciente a un archivador (consulte [Archivar estudios \[134\]](#)), como un archivador PACS (Sistemas de archivo y transmisión de imágenes).
- Confirmar el archivado correcto con un servidor de asignación de almacenamiento.
- Importar las intervenciones programadas y los datos del paciente desde un servidor de lista de tareas (consulte [Uso de la lista de trabajo \[69\]](#)).
- Enviar información de estado sobre las intervenciones realizadas a través de un servidor MPPS (paso de procedimiento realizado de modalidad).
- Exportar datos de examen como archivos DICOMDIR a una unidad USB (consulte [Exportación de estudios \[136\]](#)).

El sistema puede transferir a uno o más dispositivos y conectarse a redes diferentes, dependiendo de cómo se configure. El registro DICOM recoge errores y eventos de red, normalmente para ayudar en el diagnóstico (consulte [Registros \[63\]](#)).

Configuración del sistema para transferencias DICOM

Para configurar el sistema de cara a la transferencia DICOM, debe realizar las siguientes tareas (de las cuales se encarga normalmente un administrador de red o de PACS):

1. Haga una copia de seguridad de los valores de configuración de DICOM predeterminados en un dispositivo de almacenamiento USB conservado en un lugar seguro. Si es necesario, puede usarla para volver a la configuración predeterminada (consulte [Importación y exportación de los ajustes de conectividad \[54\]](#)).
2. Conéctese a la red (consulte [Conexión a la red a través de Ethernet \[47\]](#) o [Conexión a la red de forma inalámbrica \[47\]](#)).
3. Complete las páginas de configuración de DICOM para localizaciones y dispositivos (consulte [Páginas de configuración de DICOM \[47\]](#)).
4. Asocie dispositivos con localizaciones (consulte [Asociación de dispositivos con localizaciones \[52\]](#)).

Visualización de la página de configuración de DICOM

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.
2. Toque **Conectividad** en la lista de la izquierda.
3. En la página de configuración de conectividad, pulse **Config. de DICOM**.

Conexión a la red

Puede conectarse a la red mediante Ethernet o de forma inalámbrica. Conecte el sistema de ecografía a una red estándar de Ethernet 10/100/1000. Los dispositivos conectados al puerto Ethernet de la base deben cumplir con las normas IEC 60601-1 o IEC 60950. La conectividad inalámbrica es una función que requiere licencia.

Conexión a la red a través de Ethernet

1. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet situado en el concentrador de E/S de la parte posterior de la plataforma de la base.
2. En la página de ajustes de DICOM, pulse **Config** y seleccione **Localización**.
3. En la página de localización de DICOM, pulse **Nueva** para configurar una conexión nueva.
4. Consulte [Campos de configuración de la localización \[48\]](#) para configurar y guardar una localización con la configuración de red correcta. Asegúrese de que selecciona la opción **LAN** en el tipo de **Red**.

Si el sistema está conectado físicamente a una red, aparecerá el icono de Ethernet conectada  en el área del estado del sistema en el monitor.

Conexión a la red de forma inalámbrica

1. En la página de ajustes de DICOM, pulse **Config** y seleccione **Localización**.
2. En la página de localización de DICOM, pulse **Nueva** para configurar una conexión nueva.
3. Seleccione Inalámbrica en el tipo de **Red**.
4. Consulte [Campos de configuración de la localización \[48\]](#) y [Campos de configuración del perfil inalámbrico \[49\]](#) para configurar y guardar una localización con los ajustes de red correctos.

El icono inalámbrico  indica el estado de la conexión inalámbrica (el número de barras indica la potencia de la conexión).

Páginas de configuración de DICOM

Las páginas de configuración de DICOM son las siguientes:

- **Localización** Configuración de los ajustes de red, incluidos ajustes para una conexión de red inalámbrica. También especifica qué dispositivos desea asociar con esa red. Por ejemplo, configure una localización llamada "Oficina" y luego asóciela a un archivador. Podrá configurar hasta siete ubicaciones (consulte el apartado [Asociación de dispositivos con localizaciones \[52\]](#)).
- **Archivar** Configuración de los archivos PACS, dispositivos de almacenamiento de exámenes (imágenes y clips) de pacientes. Solo un archivador por ubicación puede recibir transferencias de imágenes en curso, pero puede seleccionar varios archivadores al finalizar el examen. Puede asociar hasta cuatro archivos por localización.

- **Asignar almacenamiento** Configuración de los servidores de asignación de almacenamiento, dispositivos que asumen la responsabilidad y proporcionan acuse de recibo de los contenidos enviados por el sistema de ecografía.
- **Lista de trabajo** Configura los servidores de listas de tareas, dispositivos que contienen los datos de las intervenciones programadas del paciente. Puede importar los datos en el formulario del paciente (consulte [Uso de la lista de trabajo \[69\]](#)).
- **MPPS** Configuración de los servidores MPPS, dispositivos que coordinan la información detallada acerca del examen realizado. Puede asociar un servidor MPPS por localización.

Configuración de una nueva localización o dispositivo



NOTA

Es necesario reiniciar el sistema si se realizan cambios en la configuración.

1. En la página de configuración de DICOM, pulse **Config**.
2. En la página de configuración de DICOM, seleccione el dispositivo que quiere configurar.
3. Toque **Nuevo**.
4. Rellene los campos de configuración y toque **Save** (Guardar).

Edición de una localización o dispositivo

1. En la página de configuración correspondiente, seleccione el nombre en la lista de localizaciones o dispositivos.
2. Realice los cambios necesarios.
3. Toque **Save** (Guardar).

Eliminación de una localización o dispositivo

1. En la página de configuración correspondiente, seleccione el nombre en la lista de localizaciones o dispositivos.
2. Toque **Elimin** (Eliminar).
3. Toque **Sí** para confirmar la eliminación.

Campos de configuración de la localización

Alias Nombre que identifica la localización en la red del sistema de ecografía.

Título AE Título de entidad de aplicación DICOM.

Puerto Dispositivo que escucha el número de puerto para las solicitudes de verificación de entrada y las respuestas de asignación de almacenamiento. El puerto TCP 104 se suele asignar a DICOM.

IPv4 e IPv6 Seleccione cada uno y rellene los campos siguientes:

- **DCHP** u **Obtener automáticamente la dirección IPv6** Obtiene automáticamente información para el resto de campos.
- **Dirección IP** Identificador exclusivo de la localización del sistema de ecografía. No puede estar entre 127.0.0.0 y 127.0.0.8.

- **Máscara de subred** o **Subred** Identifica una subdivisión de la red.
- **Acceso predeterminado** Dirección IP con la que la red se conecta a otra red. No puede estar entre 127.0.0.0 y 127.0.0.8.
- **Dirección de DNS** Dirección del servidor del nombre de dominio.

Transferir imágenes Especifica cuándo transferir imágenes: durante el examen o al final de este.

Demora de reintento Si se producen problemas de conectividad mientras se transfieren los datos del examen a un servidor DICOM, el sistema pausa la transferencia. En el menú desplegable, seleccione el tiempo que demora el sistema antes de reintentar la transferencia.

Compresión de JPEG Seleccione Alta, Media o Baja. La compresión alta se caracteriza por un tamaño de archivo menor aunque con menos detalles. Para que la calidad de la imagen sea máxima, seleccione Baja.

Impedir tiempo de espera del archivo Seleccione la casilla para impedir el tiempo de espera en el momento de transferir datos a un servidor DICOM.

Red Elija un tipo de red de la lista.

FIPS Seleccione esta opción si está configurando una conexión inalámbrica conforme a la norma federal estadounidense sobre procesamiento de la información (FIPS).



NOTA

Al seleccionar FIPS, la opción de política de seguridad en la página de conexión inalámbrica se limita a WPA2, la opción de cifrado a AES y el tipo de autenticación Enterprise a EAP-TLS o EAP-PEAPv0. También se permite la autenticación personal (también conocida como clave precompartida o autenticación PSK) utilizando WPA2 y cifrado AES. La opción FIPS no se puede activar si alguno de los perfiles inalámbricos asociados con una localización no están configurados de forma adecuada.

Perfil inalámbrico Seleccione esta opción si está configurando una localización inalámbrica.

Campos de configuración del perfil inalámbrico

Nombre de perfil Nombre del perfil configurado para esta ubicación. Para cada ubicación inalámbrica, puede tener hasta 10 perfiles.

Nombre de red (SSID) Identificador del conjunto de servicios del nombre de red para la red.

Conectarse a redes ocultas Marque la casilla para conectarse a una red oculta. La casilla está desmarcada de forma predeterminada.

Política de seguridad Tipo de seguridad que autentifica la red:

- **Abierta** Sin seguridad.
- **WPA2** Acceso protegido a Wi-Fi. Aparecen los campos siguientes:
 - **Autenticación**
 - **Personal** Aparece el campo **Frase contraseña**; introduzca la entrada de clave compartida utilizada para configurar la red.

- **Enterprise** Aparece el campo **Tipo de autenticación**; elija entre EAP TLS o EAP PEAPv0 y rellene los campos:
 - **EAP TLS** Protocolo de autenticación extensible-Seguridad de la capa de transporte. Aparecen los campos siguientes:
 - **Nombre de usuario** Nombre del usuario designado.
 - **Certificado de cliente** Selecciónelo entre la lista de certificados de cliente instalados en el sistema.
 - **Autoridad de certificación** Valida el servidor de autenticación o la autoridad de certificación. La lista incluye los certificados inalámbricos importados (consulte [Certificados \[41\]](#)). Seleccione el certificado que desee de la lista.
 - **Cifrado** Protocolo de cifrado de la red.
 - **EAP PEAPv0**
 - **Nombre de usuario**
 - **Contraseña** Una combinación única de letras y símbolos que permite el acceso a un usuario.
 - **Autoridad de certificación** Seleccione el certificado que desee de la lista.
 - **Cifrado** Protocolo de cifrado de la red.
- **RADIUS** Intercambio de claves -802.1x para el servicio de usuarios de marcado para acceso remoto. Aparecen los campos siguientes:
 - **Tipo de autenticación** Elija entre EAP TLS o EAP PEAPv0 y rellene los campos como se ha descrito anteriormente.

Campos de configuración del archivador

Alias Nombre exclusivo del archivador.

Título AE Título de entidad de aplicación DICOM del archivador.

Imágenes Define cómo se envían las imágenes al archivador: RGB (sin compresión), Mono (sin compresión) o JPEG.

IPv4 o IPv6 Seleccione uno y rellene la **Dirección IP**.

Usar TLS Seleccione esta casilla para utilizar el protocolo de Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) al transmitir datos al archivador. Aparecen los siguientes campos opcionales:

- **Certificado de cliente** Selecciónelo entre la lista de certificados de cliente instalados en el sistema.
- **Clave privada** Una de las claves del par de claves (pública y privada) que se suministra únicamente al usuario que la solicite y que nunca se comparte.
- **Contraseña de clave privada** La contraseña que desbloquea la clave privada.
- **Autoridad de certificación** Seleccione el certificado de la autoridad de certificación (CA) que se utiliza para validar el certificado informático del servidor de la lista de certificados inalámbricos importados (consulte [Certificados \[41\]](#)).

Puerto Número de puerto del servidor de archivos. El puerto TCP 104 se suele asignar a DICOM.

Ping Púlselo para determinar si se puede acceder a una dirección IP. El sistema muestra OK o Fallo.

Incluir clips de vídeo Si se selecciona esta casilla, solo se transferirán los clips de vídeo.

Incluir SR texto básico Seleccione esta casilla para enviar el informe estructurado de texto básico al archivador.

Incluir SR integral Seleccione esta casilla para enviar el informe estructurado integral al archivador.

Incluir marcas privadas Si el archivador es un producto de software de Sonosite, por ejemplo, Sonosite Synchronicity Workflow Manager, seleccione esta casilla para que se integre correctamente con el producto.



NOTA

Debido a que las etiquetas pueden ser incompatibles con algunos archivos anteriores, mantenga sin seleccionar esta casilla de verificación a menos que utilice productos de software Sonosite. Para más información, consulte la declaración de conformidad de su sistema de ecografía.

Campos de configuración de asignación de almacenamiento

Alias Nombre único para el servidor de asignación de almacenamiento.

Título AE Validación de almacenamiento Título de entidad de aplicación DICOM.

IPv4 o IPv6 Seleccione uno y rellene la **Dirección IP**.

Usar TLS Seleccione esta casilla para utilizar el protocolo Seguridad de la Capa de Transporte (TSL) al transmitir datos al servidor de la asignación de almacenamiento. Los campos de autenticación se describen en [Campos de configuración del archivador \[50\]](#) y son opcionales.

Puerto Número de puerto del servidor de la asignación de almacenamiento. El puerto TCP 104 se suele asignar a DICOM.

Ping Púlselo para determinar si se puede acceder a una dirección IP. El sistema muestra OK o Fallo.

Campos de configuración de la lista de trabajo

Alias Nombre exclusivo para un servidor de lista de tareas.

Título AE Lista de trabajo Título de entidad de aplicación DICOM.

Lista de trabajo (Rango de fechas) Restringe la consulta a las intervenciones del paciente programadas para: Hoy, Ayer, Hoy, Mañana; Todo.

Mapeo de descrip. de estudio Seleccione una de las opciones del menú para personalizar qué etiqueta de lista de trabajo de DICOM quiere usar para la descripción de su estudio.

Solo este dispositivo Restringe la consulta a las intervenciones del paciente programadas para el sistema basado en su título AE.

Modalidad US (Ecografía) es el tipo de modalidad predeterminado.

IPv4 o IPv6 Seleccione uno y rellene la **Dirección IP**.

Usar TLS Seleccione esta casilla para utilizar el protocolo Seguridad de la Capa de Transporte (TSL) al transmitir datos al servidor de la lista de trabajo. Los campos de autenticación se describen en [Campos de configuración del archivador \[50\]](#).

Puerto Número de puerto del servidor de la lista de trabajo. El puerto TCP 104 se suele asignar a DICOM.

Búsqueda automática Activa/desactiva la consulta automática.

Ocurre cada En una consulta automática, el intervalo de tiempo entre las actualizaciones automáticas.

Hora inicio En una consulta automática, la hora de inicio de la actualización automática (mostrada en formato de 24 horas).

Ping Púlselo para determinar si se puede acceder a una dirección IP. El sistema muestra OK o Fallo.

Campos de configuración del MPPS

Alias Nombre único para el servidor MPPS.

AE Title (Título AE) MPPS Título de entidad de aplicación DICOM.

IPv4 o **IPv6** Seleccione uno y rellene la **Dirección IP**.

Usar TLS Seleccione esta casilla para utilizar el protocolo Seguridad de la Capa de Transporte (TSL) al transmitir datos al servidor MPPS. Los campos de autenticación se describen en [Campos de configuración del archivador \[50\]](#) y son opcionales.

Puerto Número de puerto del servidor MPPS. El puerto TCP 104 se suele asignar a DICOM.

Ping Púlselo para determinar si se puede acceder a una dirección IP. El sistema muestra OK o Fallo.

Asociación de dispositivos con localizaciones

Para cada localización, seleccione qué dispositivos quiere que reciban los datos que transfiera, qué archivadores quiere designar como servidor MPPS o de validación de almacenamiento, de qué servidor de lista de trabajo quiere recibir los datos y qué archivadores quiere establecer como predeterminados. Una vez completadas estas selecciones, indique la localización que desea utilizar.



NOTA

Es necesario reiniciar el sistema si se realizan cambios en la configuración.

Los dispositivos deberán configurarse correctamente antes de que pueda asociarlos. Consulte [Configuración de una nueva localización o dispositivo \[48\]](#).

1. En la página de configuración de DICOM, seleccione una localización del sistema de la lista **Localización**.
2. En la lista de dispositivos, marque la casilla junto a uno o más archivadores o servidores de lista de tareas.

- Podrá seleccionar un máximo de cuatro archivadores y un servidor de lista de tareas para cada localización. Solo se puede seleccionar un archivo para recibir transferencias en curso. Los dispositivos seleccionados tienen una marca de verificación adyacente.
3. Si desea utilizar el servicio MPPS, asocie el servidor MPPS con el archivo:
 - a. Marque la casilla de verificación correspondiente al servidor de MPPS que desee. (El servidor MPPS aparece casi al final de la lista.)
 - b. Marque la casilla de verificación del archivo.
 - c. Marque la casilla de verificación en la columna MPPS del archivo.
 4. Si desea utilizar el servicio de asignación de almacenamiento, asocie el servidor de asignación de almacenamiento con el archivo:
 - a. Marque la casilla de verificación correspondiente al servidor de asignación de almacenamiento que desee. (El servidor de asignación de almacenamiento aparece al final de la lista.)
 - b. Marque la casilla de verificación del archivo.
 - c. Marque la casilla de verificación en la columna AA del archivo.
 5. Si quiere que un estudio finalizado se archive automáticamente, marque la casilla del archivador para habilitar la opción de almacenamiento predeterminado.
Hay hasta cuatro archivadores predeterminados para transferir finalizaciones de exámenes.
 6. Complete las tareas de configuración adicionales y pulse **Salir**.

Desvinculación de dispositivos con una localización

1. En la página de configuración de DICOM, seleccione una localización de la lista **Localización**.
2. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
 - Para anular la asociación de un archivador o servidor de lista de trabajo, marque su casilla.
 - Para desvincular un servidor MPPS desde un archivo, marque la casilla del servidor MPPS.
 - Para eliminar la asociación a un servidor de asignación de almacenamiento desde un archivo, seleccione la casilla de verificación del servidor de asignación de almacenamiento.
 - Para eliminar la asociación de un archivo desde todos los servidores, anule la selección de su casilla de verificación y vuelva a seleccionarla.

Verificación del estado de conexión de los dispositivos

En la página de configuración de DICOM, seleccione **Verificar** para confirmar que los dispositivos asociados estén conectados. (Si no está disponible **Verificar**, revise las conexiones de cable e inalámbricas. Reinicie el sistema si ha cambiado la configuración. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema).

El estado de la conexión del dispositivo se identificará en la columna **Estado**:

- **Fallo** DICOM no se puede comunicar con el dispositivo.
- **Satisfactorio** DICOM sí se puede comunicar con el dispositivo.
- **Desconocido** La configuración puede haber cambiado desde que las conexiones se verificaron por última vez.
- **Ocupado** El administrador de DICOM puede estar trabajando en otra tarea como en la transferencia de datos de estudio a un archivador. Espere a que se complete la transferencia y, después, pulse **Verificar** de nuevo.

Importación y exportación de los ajustes de conectividad

Puede importar y exportar todos los ajustes de localización y conectividad a otro sistema Sonosite MT. Estos ajustes incluyen datos de configuración de DICOM para las localizaciones, configuraciones de conexión inalámbrica, archivadores, servidores de asignación de almacenamiento, servidores de lista de tareas y servidores MPPS. Si ha importado los datos, todas las configuraciones del sistema se reemplazarán con los datos importados. Si ha exportado los datos, todas las configuraciones del dispositivo de almacenamiento USB se reemplazarán con los datos exportados. Solo los administradores pueden exportar los ajustes de conectividad si el sistema está en modo seguro.

El sistema no importa direcciones IP ni títulos AE cuando se importan datos de configuración de otro sistema.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene la configuración (consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#)).
2. En la página de configuración de DICOM, pulse **Config**.
3. Toque **Importar** o **Exportar** en la parte inferior de la página.
4. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB y, a continuación, pulse **Importar** o **Exportar**.

Configuración de personalización

En la página de ajustes de personalización, puede crear exámenes personalizados y paquetes de etiquetas de texto, especificar la configuración de las mediciones y los cálculos obstétricos, vasculares y abdominales.

Visualización de la página de ajustes de personalización

1. Pulse  y, a continuación, **Config. del sistema**.
2. Toque **Personalización** en la lista de la izquierda.

Configuración de cálculos obstétricos

Consulte [Referencias obstétricas \[156\]](#).

Tabla 12. Autores de cálculos obstétricos

Resultado del cálculo	Mediciones de OB gestacionales	Autores disponibles
Edad gestacional (EG o GA)	GS o SG	Nyberg, Hansmann
	LCC	ASUM
		Hadlock
		Intergrowth21
	DBP	ASUM
		Hadlock
PC	ASUM	
	Hadlock	
CA	ASUM	
	Hadlock	

Resultado del cálculo	Mediciones de OB gestacionales	Autores disponibles
	LF	ASUM Hadlock
	DFO o OFD	Hansmann ASUM
Peso fetal estimado (PFE) ^a	PC, CA, LF	Hadlock 1
	DBP, PA, LF	Hadlock 2
	PA, LF	Hadlock3
PEF %	PEF, EG	Hadlock

^aEl cálculo del peso fetal estimado (PFE) emplea una ecuación compuesta por una o más mediciones de biometría fetal. El usuario no determina las selecciones individuales para las ecuaciones 1, 2 y 3 de Hadlock para el PEF. La ecuación seleccionada se determina mediante las mediciones que se han guardado en el informe del paciente, con prioridad para el orden enumerado anteriormente.

Selección de autores para los cálculos obstétricos

1. En la página de configuración de personalización, pulse **Autores**, que se encuentra en la lista de la izquierda.
2. Seleccione los autores deseados de las listas desplegables.
3. Para restablecer los valores predeterminados de fábrica, pulse **Cancelar**.

Configuración de cálculos abdominales

1. En la página de configuración de personalización, pulse **Autores**.
2. Seleccione el coeficiente de la lista desplegable que se encuentra bajo **Vejiga**. El sistema utilizará el coeficiente elegido para calcular el volumen de la vejiga.

Ajustes de cálculos RCV

1. En la página de configuración de personalización, pulse **Autores**.
2. Seleccione el autor que quiera de la lista desplegable en RCV (relación catéter-vaso).

El sistema calculará la relación entre el catéter y el vaso en función de los diámetros o las áreas, según la fórmula elegida.

Personalización de tipo de examen

El sistema muestra los tipos de examen definidos en fábrica y los personalizados, organizados ambos por el transductor.

Puede reorganizar los tipos de examen en el transductor y lista de exámenes o crear un nuevo tipo de examen personalizando uno existente para que utilice sus ajustes favoritos. Cuando se selecciona el nuevo tipo de examen, el sistema utiliza automáticamente los ajustes que se han especificado. También puede cambiar el nombre, eliminar, exportar e importar tipos de examen personalizados.

También puede crear o modificar un tipo de examen personalizado directamente desde la página de exámenes personalizados, pero no puede ajustar los controles de adquisición de imagen en la página.

Crear o modificar un tipo de examen personalizado

1. Seleccione un tipo de transductor y examen (consulte [Selección de tipo de transductor y examen \[29\]](#)).
2. Ajuste los controles de imagen según sus preferencias (consulte [Controles de adquisición de imágenes 2D \[74\]](#), [Controles de adquisición de imágenes en modo M \[77\]](#), [Controles de adquisición de imágenes Doppler \[78\]](#) y [Controles de adquisición de imágenes en color \[81\]](#)).
3. Para ajustar la posición de los controles de adquisición de imágenes en el panel táctil, consulte la [Acceso y desplazamiento de los controles táctiles \[73\]](#).
4. Pulse en el menú del sistema  y, después, pulse **Guardar examen personalizado**.
5. Si ha seleccionado inicialmente un tipo de examen personalizado ya existente, elija entre actualizarlo o crear uno nuevo.
6. Para crear un tipo de examen personalizado, escriba un nombre único de hasta 40 caracteres.
7. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
 - Para incluir los cambios en los parámetros de control, pulse la casilla de verificación.
 - Para incluir los cambios en la disposición de control, pulse la casilla de verificación.
 - Para cambiar el paquete de etiquetado asociado al tipo de examen, seleccione un paquete en el menú desplegable.
 - Para reordenar el tipo de examen en la lista, púselo y luego pulse en las flechas hacia arriba o hacia abajo.
8. Pulse **Guardar examen personalizado**.

Modificar un tipo de examen personalizado en la página de configuración

1. En la página de configuración de la personalización, pulse **Tipos de examen**.
2. En la página de exámenes personalizados, seleccione un transductor del menú desplegable.
3. Para cambiar el paquete de etiquetado asociado al tipo de examen, seleccione un paquete en el menú desplegable.
4. Para cambiar el orden de un tipo de examen en la lista, púselo y luego seleccione **Mover hacia arriba** o **Mover hacia abajo**.

Personalizar etiquetas de texto

Puede crear, editar, eliminar e importar y exportar etiquetas y paquetes personalizados. Puede modificar paquetes predefinidos y guardarlos como paquetes nuevos para mejorar su flujo de trabajo. Solo se pueden modificar etiquetas de texto, no pictogramas.

Crear o modificar un paquete de etiquetas personalizadas

1. En la página de ajustes de personalización, pulse **Etiquetas**.
2. Seleccione un paquete base de fábrica o un paquete personalizado existente y toque **Editar**. También puede tocar dos veces el paquete.



NOTA

Los paquetes de etiquetas personalizadas incluyen un asterisco * como primer carácter del nombre.

3. En la página siguiente, realice una de las siguientes acciones:
 - Toque una posición de etiqueta vacía en el paquete y cree una etiqueta con el teclado que se muestra en pantalla.
 - Toque una etiqueta existente y modifíquela con el teclado que hay en pantalla.
 - Elimine una etiqueta.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Guarde el paquete como un paquete personalizado nuevo.
 - Sustituya el paquete cambiándole el nombre. No puede modificar paquetes base de fábrica.
5. Toque **Save** (Guardar).

Eliminar un paquete de etiquetas personalizadas

1. En la página de ajustes de personalización, pulse **Etiquetas**.
2. Seleccione el paquete de etiquetas personalizadas que quieras eliminar.
3. Toque **Elimin**.

Importar o exportar ajustes personalizados



NOTA

- Solo los administradores pueden importar y exportar ajustes personalizados si el sistema está en modo seguro.
- Asimismo, puede exportar ajustes personalizados en la página de ajustes generales e importarlos a un nuevo sistema mediante el asistente de configuración.



NOTA

Antes de empezar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si va a importar ajustes personalizados, asegúrese de estar trabajando con un tipo de examen base de fábrica.
- Si el sistema está en modo seguro, inicie sesión como administrador.
- Habilite los dispositivos USB y la exportación en los Ajustes de administración (solo administradores).

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#)).
2. En la página de ajustes de personalización, ejecute cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para importar ajustes personalizados, toque **Importar** y, después, **Sí**. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB y pulse **Importar** de nuevo.
Los ajustes personalizados se sustituyen por aquellos que proceden del dispositivo de almacenamiento USB.

- Para exportar ajustes personalizados, toque **Exportar** y, después, **Sí**. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB y pulse **Exportar** de nuevo. Se guarda una copia en el dispositivo de almacenamiento USB.

Ajustes de fecha y hora



ADVERTENCIA

Para obtener cálculos obstétricos precisos es esencial que la fecha y la hora sean correctas. Compruebe que la fecha y la hora sean correctas cada vez que vaya a utilizar el sistema.

Visualización de la página de ajustes de fecha y hora

1. Pulse y, a continuación, **Config. del sistema**.
2. Toque **Fecha y hora** en la lista de la izquierda.

Configuración de fecha y hora

En la página de ajustes de fecha y hora, haga lo siguiente:

- Elija el formato de fecha que desee y, después, escriba el día, mes y año.
- Introduzca la hora y los minutos.
- Para obtener la hora del sistema de un servidor horario, seleccione **Tiempo de uso en servidor** e introduzca la **Dirección del servidor**.



NOTA

Si selecciona **Tiempo de uso en servidor**, no podrá editar manualmente la fecha ni la hora.

- Para especificar que el sistema debe ajustarse de forma automática al horario de verano, seleccione **Horario de verano**.
- Seleccione su zona horaria en la lista **Huso horario**.

Visualización de la configuración de la información

En la página de configuración de la información de pantalla puede especificar los detalles que aparecerán en el monitor durante la adquisición de imágenes.

Visualización de la página de configuración de la información

1. En el menú del sistema, pulse y, después, **Config. del sistema**.
2. Toque **Info. pantalla** en la lista de la izquierda.

Especificación de los detalles que aparecen en el monitor

En la página de configuración de la información, seleccione los ajustes en las siguientes secciones:

- **Información de paciente** Información que aparece en el encabezado de paciente, incluidos su nombre e ID, el ID del departamento, la fecha y la hora, el usuario y la institución.
- **Datos del modo** Información de adquisición de imágenes en 2D, Doppler, Color o Modo M.

Estado de la red

La página del estado de la red muestra la siguiente información:

Información general

- Localización
- Conectividad y direcciones IP (IPv4 y IPv6)
- Máscara de subred
- Acceso predeterminado
- Dirección DNS
- Dirección MAC Ethernet

Información solamente inalámbrica

- Red inalámbrica SSID
- BSSID conectado
- Dirección MAC inalámbrica
- Fuerza de la señal inalámbrica
- Estado de conexión inalámbrica
- Estado FIPS

Visualización de la página de estado de la red

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.
2. Toque **Estado de la red** en la lista de la izquierda.

Configuración de alimentación y batería

La página de configuración de alimentación y batería le permite especificar el periodo de inactividad antes de que el sistema entre en modo de latencia o se apague. La página de configuración de alimentación y batería también muestra el estado de la batería, incluido el tiempo que el sistema puede realizar una exploración solo con la energía de la batería.

Visualización de la página de configuración de alimentación y batería

1. Pulse  y, a continuación, **Config. del sistema**.
2. Toque **Batería y AC** en la lista de la izquierda.

Especificación de la configuración de la alimentación

En la página de configuración de alimentación y batería, seleccione una de las opciones siguientes:

- **Espera latenc. (min)**: seleccione **Desactivada**, **5**, **10**, **20** o **30** minutos para especificar el periodo de inactividad que debe transcurrir antes de que el sistema entre en el modo de latencia. Puede seleccionar una configuración diferente para cuando el sistema esté enchufado o con batería. El sistema se apagará automáticamente si se encuentra en modo de latencia y el nivel de carga de la batería está por debajo del 14 %.



NOTA

El sistema no entrará en modo de latencia si se encuentra en modo intervención (consulte [Controles de adquisición de imágenes 2D \[74\]](#)).

- **Espera apagado (min):** seleccione **Desactivada, 15, 30, 45** o **60** minutos para especificar el periodo de inactividad que debe transcurrir antes de que el sistema se apague automáticamente. Puede seleccionar una configuración diferente para cuando el sistema esté enchufado o con batería.
- **Modo rendimiento** o **Modo eficiencia:** el modo rendimiento permite que el sistema se inicie en 20 segundos en lugar de 45 una vez apagado, pero este modo consume más batería. De forma predeterminada, el sistema está en modo rendimiento cuando está enchufado. Al usar la batería, el sistema dura más tiempo en modo eficiencia, ya que cuenta con alrededor de cuatro días de carga cuando está en suspensión en comparación con las siete horas del modo rendimiento. Si el sistema, usando la batería, está en modo rendimiento y le quedan 15 minutos de adquisición de imágenes, cambia automáticamente al modo eficiencia.

Ajustes generales

La página de configuración general tiene ajustes para preselecciones generales y la capacidad de exportar algunos ajustes del sistema.

Visualización de la página de configuración general

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.
2. Pulse **General** en la lista de la izquierda.

Ajuste del brillo

En la página de configuración general, haga una de estas acciones:

- Arrastre el control deslizante de **Brillo del monitor** hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Arrastre el control deslizante de **Brillo del panel táctil** hacia la derecha o hacia la izquierda.

Selección de la configuración del ID del paciente

En el apartado **ID Paciente**, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- **Guard.auto.form.pac.** Cuando esta opción está activada, el sistema guarda el formulario del paciente como imagen en el estudio del paciente.
- **Generar ID del paciente** Cuando esta opción está activada, el sistema genera automáticamente un ID único del paciente al iniciar un estudio desde el formulario del paciente, excepto si se introduce un ID de paciente de forma manual o desde la lista de tareas. Esta opción se puede utilizar para adaptarse a determinados flujos de tareas. Opcionalmente, puede introducir cualquier carácter al inicio del ID en el campo **Prefijo**.

Elegir un modo de inicio

Puede elegir el modo en el que estará el sistema cuando lo ponga en marcha, finalice un estudio o inicie sesión.

En la página de configuración general, seleccione una opción en la sección **Inicio**:

- **Abrir pantalla de selección** Muestra la pantalla de inicio, que le ofrece la opción de realizar una exploración, introducir información del paciente, seleccionar un transductor y un tipo de examen o ver guías visuales.
- **Escaneo** Muestra la pantalla de imágenes 2D.
- **Seleccionar transductor/examen** Muestra las opciones de selección de transductores y tipos de examen.
- **Información del paciente** Muestra el formulario del paciente.

Consulta automática en la lista de trabajo con un lector de código de barras



ADVERTENCIA

Antes de usar el lector de códigos de barras con los pacientes, verifique si el programa personalizado funciona según lo esperado.

Puede especificar que el sistema consulte la lista de tareas para obtener la información del paciente cuando escanea el código de barras del ID de paciente.

En la página de configuración general, seleccione **Autobúsq. cód. barr.**

Exportación de la configuración del sistema

Algunos ajustes del sistema, como las cuentas de usuario, las preferencias generales y los tipos de examen personalizados, se pueden exportar desde la página de configuración General. Los ajustes exportados se pueden importar en otro sistema Sonosite MT o en el mismo si se ha producido un restablecimiento de los valores de fábrica. Al exportar desde la página de configuración general, todos los ajustes del sistema en el dispositivo de almacenamiento USB se sustituyen por los ajustes exportados. Solo los administradores pueden exportar los ajustes del sistema si este está en modo seguro.

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#)).
2. En la página de configuración general, pulse **Exportar** y, a continuación, pulse **Sí**.
3. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB y, a continuación, pulse **Exportar**.

Información del sistema

La página de información del sistema muestra las versiones del hardware y del software del sistema, las patentes y la información de la licencia. Si el sistema lo ha configurado un administrador, también puede comprobar e instalar cualquier actualización de software disponible. Si hay alguna actualización disponible, que se esté descargando o instalando, aparecerá una notificación junto a **Config. del sistema** en el menú y en **Información del sistema** en la lista de configuración del sistema.

Consulte también [Licencias de software \[165\]](#) y [Configurar la conexión al portal del sistema \[43\]](#).

Visualización de la página de información del sistema

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.

2. Toque **Información del sistema** en la lista de la izquierda.

Instalación de actualizaciones de software

Los usuarios administrativos también pueden ejecutar los procedimientos siguientes en la página del portal del sistema, que está disponible en la página de administración. El sistema tiene que estar conectado a Internet, al portal del sistema y a una fuente de alimentación.

1. En la página de información del sistema, pulse **Comprobar actualización**. El sistema comprueba si hay una actualización de software disponible.
2. Toque **Descargar**. El sistema empezará a descargar la actualización. Puede pausar o cancelar la descarga o seguir utilizando el sistema durante el proceso de descarga.
3. Monitorice la descarga comprobando el estado en la página.
4. Cuando la descarga haya finalizado, verifique que el sistema está listo para una actualización asegurándose de que está conectado a una fuente de alimentación y que ha finalizado cualquier examen.
5. Pulse **Instalar**.

Configuración USB

En la página de configuración del USB, puede visualizar información acerca de los dispositivos USB conectados y especificar formatos de archivos y opciones de exportación de datos a un dispositivo de almacenamiento USB.



NOTA

Solamente puede exportar datos a un dispositivo de almacenamiento USB si su administrador tiene habilitada esta configuración.

Visualización de la página de configuración de USB

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.
2. Toque **USB** en la lista de la izquierda.

Especificación de las opciones de exportación USB

1. En la página de configuración de USB, seleccione un **Tipo de exportación**.
 - **Exportar DICOM** crea archivos DICOMDIR que se pueden leer con un lector DICOM. Exportación de clips de vídeo en formato MJPEG.
 - **Exportar multimedia** organiza los archivos en una estructura de carpetas estándar. Exportación de clips de vídeo como archivos mp4.
2. Seleccione un formato de imagen para el tipo de exportación. Para formatos JPEG, también se selecciona la compresión de JPEG. La compresión alta se caracteriza por un tamaño de archivo menor aunque con menos detalles (consulte [Limitaciones del formato JPEG \[63\]](#)). Para que la calidad de la imagen DICOM sea óptima, seleccione el formato de imagen RGB y compresión baja.
3. (Solo para Exportar multimedia) Seleccione un criterio de ordenación en la lista **Ordenar por**.

4. (Solo para Exportar DICOM) Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
- **Incluir SR texto básico** para exportar el informe estructurado de texto básico.
 - **Incluir SR integral** para exportar el informe estructurado integral.

Limitaciones del formato JPEG

Al transferir o exportar imágenes en formato JPEG, el sistema utiliza una compresión con pérdidas. La compresión con pérdidas puede crear imágenes que incluyan menores detalles absolutos que el formato BMP y hacer que no se procesen como imágenes idénticas a las originales. En algunas circunstancias, las imágenes creadas con compresión con pérdidas pueden no resultar adecuadas para su uso clínico.

Tabla 13. Configuración de compresión JPEG

Ajuste	Nivel de calidad
Baja	100 %; la diferencia entre la imagen comprimida y sin comprimir es casi nula.
Media	90 %; por lo general, la pérdida solo afecta al contenido de frecuencia elevada (se produce cierta degradación en los bordes de las estructuras de la imagen).
Alta	75 %; pérdida general de detalles.



NOTA

La proporción del tamaño de la imagen sin compresión con respecto al tamaño de la imagen con compresión depende del contenido de la imagen.

Para más información sobre la utilización de imágenes con compresión con pérdidas, consulte la bibliografía específica del sector.

Registros

Los registros recogen información que puede ser útil para solucionar problemas en el sistema. Puede enviar la información al departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite (consulte el apartado [Obtención de ayuda \[1\]](#)).

Puede exportar los registros como archivos .csv a un dispositivo de almacenamiento USB y leerlos en un PC a través de un programa de hojas de cálculo. El contenido del registro se guarda a medida que se van generando entradas. Los registros tienen espacio limitado y sobrescriben el contenido existente cuando están llenos. Solamente un administrador puede borrar los registros.

En la página de configuración de registros, puede ver los siguientes:

- **Todo** Muestra los siguientes tipos de registros.
- **Usuario** Recoge información sobre los inicios de sesión y la creación de usuarios, así como información sobre cuándo se exportó o borró el registro.
- **DICOM** Recoge los errores y eventos de la red, normalmente para ayudar en los diagnósticos.
- **Afirmar** Recoge información sobre las excepciones del sistema y los principales eventos de error para ayudar en los diagnósticos.
- **Sistema** Recoge información sobre el comportamiento normal y anormal del sistema, así como sus detalles de diagnóstico y los del transductor.
- **Diagnóstico** Registra los resultados de la comprobación diagnóstica de los elementos de imágenes del transductor que el sistema realiza de forma automática cuando se activa

un transductor. Este registro de informes identifica cualquier elemento del transductor que pueda estar experimentando un mal funcionamiento. [Figura 5, “Informe diagnóstico del transductor” \[64\]](#) muestra un ejemplo de un informe diagnóstico.

Figura 5. Informe diagnóstico del transductor

Transducer performance test detected suspicious elements (element numbers go from 0 to 127): 6, 7, 8, 11, 13, 15.

Suspicious elements per image region: left 6, center 0, right 0.

Configuration: System SN: 000PHX. Software BOM: 1.0.00012. TTC SN: 123456. Transducer: L19-5 with SN 123456 in bay 2. Please see the user guide’s Troubleshooting and Maintenance section for more information about addressing image quality issues.

- **ePHI** Recoge información sobre la creación, eliminación, modificación, acceso, visualización, almacenamiento y exportación de los datos del paciente.



NOTA

Solamente los administradores pueden acceder a los registros de ePHI.

Visualización y eliminación de registros

1. Pulse  y, a continuación, **Config. del sistema**.
2. Toque **Registros** en la lista de la izquierda.
3. En la página Registros, pulse el que se encuentra en el apartado **Tipo de registro**.
4. Pulse **Borrar** y confirme su selección.

Exportación de un registro



ATENCIÓN

Se borrará cualquier registro que se haya exportado previamente al dispositivo de almacenamiento USB. Si desea conservar estos archivos, cópielos en otra localización antes de continuar.

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#)).
2. En la página de registros, pulse el que se encuentra en el apartado **Tipo de registro**.
3. Pulse **Exportar** y, a continuación, seleccione **Sí** para confirmar la exportación. Aparecerá una lista de dispositivos de almacenamiento USB.
4. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB adecuado y pulse **Exportar**.
5. Cinco segundos después de que finalice la exportación, podrá retirar el dispositivo de almacenamiento USB de forma segura.

Cargar registros

El sistema debe estar conectado al portal del sistema. Consulte [Configurar la conexión al portal del sistema \[43\]](#).

1. Inicie sesión en la página de la configuración de administración con su información de inicio de sesión administrativa.
2. Toque **Conexión al portal del sistema**.
3. En la página siguiente, toque **Cargar registros**.

Introducción de información del paciente

Sonosite MT ofrece herramientas para introducir, buscar y gestionar la información del paciente, que pasará a formar parte del registro de examen o estudio del paciente. En el servidor de la lista de trabajo, podrá buscar estudios específicos, actualizar la información del paciente, crear nuevos estudios y guardar exámenes. Si desea más información sobre la gestión de datos y estudios de pacientes, consulte el [Gestión de datos del paciente \[133\]](#).

Es posible comenzar una exploración sin introducir ninguna información del paciente. Tan pronto como comience a recopilar imágenes y datos, estos se guardarán en un nuevo estudio y aparecerá el botón **FIN ESTU**.



NOTA

En caso de querer guardar imágenes y otros datos en un estudio nuevo, deberá finalizar el estudio anterior. Antes de archivar una imagen, deberá introducir un nombre del paciente (consulte el apartado [Creación de un nuevo paciente \[66\]](#)).

Finalización de un estudio anterior

1. Asegúrese de haber guardado las imágenes y demás información que desee conservar (consulte [Guardar una imagen o un clip \[94\]](#)).
2. En la barra de navegación superior del panel táctil, pulse **FIN ESTU**. Aparecerá el cuadro de diálogo para finalizar el estudio.
3. Si está configurado, seleccione o cancele la selección de uno o más archivos. Los archivos que se han configurado previamente como predeterminados ya están seleccionados (consulte [Asociación de dispositivos con localizaciones \[52\]](#)).
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para iniciar un nuevo estudio, pulse **Sí**. Aparecerá la pantalla de inicio.
 - Para restablecer el estudio actual, pulse **Cancelar**.



NOTA

Al apagar el sistema también se finaliza el estudio.

Creación de un nuevo paciente

El formulario del paciente le permitirá introducir información de identificación del paciente y del examen, así como los detalles clínicos del estudio del paciente.

Tras comenzar un nuevo formulario del paciente, todas las imágenes, clips de vídeo y demás información que guarde durante el examen se vincularán a ese paciente.

1. Para iniciar un nuevo formulario de información del paciente, realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Pulse **Entrar** en la pantalla de inicio.
 - Pulse **+ Nuevo paciente** en el panel táctil.
2. Introduzca la información del paciente en los campos de texto del formulario del paciente.
3. Pulse  para cerrar el teclado o pulse **Explorar** para realizar una exploración.

Campos del formulario de paciente

Los campos del formulario del paciente disponibles dependen del tipo de examen. En algunos campos puede introducir símbolos y caracteres especiales.

• Paciente

- NHC (número de historia clínica)
- Campos del nombre del paciente
- Número de ingreso
- Fecha de nacimiento



NOTA

La opción Crear la ID del paciente permite que el sistema cree, de forma automática, una ID del paciente única para adaptarse a ciertos flujos de trabajo. Si desea obtener más información, consulte [Selección de la configuración del ID del paciente \[60\]](#).

• Proveedor

Pulse  para ampliar el menú.

- Méd. tratante (Ejecutar) (hasta tres)
- Remitente

• Institución (toque para ampliar el menú)

- Escriba el nombre de la institución.
- ID de departamento

• Cambiar transductor/examen

Muestra el transductor y el tipo de examen actuales. Pulse el botón para acceder a la pantalla de selección de transductor y tipo de examen. Un asterisco junto a un tipo de examen indica que se trata de uno personalizado. Únicamente se puede cambiar el nombre o eliminar los tipos de examen personalizados.

• Más información de examen (pulse para ampliar el menú)

- Sexo
- Altura
La altura del paciente en centímetros y en pulgadas
- Peso
El peso del paciente en kilogramos y libras
- IMC (índice de masa corporal)
Se calcula automáticamente después de que se introduzca la altura y el peso.
- BSA (área de superficie corporal)
Se calcula automáticamente después de que se introduzca la altura y el peso.

- FC (frecuencia cardíaca)
Introduzca la frecuencia cardíaca en latidos por minuto.
- Pre. Sang. (presión sanguínea)
- Indicaciones
- **Obstetricia** (pulse para ampliar el menú)
 - Último periodo menstrual
Durante un examen obstétrico, seleccione **UMP** o **EDD** y, a continuación, introduzca la fecha del último periodo menstrual o la fecha prevista para el parto. La fecha del último periodo menstrual debe ser anterior a la fecha actual del sistema.
 - Edad gestacional (semanas y días)
Este campo se actualiza automáticamente después de introducir un valor en **LMP** o **EDD**.
 - Grávida
Introduzca el número total de embarazos.
 - Múltiples
Seleccione el número de múltiples (hasta cuatro) para ver los conjuntos de mediciones para múltiples en el menú de cálculos.
 - Para
Introduzca el número total de nacimientos.
 - Abortos
Introduzca el número total de abortos.
 - Credencial TN
Combinación de letras y números que representan un número de identificación de credencial de translucencia nuchal (TN). Por ejemplo, P12345.
- **Códigos intervención** (pulse para ampliar el menú)
Disponible solo si se ha configurado la función de lista de trabajo DICOM. Para obtener más información, consulte [Uso de la lista de trabajo \[69\]](#).

Introducir información del paciente con un lector de códigos de barras

Puede introducir los datos del paciente o del médico mediante un lector de código de barras programado o no programado. Para obtener más información sobre la programación personalizada, consulte el *Suplemento de expresión del lector de códigos de barras* y póngase en contacto con su representante de clientes. El lector de código de barras también sirve para iniciar una consulta de la lista de trabajo DICOM.

Puede utilizar el lector de código de barras mientras el sistema está en modo de obtención de imágenes, en el formulario del paciente o en una hoja de trabajo.



ADVERTENCIA

Antes de usar el lector de códigos de barras con los pacientes, verifique si el programa personalizado funciona según lo esperado.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si está consultando la lista de trabajo con el lector de código de barras, seleccione **Autobúsq. cód. barr.** en la página de configuración general antes de escanear el código.

- Si utiliza un lector de código de barras no programado y desea introducir datos específicos en el formulario de paciente, abra un formulario de paciente y seleccione el campo de texto correspondiente antes de escanear el código.
 - Escanee directamente el código de barras.
2. Ocurrirá lo siguiente:
 - Si está consultando la lista de trabajo con el lector de código de barras, en ella aparecerá la información del paciente que coincida. Resalte el paciente de la lista de trabajo y, a continuación, pulse **Seleccionar**.
 - Si está utilizando un lector de código de barras no programado y ha seleccionado un campo de texto en el formulario del paciente, los datos aparecerán en el campo.
 - Si está utilizando un lector de código de barras no programado y no ha seleccionado un campo de texto, el campo de texto MRN se rellenará automáticamente.
 - Si se utiliza un escáner de código de barras programado a medida, el sistema completará el formulario del paciente con la información escaneada.
 3. Pulse **Explorar**.
Si no ha terminado el estudio anterior, aparecerá un cuadro de diálogo.
 4. Pulse **OK** (Aceptar) para explorar con la nueva información del paciente.

Uso de la lista de trabajo

Puede importar información del paciente desde una lista de tareas de DICOM.

La lista de tareas se actualiza automáticamente si está configurada para una búsqueda automática de la lista de tareas. También podrá actualizar la lista de trabajo de manera manual y realizar consultas en el servidor de listas de trabajo para localizar una intervención de paciente coincidente.

Configuración de una lista de trabajo

1. Configure el sistema para transferencias DICOM (consulte [Configuración del sistema para transferencias DICOM \[46\]](#)).
2. Configure el servidor de listas de trabajo (consulte [Campos de configuración de la lista de trabajo \[51\]](#)).
3. Seleccione los parámetros que se utilizan para las consultas en la lista de trabajo.
La siguiente tabla muestra los parámetros que se utilizan en búsquedas y actualizaciones:

Tabla 14. Parámetros de búsqueda

Parámetros	Búsqueda manual de un paciente	Actualización manual de la lista de trabajo	Actualización de consulta automática
Datos del paciente	✓	—	—
Rango de fechas	✓	✓	✓
Modalidad	✓	✓	✓
Solo este dispositivo	✓	✓	✓
Consulta automática activada/ desactivada	—	—	✓
Ocurre cada	—	—	✓
Hora inicio	—	—	✓

4. Conecte el servidor de listas de trabajo al sistema.

Acceso a la lista de trabajo

Pulse **Lista de trabajo** en la pantalla del panel táctil principal o en la parte inferior del formulario del paciente. Aparecerá la lista de pacientes programados.

Ordenar la lista de trabajo

De manera predeterminada, la lista de pacientes se ordenará en función de la fecha y la hora; el paciente más reciente aparecerá en primer lugar. Puede cambiar el orden de la lista.

Toque el encabezado de columna que desee utilizar para ordenar la lista. Toque de nuevo para aplicar el orden inverso.

Búsqueda manual en la lista de trabajo

1. En un nuevo formulario de paciente, realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Rellene cualquiera de los siguientes campos de búsqueda: NHC, nombre del paciente y número de ingreso.
La consulta se basará en los caracteres que introduzca. Por ejemplo, Smith devuelve *Smith*, *Smithson* y *Smithy*.
 - En la opción **Códigos intervención**, especifique alguno de los parámetros siguientes de los **Parámetros de consulta de lista de tareas adicionales**:
 - **Modalidad** Ultrasonido es la opción predeterminada.
 - **ID interv. solicit.** indica el ID de una intervención.
 - Toque **Cancelar** para deshacer los cambios y cerrar el formulario del paciente.
2. Toque **Buscar**.
La lista de trabajo aparecerá y mostrará los resultados de la búsqueda, el número de resultados y la hora de la última actualización realizada.

Eliminación de la lista de trabajo

Cuando esté en la lista de trabajo, pulse el botón **Borrar**. Los resultados de la búsqueda se eliminarán.

Introducción de información de pacientes de la lista de trabajo

1. En la lista de trabajo, seleccione la intervención del paciente que desee.



NOTA

Puede seleccionar más de una intervención si la información del paciente coincide.

2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Selecc.** para importar la información del paciente al formulario de este.
La información de pacientes procedente de la lista de trabajo no puede modificarse.
 - Para volver al formulario del paciente sin seleccionar una intervención, pulse **Cancelar**.

Selección de una intervención programada

Una vez haya importado la información del paciente desde la lista de trabajo, podrá seleccionar una intervención programada para el paciente.

1. En el formulario del paciente, pulse  para ampliar el menú de la opción **Códigos intervención**.

2. En la opción **Intervención programada**, seleccione una intervención de la lista **Nombre**. Solo podrá ver las intervenciones que se hayan importado desde la lista de trabajo.
3. Seleccione un protocolo de la lista desplegable. La definición de la intervención seleccionada aparecerá en el campo **Significado**.

Selección de la intervención programada

Puede seleccionar una intervención distinta a la intervención programada.

1. En el formulario del paciente, pulse  para ampliar el menú de la opción **Códigos intervención**.
2. Bajo **Procedimiento realizado**, seleccione la intervención deseada en la lista **Código**. La definición de la intervención aparece en el campo **Significado**. Si lo desea, puede modificar el campo.

Las definiciones que estén seleccionadas aquí para los campos **Descripción del estudio** aparecerán en el formulario del paciente.

Modificar códigos de intervención

1. En el formulario del paciente, pulse  para ampliar el menú de la opción **Códigos intervención**.
2. En **Procedimiento realizado**, pulse **Editar** para acceder a los **Códigos de intervención realizada**.
3. Para añadir un código nuevo (es necesario que los campos estén marcados con un asterisco):
 - a. Pulse **Añad. cód.**
 - b. Pulse .
 - c. Rellene los campos **Código**, **Esquema de códigos**, **Significado de código** y **Descripción del estudio**.
 - d. Toque  **Save** (Guardar).
4. Para editar o eliminar un código, pulse una fila de la lista y, a continuación, pulse  o . En los menús desplegados, puede seleccionar una descripción nueva para cualquier campo.

Las definiciones que estén seleccionadas aquí para los campos **Significado de código** y **Descripción del estudio** aparecerán en el formulario del paciente.

Guardar la información del paciente

La información del paciente se guarda e incluye en el estudio de forma automática al introducirla en el formulario del paciente. Puede configurar el sistema para que guarde automáticamente una imagen del formulario del paciente. Consulte [Selección de la configuración del ID del paciente \[60\]](#).

Editar o añadir información del paciente durante un examen

La información del paciente no se puede editar una vez finalizado un examen si este se inició en una lista de trabajo, si está activado el archivado durante el examen o si el MPPS se está usando. Durante un examen en curso, puede añadir información del paciente directamente desde una lista de trabajo.

Antes de editar o añadir cualquier información del paciente, incluida aquella que provenga de la lista de trabajo, asegúrese de establecer **Transferir imágenes en Fin de examen** (consulte [Campos de configuración de la localización \[48\]](#)) y desvincular cualquier servidor MPPS (consulte [Desvinculación de dispositivos con una localización \[53\]](#)).

1. Para acceder al formulario de información del paciente, pulse **Paciente**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse el cuadro de texto y, con la ayuda del teclado en pantalla, escriba.
 - Toque **Lista t.** y seleccione las intervenciones programadas que quiera de la lista de trabajo.
3. En el formulario de información del paciente, toque **Cancelar** para cancelar sus cambios y volver a la exploración, o toque **Explorar**. Aparecerá un mensaje emergente advirtiéndole de que los datos del paciente se han modificado.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Cancelar** para cancelar todos los cambios realizados y volver a la exploración.
 - Pulse **Modificar** para cambiar los datos del paciente sin finalizar el estudio.
 - Pulse **Nuevo** para iniciar un estudio nuevo a partir de la información modificada. Si selecciona esta opción, se le pedirá que finalice el estudio anterior (consulte [Finalización de un estudio anterior \[66\]](#)).

Revisión de la información del paciente

Puede revisar la información sobre el paciente al revisar hojas de trabajo, cálculos e informes. Consulte [Gestión de informes y hojas de trabajo \[137\]](#).

1. En el panel táctil, pulse **Informe y hoja de trabajo**. Se mostrará la zona de trabajo con la pestaña Hoja de trabajo abierta de forma predeterminada.
2. Para abrir la información del paciente, pulse la pestaña **Paciente**. El formulario del paciente se abrirá en modo de solo lectura.
3. Revise la información del paciente.

Escaneo

Esta sección describe la exploración con el sistema de ecografías Sonosite MT.

Comprender los modos de adquisición de imágenes

Sonosite MT le permite realizar exploraciones en diversos modos de adquisición de imágenes. Los modos disponibles variarán en función del transductor y tipo de examen que haya seleccionado.

El modo (o modos) de adquisición de imágenes activo aparecerá resaltado en color azul.

- **2D** es el modo de adquisición de imágenes predeterminado del sistema. El sistema muestra ecos en vista bidimensional asignando un nivel de brillo en función de la amplitud de la señal de eco.
- **El modo M** (modo de movimiento) es la visualización en movimiento en el tiempo de una onda ultrasónica a lo largo de la línea ecográfica seleccionada. Proporciona un trazo de la imagen bidimensional mostrada a lo largo del tiempo. Se transmite un único haz de ultrasonidos y las señales reflejadas se visualizan como puntos de intensidad variable, que crean líneas en la pantalla.
- **La adquisición de imágenes Doppler** constituye la visualización de un espectro de las velocidades de flujo en el tiempo. La amplitud de la señal está indicada como un tono de gris. Puede utilizar el modo de adquisición de imágenes Doppler para ver el flujo sanguíneo y el movimiento tisular.
- **Color** es una forma de Doppler pulsado (DP) que utiliza el color para ver la presencia, velocidad y dirección del flujo sanguíneo hacia y desde el transductor.

Controles de adquisición de imágenes

Durante la exploración, tendrá a su disposición, en la parte central del panel táctil, un conjunto de los controles de uso frecuente, en función del modo de adquisición de imágenes, el transductor y el tipo de examen seleccionados. La disponibilidad de los controles dependerá de la si la imagen es en directo o está congelada. Al crear un tipo de examen personalizado (consulte la [Personalización de tipo de examen \[55\]](#)), puede determinar qué controles se colocarán en la zona central del panel táctil. Para ello, mueva los controles del área **+ Más controles**.

Acceso y desplazamiento de los controles táctiles

1. Si va a desplazar los controles para adquirir imágenes congeladas, pulse  para congelar la imagen.
2. Pulse **+ Más controles** en la parte inferior del panel táctil.
El área de controles se ampliará y podrá desplazarse por ella para utilizar los controles de adquisición de imágenes adicionales.
3. Para cada uno de los controles que desee mover:
 - a. Mantenga pulsada la barra de título hasta que vea que el tamaño del control aumenta ligeramente.
 - b. Arrastre el control hasta la posición deseada del panel táctil y suéltelo.
El control se colocará en su sitio.
4. Para cerrar el área **+ Más controles**, pulse **- Menos controles**.

Exploración en 2D

1. Desde otro modo de adquisición de imágenes, pulse el botón **2D** (2D es el modo de exploración por defecto).
Cuando el modo 2D esté activo, aparecerá resaltado en color azul.
2. Ajuste los controles según sea necesario.
3. Para congelar la imagen, pulse .

Controles de adquisición de imágenes 2D

Tabla 15. Controles disponibles para las imágenes 2D

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
Autogan. Ajuste	Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo del control para ajustar el nivel de brillo objetivo que empleará el sistema al utilizar los controles automáticos de ganancia. Para obtener más información sobre el ajuste de la ganancia, consulte Ajuste de ganancia [84] .	✓	—
Línea central	Pulse el botón del control para activar o desactivar el gráfico de la línea central. Puede utilizar el gráfico para alinear la imagen con el transductor. Consulte Uso de la línea central [86] .	✓	—
Dual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque el botón derecho o izquierdo para explorar las imágenes de la derecha o la izquierda. 2. Toque el botón contrario (Izq o Der) para explorar la imagen contraria. También puede tocar las imágenes de la derecha o la izquierda para cambiar entre imágenes. Consulte Exploración en modo dual [82] .	✓	✓
Rango dinámico	Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para modificar el contraste de la escala de grises utilizada en la imagen. Un ajuste más bajo aumenta el contraste de la imagen, provocando que los ecos se muestren con más brillo sobre un fondo más oscuro.	✓	✓
ECG	Pulse el botón del control para acceder a la configuración de ECG. Consulte Módulo de ECG [91] .	✓	—
OVI	Pulse el botón del control para reducir el índice mecánico (IM) del sistema. THI también se activará. Sonosite MT no se ha validado o no admite el uso de imágenes con contraste. Solo está disponible para los tipos de examen cardíaco.	✓	—
Guía de aguja	<ol style="list-style-type: none"> 1. En caso de utilizar un transductor IC10-3 o L19-5 con un soporte para agujas acoplado, pulse el control para activar la guía aguja. 2. Para soportes de ángulo transversal, utilice el control deslizante en la pantalla táctil del monitor para ajustar la profundidad. Consulte Control de guía de aguja [89] .	✓	—
Perfil de aguja	Pulse el botón de derecha o izquierda del control para seleccionar el lado de entrada de la aguja. Consulte Perfil de aguja [87] .	✓	—

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
Optimizar	<p>Pulse una de las opciones disponibles (el sistema le proporcionará una selección de forma automática según el transductor y el tipo de examen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Res ofrece la mejor resolución posible. Utilice este ajuste cuando no sea necesario que la señal ecográfica penetre a gran profundidad, como en el caso de las estructuras superficiales. • Gen equilibra la resolución y la penetración. • Pen produce el mejor nivel de penetración posible. Utilice este ajuste cuando sea necesario que la señal ecográfica penetre a gran profundidad. • Pulmón optimiza los exámenes pulmonares para visualizar el deslizamiento de pulmón y los artefactos de línea A/B. • Cons/Ef optimiza los exámenes pulmonares para visualizar la consolidación pulmonar y el derrame pleural. <p>La imagen se optimizará mediante la aplicación de una serie específica de ajustes, como las zonas focales, el tamaño de apertura, la frecuencia (centro y ancho de banda), la densidad de línea y la curva.</p>	✓	—
Orientación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse el botón del control para orientar la imagen hacia la parte superior derecha, la parte superior izquierda, la parte inferior derecha o la parte inferior izquierda. 2. Asegúrese de que la ubicación del punto en el icono coincida con el indicador situado en el lateral del transductor. 	✓	—
Potencia salida	Pulse las flechas del control para ajustar los niveles de potencia de transmisión al intervalo deseado y mantener una calidad de imagen adecuada. El IM (índice mecánico) y el IT (índice térmico) se actualizan en consecuencia.	✓	—
Imprimir	Toque el botón para imprimir la imagen de la pantalla actual en una impresora externa configurada.	✓	✓
Modo intervención	Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. Cuando el Modo intervención está activado, el modo de latencia y el apagado automático se desactivarán y el sistema no podrá interrumpir una intervención.	✓	—
Rest. Ganan.	Pulse el botón del control para que la ganancia vuelva a su valor predeterminado. Para obtener más información sobre el ajuste de la ganancia, consulte Ajuste de ganancia [84] .	✓	—
Escudo RFID	<p>Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. Utilice este control para reducir las interferencias RFID (identificación de radiofrecuencia), que pueden afectar a la señal del transductor. El control cambia la señal del transductor para evitar que se solape la señal. Tenga en cuenta que esto también puede afectar a la calidad de la imagen. Escudo RFID está disponible en los transductores y tipos de examen siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L12-3 en todos los tipos de examen menos el pulmonar y el oftálmico • L15-4 en todos los tipos de examen 	✓	—
Sector	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. 2. Para orientar el sector, arrástrelo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla táctil del monitor. Para ajustar el ancho, toque y arrastre el círculo en la esquina. 	✓	—

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
SonoMB	Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. La adquisición de imágenes multihaz mejora la imagen 2D al ver el objetivo desde varios ángulos y, después, fusionar o promediar los datos (no disponible para transductor de array en fases).	✓	—
Índice térmico	Toque el botón del control para seleccionar un ajuste de índice térmico (IT): <ul style="list-style-type: none"> • TIS (tejidos blandos): seleccione este ajuste para los tejidos blandos. • TIB (óseo): seleccione este ajuste cuando el haz de ultrasonido atraviese el tejido blando y una región focal se encuentre próxima al hueso. • TIC (óseo-craneal): seleccione este ajuste cuando el haz de ultrasonido atraviese el hueso cercano a la entrada del haz en el cuerpo. 	✓	—
THI	Pulse el botón del control para activar o desactivar las imágenes armónicas tisulares (THI). THI permite que el sistema transmita a una frecuencia y reciba con otra frecuencia diferente. El rango dinámico se reducirá. Disponible para algunos tipos de examen y transductores.	✓	—
Formato trapecoidal	Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. La adquisición de imágenes en formato trapecoidal ayudan a medir y evaluar grandes estructuras que no caben en el campo de visión de transductores lineales y convexos. La adquisición de imágenes en formato trapecoidal amplía el campo de visión lateral a uno accesible dirigiendo los haces. En matrices lineales, esto tiene como consecuencia una imagen con forma trapecoidal. En matrices curvas, esto tiene como consecuencia un campo de visión acimutal más amplio. La adquisición de imágenes en formato trapecoidal es compatible con los transductores , C5-1, IC10-3, L12-3, L15-4 y L19-5, y se admite en todos los tipos de examen, menos en el examen pulmonar.	✓	—
Config. clips de vídeo	Pulse el botón del control para acceder a la configuración de clips de vídeo. Consulte Configuración de los controles de los clips de vídeo [94] .	✓	—
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la adquisición de imágenes en directo, pulse la lupa (para obtener más información, consulte Ampliación con zoom [85]). • Si la imagen está congelada, pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir la ampliación. 	✓	✓

Exploración en Modo M

1. Toque **Modo M**.
El control estará resaltado y la línea M aparecerá sobre la imagen 2D.
2. Arrastre la línea M en la pantalla táctil del monitor para moverla hasta la posición deseada en la imagen 2D.
3. Para ver tanto la imagen en directo de la línea M como el trazo del modo M, pulse **Modo M** de nuevo.
4. Para cambiar el enfoque entre el trazo y la línea M (imagen 2D), pulse el trazo de imagen bidimensional o en modo M en la pantalla táctil del monitor.
5. Ajuste las imágenes y los controles con cada imagen seleccionada.
También puede pulsar **2D** o **Modo M** para alternar entre el enfoque de las imágenes y controles del modo 2D y del Modo M.

6. Para salir del modo M, pulse **2D** o **M**.

Exploración en Modo M anatómico

En el modo M normal, la línea M queda a lo largo del eje de la señal de ultrasonidos. En el modo M anatómico, puede colocar la línea M independientemente de la orientación del haz de ultrasonidos. El modo M anatómico es que solo está disponible en el tipo de examen cardíaco.

1. Mientras esté en el modo M, pulse el botón del control **M anatómico** para activarlo.
2. Para optimizar la señal, ajuste la línea M y el ángulo, y use el círculo situado en el centro de la línea M en la pantalla táctil del monitor para reposicionar la línea. Arrastre el extremo de la línea para girar.

Controles de adquisición de imágenes en modo M

Además de la mayoría de los controles propios del modo 2D, la adquisición de imágenes en modo M utiliza los siguientes controles. Consulte [Controles de adquisición de imágenes 2D \[74\]](#).

Tabla 16. Controles disponibles para el modo M

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
M anatómico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. 2. Cuando el control esté activado, coloque la línea M y ajuste el ángulo en la pantalla táctil del monitor. 	✓	—
Ver formato	<p>Pulse el botón del control para ver la configuración. A continuación, pulse el formato que desee seleccionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3 2D, 2/3 Barr • 1/2 2D, 1/2 Barr • 2/3 2D, 1/3 Barr • Lado a lado <p>Por ejemplo, el formato 1/3 2D, 2/3 Barr divide la pantalla de modo que el 1/3 superior muestra la imagen 2D con la línea M o D y los 2/3 inferiores muestran el trazado de modo M o Doppler. Puede ajustar las imágenes de forma independiente.</p>	✓	✓
Veloc. barr.	<p>Pulse Lent, Med o Rápida para seleccionar la velocidad del trazado de modo M.</p> <p>La velocidad de barrido afecta al número de ciclos cardíacos mostrados. Utilice una velocidad más lenta para frecuencias cardíacas más lentas, y una velocidad más rápida para frecuencias cardíacas más rápidas.</p>	✓	—

Exploración en Doppler

El sistema de ecografía dispone de varios tipos de adquisición de imágenes Doppler :

- **Doppler pulsado (DP)**: el transductor emite impulsos de ultrasonidos a una profundidad concreta, lo cual limita las velocidades que se pueden medir, pero permite determinar con precisión la localización del torrente sanguíneo.
- **La alta frecuencia de repetición de impulsos (HRPS)** es un ajuste del Doppler pulsado que usa varios volúmenes de muestra para aumentar la PRF y medir velocidades más altas. La HPRF muestra los datos de flujo combinados de las ventanas Doppler primaria y secundaria, lo que le permite aumentar la escala de velocidad más allá del límite de velocidad de una ventana Doppler. La adquisición de imágenes HPRF es compatible con el transductor P5-1 y se puede utilizar en todos los tipos de exámenes cardíacos.

- **Onda continua (OC):** el transductor emite y recibe continuamente ondas de ultrasonidos a lo largo del haz, lo cual permite medir el flujo sanguíneo de alta velocidad independientemente de una localización a una profundidad concreta.
- **Adquisición de imágenes Doppler tisular de onda pulsada (DTI):** la señal de onda por impulsos mide la velocidad del movimiento del tejido miocárdico en vez del flujo sanguíneo.



NOTA

La OC, la HPRF y la DTI están disponibles solo para el tipo de examen cardíaco.



NOTA

Es posible que tenga que pulsar **+ Más controles** para localizar los controles de imágenes.

1. Pulse **D**.
El control aparecerá resaltado y la línea D, sobre la imagen 2D.
2. En el caso de los tipos de exámenes cardíacos únicamente, seleccione uno de los siguientes modos en el control del **modo Doppler**:
 - **DP:** Doppler pulsado
 - **OC:** Doppler de onda continua
 - **DTI:** imagen Doppler tisular
3. Ajuste la línea D y la ventana (volumen de muestra):
 - Desplace la línea D a la posición deseada en la imagen 2D.
 - Para ajustar la inclinación de la línea D, pulse el ajuste correspondiente en el control **Dirección** (solo para transductores lineales).
 - Arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla táctil del monitor para colocar la ventana DP o DTI.
 - Para ajustar el tamaño de la ventana, pulse las flechas del control **Ventana**.
 - Para ajustar el ángulo Doppler, utilice el control **Correc. ángulo**.
4. Para empezar el desplazamiento de Doppler, pulse de nuevo **D**.
5. Para cambiar la selección de la imagen que se está desplazando a la línea D (imagen 2D), pulse el trazo de imagen bidimensional o Doppler en la pantalla táctil del monitor.
6. Ajuste las imágenes y controles de todas las imágenes seleccionadas.
También puede pulsar **2D** o **Doppler** para alternar entre el enfoque de las imágenes y controles del modo 2D y Doppler.
7. Para salir del modo Doppler, pulse **2D** o **D**.

Controles de adquisición de imágenes Doppler

En la adquisición de imágenes Doppler, puede ajustar los controles en la línea D y el Doppler de desplazamiento.

Tabla 17. Controles disponibles para el modo Doppler

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
Correc. ángulo	Pulse un botón de preselección, utilice el control deslizante para rotar hasta cualquier ángulo entre -60 ° y 60 ° o pulse las flechas situadas junto al control deslizante para realizar ajustes de ángulo más precisos.	✓	✓
Trazo automático	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque el botón para acceder a la configuración de trazo automático. 2. Elija qué parte de la onda Doppler trazar (pico o media) y dónde mostrar el trazo en relación con la línea base. <p>La configuración seleccionada se aplicará al trazado automático que puede utilizar para realizar las mediciones Doppler. Consulte Realización de mediciones de trazos automáticos [109].</p>	✓	✓
Ver formato	<p>Pulse el botón del control para ver la configuración. A continuación, pulse el formato que desee seleccionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3 2D, 2/3 Barr • 1/2 2D, 1/2 Barr • 2/3 2D, 1/3 Barr • Lado a lado • 2D completo, Barrido completo <p>Por ejemplo, el formato 1/3 2D, 2/3 Barr divide la pantalla de modo que el 1/3 superior muestra la imagen 2D con la línea M o D y los 2/3 inferiores muestran el trazado de modo M o Doppler.</p>	✓	✓
Línea base Doppler	<p>Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para mover la línea base. También puede mover la línea base directamente en el monitor clínico.</p> <p>Recolocar la línea base Doppler puede suponer una optimización para la velocidad de aliasing.</p>	✓	✓
Modo Doppler	<p>Pulse DP, OC o DTI (la OC y la DTI están disponibles solo para el tipo de examen cardíaco) .</p> <p>Consulte el apartado Exploración en Doppler [77] para obtener una explicación de los modos Doppler.</p>	✓	—
Escala Doppler	<p>Modificar la escala Doppler puede optimizar la visualización de los flujos sanguíneos más rápidos o lentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar la velocidad máxima que se muestra en la escala Doppler. • Para permitir que el sistema encienda o apague el HPRF automáticamente, pulse la casilla de verificación HPRF. Consulte Exploración en Doppler [77] para obtener una explicación del modo HPRF. Los modos Simultáneo y HPRF se excluyen mutuamente. 	✓	—
Ventana	<p>Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el tamaño de la ventana, lo que modificará la cantidad de información que se incluye en la muestra Doppler.</p>	✓	—
Invertir	<p>Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo.</p> <p>La inversión cambiará la dirección de la visualización espectral Doppler.</p>	✓	✓
Potencia salida	<p>Pulse las flechas del control para ajustar los niveles de potencia de transmisión al rango deseado y mantener una calidad de imagen adecuada. El IM (Índice mecánico) y el IT (Índice térmico) se actualizan en consecuencia.</p>	✓	—

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
Imprimir	Toque el botón para imprimir la imagen de la pantalla actual en una impresora externa configurada.	✓	✓
Simultáneo	Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. Los modos Simultáneo y HPRF se excluyen mutuamente. Consulte Exploración en modo simultáneo [82] .	✓	—
Dirección	Pulse un ajuste para optimizar el ángulo de Doppler para la dirección del flujo sanguíneo (solo para transductores lineales).	✓	—
Veloc. barr.	Pulse Lent , Med. o Rápida para seleccionar la velocidad del trazado Doppler. La velocidad de barrido afecta al número de ciclos cardíacos mostrados. Utilice una velocidad más lenta para frecuencias cardíacas más lentas, y una velocidad más rápida para frecuencias cardíacas más rápidas.	✓	—
Volumen	Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el volumen del altavoz del Doppler.	✓	—
Filtro pared	Pulse esta opción para seleccionar la potencia del filtro: Bajo , Med o Alto . El Filtro pared elimina los ecos de nivel bajo en cada lado de la línea base. Un filtro más alto se correlaciona con una mayor velocidad de corte.	✓	—

Exploración en color

Generalmente, la visualización en color se superpone a la imagen 2D, lo que le permitirá ver la anatomía y la dinámica de flujo de forma simultánea. El sistema de ecografía dispone de varios tipos de adquisición de imágenes en color:

- La adquisición de imágenes en Color o Doppler de velocidad en color (CVD) ofrece información sobre la velocidad.
- La adquisición de imágenes en Doppler de potencia en color (CPD) ofrece la intensidad de amplitud de la señal Doppler, pero no proporciona información sobre la velocidad. Puede utilizarla para detectar la presencia del flujo sanguíneo en estados de flujo muy bajo.
- La varianza (Var.) muestra un mapa de color que resalta las áreas del flujo sanguíneo con velocidades que cambian muy rápido, la varianza alta se mostrará en color verde. Una varianza alta sugiere la posibilidad de un flujo inestable. La varianza está disponible solo para los exámenes cardíacos.

1. Pulse el botón **C**.
El control aparecerá resaltado y aparecerá el cuadro de color.
2. Para cambiar el tipo de adquisición de imágenes en color que utiliza el sistema, pulse el botón correspondiente en el control **Tipo de color**.
3. Arrastre el dedo por la pantalla táctil del monitor para situar el cuadro de color.
4. Cambie el tamaño del cuadro de color tocando y moviendo el círculo en la esquina inferior derecha.
5. Para orientar el cuadro de color (solo para los transductores lineales), pulse **Dirección** y seleccione un ángulo.
También puede orientar el cuadro de color deslizando en la pantalla táctil del monitor.
6. Ajuste los controles según sea necesario.
También puede pulsar **2D** o **Color** para alternar entre el enfoque de las imágenes y controles del modo 2D y Color.

7. Para salir del modo Color, pulse **C** o **2D**.

Controles de adquisición de imágenes en color

Tabla 18. Controles disponibles para el modo Color

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
Línea base color	Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para mover la línea base. Recolocar la línea base en color puede suponer una optimización para la velocidad de aliasing.	✓	✓
Comparar color	Comparar color muestra dos versiones de la imagen. Una versión muestra solamente la imagen en 2D, y la otra muestra la imagen en 2D y color. 1. Pulse los botones para seleccionar entre visualización derecha o izquierda o visualización superior o inferior. 2. Utilice los controles de obtención de imágenes para optimizar conjuntamente ambas versiones de la imagen o el clip y ver el bucle de cine.	✓	—
Mostrar/ocultar color	Pulse el botón del control para mostrar u ocultar el color, lo que le permitirá ver la imagen 2D con las gráficas de color o sin ellas.	✓	✓
Flujo de color	En el control Flujo de color , pulse una de las opciones siguientes: • Alto : optimiza las áreas con un flujo sanguíneo alto y minimiza los parpadeos. • Med. : optimiza las áreas con un flujo sanguíneo medio, como una arteria. • Bajo : optimiza las áreas con un flujo sanguíneo bajo, como la mamaria, la venosa o la osteomuscular. Para que la configuración sea más precisa, utilice el control Escala color .	✓	—
Escala color	Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para ajustar la escala de color.	✓	—
Tipo de color	Pulse una de las dos opciones: Color y CPD ; Color y Var . La selección dependerá del transductor y del tipo de examen. Consulte el apartado Exploración en color [80] para obtener una explicación de los tipos de color.	✓	—
Dual	1. Toque el botón derecho o izquierdo para explorar las imágenes de la derecha o la izquierda. 2. Toque el botón contrario (Izq o Der) para explorar la imagen contraria. También puede tocar las imágenes de la derecha o la izquierda para cambiar entre imágenes. Consulte Exploración en modo dual [82] .	✓	✓
Invertir	Pulse el botón del control para activarlo o desactivarlo. Cambia la dirección mostrada del flujo sanguíneo y reduce la necesidad de volver a colocar el transductor.	✓	✓
Potencia de salida	Toque las flechas del control para ajustar los niveles de potencia de transmisión al intervalo deseado y mantener una calidad de imagen adecuada. El IM (índice mecánico) y el IT (índice térmico) se actualizan en consecuencia.	✓	—
Imprimir	Toque el botón para imprimir la imagen de la pantalla actual en una impresora externa configurada.	✓	✓

Control	Uso	Disponible en	
		En directo	Congelado
Dirección	Pulse un ajuste para optimizar el color para la dirección del flujo sanguíneo (solo para transductores lineales). También puede orientar el cuadro de color deslizando hacia la izquierda o la derecha en la pantalla táctil del monitor.	✓	—
Filtro pared	Pulse esta opción para seleccionar la potencia del filtro: Baja, Med o Alta . El filtro de pared elimina los ecos de nivel bajo a ambos lados de la línea base. Un filtro mayor guarda correlación con una velocidad de corte mayor.	✓	—
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la adquisición de imágenes en directo, pulse la lupa (para obtener más información, consulte Ampliación con zoom [85]). • Si la imagen está congelada, pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir la ampliación. 	✓	✓

Exploración en modo dual

El modo Dual muestra dos imágenes 2D o en color separadas, una al lado de la otra. El sistema admite información independiente de la imagen en cada lado del modo Dual (por ejemplo, los marcadores de profundidad y orientación) y podrá ver los fotogramas de cada una de las imágenes en la memoria de secuencias de cine. También podrá alternar entre las dos imágenes para modificar algunos controles, incluidos los relativos a la profundidad, al modo y a la ganancia.

Utilice el modo de adquisición de imágenes dual para ver la misma estructura en dos planos diferentes. La adquisición de imágenes duales también se puede utilizar para ver dos áreas del cuerpo adyacentes.

1. En el control **Dual**, pulse **Izq** para iniciar la adquisición de imágenes duales con la imagen de la izquierda activa.
2. Realice la exploración para obtener la primera imagen y ajuste los controles según sea necesario.
3. Pulse el área de la imagen derecha para cambiar al lado inactivo.
4. Realice la exploración para obtener la segunda imagen y ajuste los controles según sea necesario.
5. Para ver las memorias de secuencias de cine independientes de imágenes que se encuentran situadas una al lado de la otra, consulte el apartado [Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine \[85\]](#). Asegúrese de activar cada lado según sea necesario.
6. En el control **Dual**, pulse el botón que aparece resaltado para desactivar el modo Dual.

Exploración en modo simultáneo

La adquisición de imágenes simultáneas o tríplex permite evaluar estructuras corporales de forma simultánea en dos modos (2D y Doppler pulsado) o tres (2D, Doppler de color y Doppler pulsado). Consulte la [Selección de tipo de transductor y examen \[29\]](#) para ver los tipos de exámenes y transductores compatibles.

La adquisición de imágenes de tipo tríplex cardíaco ayuda en exámenes cardíacos complicados, ya que mantiene la parte anatómica de interés en el campo de visión 2D con Doppler de color y, de forma simultánea, captura el trazo de Doppler pulsado para los cálculos cardíacos.



ADVERTENCIA

La apariencia de la sensibilidad y la curva en el modo Doppler DP durante la adquisición simultánea de imágenes puede ser inferior a la de los modos de adquisición de imágenes Doppler no simultáneos. Puede desactivar las imágenes simultáneas para confirmar las características de la curva del Doppler.

1. Pulse **D** para iniciar la adquisición de imágenes Doppler.
2. Ajuste y coloque la línea D y la ventana con la ayuda de la pantalla táctil del monitor o mediante los controles **Correc. ángulo, Dirección y Ventana**.
3. Vuelva a pulsar **D** para desplazarse por la imagen.
4. Pulse el botón del control para activar el modo **Simultáneo**.
Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.



NOTA

Si el HPRF está activado y encendido, el modo de imagen simultánea apagará el HPRF y podrá reducir la escala Doppler. Si se aumenta la velocidad máxima hasta el nivel de HPRF, se desactiva de nuevo la imagen simultánea.

5. Realice una exploración de la imagen en 2D y Doppler DP o en 2D, Doppler en color y Doppler DP.
Puede ajustar los controles de obtención de imágenes para cada uno de los tres modos.
6. Para ver las memorias de secuencias de cine independientes de imágenes simultáneas Doppler que se encuentran situadas una al lado de la otra, consulte [Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine \[85\]](#).

Ajuste de profundidad

Profundidad hace referencia a la profundidad de la presentación. Puede ajustar la profundidad en todos los modos de adquisición de imágenes, excepto en el barrido Doppler. Los controles de ajuste de la profundidad no estarán disponibles cuando la imagen esté congelada.

A medida que ajusta la profundidad, el valor de profundidad aparece en un rectángulo en la esquina inferior derecha del área de la imagen o en la esquina superior derecha si la orientación de la imagen está invertida.



NOTA

El valor de profundidad en la esquina inferior derecha del monitor clínico es siempre el total de profundidad adquirida de la imagen sin ampliar (sin zoom). Cuando se aplica el zoom, este valor permanece constante.

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse el control de profundidad superior  para disminuir la profundidad mostrada y ver las estructuras más próximas a la línea de la piel.

- Pulse el control de profundidad inferior ↓ para aumentar la profundidad mostrada y ver estructuras más profundas.

Ajuste de ganancia

La ganancia hace referencia a la ampliación de la intensidad de las ondas de sonido de retorno en la visualización. En el modo 2D, aumentar la ganancia aporta brillo a la imagen. Si disminuye la ganancia, la imagen se oscurece. Cuando el modo Color está activado, los controles de ganancia ajustan la intensidad de las señales dentro de un cuadro de color.

Los controles de ajuste de la ganancia no estarán disponibles cuando la imagen esté congelada.

Puede ajustar la ganancia tocando **AUTO** (Automático) o ajustando el control deslizante en el panel táctil.

Ajuste automático de la ganancia

Pulse **AUTO** (Automático) en el panel táctil.

El sistema equilibra automáticamente la ganancia cada vez que utiliza el control automático. El ajuste automático de la ganancia no se produce de manera continua. En caso necesario, vuelva a usar el control cuando tenga que realizar ajustes en la imagen o en la ubicación del transductor.

Puede usar el control de adquisición de imágenes **Autogan. Ajuste** para ajustar el nivel de brillo objetivo que empleará el sistema al utilizar la función **AUTO**. Esta personalización puede guardarse, junto con las demás opciones de optimización, en un tipo de examen personalizado.

Ajuste de la ganancia con los controles deslizantes TGC

1. El control **TGC** aparece después de ajustar el control deslizante de ganancia 2D.
2. Realice una o más de las acciones siguientes:
 - Arrastre el control deslizante de ganancia cercana hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir la ganancia cercana, que modificará la ganancia en profundidades superficiales.
 - Arrastre el control deslizante de ganancia media hacia arriba o hacia abajo y hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la ganancia en las profundidades medias de la imagen.
 - Arrastre el control deslizante de ganancia de larga distancia hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir la ganancia de larga distancia, que modificará la ganancia en grandes profundidades.
 - Arrastre el control deslizante inferior de ganancia hacia la izquierda o hacia la derecha para modificar la ganancia global.

Restablecimiento de la ganancia

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón del control **Rest. Ganan.**
Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.
- En caso de utilizar los controles deslizantes de TGC, pulse dos veces en la línea central de ganancia.

Ampliación con zoom

Puede congelar o descongelar una imagen o cambiar el modo de adquisición de imágenes al tiempo que amplía una imagen, pero no podrá utilizar los controles de compensación de ganancia de tiempo (TGC) que aparecen en pantalla. Cuando se amplía una imagen, el icono de la lupa aparece sobre la misma.

Zoom durante la exploración

1. En el control **Zoom**, pulse el icono de la lupa.
Aparecerá un cuadro de zoom en la imagen.
Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.
2. Coloque el cuadro de zoom arrastrándolo por la pantalla táctil del monitor.
3. Cambie el tamaño del cuadro de zoom tocando y moviendo el círculo en la esquina inferior derecha.
4. Pulse otra vez el control **Zoom** para aplicar el zoom a la zona seleccionada.
5. Para salir del zoom, realice uno de los siguientes procedimientos:
 - Pulse **Deshac. zoom**.
 - Toque **2D**.

Ampliación con zoom de una imagen congelada

1. Congele la imagen .
2. Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo del control **Zoom** para aumentar o reducir la ampliación de la imagen actual.
Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.
3. (Opcional) Arrastre el dedo hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo en la pantalla táctil del monitor para obtener un desplazamiento panorámico de la imagen.

Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine

Durante la adquisición de imágenes, el sistema siempre almacena cierto número de fotogramas en la memoria de secuencias de cine. Puede avanzar y retroceder en la memoria de secuencias de cine. Cambiar la mayoría de los parámetros de imagen o descongelar la imagen vacía el búfer de cine.

Puede ver fotogramas de la memoria de secuencias de cine durante la adquisición de imágenes con los modos dual y simultáneo. Consulte el apartado [Exploración en modo dual \[82\]](#) y el apartado [Exploración en modo simultáneo \[82\]](#).

1. Congele la imagen .
- En una imagen congelada, el icono y la barra de secuencias de cine aparecerán en el panel táctil.
2. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
 - En la barra de control de cine, pulse  para moverse un fotograma hacia delante o un fotograma hacia atrás.
 - Mueva el control deslizante hacia la derecha y hacia la izquierda para realizar una búsqueda de cine.

Uso de la línea central

El gráfico de la línea central se alinea con la marca central del transductor y sirve como punto de referencia para conocer el centro de la imagen visualizada durante la adquisición de imágenes 2D en directo. Los intervalos de la línea central coinciden con los intervalos de profundidad, excepto cuando la profundidad de la imagen es inferior o igual a 4,15 cm. Después, las marcas de la línea central se muestran a intervalos de 0,25 cm.

El gráfico de línea central está disponible en los siguientes transductores y tipos de examen.

Tabla 19. Tipos de examen compatibles con la línea central


Transductor	Tipo examen								
	Abdomen	Arterial	Mama	Carótida	MUS	Nervio	VIP	Superficial	Venoso
C5-1	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—
L12-3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L15-4	—	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—
L19-5	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓



ADVERTENCIA


Si se utiliza la función línea central como referencia durante un procedimiento de aguja a mano alzada, tenga en cuenta que la línea central solo representa el centro de la imagen ecográfica y no es un predictor exacto de la trayectoria que seguirá la aguja.

Figura 6. Relación del gráfico de la línea central con respecto al transductor y la imagen ecográfica



Las pequeñas inclinaciones o rotaciones del transductor pueden afectar a la relación entre cualquier punto de referencia externa y la anatomía que aparece en la imagen ecográfica.

Figura 7. Relación de la imagen ecográfica con respecto al ángulo o la inclinación del transductor.



Activar o desactivar el gráfico de la línea central

- Pulse el botón del control **Línea central**.
La línea central no estará disponible al utilizar el control Guía de aguja.

Perfil de aguja




ADVERTENCIA

- Para evitar un posicionamiento incorrecto de la aguja cuando el perfil de aguja está activado, siga estos pasos:
 - Mediante movimiento e inyección de líquidos, verifique la ubicación de punta de aguja y su trayectoria. El perfil de aguja mejora las estructuras lineales de un plano ecográfico en el intervalo de ángulos seleccionado. Las estructuras lineales que estén fuera del intervalo de ángulo seleccionado o del plano de ultrasonidos, como una aguja doblada, pueden ser menos evidentes.
 - Tenga en cuenta que las estructuras lineales solo se mejoran en una parte enmarcada de la imagen. La zona fuera de la parte enmarcada permanece sin cambios.
 - Tenga en cuenta que la divergencia del haz de un transductor de array curvo puede impedir que un segmento del eje de la aguja se muestre en la imagen. La punta de la aguja puede no ser visible en todas las condiciones de obtención de imágenes.
- Un exceso de ganancia o movimiento (respiratorio o del corazón) puede producir un aumento de la degradación de la imagen cuando la opción de perfil de aguja está activada.

Sonosite MT incorpora tecnología mejorada de Auto Steep Needle Profiling. Esta tecnología puede facilitar la guía de la aguja durante la colocación de catéteres y los procedimientos de bloqueo de nervios y realza las estructuras lineales dentro de un área delineada en la pantalla. La aguja se mejora con una cantidad variable de intensidad dentro del grosor de la porción de haz de adquisición de imágenes. La mejora de la aguja y su punta es más precisa y óptima cuando la aguja está centrada en el haz de adquisición de imágenes. La tecnología de perfil de aguja muestra de forma simultánea el eje de la aguja en ángulos poco profundos, medios y pronunciados. El eje de la aguja se visualiza mejor cuando está perpendicular a la línea de puntos.


Figura 8. Imagen con la opción de perfil de aguja activada



El área dentro del contorno trapezoidal verde es el área de acentuación.

En el caso de los transductores de arrays curvos, la tecnología puede ayudar a identificar la dirección de la aguja, aunque es posible que solo aparezcan en la imagen segmentos del eje de la aguja. Use el movimiento y la inyección de líquidos para facilitar la verificación de la ubicación de la punta de la aguja.

Figura 9. Perfil de aguja con array curvo



El perfil de aguja está disponible únicamente en imágenes bidimensionales a pantalla completa y en los siguientes tipos de examen.

Tabla 20. Tipos de examen compatibles con el perfil de aguja

Transductor	Tipo examen							
	Arterial	Mama	Carótida	MUS	Nervio	VIP	Superficial	Venoso
C5-1	—	—	—	✓	✓	—	—	—
L12-3	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L15-4	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—
L19-5	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓

Uso del perfil de aguja


1. En las imágenes 2D, pulse uno de los iconos del control de **Perfil de aguja** para cambiar el área de acentuación de un lado de la imagen al otro.
Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.
2. Inserte la aguja hacia la línea de puntos.
3. (Opcional) Para poder identificar artefactos u otras estructuras más fácilmente, pulse **Perfil de aguja** para desactivarlo.
Vuelva a pulsarlo para activar de nuevo el control.

Tamaño y ángulo de aguja

Utilice una aguja del calibre 17 a 25 (recomendado). Los resultados mejorados pueden depender del tipo y de la marca de la aguja utilizada. Para más información, consulte la bibliografía médica sobre la visibilidad de la aguja en procedimientos guiados por ultrasonido.

Puede inclinar la aguja hasta 50° desde la superficie del transductor. A partir de 50°, la precisión de la aguja puede ser menor. (El perfil de aguja no tiene ningún beneficio para los procedimientos fuera del plano, ya que está pensado para procedimientos dentro del plano).

Figura 10. Tamaño y ángulo de la aguja



1. Aguja 2. Transductor

Control de guía de aguja



ADVERTENCIA

A la hora de realizar una intervención con guía aguja, es posible que la punta de la aguja no sea visible, lo que dificulta saber cuándo se ha alcanzado el objetivo. Con la ayuda de movimientos y la inyección de líquidos, compruebe la ubicación de la punta de la aguja.

El control de guía de aguja creará un gráfico de guía aguja en pantalla si se utiliza un transductor que incluya un soporte para agujas. El sistema no creará guías de aguja en pantalla en el caso de soportes para agujas de ángulo variable, que se pueden utilizar en un gran número de transductores. Para más información, consulte *Uso de productos CIVCO con sistemas FUJIFILM Sonosite*.

En función del tipo de soporte utilizado, se generarán dos tipos de gráficos diferentes:

- Soportes de ángulo fijo y dentro de plano: se crean un par de guías que constituyen la previsión del camino de la aguja. La tolerancia de la trayectoria de la aguja es de 1 cm desde donde la aguja entra en la imagen hasta 1,54 cm en la profundidad máxima de la aguja. El número mostrado de profundidad tiene una precisión de +/- 4 mm.
- Soportes de ángulo transversal y fuera de plano (profundidad ajustable): las guías aparecerán en forma de puntos en el centro de la imagen. La precisión de la guía de la aguja es +/- (10 % de la profundidad del objetivo más un desplazamiento de 0,5 mm) desde el punto objetivo axialmente y +/- (5% de la profundidad del objetivo más 0,5 mm de desplazamiento) desde el punto objetivo y las guías lateralmente.

Tabla 21. Disponibilidad del control Guía de aguja

Disponible con	No disponible con
IC10-3 (ángulo fijo)	Soportes para agujas con ángulo variable
L19-5 (ángulo transversal)	Campo de visión reducido
	Función de línea central

Uso del control de guía de aguja

1. Mientras explora en 2D, pulse el control **Guía de aguja** en el panel táctil para activar el gráfico de la guía de aguja.
2. Para soportes de ángulo transversal, utilice los botones de control de profundidad para cambiar la profundidad. Los indicadores de la profundidad de la aguja del monitor clínico se ajustan en consecuencia.

Módulo de ECG



ADVERTENCIA

- Utilice el accesorio de ECG de FUJIFILM Sonosite en un único paciente cada vez.
- Para evitar dañar al paciente, asegúrese de utilizar el módulo de ECG de FUJIFILM Sonosite con los cables del módulo de FUJIFILM Sonosite, el adaptador y el cable del conector de ECG externo, y otros accesorios especificados por FUJIFILM Sonosite.
- La señal de ECG puede no mostrar la forma de onda correcta o la precisión de la frecuencia cardíaca si se usa en un paciente con un marcapasos o en un campo electromagnético.
- El módulo de ECG de FUJIFILM Sonosite no está pensado para diagnosticar, monitorizar o informar al usuario acerca de la precisión de la frecuencia cardíaca o de un ritmo irregular.
- Preste atención a las siguientes precauciones al utilizar un desfibrilador en un paciente:
 - El sistema de ecografía podría reiniciarse después de la desfibrilación.
 - La desfibrilación de un paciente mientras el módulo de ECG de FUJIFILM Sonosite está conectado al sistema de ecografía puede provocar que la señal de ECG no se muestre correctamente.
 - El tiempo de recuperación del sistema puede ser superior a cinco segundos. No use el ECG directamente después de la desfibrilación.



ATENCIÓN

- Utilice el ECG únicamente con ecógrafos FUJIFILM Sonosite aprobados.
- Utilice el adaptador y el cable y de ECG externo únicamente con el módulo de ECG de FUJIFILM Sonosite y con los monitores de paciente aprobados.
- Utilice con el sistema únicamente accesorios recomendados por FUJIFILM Sonosite. Si conecta un accesorio no recomendado por FUJIFILM Sonosite, puede causar daños al sistema.

El módulo de ECG de FUJIFILM Sonosite opcional conecta el ecógrafo a los cables de electrodos y a los electrodos colocados en el cuerpo del paciente. Puede colocar el módulo de ECG en el ecógrafo usando el clip que se incluye con el módulo. También puede conectar el módulo a los siguientes monitores de paciente para mostrar una señal de ECG en el ecógrafo usando el cable del conector de ECG externo y el kit de adaptador:

- Philips Intellivue MP70 usando el conector de teléfono de 1/4"
- GE Solar 8000i, TRAM-RAC 4A o TRAM 451N usando el conector de 7 clavijas

El ECG está disponible en el tipo de examen cardíaco con el transductor P5-1.



NOTA

- Para conservar la alimentación, mantenga el módulo de ECG conectado al ecógrafo.
- Cuando use un cable y adaptador de conector de ECG externos, el alineamiento temporal entre el monitor de ECG y la imagen ecográfica 2D mostrada o los datos de desplazamiento puede variar en función de la latencia impuesta por el monitor de paciente.
- La señal del ECG puede tardar hasta un minuto en volver a estabilizarse después de utilizar el desfibrilador en un paciente.
- Si tiene problemas con la señal del ECG, consulte [Resolución de problemas \[163\]](#).

Uso de la función de ECG

1. Seleccione un transductor y tipo de examen adecuados (consulte [Módulo de ECG \[91\]](#)).
2. Conecte el cable del ECG al puerto del ECG en la parte trasera del sistema de ecografía. Si el sistema está en modo de adquisición de imágenes en vivo, ECG se activa automáticamente y se muestra un cuadro de diálogo sobre el uso del ECG.
3. Pulse **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.
4. Pulse **ECG** en el panel táctil.
Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.
5. Realice cualquiera de las siguientes acciones en el panel **Ajustes de ECG**:
 - Para ocultar la señal de ECG, desmarque la casilla de verificación **Trazo de ECG**.
 - Para mostrar el indicador de onda R, marque la casilla de verificación **Indicador de onda R**. El indicador de onda R está activado por defecto. Se muestran indicadores triangulares bajo el trazo del ECG que indican las ondas R detectadas en el ciclo cardíaco.
 - Para ajustar el valor de la ganancia del ECG, arrastre el control deslizante **Ganancia ECG**. Si la ganancia es demasiado elevada, la señal del ECG mostrada se podría acortar con picos planos. Para obtener una visualización más precisa de la señal, evite el exceso de ganancia.
 - Para mover la señal del ECG hacia arriba o hacia abajo verticalmente en la imagen, pulse las flechas arriba o abajo junto a **Posición de visualización**.
 - Para fijar la velocidad de desplazamiento del ECG, seleccione **Lenta, Media o Rápida en Veloc. barr.**
Si el modo Doppler o el modo M están activos, la velocidad de desplazamiento del ECG coincide con la velocidad de barrido del trazo.

Limitaciones

El módulo de ECG de FUJIFILM Sonosite no es compatible con:

- Alarmas visuales o sonoras
- Detección de la respiración y supresión activa del ruido
- Rechazo de ondas T altas
- Rechazo o visualización del pulso del marcapasos

- Indicador de ganancia y unidades de etiquetado en el control de ganancia
- Velocidad de barrido estándar
- Indicación de la relación de aspecto y de la altura del canal
- Visualizaciones permanentes
- Uso con dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia
- No informa al usuario de la precisión de la frecuencia cardíaca, del rango, de los cambios en la frecuencia, de los valores medidos o del ritmo cardíaco irregular.

Administración de imágenes y clips

Sonosite MT incluye herramientas para obtener, guardar, etiquetar y revisar las imágenes y clips ecográficos.

Guardar una imagen o un clip

Las imágenes y los clips se guardan en el estudio en curso, que es el estudio que está abierto durante la exploración. También puede adjuntar imágenes y clips a un estudio que haya finalizado iniciando uno nuevo con la misma información del paciente. Consulte [Adición de imágenes y clips a un estudio \[134\]](#).



ADVERTENCIA

Para evitar que se mezclen las imágenes guardadas pertenecientes a varios pacientes, asegúrese de que se muestre la ID de paciente correcta antes de guardar una imagen. Si desea más información sobre los registros de pacientes, consulte [Introducción de información del paciente \[66\]](#).

El número de imágenes y clips guardados en el estudio actual se muestra en el panel táctil. El número máximo de imágenes y clips de vídeo que puede guardar para un estudio individual depende de una serie de factores. El sistema le advierte cuando ha alcanzado este límite.

El sistema le permite realizar las siguientes acciones:

- Guardar una imagen durante la visualización de imágenes en directo o congeladas
- Guardar imágenes de radiocinematografía mientras el sistema está congelado

Guardar una imagen

Durante la visualización de imágenes en directo o congeladas, pulse .

El sistema le informa de que la imagen se ha guardado.

Configuración de los controles de los clips de vídeo

1. Durante la adquisición de imágenes en directo, pulse **Config. clips de vídeo** en el panel táctil. Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.
2. En **Tipo de vídeo**, seleccione el número de segundos en la lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones en **Modo de vídeo**:
 - **Prospectiva** captura fotogramas al pulsar . El sistema captura fotogramas los segundos especificados en la lista **Segundos**. En el área de estado del sistema, se muestra un símbolo para avanzar el clip .
 - **Retrospectiva** captura fotogramas de datos guardados previamente disponibles antes de pulsar . El sistema captura fotogramas guardados previamente durante la cantidad de segundos especificada en la lista **Segundos**. En el área de estado del sistema, se muestra un símbolo para retroceder el clip .

3. En **Tipo de clip**, seleccione **Segundos** para capturar clips en función del número de segundos y seleccione la duración en el cuadro de la lista desplegable.
4. Toque **Salir**.

Guardar un clip

1. Durante la exploración, pulse . Mientras el vídeo se está grabando de forma prospectiva, el control de vídeo se muestra en color azul y el símbolo del vídeo aparece en el área de estado del sistema.
2. Para detener la grabación, pulse . Si ha elegido un clip en prospectiva, el control emite un pitido para avisarle de que el clip está guardado.

Etiquetar imágenes

Puede etiquetar imágenes en directo o imágenes congeladas con texto (incluidas las etiquetas predefinidas), flechas y pictogramas.

Visualizar la página de etiquetado

1. Pulse el botón **ABC** para mostrar la página de etiquetas de texto predeterminada. Pulse la pantalla táctil del monitor para localizar un cursor activo. A continuación, arrástrelo a una nueva posición.
2. Para cerrar la página de etiquetado, pulse el botón **ABC** o congelar .

Configuración de las opciones de etiquetado

1. Pulse el botón **ABC** para visualizar la página de etiquetado.
2. Para cambiar el paquete de etiquetado, pulse el menú desplegable y seleccione otro paquete.
3. Para borrar todas las etiquetas cuando descongele una imagen, realice lo siguiente:
 - a. Pulse .
 - b. Pulse **Borrar al descongelar**.
 - c. Para salir del menú, pulse fuera del cuadro del menú.



NOTA

La opción **Borrar al descongelar** también borra las etiquetas cuando cambia un transductor o un tipo de examen.

Adición, eliminación y edición de etiquetas de texto

Puede añadir texto manualmente o añadir una etiqueta predefinida.

1. Pulse el botón **ABC** o **Texto** para visualizar la página de etiquetas de texto. En el monitor, aparece un cursor en la posición inicial.
2. Si va a añadir una etiqueta predefinida, seleccione un paquete de etiquetado en el menú desplegable. Es posible que tenga que desplazarse para visualizar todas las etiquetas del grupo.
3. Para introducir un texto manualmente, despliegue el teclado en pantalla tocando el icono del teclado .

4. Si lo desea, pulse un punto en la pantalla táctil del monitor para mover el cursor a otra posición.
5. Introduzca el texto manualmente con la ayuda del teclado en pantalla o toque las etiquetas predefinidas.
Después de añadir una etiqueta, el fondo de esta se resalta y se puede mover o editar.
6. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
 - Si quiere mover la etiqueta, utilice la pantalla táctil del monitor para arrastrarla a la localización deseada en el monitor clínico.
 - Para modificar la etiqueta, mueva el cursor dentro del cuadro de texto y utilice el teclado en pantalla  para editar el texto.
7. Para introducir una nueva etiqueta, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse otra localización en la pantalla táctil del monitor.
 - Pulse la tecla de retorno  que se encuentra en el teclado en pantalla.
8. Para volver a seleccionar una etiqueta, púlsela.
9. Pulse  para terminar con las etiquetas y guardar la imagen.

Adición de flechas

Puede añadir un máximo de cinco flechas para señalar partes específicas de la imagen.

1. Visualice la página de etiquetado y pulse **Flecha** para mostrar la página de etiquetas de flechas.
Aparece una flecha destacada en la página de etiquetas de flechas y en el monitor clínico.
2. Pulse sobre la flecha para cambiar entre resaltar la flecha o resaltar el círculo de rotación alrededor de ella.
3. Si la flecha está destacada, muévala arrastrando el dedo por la pantalla táctil del monitor.
4. Si el círculo de rotación está destacado, gire la flecha en sentido horario o antihorario en la pantalla táctil del monitor.
5. Para crear una flecha, pulse **Añad flecha**.
Para seleccionar las flechas, púlselas en la pantalla táctil del monitor.
6. Pulse  para terminar con las etiquetas y guardar la imagen.

Adición de pictogramas

Los pictogramas disponibles dependen del paquete de etiquetado seleccionado. Solamente se puede añadir un pictograma a cada imagen.

1. Visualice la página de etiquetado y pulse **Picto** para mostrar la página de pictogramas.
2. Pulse el pictograma deseado en la página para mostrarlo en la imagen escaneada.
3. Ajuste el icono que representa la posición del transductor en relación con la imagen  :
 - Para cambiar la localización del icono con respecto al pictograma, arrastre el icono resaltado utilizando la pantalla táctil del monitor.
 - Para cambiar la orientación del icono con respecto al pictograma, púselo para seleccionarlo y gírelo arrastrando el dedo en la pantalla táctil del monitor.
4. Para cambiar la localización del pictograma y el icono de orientación en el monitor clínico, púselo para seleccionarlo y arrastre el pictograma destacado con la pantalla táctil del monitor.
5. Para reemplazar el pictograma, seleccione otro en la página.

6. Pulse  para terminar con las etiquetas y guardar la imagen.

Empleo de la posición inicial

La posición inicial es la posición en la que el sistema coloca las etiquetas de forma predeterminada. Las etiquetas de texto y pictogramas tienen una posición inicial diferente.

- Para devolver una etiqueta a la posición inicial, seleccione una de ellas en el monitor y pulse **Mover a Inicio**.
- Para cambiar la posición inicial, mueva el cursor o una etiqueta seleccionada en el monitor y pulse **Configurar nuevo Inicio**.

Eliminación de etiquetas

1. Para eliminar una etiqueta de texto, realice una de las siguientes acciones:
 - Para eliminar texto del cuadro de texto o en la pantalla táctil del monitor, pulse .
 - Para eliminar la última palabra de la frase que se ha creado o editado más recientemente, pulse **Eliminar palabra**. Para continuar eliminando palabras, pulse el botón varias veces.
 - Para eliminar la frase que se ha creado o editado más recientemente, pulse **Eliminar línea**.
 - Para eliminar todas las etiquetas de texto, pulse **Eliminar todo el texto**.
2. Para eliminar una flecha, pulse  en el panel táctil o  en la pantalla táctil del monitor.
3. Para eliminar un pictograma, pulse  en el panel táctil o  en la pantalla táctil del monitor.
4. Para eliminar un pictograma, pulse  o  en la pantalla táctil del monitor.
5. Para eliminar todas las etiquetas, pulse **Borrar todas las etiquetas**.

Impresión de imágenes

Para ajustar la configuración de impresión, consulte la manual de usuario que se proporciona con la impresora.



ADVERTENCIA

Utilice únicamente los accesorios y periféricos recomendados por FUJIFILM Sonosite. La conexión de accesorios y periféricos no recomendados por FUJIFILM Sonosite puede ocasionar una descarga eléctrica y un mal funcionamiento del sistema. Póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local para obtener una lista de accesorios y periféricos disponibles o recomendados por FUJIFILM Sonosite.



ATENCIÓN

La impresión de una imagen no siempre captura todas las características de la imagen mostrada en el monitor. La copia impresa está destinada a servir como documento y puede que no sea adecuada para realizar un diagnóstico. La imagen impresa está sometida a la degradación derivada de la antigüedad y las condiciones de iluminación ambiental.



NOTA

El icono de la impresora mostrado en el monitor clínico le informa si la impresora está o no conectada físicamente al sistema.

Impresión durante la adquisición de imágenes

1. Asegúrese de que el botón de encendido de la impresora esté en la posición de encendido.
2. Con la imagen visualizada, pulse el control **Imprimir**.
Si este control está oculto, pulse **+ Más controles** para poder acceder a él.

Impresión de una imagen guardada de un estudio en curso

1. Asegúrese de que el botón de encendido de la impresora esté en la posición de encendido.
2. Abra la página de revisión mediante una de las siguientes acciones:
 - Pulse la imagen o clip en miniatura.
 - Pulse **Revisión de imágenes**.
3. Pulse la casilla de verificación para cada imagen que quiera seleccionar.
4. Pulse **Enviar a**.
5. Pulse **Impresora**.

Impresión de una imagen guardada de un estudio finalizado

1. Asegúrese de que el botón de encendido de la impresora esté en la posición de encendido.
2. Toque **Lista pac**.
3. Para abrir una página de revisión del estudio, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione un estudio, pulse **Ver** y luego **Revisión de imágenes**.
 - Pulse dos veces en el estudio. Pulse la casilla de verificación para cada imagen que quiera seleccionar.
4. Pulse **Enviar a**.
5. Pulse **Impresora**.

Archivado y exportación de imágenes y clips

Las imágenes guardadas y los clips de vídeo se organizan en estudios de pacientes. Para exportar y archivar estudios, consulte [Gestión de datos del paciente \[133\]](#).

Exportación de imágenes y clips individuales

Puede exportar imágenes y clips individuales a un dispositivo de almacenamiento USB para verlas en la Galería de imágenes USB. Las imágenes y clips exportados individualmente no contienen información del estudio.



NOTA

Use este método de exportación para producir solo archivos de imágenes y clips individuales. Con este método de exportación no se exportará el estudio completo del paciente y dicho estudio no mostrará el icono de exportar a USB en la lista de estudios.

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#)).
2. Para abrir la página de revisión, realice una de las siguientes acciones:
 - En el estudio actual, pulse imágenes o clips en miniatura o pulse **Revisión de imágenes**. También puede pulsar **Revisión de imágenes** en la página Informe y hoja de trabajo.
 - Para un estudio finalizado, pulse **Lista pac**. Seleccione un estudio, pulse **Ver** y, después, **Revisión de imágenes**, o bien haga doble clic para abrir la página de revisión del estudio.
3. Marque la casilla situada junto a cada imagen o clip que desee exportar.
4. Pulse **Enviar a**.
5. Pulse **USB**.
6. Si hay más de un dispositivo de almacenamiento disponible, seleccione el dispositivo de almacenamiento al que desea exportar sus imágenes.
7. Para cambiar el nombre del archivo, pulse el campo **Introducir nombre de archivo** y, a continuación, escriba el nuevo nombre utilizando solo letras mayúsculas y minúsculas y números (sin caracteres especiales ni espacios).



NOTA

Todas las imágenes y clips exportados al dispositivo de almacenamiento USB se almacenan en el nivel raíz de la unidad. Esto facilita la visualización en la Galería de imágenes. Los archivos con el mismo nombre tendrán el mismo nombre incrementado automáticamente.

8. De manera predeterminada, la información de paciente, como los nombres e ID, se eliminan de las imágenes y los clips antes de la exportación. La información de paciente se puede incluir durante la exportación marcando la casilla de verificación **Incluir info de paciente en imágenes y clips de vídeo**.



ATENCIÓN

La información del paciente puede ser una clase protegida de datos del paciente sujeta a las directrices de seguridad específicas de cada país. Si decide incluir información de paciente al exportar imágenes y clips, asegúrese de que las prácticas de almacenamiento y manipulación de su información cumplen las directrices de seguridad específicas de cada país.

9. Toque **Exportar**.

Galería de imágenes

La galería de imágenes le permite ver imágenes y clips de vídeo de un dispositivo de almacenamiento USB. Debería visualizar solamente imágenes proporcionadas por FUJIFILM Sonosite o capturadas en el sistema de ecografía. No utilice un USB que contenga imágenes externas clínicas o no clínicas en la galería de imágenes.



ADVERTENCIA

No se deben usar las imágenes de la galería de imágenes para el diagnóstico.

Visualización de imágenes utilizando la galería de imágenes

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#)).



NOTA

Los archivos de imágenes y clips que desea ver deben almacenarse en el nivel raíz del dispositivo de almacenamiento USB para que la Galería de imágenes acceda a ellos.

2. Pulse el menú del sistema  y, después, **Galería de imágenes USB**.
3. En la página Galería de imágenes USB, seleccione el dispositivo de almacenamiento deseado en la lista.
Aparecerá una galería de las imágenes y los clips disponibles.
4. Para abrir una vista en pantalla completa de una imagen o un clip en el monitor clínico, pulse la imagen en miniatura.

Mediciones y cálculos

En esta sección se ofrece información acerca de las mediciones y los cálculos. Las mediciones y cálculos, junto con la información del paciente y los hallazgos de las hojas de trabajos, se recogen en el informe del estudio.

Realización de mediciones y cálculos



ADVERTENCIA

- Para evitar cálculos incorrectos, compruebe que la información del paciente, la fecha y la hora sean correctas.
- Para evitar diagnósticos erróneos o perjudicar el resultado del paciente, asegúrese de que finaliza el estudio anterior antes de iniciar un nuevo estudio del paciente y realizar los cálculos. De lo contrario, los datos del paciente anterior podrían mezclarse con los del paciente actual. Pulse **FIN ESTU** para finalizar el estudio anterior.
- Para evitar diagnósticos erróneos o perjudicar al paciente, no utilice simples cálculos como único criterio de diagnóstico. Utilice los cálculos junto con el resto de información clínica.

Se puede acceder a las mediciones y cálculos a través de los botones de calibrador $^{+-+}$ y cálculos . Pulse el calibrador $^{+-+}$ para acceder directamente a las mediciones y cálculos básicos que no se guardan en el informe del paciente. Puede acceder a las mediciones y cálculos que se guardan en el informe pulsando la pestaña **Cálculos** en el panel de control. La almohadilla (#) incluida en algunas mediciones y cálculos indica que el valor se encuentra fuera de rango.

Trabajo con calibradores

Para realizar mediciones, arrastre los calibradores activos y resaltados hasta el punto deseado en la pantalla táctil del monitor. Utilice el círculo que hay alrededor del calibrador para manipularlo. Los calibradores aparecerán en el punto de mira cuando se coloquen en los puntos finales.

Si los calibradores no están situados correctamente, el resultado del cálculo será inexacto.

1. En una imagen en directo o congelada, pulse el botón $^{+-+}$ o . (Para realizar la mayoría de las mediciones, congele primero la imagen pulsando ). En función de la medición o el cálculo, aparecerá uno o dos calibradores en el monitor clínico y en el panel táctil aparecerá una página con las mediciones disponibles.
2. Pulse la medición que desea realizar o continúe si desea realizar la medición predeterminada.
3. Arrastre el calibrador hasta la posición deseada en el monitor con la pantalla táctil.
4. Toque el calibrador activo para desactivarlo o toque **Sig.** para activar el siguiente calibrador. A continuación, colóquelo en la pantalla táctil del monitor.

5. Realice cualquiera de las acciones siguientes:



NOTA

Algunas mediciones están asociadas como conjuntos ordenados. Pulse **Sig.** para activar la herramienta calibradora siguiente.

- Para cambiar de calibrador, pulse otro.
- Para anular la selección de los calibradores y establecer los valores de las mediciones, pulse la pantalla táctil del monitor desde la medición.

6. Para guardar una imagen con los calibradores y resultados mostrados, pulse .



NOTA

Las mediciones a las que accede desde la página de Calibradores solamente se guardan como parte de la imagen, mientras que las mediciones a las que accede desde la página de Cálculos se guardan también en el informe del paciente.


7. Para salir del modo calibrador, realice una de las acciones siguientes:

- Si realiza la medición de una imagen congelada, pulse el botón  o un botón de un modo de adquisición de imágenes para volver al modo de imagen en directo.
- Si realiza la medición de una imagen en directo, vuelva a pulsar **Calibrador**/⁺-⁺.

Visualización de mediciones y cálculos

Los resultados de las mediciones y los cálculos aparecerán en el monitor clínico y en el panel táctil por orden de finalización. Puede visualizarse un máximo de 10 mediciones.

Figura 11. Ejemplo de una página de mediciones y cálculos



1. Menú de navegación 2. Botones de medición 3. Área de resultados 4. Conjunto ordenado de mediciones

Eliminación de mediciones

Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Pulse el icono de eliminar  situado al lado de la medición.
En el caso de cálculos con múltiples mediciones, se eliminará la medición seleccionada del informe del paciente. Si se trata de la única medición necesaria para realizar un cálculo, el resultado de dicho cálculo se eliminará del informe.
- Para eliminar todas las mediciones visibles en la pantalla táctil del monitor, pulse **Borrar imagen** en el menú .
- Esta acción no elimina las mediciones del informe.
- Para eliminar todas las mediciones visibles incluidas en el informe, en la imagen y en la memoria del sistema, pulse **Eliminar todo** en el menú .
- Esta acción no elimina las mediciones guardadas previamente en el informe y que ya no pueden visualizarse en la pantalla táctil del monitor.

Para eliminar una medición directamente del informe, consulte [Eliminación de los valores de cálculo del informe \[138\]](#).

Modificación de una medición nueva

1. Seleccione una medición no guardada y edítela pulsando su nombre en el área de resultados. Se activará el último calibrador utilizado para realizar la medición.

- Utilice la pantalla táctil del monitor para seleccionar y volver a colocar los calibradores.

Mediciones básicas en 2D y a color



NOTA

Cuando se explora en modo dual, solo se puede medir a través de las imágenes si se utiliza un transductor lineal y si las imágenes se encuentran a la misma profundidad y magnificación.

Las herramientas de medición básica disponibles en la adquisición de imágenes en 2D y Color son:

Distancia (cm)	Profundidad objetivo (cm)
Elipse (circunferencia, diámetro y área)	Trazo
Distancia en curva (cm)	Ángulo (grados)
Volumen	Flujo de volumen (también incluye la medición Doppler)
	Consulte Flujo de volumen [110]

Medición de la distancia entre dos puntos

- En una imagen 2D o a color congelada, pulse el botón **Calibrador**/⁺-⁺. Aparecerá el calibrador de distancia predeterminado.
- Si ha realizado otras mediciones antes, pulse **Distancia**.
- Arrastre el calibrador activo hasta la posición deseada con la pantalla táctil del monitor.
- Según sea necesario, pulse los calibradores para seleccionarlos y volver a colocarlos en la pantalla táctil del monitor.
- Arrastre el calibrador activo hasta el primer punto con la ayuda de la pantalla táctil del monitor.
- Coloque el segundo calibrador en el segundo punto con la pantalla táctil del monitor.
- Según sea necesario, pulse los calibradores para seleccionarlos y reposicionarlos en la pantalla táctil del monitor.
- Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de una distancia en curva

- En una imagen 2D o a color congelada, pulse el botón **Calibrador**/⁺-⁺.
- Pulse **Distancia en curva** en la página del calibrador.
- Arrastre el calibrador activo hasta el primer punto con la ayuda de la pantalla táctil del monitor.
- Levante el dedo de la pantalla táctil del monitor. Aparecerá un icono de lápiz que le indicará que se ha definido la ubicación inicial y que puede empezar a dibujar el trazado.
- Arrastre el calibrador alrededor del área que desee trazar con la pantalla táctil del monitor. Para realizar una corrección, retroceda en el trazado sobre la línea.

6. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de un perímetro, diámetro o área con una elipse

1. En una imagen 2D o a color congelada, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
2. Pulse **Elipse** en la página del calibrador.
Aparecerá una elipse con tres calibradores.
3. Use la pantalla táctil del monitor para alternar entre cada uno de los calibradores a fin de mover y redimensionar la elipse.
4. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de un perímetro o área con un trazo

1. En una imagen 2D o a color congelada, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
2. Pulse **Trazo** en la página del calibrador.
3. Arrastre el calibrador hasta el primer punto con la ayuda de la pantalla táctil del monitor.
4. Levante el dedo de la pantalla táctil del monitor.
Aparecerá un icono de lápiz que le indicará que se ha definido la ubicación inicial y que puede empezar a dibujar el trazado.
5. Arrastre el calibrador alrededor del área que desee trazar con la pantalla táctil del monitor.
Para realizar una corrección, retroceda en el trazado sobre la línea.
6. Levante el dedo de la pantalla táctil del monitor.
El trazo se cerrará automáticamente y aparecerán los resultados de la medición.



NOTA

Puede seguir ajustando la medición incluso después de finalizar el trazo arrastrando el cursor. Arrastre el cursor hacia atrás para borrar el trazo o hacia delante para prolongarlo.

7. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Realizar una medición de profundidad objetivo

Puede medir la distancia desde la línea de la piel hasta un punto especificado en la imagen.



NOTA

La medición de la profundidad objetivo se restablece al cambiar los modos de adquisición de imágenes, las profundidades, algunos ajustes de optimización, al activar o desactivar el zoom o al utilizar guías aguja.

1. En una imagen 2D o a color congelada, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
Durante la adquisición de la imagen, el calibrador realiza la medición de la profundidad objetivo de forma predeterminada.

2. En caso de que la imagen esté congelada, pulse **Profundidad objetivo**. Aparece una línea de puntos que va desde la línea de la piel hasta un único calibrador en el extremo.
3. Coloque el calibrador con la pantalla táctil del monitor.
4. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de un ángulo entre dos líneas conectadas

1. En una imagen 2D o a color congelada, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
2. Pulse **Ángulo** en la página del calibrador. Aparecerán tres calibradores.
3. Coloque el calibrador activo con la pantalla táctil del monitor.
4. Sitúe el segundo calibrador con la pantalla táctil del monitor.
5. Coloque el tercer calibrador con la pantalla táctil del monitor.
6. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición del volumen

La medición del volumen se basa en una, dos o tres mediciones de la distancia 2D de la altura, anchura y longitud. Una vez se guarda la medición, el cálculo del volumen aparecerá en el monitor. Podrá calcular hasta un máximo de tres volúmenes.

1. En una imagen 2D o a color congelada, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
2. Pulse **Volumen 1**, **Volumen 2** o **Volumen 3** en la página del calibrador.
3. Haga lo siguiente para cada medición que necesite realizar:
 - a. Pulse la medición (**Longitud**, **Anchura** o **Altura**).



NOTA

Solamente puede realizar dos de las tres mediciones en un solo plano de adquisición de imágenes. Utilice el control cine, o congele o descongele, para seleccionar un fotograma diferente y realizar la tercera medición.

- b. Coloque el primer calibrador con la pantalla táctil del monitor.
- c. Sitúe el segundo calibrador con la pantalla táctil del monitor.
- d. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Mediciones básicas en modo M

Medición de distancia y tiempo

Podrá medir la distancia en centímetros, el tiempo en milisegundos y la pendiente en centímetros por segundo.

1. En un barrido en el Modo M congelado, pulse **Calibrador**/⁺–⁺. Aparecerá el calibrador de tiempo de distancia predeterminado.
2. Si ha realizado otras mediciones antes, pulse **Dist. Tiemp.**, en la página del calibrador.

3. Coloque el calibrador con la pantalla táctil del monitor.
4. Sitúe el segundo calibrador con la pantalla táctil del monitor.
5. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de la frecuencia cardíaca (Modo M)

1. En un barrido en el Modo M congelado, pulse **Calibrador**/ $+-+$.
2. Pulse **Frec. Cardí.** en la página del calibrador.
Aparecerá un par de calibradores verticales.
3. Utilice la pantalla táctil del monitor para arrastrar el calibrador activo al nivel máximo del latido cardíaco.
4. Arrastre el segundo calibrador hasta el nivel máximo del siguiente latido cardíaco con la pantalla táctil del monitor.
5. Pulse  para guardar una imagen con la medición.



NOTA

Guardar la medición de la frecuencia cardíaca en el informe del paciente no sobrescribirá la frecuencia cardíaca introducida en el formulario del paciente.

Mediciones básicas en Doppler

Las mediciones básicas que pueden realizarse en el modo Doppler son las siguientes:

Velocidad/par de velocidad (cm/s)	Pendiente (cm ²)
Frecuencia cardíaca	Tiempo (ms)
Trazo manual	Trazo automático
Flujo de volumen (también incluye la medición 2D)	
Consulte Flujo de volumen [110]	

Con estas mediciones, también podrá calcular lo siguiente, según el paquete de análisis:

Tiempo	Gradiente de presión o gradiente de presión máximo (GP o GP máximo)
Velocidad telediastólica (VDF)	Índice de pulsatilidad (IP)
Gradiente de presión medio (GP medio)	Índice de resistencia (IR)
Velocidad media (Vmed.)	Cociente S/D (S/D)
Velocidad diastólica mínima (MDV)	Media del promedio de tiempo (MPT)
Velocidad mínima (Vmín.)	Pico promediado en el tiempo (PTP)
Velocidad sistólica máxima (VSM)	Integral de velocidad de tiempo (IVT)
Velocidad máxima (VMáx)	

Medición de la frecuencia cardíaca (Doppler)

Consulte el apartado [Medición de la frecuencia cardíaca \(Modo M\) \[107\]](#), pero empiece desde un trazado espectral Doppler congelado.

Medición de la velocidad

Esta medición se realiza entre el calibrador y la línea de referencia. En los paquetes de análisis cardíacos, la medición de la velocidad calcula el GP.

1. En un trazo espectral Doppler congelado, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺. Aparecerá el calibrador de velocidad predeterminado.
2. Si realizó otras mediciones antes, pulse **Velocidad** en la página del calibrador.
3. Utilice la pantalla táctil del monitor para arrastrar el calibrador a una curva de velocidad máxima.
4. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de un par de velocidad

Esta medición sustituye a la medición de velocidad simple de algunos cálculos. En función del paquete de análisis, un par de velocidad puede medir la VSM, la VDF, el IR y el S/D.

1. Si realizó otras mediciones antes, pulse **Velocidad** en la página del calibrador.
2. Utilice la pantalla táctil del monitor para arrastrar el calibrador a una curva sistólica máxima.
3. Pulse **Sig.**
Aparecerá un segundo calibrador.
4. Utilice la pantalla táctil del monitor para arrastrar el segundo calibrador a la diástole final de la curva.
5. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de la duración de tiempo

1. En un trazo de Modo M o Doppler congelado, pulse el botón **Caliper**/⁺–⁺.
2. Pulse **Tiempo** en la página del calibrador.
Aparecerá un par de calibradores verticales.
3. Coloque el calibrador con la pantalla táctil del monitor.
4. Sitúe el segundo calibrador con la pantalla táctil del monitor.
5. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Medición de la pendiente

La herramienta de pendiente utiliza uno o dos calibradores. Un solo calibrador mide la velocidad y el GP, mientras que dos calibradores realizan la medición de la pendiente, el tiempo, la V_{máx.}, la V_{mín.} y el GP máximo (según el paquete de análisis).

1. En un trazo espectral Doppler congelado, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
2. Pulse **Pendiente** en la página del calibrador.
3. Coloque el calibrador con la pantalla táctil del monitor.
Los resultados aparecerán en el panel táctil y en el monitor.
4. Para medir la pendiente, el tiempo, la V_{máx.}, la V_{mín.} y el PG máximo en lugar de la velocidad y el PG, toque **Sig.**
Aparecerá un segundo calibrador.
5. Sitúe el segundo calibrador con la pantalla táctil del monitor.

6. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Se calcula la pendiente absoluta entre los calibradores. Si la velocidad absoluta del calibrador anterior es mayor que la del calibrador posterior (y se encuentran en el mismo lado de la línea base), el sistema calcula el tiempo, la Vmáx., la Vmín. y el GP máximo.

Realización de mediciones de trazos Doppler

Las mediciones de trazados dependen del tipo de paquete de análisis y herramienta de medición. Para obtener más información sobre términos y abreviaturas, consulte el [Glosario \[274\]](#).

Tabla 22. Mediciones de trazados Doppler disponibles según el tipo de examen

Crd,	Abd., mam., gin., MSK, OB, , oft., sup., ven.	Nervioso,	Art., carótida	DTC, orb.	Pulmonar,
<ul style="list-style-type: none"> • VMáx • IVT • GP máximo • GP medio • Vmed 	<ul style="list-style-type: none"> • IP • IR • S/D • VSP • VDF • MDV 	<ul style="list-style-type: none"> • IP • IR • S/D • VSP • VDF • MDV • IVT 	<ul style="list-style-type: none"> • IP • IR • S/D • VSP • VDF • MDV • IVT • PTP 	<ul style="list-style-type: none"> • IP • IR • S/D • VSP • VDF • MDV • PTP • Prof. Ventana 	<ul style="list-style-type: none"> • VSP

Realización de mediciones de trazos manuales

1. En un trazo espectral Doppler congelado, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
2. Pulse **Trazado manual** en la página del calibrador.
3. Utilice la pantalla táctil del monitor para arrastrar el calibrador al inicio de la curva deseada. Cuando levante el dedo de la pantalla táctil del monitor, aparecerá un icono de lápiz indicando que se ha definido la localización inicial y que puede empezar a trazar.
4. Utilice la pantalla táctil del monitor para trazar la curva con el calibrador. Para realizar una corrección, retroceda en el trazado sobre la línea.
5. Pulse  para guardar una imagen con la medición.



NOTA

Puede seguir ajustando la medición incluso después de finalizar el trazo arrastrando el cursor. Arrastre el cursor hacia atrás para borrar el trazo o hacia delante para prolongarlo.

Realización de mediciones de trazos automáticos

Después de una medición automática, confirme que el contorno generado por el sistema es correcto. En caso de que el trazado no sea satisfactorio, realícelo de forma manual.

1. En un trazo espectral Doppler congelado, pulse el botón **Calibrador**/⁺–⁺.
2. Pulse **Trazo automático** en la página del calibrador.

Puede seleccionar la configuración del trazo automático durante la exploración. Consulte [Controles de adquisición de imágenes Doppler \[78\]](#).

3. Utilice la pantalla táctil del monitor para arrastrar el calibrador activo al inicio de la curva.
4. Arrastre el segundo calibrador al final de la curva con la pantalla táctil del monitor.
5. Pulse  para guardar una imagen con la medición.

Flujo de volumen

La medición del flujo de volumen requiere la realización de una medición básica en 2D y de una medición básica de un trazado Doppler.



ADVERTENCIA

Si las conclusiones del diagnóstico acerca del flujo sanguíneo se basan solo en la IVT, puede aplicarse un tratamiento inadecuado. Para calcular con precisión el volumen del flujo sanguíneo, se necesita la zona del vaso y la velocidad del flujo sanguíneo. Además, obtener un valor preciso de la velocidad del flujo sanguíneo depende de un ángulo Doppler de incidencia correcto.

Tenga en cuenta los siguientes factores al realizar mediciones del flujo de volumen:

- Debe seguir las prácticas médicas actuales para las aplicaciones de cálculo del flujo de volumen.
- La precisión del cálculo del flujo del volumen depende en gran medida de la técnica de medición del usuario.
- Los factores identificados en las obras publicadas que afectan a la precisión son los siguientes:
 - Utilización del método del diámetro para el área bidimensional
 - Precisión al colocar el calibrador
 - Dificultad para garantizar una exposición uniforme del vaso a los ultrasonidos

Cálculo del flujo de volumen

Siga los siguientes pasos para cada medición del flujo de volumen que desee realizar.

1. En una imagen 2D congelada o trazado Doppler congelado, pulse **Calibrador** / $^{+} - ^{+}$.
2. Pulse **Flujo de vol.** en la página del calibrador.
[Paso 3](#) y [Paso 4](#) se pueden llevar a cabo en cualquier orden.
3. Mida el diámetro del vaso sanguíneo:
 - a. En una imagen 2D congelada, pulse **Diámetro** en la página del Flujo de volumen.
 - b. Coloque el primer calibrador con la pantalla táctil del monitor.
 - c. Sitúe el segundo calibrador con la pantalla táctil del monitor.
 - d. Toque  para guardar los resultados.
4. Calcule la velocidad de la sangre:
 - a. En un trazo Doppler congelado, pulse **Trazo** en la página del Flujo de volumen.
 - b. Use la pantalla táctil del monitor para situar cada calibrador vertical.
 - c. Toque  para guardar los resultados.

Cálculos y paquetes de análisis

Puede realizar mediciones asociadas a paquetes de análisis a través de los mismos tipos de medición utilizados en el menú del calibrador. Pulse el botón de medición para que aparezca el calibrador.

Algunos cálculos pueden ajustarse seleccionando sus modificadores en la pestaña Cálculos de la página **Informe y hoja de trabajo**. Consulte [Modificación de cálculos en el informe \[138\]](#).

Acceso a los paquetes de análisis

1. Congele la imagen .
2. Pulse **Cálculos** / .
3. Para navegar, pulse un tipo de cálculo o un paquete de análisis.
4. Vuelva al menú anterior o vaya a un conjunto diferente de paquetes de análisis pulsando en el botón **Paquetes** en el menú de navegación.
5. Para salir de un cálculo, realice una de las acciones siguientes:
 - Pulse el botón de congelar  para volver a la adquisición de imágenes en directo.
 - Pulse el botón **2D**.
 - Vuelva a pulsar **Cálculos** / .

Mediciones y cálculos abdominales

En la tabla que se muestra a continuación se recogen las mediciones abdominales, junto con los resultados de los cálculos que aparecen en el monitor clínico y en el informe. Para obtener más información sobre términos y abreviaturas, consulte el [Glosario \[274\]](#).

Tabla 23. Mediciones y cálculos abdominales

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
Vasos	D prox ao, D. med. y D. dist. (2D)	Distancia [104]	—
	D. máx. VCI y D. mín. (2D o modo M)	Colapso de la VCI [123]	Colapso de la VCI
Abdomen	• Long hígado (2D)	Distancia [104]	—
	• CHD (2D)		
	• CBD (2D)		
	• Long Bazo (2D)		
Vesícula biliar	Pared GB, Largo GB y Trans GB (2D)	Distancia [104]	—
Renal	L riñón der e izq (2D)	Distancia [104]	—
Vejiga	Volumen vejiga prevaciado y posvaciado (2D)	Volumen [106]	• Vol vejiga prevac • Vol vejiga postvac
	• Longitud		
	• Altura		
	• Ancho		
Ratio aórtico renal	Ao Prox (Doppler)	Velocidad [108]	Renal izq. y der./Cociente Ao
	Art renal izq y der (Doppler)		

Realización de una medición o cálculo abdominal

1. En una imagen congelada, pulse **Cálculos**  y diríjase al paquete de análisis abdominal en el panel táctil (si está adquiriendo imágenes con el tipo de examen abdominal, este paquete ya está preseleccionado).
2. Pulse el botón de medición o seleccione una medición en la página siguiente.
3. Lleve a cabo la medición, según el tipo.
4. Toque  para guardar los resultados.

Mediciones y cálculos de cardíacos

Esta sección enumera los procedimientos necesarios para realizar algunos cálculos cardíacos específicos. Consulte la sección de mediciones básicas para obtener más información sobre cómo utilizar los calibradores. En las tablas que se muestran a continuación se recogen las mediciones cardíacas, junto con los resultados de los cálculos que aparecen en el monitor clínico y en el informe. Para obtener más información sobre términos y abreviaturas, consulte el [Glosario \[274\]](#).

El sistema de ecografía incluye dos paquetes de análisis cardíaco: cardíaco y ecografía cardíaca enfocada.

Tabla 24. Mediciones y cálculos de cardíacos

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
VI Función/FE	FE (2D) • DVId y DVIs	FE/AF [118]	EF VI, AF VI
	FAC izquierdo (2D) • EDA y ESA VI	FAC [118]	FAC izquierdo
	GC • Diám TSVI (2D) • IVT TSVI y GC FC (Doppler)	VS y GC [118]	GC, IC, VS, IS
	FE de Simpson (2D) • Vol A4Cd y A4Cs • Vol A2Cd y A2Cs	Volumen del VI y FE [119]	FE Biplana, FE A4C, FE A2C, Vol biplano SVI, Vol biplano DVI
Función	EF (Modo M) • DVId y DVIs	FE/AF [118]	EF VI, AF VI
	• MAPSE y TAPSE (Modo M) • STPE (modo M) • TEVI (modo M)	• MAPSE/TAPSE [119] • Tiempo [106] • Distancia Modo M [117]	—
Dimensiones izquierda	Diástole (2D) • DVDd, TIVd, DVId, PPVId	• FE/AF [118] • Qp:Qs [121]	FE, AF, FE TIV, FE PPVI, Qp:Qs
	Sístole (2D) • TIVs, DVIs, PPVIs		

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
	AI/Ao (2D) • AI D, Vol AI A4C y A2C, D raíz ao, D. ao. asc., Diám TSVI	• Distancia [104] • Volúmenes auriculares [121]	AI/Ao, Vol AI biplano, Índice vol biplano AI
	Masa VI (2D) • Área Epi y Endo, Apical D	Masa VI [122]	Masa VI, Índice de masa VI
Válvula aórtica	TSVI (Doppler) • TSVI Vmáx, IVT TSVI, GC FC	VS y GC [118]	GC, IC, VS, IS
	AS (Doppler) • VA Vmáx, VA IVT, AVA FC, TEVI	• Velocidad [108] • IVT [117] • FC [107] • Tiempo [108]	AVA (IVT o Vmáx), Índice AVA (IVT o Vmáx), Cociente de la velocidad de AV
	IA (Doppler) • THP, IVT 2D • IA vena con, Planim AVA, Diám TSVI	• THP [122] • IVT [117] • Trazo del área [105]	—
VD Función	FAC (2D) • EDA y ESA VD	FAC [118]	FAC derecho
	DTI (Doppler) • VD s'	DTI [123]	—
	RIMP (Doppler) • RVET, IVCT, TRIV	RIMP [123]	RIMP
Estado de volumen	Pre • Pre IVT TSVI (Doppler) • Pre FC (Doppler) • Diám TSVI (2D) Pos (Doppler) • Post IVT TSVI, Post FC	VS y GC [118]	Cambio % GC, Cambio % VS, Cambio % ITV, pre GC, pre VS, post GC, post VS
	Colapso de la VCI (2D) • VCI máx. y mín. • RAP	• Colapso de la VCI [123] • RAP [124]	Colapso de la VCI, PSVD
Variación respiratoria (acceda a esta página desde Estado de volumen)	Velocidad (Doppler) • Mín. y máx. VMáx TSVI IVT (Doppler) • Mín. y máx. IVT TSVI Diám TSVI (2D)	VS y GC [118]	Variación % VS, Variación % ITV, Variación % Vmáx, VS máx, VS mín
	Distensibilidad (2D) • D máx y D mín VCI	Colapso de la VCI [123]	Índice de distensibilidad

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
Dimensiones derecha	VD apical (2D) • D. basal y med., Longitud, Pared	Distancia [104]	VS pulmo, Qp:Qs, Índice vol AD
	Salida VD (2D) • D. prox. VD y D TSVD		
	Aurícula derecha (2D) • Vol AD	Trazo del área [105]	—
Dimensiones	Diástole (modo M) • DVDd, TIVd, DVID, PPVID	• FE/AF [118] • Masa VI [122]	AF, FE TIV, FE PPVI, TIVD/PPVID, TIVS/PPVIS, Masa VI, Índice de masa VI, PSVD
	Sístole (modo M) • TIVs, DVIs, PPVIs		
	AI/Ao (Modo M) • Ao, AI D	Distancia Modo M [117]	AI/Ao
	VCI (modo M) • VCI máx. y mín. • RAP	• Colapso de la VCI [123] • RAP [124]	Colapso de la VCI
AVA	• Diám TSVI (2D) • FC AVA (Doppler) • VMáx (Doppler) • TSVI, Vmáx y VA Vmáx • IVT (Doppler) • IVT TSVI y VA IVT	AVA [124]	AVA (IVT o Vmáx), Índice AVA (IVT o Vmáx), Cociente de la velocidad de AV
	2D • Planim AVA	Trazo del área [105]	—
Diastología	DTI • e' y a' sep. • e' y a' lat. • e' ant y e' inf	DTI [123]	E/e' sep, E/e' lat, E/e' ant, E/e' inf
	VM (Doppler) • VM E, desacel., A y Adur. • TRIV	• Velocidad [108] • Tiempo [108]	VM E/A
	Vena pulmonar (Doppler) • Vena P S, D, A, y Adur	• Velocidad [108] • Tiempo [108]	—
	PSVD (Doppler) • RT máx y RAP	PSVD [125]	PSVD
	Vol AI • Vol AI A4C y A2C	Volúmenes auriculares [121]	Vol AI biplano, Índice vol biplano AI
	Vasos mayores	VCI (2D) • VCI máx. y mín. • RAP	• Colapso de la VCI [123] • RAP [124]

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
	Aorta (2D) • D raíz ao, D. ao. asc., Diám TSVI y AO abd Aorta quirúrgica (2D) • D ani aorta, D. val. sinusal, D. STJ	Distancia [104]	—
Qp:Qs	Izq • Diám TSVI (2D) • IVTTSVI (Doppler) Der • D TSVD (2D) • IVT TSVD (Doppler)	Qp:Qs [121]	Qp:Qs, VS, VS pulmo
Válvula mitral	Entrada (Doppler) • VM E y A • Tiempo desac VM	• Velocidad [108] • Pendiente [108]	VM E/A, E/e' sep, E/e' lat, E/e' ant, E/e' inf
	MS • D ani VM (2D) • VM IVT (Doppler) • FC (AVM)(Doppler) • THP VM (Doppler)	• Distancia [104] • IVT [117] • Trazo del área [105]	AVM (THP), AVM (IVT)
	RM • VM dP/dT (Doppler DC) 2D • Planim AVM • Vena Con RM	• dP/dT [124] • Trazo del área [105]	—
Válvulas	VT (Modo M) • TAPSE VM (modo M) • MAPSE, STPE, Pendiente D-E, Pendiente E-F VA (modo M) • SCA y TEVI	• MAPSE/TAPSE [119] • Distancia Modo M [117] • Tiempo [108]	—
Tricúspide/ Pulmonar	PSVD (Doppler) • RT máx y RAP	PSVD [125]	PSVD
	VP (Doppler) • TA, IVT, VMáx VT (Doppler) • IVT, E, A, THP	• Tiempo [108] • IVT [117] • Velocidad [108] • THP [122]	—
	FC (modo M y Doppler)	FC [107]	—

Tabla 25. Mediciones y cálculos de ecografías cardíacas enfocadas

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
Lado izquierdo corazón	EF (2D y modo M)	FE/AF [118]	EF VI, AF VI
	• DVI _d y DVI _s		
	FAC izquierdo (2D)	FAC [118]	VI FAC
	• EDA y ESA VI		
	GC	VS y GC [118]	OC TSVI, IC TSVI, VS TSVI, IS TSVI
	• Diám TSVI (2D)		
	• IVTTSVI (Doppler)		
	• FC GC (Doppler)		
	• MAPSE (Modo M)	• MAPSE/TAPSE [119]	—
	• STPE (modo M)	• Distancia Modo M [117]	
Estado de volumen	Pre	VS y GC [118]	Cambio % GC, Cambio % VS, Cambio % ITV, pre GC, pre VS, post GC, post VS
	• Pre IVT TSVI (Doppler)		
	• Pre FC (Doppler)		
• Diám TSVI (2D)			
Pos (Doppler)			
• Post IVT TSVI y FC			
Colapso de la VCI (2D y modo M)	• Colapso de la VCI [123]	Colapso de la VCI, PSVD	
• D máx y D mín VCI	• RAP [124]		
• RAP			
Estado de volumen > Variación respiratoria	Máx	VS y GC [118]	Variación % VS, Variación % ITV, Variación % Vmáx, Máx VS, Mín VS
	• TSVI Vmáx e IVT (Doppler)		
	• Diám TSVI (2D)		
Mín. (Doppler)			
• TSVI Vmáx e IVT			
Lado derecho corazón	FAC derecho (2D)	FAC [118]	FAC derecho
	• EDA y ESA VD		
	TAPSE (Modo M)	MAPSE/TAPSE [119]	—
	PSVD (Doppler)	PSVD [125]	PSVD
• RT máx y RAP			
Vasos mayores	Colapso de la VCI (2D y modo M)	• Colapso de la VCI [123]	Colapso de la VCI
	• VCI máx. y mín.	• RAP [124]	
	• RAP		
Aorta torácica (2D)	Distancia [104]	—	
• D raíz ao y D. ao. asc.			
Vasos mayores > Variación respiratoria	Distensibilidad (2D y modo M)	Colapso de la VCI [123]	Índice de distensibilidad
	• D máx y D mín VCI		
FC	FC (modo M y Doppler)	FC [107]	—



NOTA

- Muchos cálculos cardíacos requieren mediciones 2D y Doppler.
- Algunas mediciones están asociadas como conjuntos ordenados. Pulse **Sig.** para activar la herramienta calibradora siguiente.

Medición de la integral de velocidad de tiempo (IVT)



ADVERTENCIA

Si mueve la línea base, desplaza o invierte el trazo mientras está congelado, se borran los resultados visualizados.

Esta medición calcula otros resultados además de IVT, incluidos Vmáx, GP máximo, Vmed y GP medio.



ADVERTENCIA

Trace solo un latido cardíaco. El cálculo de la IVT no es válido si se mide con más de un latido cardíaco.

1. En un trazado espectral Doppler congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse  y seleccione **Trazado manual** o **Medición autom.** en la lista desplegable de una medición IVT (por ejemplo, IVT TSVI)
3. Siga el procedimiento del trazado manual Doppler o del trazado automático para realizar la medición (consulte [Realización de mediciones de trazos manuales \[109\]](#) o [Realización de mediciones de trazos automáticos \[109\]](#)).
4. Toque  para guardar los resultados.

Medición de la distancia en Modo M

Puede medir muchas de las mediciones de la distancia cardíaca en el modo M.

1. En un barrido de Modo M congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse un botón de medición (por ejemplo, **AI D** en **Dimensiones**).
3. Sitúe los calibradores en el trazo del Modo M con la pantalla táctil del monitor.
4. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo de la fracción de eyección (FE) y el acortamiento fraccionario (AF)

1. En una imagen 2D congelada o en un barrido de Modo M congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse **Lado izquierdo corazón** o **VI Función/FE**.
3. Haga lo siguiente para DVID y después para DVIS:
 - a. Pulse el botón de medición.
 - b. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
4. Toque  para guardar los resultados.



NOTA

Si está realizando mediciones en 2D, utilice el control cine para buscar el fotograma correspondiente (consulte [Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine \[85\]](#)).

Cálculo del cambio del área fraccional (FAC)

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Lado izquierdo corazón** o **VI Función/FE**.
 - Pulse **Lado derecho corazón** o **Función VD**.
3. Haga lo siguiente para EDA y después para ESA:
 - a. Pulse el botón de medición.
 - b. Trace el área deseada con los calibradores (consulte [Medición de un perímetro o área con un trazo \[105\]](#)).
4. Toque  para guardar los resultados.



NOTA

Si está realizando mediciones en 2D, utilice el control cine para buscar el fotograma correspondiente (consulte [Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine \[85\]](#)).

Cálculo del volumen sistólico (VS), el índice sistólico (IS), el gasto cardíaco (GC) y el índice cardíaco (IC)

Estos cálculos requieren que se realice una medición en 2D y una medición en Doppler. El cálculo del IS e IC también requiere la determinación del área de superficie corporal (ASC).

1. (Solo para el IS y el IC) Rellene los campos **Altura** y **Peso** en el formulario del paciente. El ASC se calcula automáticamente.

2. Mida el diámetro de TSVI:
 - a. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
 - b. En una lista de mediciones, pulse **TSVI** para realizar una medición de la distancia (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
 - c. Toque  para guardar los resultados.
3. Mida la IVT de TSVI:
 - a. Escanear en Doppler y congelar la imagen .
 - b. Pulse **IVT de TSVI** en una lista de mediciones. Siga el procedimiento del trazo manual Doppler o del trazo automático para realizar la medición (consulte [Realización de mediciones de trazos manuales \[109\]](#) y [Realización de mediciones de trazos automáticos \[109\]](#)).
 - c. Toque  para guardar los resultados.
4. Mida la FC como se describe en el apartado [Medición de la frecuencia cardíaca \(Doppler\) \[107\]](#).
5. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo del volumen del VI y FE (regla de Simpson)



NOTA

Para calcular la EF biplana, deberá realizar las cuatro mediciones.

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse **VI Función/FE** y luego pulse **Vol A4Cd**, **Vol A4Cs**, **Vol A2Cd** o **Vol A2Cs** bajo EF apical.
3. Haga lo siguiente para cada medición:
 - a. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el calibrador en el anillo.
 - b. Trace la cavidad ventricular empezando en el anillo mitral y terminando en el otro anillo.
 - c. Ajuste la longitud del ventrículo según proceda.
4. Toque  para guardar los resultados.

Medición del desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo o mitral (TAPSE o MAPSE)

TAPSE se utiliza para evaluar la función sistólica del ventrículo derecho. MAPSE es una medición similar que se utiliza para acceder a la función del ventrículo izquierdo.

1. En un barrido de Modo M congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse **Lado derecho corazón**, **Lado izquierdo corazón**, o **Función**.
3. Pulse **MAPSE** o **TAPSE**.
Aparecerá un par de calibradores con ángulo derecho.

4. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
5. Toque  para guardar los resultados.

Uso de gasto cardíaco asistido (ACO)

El GC asistido requiere que se realice una medición en 2D y una medición en Doppler. Asegúrese de que la frecuencia cardíaca esté entre 30–200 lpm. También puede querer optimizar su velocidad de barrido Doppler (consulte la [Controles de adquisición de imágenes Doppler \[78\]](#)).



ADVERTENCIA

- Para evitar resultados de cálculo incorrectos, asegúrese de que la señal Doppler no varía.
- Para evitar un diagnóstico incorrecto:
 - No utilice los cálculos del gasto cardíaco asistido como único criterio de diagnóstico. Utilícelos exclusivamente en combinación con otra información clínica y los antecedentes del paciente.
 - No utilice los cálculos del gasto cardíaco asistido en pacientes neonatos o infantiles.
 - Verifique que el flujo es de, al menos, 1 l/min para garantizar la precisión de la medición.



NOTA

Si el sistema mide el GC en un trazado en directo, solamente se podrá medir una curva a la vez. En un trazado congelado, el sistema muestra hasta cinco mediciones.

1. Mida el diámetro de TSVI:
 - a. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
 - b. En una lista de mediciones, pulse **Diám TSVI** para realizar una medición de la distancia (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
 - c. Toque  para guardar los resultados.
Debe guardar esta medición antes de realizar la medición Doppler. Diám TSVI está disponible en la página de GC asistido.
2. Realice un trazado automático Doppler.
 - a. En un trazo Doppler congelado o en directo, pulse **Cálculos**/.
 - b. Si es necesario, vaya hasta la página de GC asistido y pulse en un botón de medición del **GC**.
El sistema traza y mide de forma automática el gasto cardíaco en curvas bien definidas.
 - c. Si tiene que corregir el trazado, realice una de las siguientes acciones:
 - Para modificar una medición, selecciónela en el área de resultados de la pantalla táctil del monitor y, con la almohadilla táctil del monitor, ajuste los límites.

- Para realizar una curva más definida, utilice el control cine para mover la visualización Doppler (consulte la [Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine \[85\]](#)). Deberá volver a pulsar el botón de medición para poder hacer el trazado de nuevo.
 - Pulse  en un botón de medición de GC para cambiar el lugar en el que el sistema traza la curva. De forma predeterminada, este lugar se encuentra bajo la línea base. Si cambia cualquier parámetro de visualización de la imagen, por ejemplo, si invierte la imagen o mueve la línea base, los resultados se borran.
- d. Si es necesario, congele la imagen y, a continuación, pulse **Confirmar** o  al lado de las mediciones en el área de resultados.
Si elimina un trazado y hay uno nuevo disponible, el sistema lo añadirá de forma automática a la visualización.
 - e. Toque  para guardar los resultados.



NOTA

El sistema no guardará ninguna medición que no se haya confirmado.

Cálculo de Qp:Qs

El cálculo de Qp:Qs requiere de dos mediciones 2D y dos mediciones Doppler.

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Siga estos pasos para medir el Diám TSVI y el D TSVD.
 - a. Pulse **Qp:Qs** y, a continuación, pulse **Diám TSVI** a la izquierda o **D TSVD** a la derecha.
 - b. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
 - c. Toque  para guardar los resultados.
3. Siga estos pasos para medir la IVT de TSVI y la IVT de TSVD.
 - a. Escanee en Doppler y congele la imagen .
 - b. Pulse **Qp:Qs** y, a continuación, pulse **IVT TSVI** a la izquierda o **IVT TSVD** a la derecha.
 - c. Siga el procedimiento del trazo manual Doppler o del trazo automático para realizar la medición (consulte [Realización de mediciones de trazos manuales \[109\]](#) y [Realización de mediciones de trazos automáticos \[109\]](#)).
 - d. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo de los volúmenes auriculares (regla de Simpson)

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse **Dimensiones izquierda**, **Diastología** o **Dimensiones derecha**.
3. Pulse **Vol AI A4C**, **Vol AI A2C** o **Vol AD**.
4. Haga lo siguiente para cada medición:

- a. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el calibrador en el anillo.
- b. Trace la cavidad auricular, terminando en el otro anillo (consulte [Medición de un perímetro o área con un trazo \[105\]](#)).



NOTA

El método recomendado consiste en realizar un trazo de anillo a anillo y dejar que el sistema cierre automáticamente el trazo.

- c. Puede ajustar la longitud auricular arrastrando el cursor.
5. Toque  para guardar los resultados.



NOTA

Para calcular los índices del volumen auricular, se requiere el ASC.

Cálculo de la masa VI

Puede calcular la masa VI en 2D o en el modo M.

1. En una imagen 2D congelada o en un barrido de Modo M congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Para calcular la masa VI en 2D:
 - a. Pulse **Dimensiones izquierda**.
 - b. Trace el área deseada para el **Área Epi** y, a continuación, para el **Área Endo** (consulte [Medición de un perímetro o área con un trazo \[105\]](#)).
 - c. Pulse **D apical** y utilice los calibradores para medir la longitud del ventrículo (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
 - d. Toque  para guardar los resultados.
3. Para calcular la masa VI en el modo M:
 - a. Pulse **Dimensiones**.
 - b. Realice la medición de la distancia del modo M de **DVID**, **PPVID** y **TIVD**.
 - c. Toque  para guardar los resultados.

Medición del tiempo de hemipresión (THP)

Puede utilizar esta medición para calcular el área de la válvula mitral (AVM).

1. En un trazado espectral Doppler congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. En la página del paquete de análisis, seleccione una medición **THP** (por ejemplo, THP VT).
3. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el primer calibrador en el valor máximo.
4. Sitúe el segundo calibrador con la pantalla táctil del monitor.
 - En el caso de THP VM, arrastre el calibrador en la pendiente de desaceleración de la curva E.
 - En el caso de THP IA, arrastre el calibrador hasta la diástole final.

5. Toque  para guardar los resultados.

Medición de una curva de adquisición de imágenes de Doppler tisular (DTI)

1. Asegúrese de que la función DTI está activada (consulte [Controles de adquisición de imágenes Doppler \[78\]](#)).
2. En un trazado espectral Doppler congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
3. Haga lo siguiente para cada medición que desee realizar:
 - a. En la opción **Diastología** o **Función VD**, pulse **DTI** y, a continuación, seleccione el nombre de la medición.
 - b. Realice la medición de la velocidad (consulte [Medición de la velocidad \[108\]](#)).
4. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo del índice de función miocárdica del ventrículo derecho (RIMP)

1. En un trazado espectral Doppler congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse **Función VD**.
3. Mida el **TRIV**:
 - a. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el primer calibrador en el cierre de la válvula aórtica.
 - b. Utilice la pantalla táctil del monitor para situar el segundo calibrador al inicio del flujo de entrada mitral.
4. Mida el **ICRT**:
 - a. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el primer calibrador en el cierre de la válvula tricúspide.
 - b. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el segundo calibrador en la apertura de la válvula pulmonar.
5. Mida el **TEVD**:
 - a. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el primer calibrador en la apertura de la válvula pulmonar.
 - b. Utilice la pantalla táctil del monitor para colocar el segundo calibrador en el cierre de la válvula aórtica.
6. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo del índice de colapso y distensibilidad de la vena cava inferior (VCI)

1. En una imagen 2D congelada o en un barrido de Modo M congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse **Vasos mayores**, **Dimensiones** o **Estado de volumen**. (También podrá acceder a la **Variación respiratoria**).
3. Mida el diámetro máximo:
 - a. Cree una secuencia de cine de la imagen para mostrar la expansión máxima (consulte [Visualización de fotogramas en la memoria de secuencias de cine \[85\]](#)).

- b. En la lista de mediciones, toque **D máx VCI**.
 - c. Utilice los calibradores para medir el diámetro (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
 - d. Pulse  para guardar los resultados.
4. Mida el diámetro mínimo:
 - a. Cree una secuencia de cine de la imagen para mostrar la contracción mínima.
 - b. En la lista de mediciones, pulse **D mín VCI**.
 - c. Utilice los calibradores para medir el diámetro.
 - d. Toque  para guardar los resultados.

Selección de la presión de la AD (RAP)

1. En una imagen congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. En la página de un paquete de análisis (por ejemplo, Lado derecho del corazón), pulse **RAP**.
3. Seleccione el valor deseado de la lista de AD.

Cálculo del área de la válvula aórtica (AVA)

El cálculo del AVA requiere realizar una medición bidimensional y dos mediciones en el modo Doppler.

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse el botón de medición **Diám TSVI** de la opción **Válvula aórtica** o **AVA**.
3. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
4. Toque  para guardar los resultados.
5. En un barrido Doppler congelado, lleve a cabo la medición a partir de $V_{máx}$. o IVT.
 - A partir de $V_{máx}$: tanto en el caso de **$V_{máx}$ TSVI** como en el de **$V_{máx}$ VA**, arrastre el calibrador hasta colocarlo en la curva con valor de velocidad máximo.
 - A partir de IVT: tanto para **IVT TSVI** como para **IVT VA**, dibuje la curva Doppler.
6. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo de la variación de la presión/variación del tiempo (dP/dT)

Para realizar la medición de dP/dT, la escala de CW Doppler debe incluir velocidades de 300 cm/s o superiores en el lado negativo de la línea de referencia.

1. Asegúrese de que el modo Doppler de onda continua está activado (consulte [Controles de adquisición de imágenes Doppler \[78\]](#)).
2. En un trazado espectral Doppler congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
3. Pulse **Válvula mitral** y luego **VM, dP/dt** en RM.
Aparece una línea de puntos horizontal con un calibrador activo a 100 cm/s.
4. Con la ayuda de la pantalla táctil del monitor, arrastre el primer calibrador a lo largo de la curva a 100 cm/s.
Aparece una segunda línea de puntos horizontal con un calibrador activo a 300 cm/s.

5. Con la ayuda de la pantalla táctil del monitor, arrastre el segundo calibrador a lo largo de la curva a 300 cm/s.
6. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo de la presión sistólica del ventrículo derecho

1. En un trazado espectral Doppler congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete cardíaco en el panel táctil.
2. Pulse **Lado derecho corazón** o **Tricúspide/Pulmonar**.
3. Pulse **RT máx** en **PSVD**.
4. Coloque el calibrador con la pantalla táctil del monitor.
5. Pulse **RAP** y seleccione uno de los valores de la lista desplegable.
6. Toque  para guardar los resultados.

Mediciones y cálculos de la carótida

Las mediciones y cálculos de la carótida se incluyen en la siguiente tabla. También puede medir el volumen (consulte la [Medición del volumen \[106\]](#)) y el flujo de volumen (consulte la [Cálculo del flujo de volumen \[110\]](#)). Para obtener más información sobre términos y abreviaturas, consulte el [Glosario \[274\]](#).

Tabla 26. Mediciones y cálculos de la carótida

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
• Flujo ACC der. 1	D. ACC izq. y der. (2D)	Distancia [104]	• Flujo ACC
• Flujo ACC izq. 1	IVT izq. y der. (Doppler)	IVT [117]	• IVT
• Flujo ACC der. 2			• FC
• Flujo ACC izq. 2			



ADVERTENCIA

Trace solo un latido cardíaco. El cálculo de la IVT no es válido si se mide con más de un latido cardíaco.



ADVERTENCIA

Si las conclusiones del diagnóstico acerca del flujo sanguíneo se basan solo en la IVT, puede aplicarse un tratamiento inadecuado. Para calcular con precisión el volumen del flujo sanguíneo, se necesita la zona del vaso y la velocidad del flujo sanguíneo. Además, obtener un valor preciso de la velocidad del flujo sanguíneo depende de un ángulo Doppler de incidencia correcto.

Realización de una medición o cálculo carotídeo

1. En una imagen congelada, pulse **Cálculos**  y diríjase al paquete de análisis de la carótida en el panel táctil (si está adquiriendo imágenes con el tipo de exploración de la carótida, este paquete ya está preseleccionado).
2. Toque un botón de medición de distancia y haga una medición de distancia.
3. Toque  para guardar los resultados.
4. En un trazo espectral Doppler congelado, toque un botón de medición IVT y haga una medición IVT. Asegúrese de trazar la curva Doppler desde el comienzo de la sístole hasta el final de la diástole.
5. Toque  para guardar los resultados.

Mediciones y cálculos RCV

Las mediciones RCV (relación catéter-vaso) están incluidas en la tabla que se muestra a continuación junto con los resultados de los cálculos que aparecen en el monitor clínico y en el informe. Para obtener más información sobre términos y abreviaturas, consulte el [Glosario \[274\]](#).

El cálculo de la RCV está disponible en los paquetes de análisis siguientes: arterial, nervio, VIP, venoso.

Antes de ejecutar un cálculo, asegúrese que ha seleccionado la fórmula correcta. El sistema calculará el tamaño del vaso y el catéter como el diámetro o área dependiendo de la fórmula del autor seleccionada. Consulte [Ajustes de cálculos RCV \[55\]](#).

Tabla 27. Mediciones y cálculos RCV

Página o lista	Mediciones	Procedimiento	Resultados del cálculo
RCV: francés (Fr)	<ul style="list-style-type: none">• Diámetro del vaso• Francés	Distancia [104]	RCV (Fr)
RCV: manómetro (G)	<ul style="list-style-type: none">• Diámetro del vaso• Manómetro	Distancia [104]	RCV (manómetro)

Calcular la RCV (relación catéter-vaso)

1. Seleccione el autor de la RCV que quiere usar (consulte [Selección de autores para los cálculos obstétricos \[55\]](#)).
2. En una imagen 2D congelada, toque **Cálculos**  y acceda al paquete de cálculos de la RCV en el panel táctil.
3. Mida el diámetro del vaso:
 - a. En la lista de mediciones en RCV (Francés) o RCV (Manómetro), toque **Vaso D**.
 - b. Utilice los calibradores para medir el diámetro (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)). El monitor clínico mostrará los cálculos de la RCV de los tamaños Francés y Manómetro comunes del catéter.
 - c. Para guardar la RCV de un catéter específico, seleccione el tamaño de catéter **Manómet.** o **Francés** del menú desplegable correspondiente.
 - d. Pulse  para guardar los resultados.

Mediciones y cálculos ginecológicos

Los cálculos ginecológicos incluyen mediciones 2D de útero, ovarios y folículos.

Tabla 28. Mediciones y cálculos ginecológicos

Página o lista	Mediciones (modo 2D)	Procedimiento	Resultados del cálculo
Útero	L, Al y An útero	<ul style="list-style-type: none">• Distancia [104]• Volumen [106]	Vol. útero
—	Endometrio	Distancia [104]	—
Ovario derecho	L, Al, y An. ovario der.	<ul style="list-style-type: none">• Distancia [104]• Volumen [106]	Vol ovario der
Ovario izquierdo	L, Al, y An. ovario izq.	<ul style="list-style-type: none">• Distancia [104]• Volumen [106]	Vol ovario izq
Fertilidad > Folículos	Fol. izq. y der. 1-10	Distancia [104]	—

Medición de útero

Se puede medir la longitud (L), la anchura (An), la altura (Al) y el grosor endometrial. Si mide la longitud, la anchura y la altura, el sistema calculará también el volumen (consulte el apartado [Medición del volumen \[106\]](#)).

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y diríjase al paquete de análisis ginecológico en el panel táctil (si está adquiriendo imágenes con el tipo de examen ginecológico, este paquete ya está preseleccionado).
2. En la opción **Volumen de útero**, pulse un botón de medición.
3. Realice la medición de la distancia (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
4. Toque  para guardar los resultados.

Medición de ovarios

Puede realizar mediciones de la longitud (L), anchura (An) y altura (Al) del ovario. Si mide la longitud, la anchura y la altura, el sistema calculará también el volumen (consulte el apartado [Medición del volumen \[106\]](#)).

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete de análisis ginecológico en el panel táctil.
2. Haga lo siguiente para cada medición que desee realizar:
 - a. Pulse el botón de medición dentro de la opción **Ovario derecho** u **Ovario izquierdo**.
 - b. Realice la medición de la distancia (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
 - c. Toque  para guardar los resultados.

Medición de folículos

Puede guardar hasta tres mediciones de distancia (D) por cada folículo.

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete de análisis ginecológico en el panel táctil.
2. Pulse **Folículos**.
3. Haga lo siguiente para cada medición que desee realizar:

- a. Pulse el número del folículo que está midiendo, como **Fol. der. 1**
- b. Realice la medición de la distancia (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
- c. Pulse sobre el mismo folículo para medir una segunda dimensión de dicho folículo o pulse  para guardar solo la primera medición.
- d. Realice los pasos b y c para obtener una tercera medición.
- e. Toque  para guardar los resultados.

Mediciones y cálculos obstétricos



ADVERTENCIA

- Verifique que ha seleccionado el tipo de examen obstétrico y el autor para los cálculos obstétricos que desea utilizar (consulte el apartado [Configuración de cálculos obstétricos \[54\]](#)).
- Para evitar cálculos obstétricos incorrectos, compruebe con un calendario y un reloj locales que la fecha y la hora del sistema son correctas cada vez que vaya a utilizar el sistema.
- Para evitar diagnósticos erróneos o perjudicar el resultado del paciente, asegúrese de que finaliza el estudio anterior antes de iniciar un nuevo estudio del paciente y realizar los cálculos. De lo contrario, los datos del paciente anterior podrían mezclarse con los del paciente actual.

Se podrá calcular el peso estimado fetal (PEF) con los valores de diámetro biparietal (DBP), perímetro cefálico (PC), perímetro abdominal (PA) y longitud del fémur (LF) que estén dentro del rango. Las mediciones utilizadas en los cálculos dependerán del método elegido en el [Configuración de cálculos obstétricos \[54\]](#). Si los valores de DBP y PC están fuera del rango o no se realizan, el sistema calcula el PEF solo con los valores de PA y LF.

En las tablas que se muestran a continuación se recogen las mediciones obstétricas, junto con los resultados de los cálculos que aparecen en el monitor clínico y en el informe. El sistema de ecografía dispone de dos paquetes de análisis obstétricos: OB precoz y OB. Para obtener más información sobre términos y abreviaturas, consulte el [Glosario \[274\]](#).

Tabla 29. Mediciones y cálculos obstétricos

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
Biometría	<ul style="list-style-type: none"> • DBP (2D) • PC (2D) • PA (2D) • LF (2D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia [104] • Elipse [105] • Elipse [105] • Distancia [104] 	<ul style="list-style-type: none"> • PC/CA • LF/CA • LF/DBP • LF/PC • PEF (EFW) • Percentil de PEF • EDD por LMP^a • EDD por AUA • GA por LMP^a • GA por EDD^b • AUA • IC • IC (PC)
Más biometría	Cabeza (2D) <ul style="list-style-type: none"> • OFD • DOE • DOI Cerebro (2D) <ul style="list-style-type: none"> • V LAT • CM • Cerebelo 	Distancia [104]	<ul style="list-style-type: none"> • EDD por AUA • AUA • IC
PBF	<ul style="list-style-type: none"> • Respiración • Movimientos • Tono • Fluido • NST 	—	PBF
ILA	<ul style="list-style-type: none"> • Q1 (2D) • Q2 (2D) • Q3 (2D) • Q4 (2D) 	Distancia [104]	ILA
Materno	Cuello uterino (2D)	Distancia en curva [104]	—
—	FCF (modo M)	<ul style="list-style-type: none"> • FCF [130] • FC [107] 	—
ACM	Trazo ACM (Doppler)	Trazo manual [109] o automático [109]	—
Art umbilical	<ul style="list-style-type: none"> • Cociente S/D AU (Doppler) • Trazo AU (Doppler) 	<ul style="list-style-type: none"> • Par de velocidad • Trazo manual [109] o automático [109] 	—

^aPara realizar este cálculo, deberá introducir el LMP en el formulario del paciente.

^bPara realizar este cálculo, deberá introducir el EDD en el formulario del paciente.

Tabla 30. Mediciones y cálculos de OB precoz

Página o lista	Mediciones (modo)	Procedimiento	Resultados del cálculo
Feto	<ul style="list-style-type: none"> LCC (2D) DBP (2D) TN (2D) 	Distancia [104]	<ul style="list-style-type: none"> EDD por LMP^a EDD por AUA GA por LMP^a GA por by EDD^b AUA
EG saco gest med	Saco gest 1, 2 y 3 (2D)	Distancia [104]	<ul style="list-style-type: none"> D. saco gest. medio EG AUA
Ovario derecho	L, AI y An ovario der (2D)	Volumen [106]	Vol ovario der
Ovario izquierdo	L, AI y An ovario izq (2D)	Volumen [106]	Vol ovario izq
Saco vitelino	Saco vitelino (2D)	Distancia [104]	—
Materno	<ul style="list-style-type: none"> Cuello uterino (2D) Manto miometrial (2D) 	<ul style="list-style-type: none"> Trazo del área [105] Distancia [104] 	—
—	FCF (modo M)	FCF [130]	—

Realización de una medición o cálculo obstétrico (2D)

Para cada medición de obstetricia 2D (excepto ILA), el sistema guarda tres mediciones individuales como máximo y su media.

1. Asegúrese de que se haya seleccionado un tipo de examen obstétrico.
2. En el formulario del paciente, seleccione e introduzca **LMP** o **EDD**, en la opción **Obstetricia**. Especifique los múltiples, si procede.
3. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**  y diríjase al paquete de análisis obstétrico en el panel táctil (si está adquiriendo imágenes con el tipo de examen obstétrico, este paquete ya está preseleccionado).
4. En el caso de los múltiples, pulse el feto correspondiente (A, B, C o D).
5. Pulse el botón de medición y lleve a cabo la medición, según el tipo.
6. En caso de realizar una medición del perfil biofísico (PBF), seleccione un valor de la lista desplegable.
7. Toque  para guardar los resultados.

Medición de la frecuencia cardíaca fetal (Modo M)

1. Asegúrese de que se haya seleccionado un tipo de examen obstétrico.
2. Si es necesario, seleccione el número de múltiples en el formulario del paciente.
3. En un barrido de Modo M congelado, pulse **Cálculos**/⁺—⁺ y acceda al paquete de análisis obstétrico en el panel táctil.
4. En el caso de los múltiples, pulse el feto correspondiente (A, B, C o D).
5. Pulse el botón de medición **FCF**.
6. Realice la medición de la frecuencia cardíaca (consulte [Medición de la frecuencia cardíaca \(Modo M\) \[107\]](#)).
7. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo del trazo de la arteria cerebral media (ACM), el trazo de la arteria umbilical (AU) o el cociente S/D AU



ADVERTENCIA

Si los calibradores están situados de forma imprecisa, el resultado del cálculo será inexacto.

1. Asegúrese de que se haya seleccionado un tipo de examen obstétrico.
2. Si es necesario, seleccione el número de múltiples en el formulario del paciente.
3. En un trazo espectral Doppler congelado, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete de análisis obstétrico en el panel táctil.
4. En el caso de los múltiples, pulse el feto correspondiente (A, B, C o D).
5. Haga lo siguiente para cada medición que desee realizar:
 - a. Pulse el botón de medición dentro de la opción **ACM O Art umbilical**.
 - b. Realice la medición:
 - En el caso de los trazados ACM y AU, pulse  para seleccionar el trazado manual o automático y siga el procedimiento [Realización de mediciones de trazos manuales \[109\]](#) o [Realización de mediciones de trazos automáticos \[109\]](#).
 - Para el cociente S/D AU, arrastre el calibrador hasta la sístole máxima de la curva. Seleccione el segundo calibrador y arrástrelo hasta la telediástole.
6. Toque  para guardar los resultados.

Medición de los sacos gestacionales

La edad gestacional (GA) y el diámetro medio del saco solo aparecerán si ha llevado a cabo las tres mediciones. Puede realizar la medición varias veces, pero solamente se guardará la última medición.

1. Asegúrese de que se haya seleccionado un tipo de examen obstétrico.
2. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**/ y acceda al paquete de análisis **OB precoz** en el panel táctil.
3. En el caso de los múltiples, pulse el feto correspondiente (A, B, C o D).
4. Pulse **EG saco gest. medio**.
5. Pulse **Saco gest. 1** y lleve a cabo la medición de la distancia (consulte [Medición de la distancia entre dos puntos \[104\]](#)).
6. Pulse **Saco gest. 2** y lleve a cabo la medición de la distancia.
7. Pulse  para guardar los resultados.
8. Para obtener una tercera medición de volumen, adquiera una imagen nueva, congélela, pulse **Cálculos**/ y luego pulse **Saco gest. 3**.
9. Toque  para guardar los resultados.

Mediciones y cálculos osteomusculares (MUS)

La tabla siguiente muestra las mediciones disponibles para los cálculos osteomusculares (MUS). Los resultados de los cálculos aparecen en el monitor clínico y se guardan en el informe.

Tabla 31. Mediciones y cálculos osteomusculares (MUS)

Página o lista	Mediciones (modo 2D)	Procedimiento	Resultados del cálculo
Áng. cadera der.	<ul style="list-style-type: none">• Línea base der.• Línea de cobertura der• Línea de inclinación der.	Ángulo de cadera [132]	<ul style="list-style-type: none">• Cadera der. α• Cadera der. β
Prop. d:D derecha	<ul style="list-style-type: none">• Cabeza del fémur der.• Línea base der.	Proporción de cadera [132]	Prop. d:D cadera der.
Áng. cadera izq.	<ul style="list-style-type: none">• Línea base izq.• Línea de cobertura izq• Línea de inclinación izq.	Ángulo de cadera [132]	<ul style="list-style-type: none">• Cadera izq. α• Cadera izq. β
Prop. d:D izquierda	<ul style="list-style-type: none">• Cabeza del fémur izq.• Línea base izq.	Proporción de cadera [132]	Prop. d:D cadera izq.

Cálculo del ángulo de cadera

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**  y diríjase al paquete de análisis musculoesquelético en el panel táctil (si está adquiriendo imágenes con el tipo de examen MUS, este paquete ya está preseleccionado).
2. Siga estos pasos en **Áng. cadera der.** y en **Áng. cadera izq.**
 - a. Toque **Línea base**.
Aparecerá una línea base con calibradores.
 - b. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
 - c. Pulse **Línea de cobertura**.
 - d. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
 - e. Pulse **Línea de inclinación**.
 - f. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
 - g. Toque  para guardar los resultados.

Cálculo de la proporción de cadera

1. En una imagen 2D congelada, pulse **Cálculos**  y acceda al paquete de análisis MUS en el panel táctil.
2. Siga estos pasos en **Prop. d:D derecha** y en **Prop d:D izquierda**.
 - a. Pulse **Cabeza del fémur**.
Aparecerá una elipse con dos calibradores.
 - b. Cambie entre mover y redimensionar la elipse con la pantalla táctil del monitor.
 - c. Toque **Línea base**.
Aparecerán los calibradores de línea base.
 - d. Sitúe los calibradores con la pantalla táctil del monitor.
 - e. Toque  para guardar los resultados.

Gestión de datos del paciente

Sonosite MT proporciona herramientas para la gestión de los datos del paciente, entre las que se incluyen la gestión de estudios, informes y hojas de trabajo. Los estudios organizan y consolidan todos los datos relacionados con un examen. Los informes ofrecen un resumen de la información del estudio, incluidas la fecha y hora del estudio, la información del paciente, el tipo de examen, las hojas de trabajo y las mediciones y cálculos realizados.

Administración de los estudios

Uso de la lista de pacientes

El módulo de lista de pacientes enumera los estudios activos actuales (en azul), así como los estudios finalizados y guardados. Puede ordenar la lista, ver y eliminar estudios y adjuntar imágenes y clips de vídeo a un estudio existente.

Desde la lista, también podrá archivar los estudios en un servidor de archivos DICOM o exportarlos a un dispositivo de almacenamiento USB.

La lista de pacientes contiene la información siguiente:

- **Nombre del paciente**
- **NHC** Número de historia clínica
- **Tipo de examen** (por ejemplo, cardíaco)
- **Fecha/Hora** Fecha y hora del estudio
- **Médico tratante** El usuario que ha realizado el estudio
-  El número de clips de vídeo e imágenes guardados con el estudio
- **Estado** El estado de archivo del estudio
-  El estado de exportación del estudio

Visualización y ordenación de la lista de pacientes

- Para visualizar la lista de pacientes, pulse **Lista pac.**, en el panel táctil, en la parte inferior del formulario del paciente o del informe, o desde el menú .
- Para ordenar la lista de pacientes, pulse la cabecera de la columna que desea utilizar para hacerlo, y vuelva a pulsarla para ordenar en orden inverso.
De manera predeterminada, la lista de pacientes se ordenará en función de la fecha y la hora; el paciente más reciente aparecerá en primer lugar.

Búsqueda de la lista de pacientes

1. Pulse el campo **Buscar** , situado en la parte superior de la página.
2. Escriba los siguientes términos de búsqueda en el campo Buscar:
 - Nombre del paciente (primer o segundo nombre, apellido)
 - NHC
 - Nombre del médico tratanteLos resultados de búsqueda aparecen en la lista.

3. Para eliminar los términos, pulse  en el teclado que aparece en pantalla.

Selección de estudios

Realice una de las siguientes acciones:

- En la lista, pulse uno o más estudios.
- Para seleccionar todos los estudios, pulse **Selec todos**. Para eliminar la selección de todos los estudios, pulse **Deselec. varios**.

Los estudios seleccionados mostrarán una marca de verificación y estarán resaltados en color azul.

Eliminación de un estudio

1. En la lista, pulse un estudio para seleccionarlo.
2. Toque **Elimin**.
3. Toque **Sí** para confirmar la eliminación.

Apertura y revisión de un estudio

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse dos veces un estudio de la lista para abrir la página de revisión.
- Pulse un estudio para seleccionarlo, pulse **Ver** en la parte inferior de la página y, a continuación, pulse **Revisión de imágenes** o **Informe**.

Adición de imágenes y clips a un estudio

Puede utilizar el botón Agregar para iniciar un nuevo estudio que tenga la misma información del paciente que un estudio ya finalizado. En función del archivador, los dos estudios se mostrarán como uno cuando se exporten o archiven.

1. En la lista, pulse un estudio para seleccionarlo.
2. Toque **Adjuntar**.
3. Si está configurado, seleccione o cancele la selección de uno o más archivos.
Los archivos que se han configurado previamente como predeterminados ya están seleccionados (consulte [Asociación de dispositivos con localizaciones \[52\]](#)).

Aparece un formulario de paciente nuevo. El formulario incluirá la misma información que el estudio que había seleccionado.

Archivar estudios

Si ha configurado el sistema para la transferencia DICOM (consulte [Configuración del sistema para transferencias DICOM \[46\]](#)), el sistema archivará las imágenes, clips de vídeo e informe del paciente de un estudio en los dispositivos DICOM seleccionados cuando finaliza el estudio. Para archivar clips de vídeo e informes estructurados, asegúrese de seleccionar las casillas correspondientes en la página de configuración **Archivo**. El archivado se produce durante el transcurso del estudio o al finalizar este, en función de la configuración elegida en **Transferir imágenes**, en la página de configuración **Localización**. También puede archivar estudios de forma manual en dispositivos DICOM desde la lista de pacientes.

El sistema sigue enviando estudios a DICOM cuando está en modo de latencia.

Verificación de la transferencia de estudios

- Toque **Lista pac.**

La columna **Estado** muestra el estado de la transferencia.

-  El archivado está pendiente.
-  El archivado está en curso.
-  El estudio se ha archivado correctamente.
-  El estudio se ha pausado por problemas de conectividad. El sistema reintenta la transferencia después de un tiempo de retraso configurado (consulte [Campos de configuración de la localización \[48\]](#)).
-  El archivado del estudio se ha suspendido. Los ajustes de conexión de red pueden ser erróneos o puede haber un problema de servidor. Este estudio tendrá que archivarse de forma manual (consulte la página [Archivado manual de los estudios \[135\]](#)).
-  La asignación de almacenamiento se ha realizado correctamente.
-  La asignación de almacenamiento se ha suspendido. Los ajustes de conexión de red pueden ser erróneos o puede haber un problema de servidor.
- La configuración  y  de DICOM ha cambiado, por lo que el estado del archivado y la validación de almacenamiento podría ser incorrecto. Es posible que se deba transferir el estudio de nuevo.
- Sin icono. El estudio se ha almacenado de forma local y no está archivado.

Visualización de la información sobre el estado del archivo

Puede visualizar la información acerca de un estudio, incluida la información detallada de la transferencia.

1. Toque **Lista pac.**
2. En la lista, pulse el estudio deseado para seleccionarlo.
3. Pulse **Ver.**
4. Pulse **Estado.**

Se mostrará la siguiente información con respecto a cada uno de los archivos configurados: imágenes o clips que se han guardado correctamente, asignaciones de almacenamiento, MPPS y si se encuentra suspendido o en curso. Si se suspende el progreso, puede volver a enviar los datos.

Archivado manual de los estudios

1. Compruebe lo siguiente:
 - Ajustes de DICOM y de red.
 - Si el sistema está conectado a una red a través de una conexión Ethernet, aparecerá el icono de conexión Ethernet  en el área de estado del sistema del monitor.
 - Si la conexión es inalámbrica, aparecerá el icono de conexión inalámbrica  en el área de estado del sistema del monitor.
2. Toque **Lista pac.**

3. En la lista, pulse uno o varios estudios para seleccionarlos.
4. Pulse **Enviar a** y, después, seleccione **Archivar**.
5. Elija uno o más archivos del cuadro de diálogo Archivo y toque **Enviar a**.

Suspensión de la modalidad MPPS en un estudio

Puede suspender MPPS de un estudio antes de darlo por finalizado.

1. Desde el formulario de información del paciente, seleccione **Suspend**.
Se mostrará un cuadro de diálogo.
2. Si está configurado, seleccione o cancele la selección de uno o más archivos.
Los archivos que se han configurado previamente como predeterminados ya están seleccionados (consulte [Asociación de dispositivos con localizaciones \[52\]](#)).
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Sí** para suspender la modalidad MPPS en un estudio.
 - Pulse **Cancelar** para volver al informe del paciente.

Exportación de estudios

Podrá exportar estudios a un dispositivo de almacenamiento USB para archivarlos. Compruebe que archiva lo estudios de pacientes de forma regular.



ATENCIÓN

La información del paciente puede ser una clase protegida de datos del paciente sujeta a las directrices de seguridad específicas de cada país. Si decide incluir información del paciente al exportar o imprimir imágenes y clips, asegúrese de que las prácticas de almacenamiento y manipulación de su información cumplen las directrices de seguridad específicas de cada país.

Podrá exportar estudios de pacientes si se han finalizado y siempre que el administrador del sistema no haya desactivado la exportación a USB. Los estudios incluyen imágenes, clips de vídeo y el informe del paciente.

Exportación manual de los estudios de pacientes a un dispositivo de almacenamiento USB

1. Especifique el formato de archivo de las imágenes que quiere exportar (consulte [Configuración USB \[62\]](#)).
2. Toque **Lista pac**.
3. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (consulte [Inserción y extracción de dispositivos USB \[20\]](#)).
4. En la lista de estudios, pulse uno o varios estudios para seleccionarlos.
5. Pulse **Enviar a** y seleccione **USB**.
Aparecerá una lista de dispositivos de almacenamiento USB.
6. En la lista, seleccione el dispositivo de almacenamiento USB.
7. Escriba un nombre de archivo.
8. Si desea mostrar la información del paciente, seleccione **Incluir la información del paciente en las imágenes y clips de vídeo**.

De manera predeterminada y para proteger la confidencialidad del paciente, la información de paciente, como el nombre y el ID, se elimina de las imágenes y los clips antes de su exportación.

9. Toque **Exportar**.

La exportación de los archivos terminará aproximadamente cinco segundos después de que se detenga la animación USB . Si se extrae el dispositivo de almacenamiento USB o se apaga el sistema durante la exportación, los archivos exportados podrían resultar dañados o quedar incompletos. Para interrumpir una exportación en curso, toque **Cancelar**. La columna  de la lista de pacientes indica si el sistema ha exportado el estudio.

Gestión del almacenamiento interno

Elimine datos de pacientes del sistema de forma regular, tras haberlos archivado o exportado. Un nivel bajo del espacio de almacenamiento interno disponible puede afectar al rendimiento del sistema. El icono de guardado disponible situado en el área de estado del sistema muestra el porcentaje de espacio disponible en el almacenamiento interno. Si el espacio de almacenamiento está completo, el sistema mostrará el icono .

Si el administrador del sistema ha activado la alerta de almacenamiento interno (consulte [Recepción de alertas de almacenamiento \[41\]](#)), el sistema le avisará de que el almacenamiento interno es escaso y le pedirá que elimine los estudios de pacientes archivados o almacenados.

Podrá eliminar los datos del sistema de diversas formas:

- El administrador del sistema puede configurarlo para que borre automáticamente todos los estudios o los que se hayan transferido al servidor DICOM (consulte [Configuración de ajustes de borrado automático \[41\]](#)).
- Eliminar estudios de forma manual desde la lista de pacientes (consulte [Eliminación de un estudio \[134\]](#)).

Gestión de informes y hojas de trabajo

El sistema pone a su disposición veintiséis hojas de trabajo específicas para exámenes de acuerdo con las directrices ACEP. Solamente se admite una hoja de trabajo para cada estudio. El informe incluye la información proporcionada por dichas hojas de trabajo, que incluyen las mediciones y cálculos específicos de cada examen y los datos del paciente. Podrá seguir añadiendo información al informe mientras el estudio no se finalice.

Uso de hojas de trabajo

Pulse **Informe y hoja de trabajo**. Se mostrará la zona de trabajo con la pestaña Hoja de trabajo abierta de forma predeterminada.

Seleccionar y rellenar una hoja de trabajo

1. En la pestaña Hoja de trabajo, pulse  en el cuadro de lista desplegable **Seleccionar una hoja de trabajo** para ver las hojas de trabajo disponibles.
2. Seleccione una hoja de trabajo de la lista.
Aparecen los campos específicos de la hoja de trabajo.
3. Rellene la descripción general del examen y los campos de la hoja de trabajo con la información correspondiente.

Los cambios se guardan de forma automática.

4. Para borrar la información de los campos de la hoja de trabajo, pulse **Restab.** y confirme dicha acción.

Edición de un informe

Podrá realizar modificaciones en un informe solo mientras el estudio se mantenga activo.

Visualización de la vista previa del informe

1. Pulse **Informe y hoja de trabajo**.
La zona de trabajo se muestra con la pestaña Hoja de trabajo abierta.
2. Para ver el informe, pulse la pestaña **Informe**.
Desplácese hacia abajo para visualizar el informe completo.

Modificación de cálculos en el informe

Puede modificar algunos cálculos si ha realizado varias mediciones.

1. Pulse **Informe y hoja de trabajo**.
Se mostrará la zona de trabajo con la pestaña hoja de trabajo abierta de forma predeterminada.
2. Para ver los cálculos, pulse la pestaña **Cálculos**.
3. Seleccione la medición sobre la que desearía basar sus cálculos en el menú desplegable: **Última, Media, Máx. y Mín..**

Eliminación de los valores de cálculo del informe

1. Pulse **Informe y hoja de trabajo**.
Se mostrará la zona de trabajo con la pestaña hoja de trabajo abierta de forma predeterminada.
2. Para ver los cálculos, pulse la pestaña **Cálculos**.
3. Seleccione el valor y, después, toque **Elimin.**

La eliminación de algunas mediciones también elimina las mediciones relacionadas. Las mediciones eliminadas no se incluyen en la información de resumen.

Guardar el informe como imagen

1. Pulse **Informe y hoja de trabajo**.
2. Pulse la pestaña **Informe**.
3. Pulse **Guard. imágenes**.

Puede imprimir el informe como imagen. Consulte [Impresión de imágenes \[97\]](#).

Informes obstétricos

Como todos los demás informes, los informes obstétricos se componen de datos de la hoja de trabajo, cálculos e información del paciente.

Si necesita un informe para múltiples, asegúrese de que rellena el número de múltiples en el formulario del paciente antes de realizar los cálculos.

Creación de un informe obstétrico

1. Bajo el apartado **Obstétrico** en el formulario del paciente, rellene la información del paciente incluido, cuando corresponda, el número de múltiples.
2. Realice mediciones obstétricas que incluyan los valores del perfil biofísico (consulte [Mediciones y cálculos obstétricos \[128\]](#)).
3. Seleccione una hoja de trabajo de obstetricia y rellene la lista de comprobación de la anatomía (consulte [Seleccionar y rellenar una hoja de trabajo \[137\]](#)).

Visualización de informes una vez finalizado el estudio

Al finalizar un estudio, el sistema guarda el informe del paciente , junto con las mediciones y los cálculos realizados durante el estudio.

1. Toque **Lista pac.**
2. En la lista de estudios, pulse un estudio para seleccionarlo.
3. Pulse **Ver.**
4. Pulse **Informe.**
El sistema muestra el informe de solo lectura.

Revisión de imágenes, clips y mediciones

Puede revisar las imágenes y clips de vídeo después de haberlos capturado, junto con las mediciones mostradas. También puede revisar las mediciones y los cálculos guardados en el informe desde la página Informe y hoja de trabajo.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para revisar las imágenes y los clips del estudio en curso, abra la página de revisión pulsando en las imágenes y clips en miniatura o pulse **Revisión de imágenes**. También puede pulsar **Revisión de imágenes** en la página Informe y hoja de trabajo.
 - Para revisar las imágenes y clips de un estudio completado, pulse **Lista pac.** al final del formulario del paciente o del informe, o desde el menú . Si quiere abrir la página de revisión, pulse dos veces un estudio de la lista o selecciónelo y pulse **Ver** y luego **Revisión de imágenes**.
 - Para visualizar mediciones y cálculos guardados en el informe, pulse **Hoja de trabajo** desde la página de revisión o **Informe y hoja de trabajo** y abra la pestaña **Cálculos**.
2. Seleccione una imagen o clip de vídeo en la página de revisión para visualizarlo en el monitor clínico.
3. Para ver la página de imágenes o clips de vídeo anterior o siguiente, pulse **< o >**.
4. (Solo clips de vídeo) Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para reproducir el clip de vídeo, pulse el botón de reproducción .
 - Para pausar el clip de vídeo, pulse el botón de pausa .
 - Para seleccionar una velocidad de reproducción, pulse **1x**, **1/2x** o **1/4x**.
 - Para retroceder o avanzar un fotograma cada vez, pulse  o .
5. Para eliminar una imagen o un clip de vídeo, seleccione la casilla de la imagen o del clip de vídeo y, a continuación, pulse **Elimin.**
6. Para salir de la revisión, pulse **Salir Revisar**.

Etiquetado y medición durante la revisión

La función Etiquetar y medir en revisión (LMiR) ofrece la capacidad de editar o añadir anotaciones, flechas, pictogramas, mediciones y cálculos básicos en imágenes guardadas durante un estudio en curso o finalizado. Si realiza mediciones en una imagen guardada de un estudio actual, dichas mediciones se añadirán al informe del paciente actual. Si las mediciones se realizan en una imagen guardada de un estudio finalizado, se añadirá un anexo al informe. La función LMiR es compatible con todos los transductores y modos de adquisición de imágenes.

1. Abra la página de revisión de un estudio abierto o completado como se describe en la sección anterior.
2. Pulse la imagen en miniatura o el clip de vídeo.
Para ver la imagen o el clip de vídeo anterior o siguiente, pulse < o > .
3. Para editar o añadir etiquetas, toque **ABC** o **Editar** en la página de revisión. Si está editando un clip, toque el botón de pausa y, a continuación, utilice  para encontrar el fotograma que necesite.
 - Para añadir o editar una etiqueta de texto, consulte [Adición, eliminación y edición de etiquetas de texto \[95\]](#).
 - Para añadir una flecha, pulse [Adición de flechas \[96\]](#).
 - Para añadir un pictograma, consulte [Adición de pictogramas \[96\]](#).
 - Para eliminar una etiqueta, consulte [Eliminación de etiquetas \[97\]](#).
4. Si quiere añadir mediciones y cálculos, toque **Calibrador**/⁺−⁺ para seleccionar mediciones básicas o **Cálculos**/ para seleccionar las mediciones que se guardan en el informe. También puede tocar **Editar** en la página de revisión. Si está editando un clip, toque el botón de pausa y, a continuación, utilice  para encontrar el fotograma que necesite.
 - Para realizar una medición, consulte los procedimientos sobre mediciones y cálculos específicos descritos en [Mediciones y cálculos \[101\]](#).
 - Para eliminar o modificar una medición, consulte [Eliminación de mediciones \[103\]](#) y [Modificación de una medición nueva \[103\]](#).
5. Para guardar sus cambios, toque .
Se ha añadido una imagen nueva al estudio junto a nuevas etiquetas, mediciones y cálculos. En los estudios finalizados, las imágenes nuevas muestran un icono de un lápiz.
6. Realice cualquiera de las acciones siguientes:
 - Para volver a la página de revisión, toque **Volver a revisar**.
 - Para volver a la exploración, pulse **2D** o toque **FIN EDIC**. Si ha estado trabajando en un estudio finalizado, ese estudio se cierra y los nuevos datos se guardarán en un anexo del informe.
 - Si ha estado trabajando en un estudio completado y quería volver a la lista de pacientes, pulse **Volver a la lista pac**.



NOTA

Las imágenes y clips guardados que contengan ediciones posteriores a la finalización del estudio muestran un icono de lápiz.

Referencias de medición

En este apartado se ofrece información acerca de la exactitud de las mediciones, publicaciones y terminología.

Exactitud de las mediciones

Las mediciones del sistema se refieren a una propiedad física, como la distancia, que el médico debe evaluar. Para que los valores sean exactos, es necesario que pueda colocar los calibradores sobre un solo píxel. Los valores no incluyen las anomalías acústicas del cuerpo.

Los resultados de las mediciones lineales de distancia 2D se mostrarán en centímetros o milímetros. El valor de los decimales dependerá de la medición.

Los componentes de la medición de distancia lineal tienen la exactitud y el intervalo indicados en las siguientes tablas.

Fuentes de error en las mediciones

Table 32. Exactitud e intervalo de los cálculos y las mediciones en 2D

Medición bidimensional	Tolerancia del sistema ^a	Exactitud según:	Método de prueba	Intervalo (cm)
Distancia axial	$\leq \pm$ (2 % de la medición + 1 % de la profundidad de la pantalla a escala completa)	Adquisición	Modelo de simulación ^b	0-35 cm
Distancia lateral	$\leq \pm$ (2 % de la medición + 1 % de la profundidad de la pantalla a escala completa)	Adquisición	Modelo de simulación ^b	0-48 cm
Distancia diagonal	$\leq \pm$ (2 % de la medición + 1 % de la profundidad de la pantalla a escala completa)	Adquisición	Modelo de simulación ^b	0-48 cm
Área	$\leq \pm$ (4 % + 0,2 % de la profundidad de la imagen actual dividida por la dimensión más pequeña del eje) de la medición	Adquisición	Modelo de simulación ^c	0,0-1800 cm ²
Perímetro	$\leq \pm$ (2 % de la medición + 0,36 % de la profundidad de la imagen actual)	Adquisición	Modelo de simulación ^b	0-150 cm

^aLa escala completa de la distancia implica la profundidad máxima de la imagen.

^bSe ha utilizado un equipo de prueba especial de FUJIFILM Sonosite.

^cSe ha usado un modelo de simulación Gammex 403.

Table 33. Exactitud e intervalo de los cálculos y mediciones en modo M

Medición del modo M	Tolerancia del sistema	Exactitud según	Método de prueba
Distancia axial	$\leq \pm$ (2 % de la medición + 1 % de la profundidad de la pantalla a escala completa) ^a	Adquisición	Modelo de simulación ^b .
Tiempo	$\leq \pm$ (2 % + 1 % de escala completa) ^c	Adquisición	Modelo de simulación ^d
Frecuencia cardíaca	$\leq \pm$ (2 % + 1 % del valor inverso de la escala completa)	Adquisición	Modelo de simulación ^d

^aLa escala completa implica la máxima profundidad de la imagen.

^bSe ha usado un modelo de simulación Gammex 403

^cLa escala completa denota el tiempo total que se muestra en la imagen gráfica desplazable.

^dSe ha utilizado un equipo de prueba especial de FUJIFILM Sonosite.

Table 34. Exactitud e intervalo de los cálculos y mediciones en el modo Doppler pulsado

Medición del modo Doppler	Tolerancia del sistema	Exactitud según	Método de prueba ^a
Cursor de velocidad	≤ +/- (2 % + 1 % de escala completa) ^b	Adquisición	Modelo de simulación
Tiempo	≤ +/- (2 % + 1 % de escala completa) ^c	Adquisición	Modelo de simulación
Frecuencia cardíaca	≤ +/- (2 % + 1 % del valor inverso de la escala completa)	Adquisición	Modelo de simulación

^aSe ha utilizado un equipo de prueba especial de FUJIFILM Sonosite.

^bLa escala completa denota la velocidad mostrada en la imagen gráfica desplazable.

^cLa escala completa denota el tiempo total que se muestra en la imagen gráfica desplazable.

En general, es posible introducir dos tipos de error en la medición:

- **Error de adquisición:** provienen de los circuitos electrónicos del sistema de ecografía y están relacionados con la adquisición, conversión y procesamiento de señales para visualización. Además, se introducen errores de cómputo y presentación mediante la generación de un factor de escala de píxel, la aplicación de dicho factor a las posiciones de los calibradores en la pantalla y la presentación de la medición.
- **Error algorítmico:** error procedente de las mediciones, que se introducen para efectuar cálculos más avanzados. Este error surge de las imprecisiones del método utilizado para realizar los cálculos matemáticos, que se suelen asociar al redondeo o truncamiento de las cifras.

Publicaciones y terminología relacionadas con las mediciones

A continuación se presentan las publicaciones y la terminología empleadas para cada resultado de cálculo.

La terminología y las mediciones cumplen con las normas publicadas por el American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM).

Referencias cardíacas

Área de la válvula aórtica (AVA) en cm² por VM_{máx}

Baumgartner, H., Hung, J. et al. "Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography." *Journal of the American Society of Echocardiography* (2017), 30: p.372-392.

$$A2 = A1 * V1 / V2$$

donde:

A2 = área de la válvula aórtica, A1 = área del TSVI (ACT), V1 = velocidad en el TSVI, V2 = velocidad en la válvula aórtica, TSVE = Tracto de salida del ventrículo izquierdo

Área de la válvula aórtica (AVA) en cm² por IVT

Baumgartner, H., Hung, J. et al. "Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice." *Eur J Echocardiogr.* (2009), 10: p.1-25.

$$AVA = (ACT_{TSVI} \times IVT_{TSVI}) / IVT_{VA}$$

donde:

CSA_{TSVE} = área de TSVI (ACT), IVT_{TSVI} = velocidad de TSVI, IVT_{VA} = velocidad en la válvula aórtica, TSVI = Tracto de salida del ventrículo izquierdo

Índice del área de la válvula aórtica (AVA)

Baumgartner, H., Hung, J. et al. "Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice." *Eur J Echocardiogr.* (2009), 10: p.1-25.

AVA/ASC

donde:

AVA es AVA por $V_{m\acute{a}x}$ o AVA por IVT, BSA = Área de superficie corporal en m^2

Cociente de velocidad de la válvula aórtica

Baumgartner, H., Hung, J. et al. "Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice." *Eur J Echocardiogr.* (2009), 10: p.1-25.

Cociente de velocidad de AV = V_{TSVI} / V_{VA}

donde:

V_{TSVI} = Velocidad máxima registrada en el tracto de salida del ventrículo izquierdo

V_{VA} = Velocidad máxima registrada en la válvula aórtica

Área de superficie corporal (BSA) en m^2

Grossman, W. *Cardiac Catheterization and Angiography*. Philadelphia: Lea and Febiger (1980), p.90.

$BSA = 0,007184 * \text{Peso}^{0,425} * \text{Altura}^{0,725}$, Peso = kilogramos, Altura = centímetros

Índice cardíaco (IC), en l/min/ m^2

Oh, J.K., Seward, J.B., A.J. Tajik. *The Echo Manual*. 3rd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins (2007), p.69-70.

IC = GC/ASC

donde:

CO = Gasto cardíaco

Gasto cardíaco (GC) de las dimensiones en l/min

Hayashi, T., Kihara, Y. et al. "The Terminology and Diagnostic Criteria Committee of The Japan Society of Ultrasonics in Medicine Standard measurement of cardiac function indexes." *J Med Ultrasonic* (2006), 33: p.123-127 DOI 10.1007/s10396-006-0100-4 © The Japan Society of Ultrasonics in Medicine 2006, página 123.

GC = (VS * FC)

donde:

GC = Gasto cardíaco, VS = Volumen sistólico (ml), FC = Frecuencia cardíaca

Gasto cardíaco (GC) del IVT de las Doppler en l/min

Porter, T.R., Shillcutt, S.K. et al. "Guidelines for the Use of Echocardiography as a Monitor for Therapeutic Intervention in Adults: A Report from the American Society of Echocardiography." *J Am Soc Echocardiogr.* (2015), 28: p.40-56.

$$GC = (VS * FC)/1000$$

donde:

GC = Gasto cardíaco, Volumen sistólico (VS) = ACT * IVT en ml

ACT = Área de corte transversal de la ubicación, FC = Frecuencia cardíaca

Cambio porcentual del gasto cardíaco (GC)

Evans, D., Ferraioli, G. et al. "Volume Responsiveness in Critically Ill Patients." *AIUM* (2014), *J Ultrasound Med* (2014), 33: p.3-7.

$$\% \text{ de cambio de GC} = [(post GC - pre GC)/post GC] * 100$$

Área de corte transversal (ACT) en cm²

Allan, P.L., Pozniak, M.A. et al. *Clinical Doppler Ultrasound*. 4th ed., Harcourt Publishers Limited (2000), p.36-38.

$$ACT = \pi/4 * D^2$$

dónde: D = diámetro de la anatomía de interés

Variación de la presión/Variación del tiempo (dP/dT), en mmHg/s

Kolias, T.J., Aaronson, K.D., and W. F. Armstrong. "Doppler-Derived dP/dt and -dP/dt Predict Survival in Congestive Heart Failure." *J Am Coll Cardiol.* (2000), p.1594-1599.

$$\frac{dP}{dt} = \frac{32 \text{ mmHG}}{\text{time interval}}$$

Frecuencia de cambio de presión del intervalo de tiempo medido en mmHg/segundo.

donde:

$P = 4v^2$, $P = 32 \text{ mmHg}$, $32 \text{ mmHg} = 4V_2^2 - 4V_1^2$, $V_1 =$ velocidad de 1 metro/segundo, $V_2 =$ velocidad de 3 metros/segundo

Índice de distensibilidad de la vena cava inferior (dVCI) en porcentaje

Barbier, C., Loubières, Y. et al. "Respiratory changes in inferior vena cava diameter are helpful in predicting fluid responsiveness in ventilated septic patients." *Intensive Care Med.* (2004), 30: p.1740.

$$dVCI = [(D_{\text{máx.}} - D_{\text{mín.}}) / D_{\text{mín.}}] * 100$$

donde:

$D_{\text{máx.}}$ = diámetro VCI al final de la inspiración, $D_{\text{mín.}}$ = diámetro de VCI al final de la expiración

Cociente E/A

Caballero, L., Kou, S. et al. "Echocardiographic reference ranges for normal cardiac Doppler data: results from the NORRE Study." *Cardiovascular Imaging* (2015), 16: p.1031-1041.

velocidad de onda E de la válvula mitral/velocidad de onda A de DP

donde:

Velocidad E = Velocidad máxima del flujo transmitral diastólico precoz

Velocidad A = Velocidad máxima del flujo transmitral tardío con el volumen de muestras situado en las puntas de la válvula mitral

Cocientes E/e'

Caballero, L., Kou, S. et al. "Echocardiographic reference ranges for normal cardiac Doppler data: results from the NORRE Study." *Cardiovascular Imaging* (2015), 16: p.1031-1041.

velocidad de onda E de la válvula mitral/velocidad de IDT-DP e'

donde:

La velocidad de IDT-DP e' se puede medir para las paredes ventriculares septales, laterales, inferiores o anteriores

Tiempo transcurrido (ET) en ms

ET = tiempo entre los cursores de velocidad, en milisegundos

Frecuencia cardíaca (FC) en lpm

FC = valor de tres dígitos introducido por el usuario o medido en una imagen del modo M y Doppler en un ciclo cardíaco

Engrosamiento fraccionario del tabique interventricular (EFTIV) en porcentaje

Laurenceau, J.L. and M.C. Malergue. *The Essentials of Echocardiography*. Le Hague: Martinus Nijhoff (1981), p.71.

$$\text{EFTIV} = [(\text{TIVS} - \text{TIVD})/\text{TIVD}] * 100$$

donde:

TIVS = Grosor sistólico del tabique interventricular

TIVD = Grosor diastólico del tabique interventricular

Tabique interventricular (TIV)/Cociente de la pared posterior del ventrículo izquierdo (PPVI)

Kansal, S., Roitman, D., y L.T. Sheffield. "Interventricular septal thickness and left ventricular hypertrophy. An echocardiographic study." *Circulation* (1979), 60: p.1058.

Cociente de TIV/PPVI = TIV/PPVI

donde:

TIV = Longitud del tabique interventricular

Tiempo de relajación isovolumétrico (TRIV) en ms

Quiñones, M.A., Otto, C.M. et al. "Recommendations for quantification of Doppler echocardiography: a report from the Doppler Quantification Task Force of the Nomenclature and Standards Committee of the American Society of Echocardiography." *J Am Soc Echocardiogr.* February (2002), 15(2): p.167-184.

Porcentaje de colapso de la VCI

Lyon, M. y N. Verma. "Ultrasound guided volume assessment using inferior vena cava diameter." *The Open Emergency Medicine Journal* (2010), 3: p.22-24.

Colapso de la VCI = (VCId exp. - VCId insp.)/VCId exp. * 100

donde:

VCId exp. = diámetro de la vena cava inferior al expirar (diámetro máximo)

VCId insp. = diámetro de la vena cava inferior al inspirar (diámetro mínimo)

Aurícula izquierda/Aorta (AI/Ao)

Feigenbaum, H. *Echocardiography*. Philadelphia: Lea and Febiger (1994), p.206, Figura 4-49.

donde:

AI = dimensión de aurícula izquierda

Ao = dimensión de raíz aórtica

Volumen de la aurícula izquierda: método biplano en ml

Lang, R., Bierig, M. et al. "Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging." *J Am Soc Echocardiogr.* Enero (2015), 28: p.1-39.

$$V = \left(\frac{\pi}{4}\right) \sum_{i=1}^n a_i b_i \left(\frac{L}{n}\right)$$

Se utiliza el método de Simpson para crear un modelo de la cámara en forma de pila de discos elípticos.

donde:

V = volumen en ml

a_i = Diámetro del eje mayor del disco elíptico *i* en mm

b_i = Diámetro del eje menor del disco elíptico *i* en mm

n = Número de discos (n = 20)

L = longitud de la cámara

i = índice de disco

Volumen de la aurícula izquierda: método uniplanar en ml

Lang, R., Bierig, M. et al. "Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging." *J Am Soc Echocardiogr.* Enero (2015), 28: p.1-39.

$$V = \left(\frac{\pi}{4}\right) \sum_{i=1}^n a_i^2 \left(\frac{L}{n}\right)$$

Se utiliza el método de Simpson para crear un modelo de la cámara en forma de pila de discos circulares.

donde:

V = volumen en ml

a_i = diámetro del disco i en mm

n = Número de discos (n = 20)

L = longitud de la cámara, medida desde el punto medio de la línea que conecta los dos lados opuestos del anillo mitral y el punto más distante (ápice) del contorno de la cámara

i = índice de disco

Índice de volumen de la aurícula izquierda

Lang, R., Bierig, M. et al. "Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging." *J Am Soc Echocardiogr.* Enero (2015), 28: p.1-39.

IVAI = vol. AI/ASC

donde:

IVAI = índice de volumen de aurícula izquierda

Vol. AI = volumen en ml

ASC = área de superficie corporal en 2

Acortamiento fraccional (AF) de la dimensión del ventrículo izquierdo en porcentaje

Hayashi, T., Kihara, Y. et al. "The Terminology and Diagnostic Criteria Committee of The Japan Society of Ultrasonics in Medicine Standard measurement of cardiac function indexes." *J Med Ultrasonics* (2006), 33: p.123-127 DOI 10.1007/s10396-006-0100-4 © The Japan Society of Ultrasonics in Medicine 2006, página 123.

$$\text{AFDVI} = ((\text{DVI}_d - \text{DVI}_s)/\text{DVI}_d) * 100$$

donde:

DVI_d = dimensión diastólica del ventrículo izquierdo

DVI_s = dimensión sistólica del ventrículo izquierdo

Fración de eyección del ventrículo izquierdo (VI) en porcentaje

Schiller, N.B., Shah, P.M. et al. "Recommendations for Quantification of the Left Ventricle by Two-Dimensional Echocardiography." *J Am Soc Echocardiogr.* September-October (1989), 2: p.364.

$$\text{FE} = [(\text{volumen telediastólico} - \text{volumen telesistólico})/\text{volumen telediastólico}] * 100.$$

Hayashi, T., Kihara, Y. et al. "The Terminology and Diagnostic Criteria Committee of The Japan Society of Ultrasonics in Medicine Standard measurement of cardiac function indexes." *J Med Ultrasonics* (2006), 33: p.123-127 DOI 10.1007/s10396-006-0100-4 © The Japan Society of Ultrasonics in Medicine 2006, página 123.

$$\text{FE} = ((\text{VDFVI} - \text{VSFVI})/\text{VDFVI}) * 100$$

donde:

$$\text{VDFVI} = \text{Volumen telediastólico del ventrículo izquierdo} = (7,0 * \text{DVID}^3)/(2,4 + \text{DVID})$$

DVID = dimensión ventricular izquierda en la diástole (cm)

$$\text{VSFVI} = \text{Volumen telesistólico del ventrículo izquierdo} = (7,0 * \text{DVID}^3)/(2,4 + \text{DVID})$$

DVIS = Dimensión ventricular izquierda en la sístole (cm)

Dimensiones lineales de los volúmenes telediastólicos del ventrículo izquierdo en ml

Hayashi, T., Kihara, Y. et al. "The Terminology and Diagnostic Criteria Committee of The Japan Society of Ultrasonics in Medicine Standard measurement of cardiac function indexes." *J Med Ultrasonics* (2006), 33: p.123-127 DOI 10.1007/s10396-006-0100-4 © The Japan Society of Ultrasonics in Medicine 2006, página 123.

$$\text{VSFVI} = (7,0 * \text{DVI}_s^3)/(2,4 + \text{DVI}_s)$$

donde:

VSFVI = volumen telesistólico del ventrículo izquierdo (ml)

DVI_s = dimensión sistólica del ventrículo izquierdo (cm)

$$\text{VDFVI} = (7,0 * \text{DVI}_d^3)/(2,4 + \text{DVI}_d)$$

donde:

VDFVI = volumen telediastólico del ventrículo izquierdo (ml)

DVI_d = dimensión diastólica del ventrículo izquierdo (cm)

Cambio en el área fraccional del ventrículo izquierdo (FAC) en porcentaje

Dennis, A.T., Castro, J. et al. "Haemodynamics in women with untreated pre-eclampsia." *Anaesthesia* (2012), 67: p.1105-1118. $FAC\ VI\ (\%) = (EDA\ VI - ESA\ VI) / EDA\ VI * 100$

donde:

FAC VI = Cambio en el área fraccional del ventrículo izquierdo (%)

EDA VI = área telediastólica del ventrículo izquierdo (cm²)

ESA VI = Área telesistólica del ventrículo izquierdo (cm²)

Masa del ventrículo izquierdo en gramos para 2D

Lang, R., Badano, L., et al. "Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging." *J Am Soc Echocardiogr.* (2015), 28: p.1-39.

$Masa\ VI = 1,05 * \{[(5/6) * A_1 * (a + d + t)] - [(5/6) * A_2 * (a + d)]\}$

donde:

A₁ = área del eje corto, diástole (Epi)

A₂ = área del eje corto, diástole (Endo)

a = semieje mayor o largo

d = semieje mayor truncado de las áreas de cavidad y de epicardio con eje corto más amplias

a + d = Lon. VI = longitud del epicardio (apical)

t = Grosor de miocardio = $\sqrt{(Epi / \pi)} - \sqrt{(Endo / \pi)}$

Masa del ventrículo izquierdo en gramos para el Modo M

Lang, R., Badano, L., et al. "Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging." *J Am Soc Echocardiogr.* (2015), 13: pág. 1-39.

$Masa\ VI = 1,04 [(DVI_d + PPVI_d + TIVI_d)^3 - DVI_d^3] * 0,8 + 0,6$

donde:

DVI_d = dimensión interna del ventrículo izquierdo en diástole

PPVI_d = grosor de la pared inferolateral en diástole

TIVI_d = grosor del tabique interventricular en diástole

1,04 = densidad relativa del miocardio

Índice de masa del ventrículo izquierdo

Hashem, M.S., Kalashyan, H. et al. "Left Ventricular Relative Wall Thickness Versus Left Ventricular Mass Index in Non-Cardioembolic Stroke Patients." *Medicine* (2015), 94: e872.

Índice de masa VI = Masa VI/ASC

donde:

Masa VI = Masa del ventrículo izquierdo en gramos

ASC = área de superficie corporal en 2

Área del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) en cm^2

Quinones, M.A, Otto, C.M. et al. "Recommendations for quantification of Doppler echocardiography: a report from the Doppler Quantification Task Force of the Nomenclature and Standards Committee of the American Society of Echocardiography." *J Am Soc Echocardiogr.* February (1989), 15: p.170.

Área TSVI = $(\pi/4) * (\text{Diám TSVI})^2$

donde:

D. TSVI = diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo

Variación porcentual de la velocidad máxima del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI)

Miller, A. y J. Mandeville. "Predicting and Measuring Fluid Responsiveness with Echocardiography", *Echo Res Pract.* (2016), 3(2):G1-G12 DOI: 10.1530/ERP-16-0008.

% variación de la velocidad máxima de TSVI = $100 \times \{(\text{velocidad máx. de TSVI} - \text{velocidad mín. de TSVI}) / [(\text{velocidad máx. de TSVI} + \text{velocidad mín. de TSVI}) \times 0,5]\}$

Variación porcentual de la integral de velocidad-tiempo (IVT) del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI)

Miller, A. y J. Mandeville. "Predicting and Measuring Fluid Responsiveness with Echocardiography", *Echo Res Pract.* (2016), 3(2):G1-G12 DOI: 10.1530/ERP-16-0008.

% variación del IVT TSVI = $100 \times \{(\text{IVT TSVI máx.} - \text{IVT TSVI mín.}) / [(\text{IVT TSVI máx.} + \text{IVT TSVI mín.}) \times 0,5]\}$

Engrosamiento fraccionario de la pared posterior del ventrículo izquierdo (EFPPVI) en porcentaje

Laurenceau, J. L. and M.C. Malergue. *The Essentials of Echocardiography.* Le Hague: Martinus Nijhoff (1981), p.71.

EFPPVI = $((\text{PPVIs} - \text{PPVId}) / \text{PPVId}) * 100$

donde:

PPVIs = Grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo en la sístole

PPVId = Grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo en la diástole

Volumen del ventrículo izquierdo: método biplano en ml

Schiller, N.B., Shah, P.M. et al. "Recommendations for Quantitation of the Left Ventricle by Two-Dimensional Echocardiography." *Journal of American Society of Echocardiography*. September-October (1989), 2: p.362.

$$V = \left(\frac{\pi}{4}\right) \sum_{i=1}^n a_i b_i \left(\frac{L}{n}\right)$$

Se utiliza el método de Simpson para crear un modelo de la cámara en forma de pila de discos elípticos.

donde:

V = volumen en ml

a_i = Diámetro del eje mayor del disco elíptico i en mm

b_i = diámetro del eje menor del disco elíptico i en mm

n = Número de discos (n = 20)

L = longitud de la cámara

i = índice de disco

Volumen del ventrículo izquierdo: método uniplanar en ml

Schiller, N.B., Shah, P.M. et al. "Recommendations for Quantitation of the Left Ventricle by Two-Dimensional Echocardiography." *Journal of American Society of Echocardiography*. September-October (1989), 2: p.362.

$$V = \left(\frac{\pi}{4}\right) \sum_{i=1}^n a_i^2 \left(\frac{L}{n}\right)$$

Se utiliza el método de Simpson para crear un modelo de la cámara en forma de pila de discos circulares.

donde:

V = volumen

a_i = diámetro del disco i en mm

n = Número de discos (n = 20)

L = longitud de la cámara, medida desde el punto medio de la línea que conecta los dos lados opuestos del anillo mitral y el punto más distante (ápice) del contorno de la cámara

i = índice de disco

Gradiente de presión media (GP medio) en mmHg

Baumgartner, H., Hung, J., et al. "Echocardiographic Assessment of Valve Stenosis: EAE/ASE Recommendations for Clinical Practice". *Journal of American Society of Echocardiography*. January (2009), p. 4-5.

$$PG_{mean} = \frac{4}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2$$

donde:

v_i = velocidad máxima de Doppler de trazado instantáneo en un tiempo i (en m/s), N = número de veces distribuidas de forma uniforme en las que se ha cogido la velocidad máxima entre dos delimitadores

Desplazamiento sistólico del plano del anillo mitral (MAPSE)

Matos, J., Kronzon, I., et al. "Mitral Annular Plane Systolic Excursion as a Surrogate for Left Ventricular Ejection Fraction." *Journal of the American Society of Echocardiography* (2012), p.969-974.

Medición de la distancia en modo M de la desviación sistólica del ventrículo izquierdo.

Área de la válvula mitral (AVM) por THP en cm²

Quinones M, Otto C, et al. Recommendations for Quantification of Doppler Echocardiography: A Report from the Doppler Quantification Task Force of the Nomenclature and Standards Committee of the American Society of Echocardiography. (2002), p.176-177.

$$MVA = 220/PHT$$

donde:

PHT = mitad del tiempo de presión

Área de la válvula mitral (AVM) por IVT en cm²

Nakatani, S., Masuyama, T., et al. "Value and limitations of Doppler echocardiography in the quantification of stenotic mitral valve area: comparison of the pressure half-time and the continuity equation methods." *Circulation* (1988), 77: p.78-85.

$$AVM = \text{Volumen sistólico} / IVT_{\text{mitral}}$$

donde:

Volumen sistólico = área de corte transversal del orificio (área TSVI) * integral de velocidad/tiempo del orificio (IVT TSVI)

IVT_{mitral} = IVT del flujo fuera de la válvula mitral

Gradiente de presión (GP máximo) en mmHg

Oh, J.K., Seward, J.B. y A.J. Tajik. The Echo Manual. 3rd ed., Philadelphia: Lippincott, Williams, and Wilkins (2007), p.63-66.

GP máximo = 4 * (velocidad)² (las unidades de velocidad deben estar en metros/segundo)

Tiempo de hemipresión (THP) en ms

Teague, S.M., Heinsimer, J.A. et al. "Quantification of aortic regurgitation utilizing continuous wave Doppler ultrasound." *Journal of the American College of Cardiology* (1986), p.592-599.

THP = TD * 0,29 (tiempo necesario para que el gradiente de presión caiga a la mitad de su nivel máximo)

donde:

TD = tiempo de desaceleración

Cociente Qp/Qs

Kitabatake, A., Inoue, M. et al. *Noninvasive evaluation of the ratio of pulmonary to systemic flow in atrial septal defect by duplex Doppler echocardiography*, (1984), p.73-79.

Qp/Qs = RSV/LSV

donde:

Qp = Flujo pulmonar

Qs = Flujo sistémico

RSV = Volumen sistólico del ventrículo derecho

LSV = Volumen sistólico del ventrículo izquierdo

Volumen de la aurícula derecha: método uniplanar en ml

Lang, R., Bierig, M., et al. "Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's guidelines and standards committee and the chamber quantification writing group, Developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology." *J Am Soc Echocardiogr.* (2005), 18: p.1440-1463.

Lang, R., Badano, L.P. et al. "Recommendations for Cardiac Chamber quantification by Echocardiography in Adults: An update from the American Society of Echocardiography and European Association of Cardiovascular Imaging." *J Am Soc Echocardiogr.* Enero (2015), 28: p.1-39.

$$V = \left(\frac{\pi}{4}\right) \sum_{i=1}^n a_i^2 \left(\frac{L}{n}\right)$$

Se utiliza el método de Simpson para crear un modelo de la cámara en forma de pila de discos circulares.

donde:

V = Volumen

a_i = Diámetro del disco elíptico i en mm

N = número de discos (n = 20)

L = Longitud de la cámara, medida desde el punto medio de la línea que conecta los dos lados opuestos del anillo mitral y el punto más distante (ápice) del contorno de la cámara

i = Índice de discos

Índice de volumen de aurícula derecha en ml/m²

Darahim, K. "Usefulness of right atrial volume index in predicting outcome in chronic systolic heart failure." *Journal of the Saudi Heart Association*. Abril (2014), 26(2): p. 73-79.

Índice vol AD = Vol AD/BSA (ml/m²)

donde:

IVAD = índice de volumen de aurícula derecha

Vol AD = volumen de la aurícula derecha en ml

ASC = área de superficie corporal en ²

Cambio en el área fraccional del ventrículo derecho (FAC) en porcentaje

Lang, R., Badano, L.P. et al. "Recommendations for Cardiac Chamber quantification by Echocardiography in Adults: An update from the American Society of Echocardiography and European Association of Cardiovascular Imaging." *J Am Soc Echocardiogr*. Enero (2015), 28: p.1-39.

FAC VD (%) = (EDA VD - ESA VD) / EDA VD * 100

donde:

FAC VD = Cambio en el área fraccional del ventrículo derecho (%)

EDA VD = área telediastólica del ventrículo derecho (cm²)

ESA VD = área telesistólica del ventrículo derecho (cm²)

Índice de función miocárdica del ventrículo derecho (RIMP)

Rudski, L.G., Lai, W.W. et al. "Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults: A Report from the American Society of Echocardiography." *J Am Soc Echocardiogr*. (2010), 23: p.685-713.

RIMP = (TRIV + TCIV)/TT

donde:

TCIV = tiempo de contracción isovolumétrico

TRIV = tiempo de relajación isovolumétrico

ET = Tiempo de eyección

Presión sistólica del ventrículo derecho (PSVD) en mmHg

Armstrong, D.W.J., Tsimikliss G., and Matangi, M.F. "Factors influencing the echocardiographic estimate of right ventricular systolic pressure in normal patients and clinically relevant ranges according to age." *Can J Cardiol.* (2010), 26(2): p.e35-e39.

$$\text{PSVD} = 4 * (\text{RT máx})^2 + \text{RAP}$$

donde:

RAP = Presión auricular derecha

RT máx = Velocidad de reflujo tricuspídeo máxima

S/D

Zwiebel, W. J. *Introduction to Vascular Ultrasonography*, 4th Edition. W.B. Saunders Company (2000), p.52.

|Velocidad S/velocidad D|

donde:

Velocidad S = velocidad sistólica máxima, Velocidad D = velocidad telediastólica

Índice sistólico (IS), en ml/m²

Mosby's Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary, 4th ed. (1994), p.1492.

$$\text{IS} = \text{VS}/\text{ASC}$$

donde:

VS = volumen sistólico, BSA = Área de superficie corporal

Volumen sistólico (Doppler) en ml

Porter, T.R., Shillcutt, S.K. et al. "Guidelines for the Use of Echocardiography as a Monitor for Therapeutic Intervention in Adults: A Report from the American Society of Echocardiography." *J Am Soc Echocardiogr* (2015), 28:p.40-56.

$$\text{VS} = (\text{ACT} * \text{IVT})$$

donde:

ACT = Área de corte transversal del orificio (área TSVI)

IVT = Integral de velocidad/tiempo del orificio

Cambio porcentual de volumen sistólico (Doppler)

Evans, D., Ferraioli, G. et al. "Volume Responsiveness in Critically Ill Patients." *AIUM* (2014), *J Ultrasound Med.* (2014), 33: p.3-7.

$$\% \text{ de cambio de VS} = [(\text{post VS} - \text{pre VS})/\text{post VS}] * 100$$

Variación porcentual del volumen sistólico (Doppler)

Miller, A. y J. Mandeville. "Predicting and Measuring Fluid Responsiveness with Echocardiography." *Echo Res Pract.* (2016), 3(2):G1-G12 DOI: 10.1530/ERP-16-0008.

% variación de VS = $100 \times \{ (VS \text{ Máx.} - VS \text{ Mín.}) / [(VS \text{ Máx.} + VS \text{ Mín.}) \times 0,5] \}$

Desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo (TAPSE)

Rudski, L., Lai W. et al. "Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography." *J Am Soc Echocardiogr.* (2010), p.685-713.

Medición de la distancia del Modo M de la desviación sistólica del ventrículo derecho

Cambio porcentual de la integral de velocidad-tiempo (IVT)

Evans, D., Ferraioli, G. et al. "Volume Responsiveness in Critically Ill Patients." *AIUM* (2014), *J Ultrasound Med.* (2014), 33: p.3-7.

% cambio IVT TSVI = $[(\text{post IVT TSVI} - \text{pre IVT TSVI}) / \text{post IVT TSVI}] * 100$

Referencias obstétricas

Índice de líquido amniótico (ILA)

Jeng, C. J., Jou, T.J. et al. "Amniotic Fluid Index Measurement with the Four Quadrant Technique During Pregnancy." *The Journal of Reproductive Medicine.* July (1990), 35:7, p.674-677.

Edad ecográfica media (AUA)

El sistema ofrece una AUA derivada de las mediciones de componentes.

Perfil biofísico (PBF)

Manning, F.A. "Dynamic Ultrasound-Based Fetal Assessment: The Fetal Biophysical Profile Score." *Clinical Obstetrics and Gynecology* (1995), Volumen 32, Número 1: p.26-44.

Índice cefálico (CI)

Hadlock, F.P., Deter, R.L. et al. "Estimating Fetal Age: Effect of Head Shape on BPD." *American Journal of Roentgenology* (1981), 137: p.83-85.

Fecha probable del parto (EDD) según la edad ecográfica media (AUA)

Los resultados se presentan en formato de mes/día/año.

EDD = fecha del sistema + (280 días - AUA en días)

Fecha probable del parto (EDD) según el último periodo menstrual (LMP)

La fecha introducida en la información del LPM de la paciente debe ser anterior a la fecha actual.

Los resultados se presentan en formato de mes/día/año.

EDD = fecha del LPM + 280 días

Peso estimado del feto (PEF)

Hadlock, F.P., Harrist, R.B. et al. "Estimation of Fetal Weight with the Use of Head, Body, and Femur Measurements, A Prospective Study." *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. February 1 (1985),151:3, p.333-337.

Percentil del peso estimado del feto (PEF%)

Hadlock, F.P., Harrist, R.B. y J. Martinex-Poyer."In-utero Analysis of Fetal Growth: A Sonographic Weight Standard" *Radiology*(1991), Vol 181: p. 129-133 (Tabla1).

Edad gestacional (EG) según el último periodo menstrual (LMP)

La edad gestacional se deduce de la fecha del UPM introducida en el formulario de la paciente.

Los resultados se muestran en semanas y días, y se calculan de la siguiente forma:

EG (LMP) = fecha del sistema - fecha del LMP

Edad gestacional (EG) según la fecha probable del parto (EDD)

La edad gestacional se deduce de la fecha EDD introducida en el formulario de la paciente.

Los resultados se muestran en semanas y días, y se calculan de la siguiente forma:

EG (EDD) = Fecha del sistema - (EDD - 280)

Referencias sobre edad gestacional

Perímetro abdominal (PA)

Hadlock, F.P., Deter, R.L. et al. "Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters." *Radiology*. (1984),152: p.497-501.

Australasian Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) Standards of Practice. "Guidelines, Policies and Statements, Normal Ultrasonic Fetal Measurements Standard." (1991, Revised 2018). Variability: +/- 2SD from Westerway, S.C. Fetal-Measurements, Personal Communication (Sep 2019).

Diámetro biparietal (DBP)

Hadlock, F.P., Deter, R.L. et al. "Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters." *Radiology*(1984),152: p.497-501.

Australasian Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) Standards of Practice. "Guidelines, Policies and Statements, Normal Ultrasonic Fetal Measurements Standard." (1991, Revised 2018). Variability: +/- 2SD from Westerway, S.C. Fetal-Measurements, Personal Communication (Sep 2019).

Longitud cefalocaudal (LCC)

Hadlock, F.P., Shah, Y.P. et al. "Fetal Crown-Rump Length: Re-evaluation of Relation to Menstrual Age (5-18 weeks) with High-Resolution, Real-Time Ultrasound." *Radiology*. February (1992), 182: p.501-505.

Westerway, S.C., Davison, A., and Cowell, S. "Ultrasonic Fetal Measurements: New Australian standards for the new millennium". *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. (2000), 40:297-302, p. 299.

Papageorgiou, A.T., Kennedy, S.H. et al. "International standards for early fetal size and pregnancy dating based on ultrasound measurement of crown-rump length in first trimester of pregnancy." *Ultrasound Obstet Gynecol.* (2014), 44(6): p. 641-8.

Longitud femoral (FL)

Hadlock, F.P., Deter, R.L. et al. "Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters." *Radiology*(1984), 152: p.497-501.

Australasian Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) Standards of Practice. "Guidelines, Policies and Statements, Normal Ultrasonic Fetal Measurements Standard." (1991, Revised 2018). Variability: +/- 2SD from Westerway, S.C. Fetal-Measurements, Personal Communication (Sep 2019).

Saco gestacional (SG)

Hansmann, M., Hackelöer, B.-J. et al. *Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology*. New York: Springer-Verlag (1986), p.36 (Figura 4.2).

Nyberg, D.A., Hill, L.M. et al. "Transvaginal Ultrasound." Mosby Yearbook (1992), p.76.

Las mediciones del saco gestacional proporcionan una edad fetal basada en el promedio de mediciones de una, dos o tres distancias. Sin embargo, la ecuación de Nyberg para la edad gestacional requiere las tres distancias para proporcionar un cálculo exacto.

Perímetro cefálico (PC)

Hadlock, F.P., Deter, R.L. et al. "Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters." *Radiology*(1984), 152: p.497-501.

Australasian Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) Standards of Practice. "Guidelines, Policies and Statements, Normal Ultrasonic Fetal Measurements Standard." Appendix 4. (1991, Revised 2018).

Diámetro fronto-occipital (DFO)

Hansmann, M., Hackelöer, B.-J. and Staudach, A. *Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology*. New York: Springer-Verlag (1985), p. 431 (Tabla 1).

Australasian Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) Standards of Practice. "Guidelines, Policies and Statements, Normal Ultrasonic Fetal Measurements Standard." Appendix 4. (1991, Revised 2018).

Cálculos de proporciones

Cociente LF/PA

Hadlock, F.P., Deter, R. L. et al. "A Date Independent Predictor of Intrauterine Growth Retardation: Femur Length/Abdominal Circumference Ratio," *American Journal of Roentgenology*. November (1983), 141: p.979-984.

Cociente LF/DBP

Hohler, C.W. and T.A. Quetel. "Comparison of Ultrasound Femur Length and Biparietal Diameter in Late Pregnancy," *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. Dec. 1 (1981),141:7, p.759-762.

Cociente LF/PC

Hadlock, F.P., Harrist, R. B. et al. "The Femur Length/Head Circumference Relation in Obstetric Sonography." *Journal of Ultrasound in Medicine*. October (1984),3: p.439-442.

Cociente PC/CA

Campbell, S. y A. Thoms. "Ultrasound Measurements of the Fetal Head to Abdomen Circumference Ratio in the Assessment of Growth Retardation." *British Journal of Obstetrics and Gynaecology*. March (1977), 84: p.165-174.

Referencias generales

Cociente +/x o S/D

$+/x = (\text{Velocidad A} / \text{Velocidad B})$

donde:

A = cursor de velocidad +, B = cursor de velocidad x

Área en cm²

Beyer, W.H. *Standard Mathematical Tables*. 28th ed., CRC Press, Boca Raton, FL. (1987), p.131.

$A = \text{abs}\{0,5 * \sum [x_i y_{(i+1)} - x_{(i+1)} y_i]\}$

donde la suma está por encima de la lista de puntos i, con coordenadas rectilíneas x_i e y_i que definen el contorno trazado alrededor del área que se debe computar.

Flujo sanguíneo carotídeo

Ma, I.W.Y., Caplin, J.D. et al. "Correlation of carotid blood flow and corrected carotid flow time with invasive cardiac output measurements." *Crit. Ultrasound J.* (2017), 9:10. doi: 10.1186/s13089-017-0065-0. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5398973/>

Relación catéter-vaso

Sharp, R., Cummings, M. et al. "The catheter to vein ratio and rates of symptomatic venous thromboembolism in patients in patients with a peripherally inserted central catheter (PICC): A prospective cohort study." *Int. J. Nurs. Stud.* (2015), 52(3): p.677-685; doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.12.002.

(diámetro del catéter/diámetro de la vena) * 100

Spencer, T. R., Mahoney, K. J. "Reducing catheter-related thrombosis using a risk reduction tool centered on catheter to vessel ratio." *Journal of Thrombosis and Thrombolysis* (2017), 44(4), p.427-434. <https://doi.org/10.1007/s11239-017-1569-y>.

$(\pi(\text{diámetro del catéter}/2)^2 / \pi(\text{diámetro del vaso}/2)^2) * 100$

ISO 10555-5: 2013 Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 5: Catéteres periféricos sobre aguja introductora Tabla 1.

ISO 10555-1:2023 Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 1: Requisitos generales, Anexo H, Sección H.2

$$Fr = 3 \times D \text{ (mm)}$$

donde:

D = tamaño exterior del diámetro de un catéter en mm; Fr = French

Perímetro (elipse)

Bronshtein, I.N. y K.A. Semendyayev. *Handbook of Mathematics*. 3rd English ed., Van Nostrand Reinhold Co., New York (1985), p. 202.

$$L = \pi(a + b) \sqrt{(64 - 3h^4)/(64 - 16h^2)}$$

donde:

$$h = (a - b)/(a + b), a = \text{radio mayor}, b = \text{radio menor}$$

Ángulo de cadera/Cociente d:D

Graf, R. "Fundamentals of Sonographic Diagnosis of Infant Hip Dysplasia." *Journal of Pediatric Orthopedics* (1984), Vol. 4, Núm. 6: p.735-740.

Morin, C., Harcke, H., y G. MacEwen. "The Infant Hip: Real-Time US Assessment of Acetabular Development." *Radiology*. December (1985),177: p.673-677.

Velocidad máxima (VM_{máx})

Walker, D. W., Acker, J. D., y C. A. Cole. "Subclavian steal syndrome detected with duplex pulsed Doppler sonography." *American Journal of Neuroradiology* (1982) 3.6: p. 615-618.

V_{máx.} = valor máximo de velocidad en un periodo de tiempo correspondiente a la herramienta de medición, donde V_{máx.} mantiene el signo +/-.

Índice de pulsatilidad (IP)

Petersen, L.J., Petsen, J.R. et al. "The pulsatility index and the resistive index in renal arteries. Associations with long-term progression in chronic renal failure." *Nephrol Dial Transplant* (1997), 12: p.1376-1380.

$$IP = (VSM - VDM)/V$$

donde:

VSM = velocidad sistólica máxima

VDM = velocidad diastólica mínima

V = velocidad de flujo PTP (pico promediado en el tiempo) en el ciclo cardíaco.

Cociente aórtico renal (CAR)

Kohler, T.R., Zierler, R.E. et al. "Noninvasive diagnosis of renal artery stenosis by ultrasonic diagnosis of renal duplex scanning." *Journal of Vascular Surgery* (1986), Vol. 4, Núm. 5: p. 450-456.

CAR = velocidad máxima de la arteria renal o de la aorta

Índice de resistencia (IR)

Kurtz, A.B. y W.D. Middleton. *Ultrasound-the Requisites*. Mosby Year Book, Inc. (1996), p.467.

IR = [(Velocidad sistólica máxima - velocidad telediastólica)/Velocidad sistólica máxima] en cm/s.

Pendiente en cm/s²

Zwiebel, W.J. *Introduction to Vascular Ultrasonography*. 4th ed., W.B. Saunders Company (2000), p.52.

Pendiente = abs (velocidad delta/tiempo delta)

Tiempo (ET)

ET = tiempo entre los cursores de velocidad, en milisegundos

Media del promedio de tiempo (MPT) en cm/s

TAM = media (trazo medio)

Pico promediado en el tiempo (PTP) en cm/s

PTP = media (trazo máximo)

Integral de velocidad de tiempo (IVT)

Oh, J.K., Seward, J.B. y A.J. Tajik. *The Echo Manual*. 3rd ed., Philadelphia: Lippincott, Williams, and Wilkins (2007), p.69-70.

IVT = área delimitada por la línea base y el espectro Doppler = abs (velocidad media * duración del trazado Doppler)

Volumen (Vol)

Beyer, W.H. *Standard Mathematical Tables*. 28th ed., CRC Press, Boca Raton, FL. (1987), p.131.

Volumen = $4/3\pi * (D_1/2 * D_2/2 * D_3/2)$

Volumen = $4/3\pi * [D_1/2 * (D_2/2)^2]$

Volumen = $4/3\pi * (D_1/2)^3$

donde:

D = distancia lineal

Volumen de la vejiga en ml

Dicio, M., Pomara G. et al. "Measurements of urinary bladder volume: comparison of five ultrasound calculation methods in volunteers." *Arch. Ital. Urol Androl* (2005), 77: p.60-62.

El volumen de la vejiga se mide con el método del volumen del elipsoide.

Volumen de la vejiga = $4/3\pi * (D_1/2 * D_2/2 * D_3/2)$

Flujo de volumen en ml/m

Allan, P.L., Pozniak, M.A. et al. *Clinical Doppler Ultrasound*. 4th ed., Harcourt Publishers Limited. (2000), p.36-38

$$\text{Flujo de volumen} = \text{ACT}(\text{cm}^2) * \text{MPT}(\text{cm/s}) * 60$$

donde:

MPT es la velocidad del promedio de tiempo calculada a partir del trazado medio

ACT = área del corte transversal del área de la anatomía de interés = $(\pi/4) * (\text{diámetro})^2$, calculada a partir de la medición de la distancia 2D del diámetro.

Volumen de los ovarios

Balen, A.H., Laven, J.S., et al. "Ultrasound assessment of the polycystic ovary: international consensus definitions." *Human Reproduction Update* (2003), Vol. 9, Núm. 6, p. 505-514.

$$\text{Volumen de los ovarios} = 4/3\pi * (\text{Altura}/2 * \text{Longitud}/2 * \text{Anchura}/2)$$

Volumen uterino

Wiener, J. J. and R. G. Newcombe. "Measurements of uterine volume: a comparison between measurements by ultrasonography and by water displacement." *J. Clin. Ultrasound* (1992), 20 (7), p.457-460.

$$\text{Volumen del útero} = 4/3\pi * (\text{Altura}/2 * \text{Longitud}/2 * \text{Anchura}/2)$$

Resolución de problemas y mantenimiento

Este apartado contiene información que le ayudará a solucionar problemas relacionados con el funcionamiento del sistema, introducir una licencia del software y realizar un mantenimiento adecuado del sistema, los transductores y los accesorios.

Resolución de problemas

Si tiene algún problema con el sistema, utilice la siguiente lista para intentar resolverlo. En el caso de que aparezca una advertencia, realice la acción sugerida. Si el problema continúa, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite (consulte [Obtención de ayuda \[1\]](#)).

El sistema no se enciende

- Desenchufe y vuelve a enchufar los cables de alimentación.
- Compruebe el estado de los indicadores de encendido (consulte [Indicadores de alimentación y batería \[18\]](#)). De esta forma, quizá pueda identificar la conexión que presenta el problema.

El sistema genera imágenes de mala calidad

- Ajuste el monitor para optimizar el ángulo de visión.
- Ajuste el brillo del monitor (consulte [Ajuste del brillo \[60\]](#)).
- Ajuste la ganancia 2D (consulte [Ajuste de ganancia \[84\]](#)).
- Ajuste la energía 2D (consulte [Controles de adquisición de imágenes 2D \[74\]](#)).
- Si, tras llevar a cabo las modificaciones indicadas arriba, la calidad de la imagen no mejora, consulte el informe diagnóstico del transductor que se encuentra en la página de configuración de los registros para evaluar el estado del elemento del transductor (consulte [Registros \[63\]](#)). Si el informe determina que hay elementos que no funcionan correctamente, cierre el registro, desconecte todos los transductores, vuelva a conectar el transductor de interés y realice de nuevo la prueba de diagnóstico del transductor. Podrá consultar el informe actualizado en el registro de diagnósticos.

Sin color o sin imagen CPD. Ajuste la ganancia o la potencia o escala color. Tanto el color como CPD cuentan con un control **Ocultar color**. Asegúrese de que no se ha activado este control.

No hay selecciones para mediciones. Asegúrese de que se ha seleccionado el tipo de examen deseado y que la imagen está congelada. Pulse el botón **Cálculos**/.

No hay sonido. Si no escucha sonidos procedentes del sistema al utilizarlo, compruebe que ha configurado los ajustes de audio de manera correcta (consulte la [Configuración de los ajustes de audio \[45\]](#)). Si sigue sin escuchar los sonidos procedentes del sistema, apáguelo y enciéndalo de nuevo. Algunas conexiones, como la de un puerto de salida de vídeo, apagan los altavoces.



ADVERTENCIA

Utilice únicamente los accesorios y periféricos recomendados por FUJIFILM Sonosite. La conexión de accesorios y periféricos no recomendados por FUJIFILM Sonosite puede ocasionar una descarga eléctrica y un mal funcionamiento del sistema. Póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local para obtener una lista de accesorios y periféricos disponibles o recomendados por FUJIFILM Sonosite.

No funciona la impresión. Realice una de las siguientes acciones:

- Compruebe las conexiones de la impresora. El sistema detectará automáticamente la impresora. El sistema también debe estar conectado a la red eléctrica de CA.
- Verifique si la impresora local está encendida y configurada correctamente. Si es necesario, consulte las instrucciones del fabricante de la impresora.

El sistema no reconoce el transductor

- Desconecte el transductor y vuelva a conectarlo.
- Compruebe que el cierre del conector del transductor triple (TTC) está seguro.

La página de aviso  aparece en pantalla. Siga las indicaciones de la página en el orden correcto: tenga en cuenta la información del mensaje de error, incluido el número de error que aparece. Póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con su representante de FUJIFILM Sonosite para reiniciar el sistema.

El sistema le indica que compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB es válido.

- Utilice el dispositivo de almacenamiento USB que se incluye con el sistema.
- Compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB no está defectuoso.

El sistema le indica que se compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB contiene datos válidos. Asegúrese de que los datos estén presentes en el dispositivo de almacenamiento USB. Vuelva a exportar los datos originales al dispositivo de almacenamiento USB. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

El dispositivo de almacenamiento USB no aparece en la lista. Compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB se ha introducido correctamente en una ranura USB libre. Utilice el dispositivo de almacenamiento USB que se suministra con el sistema.

El sistema muestra la alerta "...el dispositivo de almacenamiento interno está lleno". Finalice el estudio actual o archive o exporte los estudios del paciente y, a continuación, elimínelos del sistema para liberar espacio de almacenamiento interno.

No se puede acceder al formulario del paciente. No se puede acceder a la lista de pacientes. Asegúrese de que está conectado como usuario, no como invitado.

El sistema no transfiere clips de vídeo (DICOM). En los ajustes de **Archivo**, asegúrese de que está marcado **Incluir clips de vídeo** (consulte [Campos de configuración del archivador \[50\]](#)).

La señal del ECG es débil o no se muestra. Asegúrese de que:

- Está usando un tipo de examen y un transductor compatibles (consulte [Módulo de ECG \[91\]](#)).
- Los cables y cables de electrodos del ECG están correctamente conectados al módulo de ECG y al sistema de ecografía.
- Los electrodos de ECG están correctamente conectados al paciente.
- Los electrodos de ECG no están secos y está usando electrodos nuevos.

Licencias de software

El software de FUJIFILM Sonosite está controlado por una clave de licencia. Después de instalar el nuevo software, el sistema le pedirá la clave de licencia. Debe obtener una clave para cada sistema o paquete de transductores que utilice el software. Las actualizaciones del software están disponibles mediante un dispositivo de almacenamiento USB o mediante descarga.

El software funcionará durante un breve plazo (período de prueba) sin una clave de licencia. Durante el período de prueba estarán disponibles todas las funciones del sistema. Después del período de prueba, el sistema no podrá utilizarse hasta que se introduzca una clave de licencia válida. El tiempo del período de prueba no incluye el tiempo que el sistema esté apagado o en modo de latencia. El tiempo del período de prueba restante aparece en la pantalla de actualización de la licencia.



ATENCIÓN

Cuando caduque el período de prueba, no podrá acceder a las funciones del sistema (a excepción de la opción de licencia) hasta que introduzca una clave de licencia válida.

Obtención de una clave de licencia

1. Encienda el sistema.
2. Vaya a Información del sistema para obtener la información de la versión:
 - a. Pulse en el menú del sistema  y, después, **Config. del sistema**.
 - b. Pulse **Información del sistema** en la lista de la izquierda y desplácese hasta Licencia del sistema.
3. Póngase en contacto con la asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite (consulte [Obtención de ayuda \[1\]](#)). Se le pedirá la siguiente información que puede obtener de la información del sistema:
 - a. Su nombre .
 - b. N.º de serie del sistema .
El número de serie se encuentra en la parte inferior del sistema. Para poder leerlo, levante la parte de atrás del sistema.
 - c. Versión de software .
 - d. Número de serie PCBA .
 - e. Licencia de producto.
4. Una vez que obtenga una clave de licencia, debe introducirla en el sistema. Puede introducirla en el inicio o en la configuración del sistema.

Introducir la clave de licencia en el inicio

1. Encienda el sistema.
Aparecerá la pantalla de actualización de la licencia.
2. Introduzca la clave de licencia en el cuadro **Escriba su n.º de licencia**.
3. Toque **Entrar**.
4. Si la pantalla de actualización de la licencia vuelve a aparecer, verifique que ha introducido la clave de licencia correctamente. Si continúa apareciendo la pantalla de actualización de la licencia, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite (consulte el apartado [Obtención de ayuda \[1\]](#)).

Introducir la clave de licencia en la configuración del sistema

1. En el menú del sistema, pulse  y, después, **Config. del sistema**.
2. Toque **Información del sistema** en la lista de la izquierda.
3. Introduzca la clave de la licencia en los cuadros **Escriba su n.º de licencia**, situados en la sección **Licencias del sistema**.
4. Toque **Entrar**.



NOTA

No toque **Salir**, ya que si lo hace se cerrará el formulario sin introducir la clave.

Mantenimiento



ADVERTENCIA

- No se permite ninguna modificación de este equipo, excepto la descrita en este manual.
- No realice ninguna labor de mantenimiento o reparación en el sistema mientras se esté usando en un paciente.

No se requieren tareas de mantenimiento, prueba ni calibración del sistema, el transductor o sus accesorios de forma regular o preventiva, más allá de la limpieza y desinfección de los transductores, así como su inspección para comprobar que presentan un aislamiento adecuado y que no hay roturas u otros daños tras cada uso. Verifique que tanto los transductores como los cables correspondientes no presentan roturas o grietas por las que puedan introducirse líquidos o geles. Para obtener información sobre la limpieza y desinfección del sistema de ecografía, consulte [Limpieza y desinfección \[169\]](#).

FUJIFILM Sonosite recomienda recargar periódicamente las baterías enchufando el sistema.



ATENCIÓN

Las baterías contienen una tecnología de batería que precisa de una recarga periódica para que el rendimiento sea óptimo. Si no se cargan durante un período de tiempo prolongado, el rendimiento de las baterías podría disminuir o estas podrían quedar inutilizables.

La realización de actividades de mantenimiento no descritas en el manual de usuario o el manual de servicio podría anular la garantía del producto. Póngase en contacto con el Departamento de Asistencia Técnica de FUJIFILM Sonosite si tiene más preguntas sobre el mantenimiento (consulte [Obtención de ayuda \[1\]](#)).

Copias de seguridad del sistema

Para protegerse de una posible pérdida de datos, FUJIFILM Sonosite recomienda realizar copias de seguridad de forma rutinaria:

- Datos del paciente
- Ajustes de configuración del sistema
- Ajustes de configuración de DICOM

Datos del paciente

Imagen digital y comunicación en medicina (DICOM) proporciona una forma de archivar datos de pacientes mediante la conexión del sistema de ecografía con varios archivadores para almacenarlos después de cada estudio de paciente. FUJIFILM Sonosite recomienda configurar y usar la transferencia DICOM para evitar la pérdida de datos de pacientes en el caso de que fallara el sistema. Si desea obtener más información, consulte [Acerca de DICOM \[46\]](#).

En caso de no utilizar redes DICOM, FUJIFILM Sonosite recomienda exportar los datos de pacientes a un dispositivo de almacenamiento USB tras cada estudio. Si desea obtener más información, consulte [Configuración USB \[62\]](#).

Ajustes de configuración del sistema

Además de los datos de los pacientes, FUJIFILM Sonosite recomienda que realice una copia de seguridad de los ajustes de configuración de su sistema de ecografía cuando haya terminado de configurar el sistema y siempre que modifique los ajustes. Estas copias de seguridad protegen sus ajustes personalizados en el caso de que se produzca un fallo en el sistema.

Servicio

El sistema de ecografía se puede reparar o sustituir, en función del criterio del fabricante. Si fuera necesario realizar alguna labor de mantenimiento, deberá extraer el sistema de la base (consulte [Extracción el sistema de la base \[15\]](#)).

Antes de enviar el sistema a un servicio técnico, deberá tomar precauciones para proteger los datos de los pacientes y conservar sus configuraciones personalizadas.



ATENCIÓN

- Para proteger la privacidad de los pacientes, toda la información relativa a intervenciones de pacientes se deberá exportar a un dispositivo de almacenamiento USB o archivar en un repositorio protegido por medio de una transferencia DICOM y, a continuación, eliminarla de la lista de estudios.
- Es posible extraer el dispositivo de almacenamiento interno para poder realizar las tareas de servicio, pero los datos del dispositivo están cifrados, en consonancia con HIPAA, y se perderán.
- Para conservar los ajustes de configuración, exporte las Preselecciones y los ajustes DICOM a un dispositivo de almacenamiento USB y guarde dicho dispositivo en una ubicación segura.

Preparación del sistema para realizar el mantenimiento

1. Finalice los procedimientos que haya en curso.
2. Exporte toda la información sobre intervenciones de pacientes a un dispositivo de almacenamiento USB o archívela en un dispositivo DICOM. Para obtener instrucciones detalladas, consulte los apartados [Archivar estudios \[134\]](#) y [Exportación de estudios \[136\]](#).
3. Para borrar todos los datos del paciente, pulse **Paciente** para acceder a la lista de estudios.
4. Toque **Selec todos** y, a continuación, **Elimin**.
5. Si está utilizando DICOM, desplácese al formulario de información del paciente, borre los datos de la lista de trabajo pulsando **List t.** (lista de trabajo) y, a continuación, pulse **Borrar**.
6. Exporte los siguientes elementos a un dispositivo de almacenamiento USB:
 - Ajustes de configuración
 - Archivo de registro del sistema
 - Archivo de registro de mensajes de error
 - Archivo de registro del usuario
 - Archivo de registro DICOM (solo usuarios de DICOM)
 - Ajustes de DICOM (solo usuarios de DICOM)Para obtener más información sobre la importación y exportación, consulte los apartados [Importación y exportación de los ajustes de conectividad \[54\]](#) y [Exportación de un registro \[64\]](#).
7. Aísle el sistema de la fuente de alimentación para prepararlo para su envío (consulte [Desconexión del sistema de ecografía de la alimentación \[187\]](#)).

Limpieza y desinfección

Siga las recomendaciones de FUJIFILM Sonosite en esta sección al limpiar o desinfectar el sistema de ecografía, la base, los transductores y los accesorios. Siga las recomendaciones del fabricante con respecto a la limpieza o desinfección de los periféricos.

El sistema y los transductores deben limpiarse y desinfectarse después de cada examen. Es importante que siga estas instrucciones de limpieza y desinfección sin omitir ningún paso.

Antes de empezar

- Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante en relación al equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de protección y guantes.
- Inspeccione el sistema, el transductor y los accesorios para determinar que no sufren ningún deterioro inaceptable, como corrosión, decoloración, picaduras o sellos cuarteados. Si hay daños evidentes, deje de utilizarlo y póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local.
- Confirme que los materiales de limpieza y desinfección son adecuados para utilizarlos en su centro. FUJIFILM Sonosite prueba diversos limpiadores y desinfectantes para utilizarlos con los sistemas y transductores de FUJIFILM Sonosite.
- Los desinfectantes y métodos de limpieza que se enumeran en esta sección son los que FUJIFILM Sonosite recomienda por ser eficaces y compatibles con los materiales de los productos.
- Asegúrese de que el tipo de desinfectante, la concentración de la solución y el tiempo de contacto sean los apropiados para el equipo y la aplicación.
- Siga las recomendaciones del fabricante y las normativas locales cuando prepare, utilice y deseche los productos químicos.



NOTA

No deje que los materiales contaminantes se sequen sobre el transductor. Inmediatamente después de su uso, limpie el transductor con la ayuda de un limpiador aprobado y, a continuación, siga los procedimientos de limpieza detallados en este capítulo.



ADVERTENCIA

- Verifique que los limpiadores y desinfectantes no estén caducados.
- Algunos limpiadores y desinfectantes pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas.



ATENCIÓN

- No deje que la solución de limpieza o el desinfectante penetren en los conectores eléctricos.
- No utilice disolventes fuertes, como diluyente de pintura o benceno ni limpiadores abrasivos, ya que estos agentes pueden dañar las superficies exteriores. Utilice únicamente limpiadores o desinfectantes aprobados por FUJIFILM Sonosite.

Determinación del nivel de limpieza y desinfección requerido



ADVERTENCIA

Las instrucciones de limpieza que se recogen en esta sección se basan en las exigencias establecidas por la Administración de Alimentos y Fármacos de los EE. UU. (FDA). El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a la contaminación cruzada y a la infección del paciente.^a

El nivel de limpieza y desinfección requerido para el sistema, la base y el transductor dependerá del tipo de tejido con el que entran o entrarán en contacto durante su utilización. Use [Tabla 35, "Selección de un método de limpieza y desinfección" \[170\]](#) para determinar el nivel de limpieza y desinfección requerido.

Tabla 35. Selección de un método de limpieza y desinfección

¿Alguna parte del sistema o del transductor ha estado en contacto con lesiones cutáneas o membranas mucosas o va estar en contacto con estas superficies?	
Sí	Opción A Vaya a Opción A: Limpieza y desinfección de alto nivel del sistema, la base y el transductor (usos semicríticos) [171]
No	Opción B Vaya a Opción B: Limpieza y desinfección de bajo nivel del sistema, la base y el transductor (usos no críticos) [175]

Si quiere una guía para la limpieza y desinfección de transductores y el uso de fundas y geles, consulte la "Guía para la limpieza y la preparación de transductores de ultrasonidos externos e internos y otros equipos entre pacientes, así como la manipulación y uso con seguridad del gel de unión de ultrasonidos". *American Institute of Ultrasound in Medicine | J Ultrasound Med.* 2023;42(7):E13-E22. doi:10.1002/jum.16167.

Clasificaciones de Spaulding

Las clasificaciones de Spaulding determinan el enfoque para la limpieza y desinfección del equipo médico en función del dispositivo, la forma en que se ha utilizado y el riesgo de infección.^b

^a*Reprocessing Medical Devices in Health Care Settings: Validation Methods and Labeling Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff.* Issued March 17, 2015, updated June 9, 2017.

- **Dispositivos críticos:** aquellos que, durante su uso, se introducen de forma directa en el torrente sanguíneo o entran en contacto con un tejido o espacio corporal generalmente estéril.
- **Dispositivos semicríticos:** aquellos que entran en contacto con membranas mucosas intactas o pieles que presentan lesiones.
- **Dispositivos no críticos:** aquellos instrumentos u otros dispositivos cuyas superficies solo entran en contacto con piel sin lesiones, sin penetrarla, o aquellos que no entran en contacto con el paciente, pero pueden contaminarse durante la atención al paciente.

El sistema y los transductores están diseñados para utilizarlos dentro de las clasificaciones de Spaulding de usos no críticos y semicríticos.

Definiciones relativas a la limpieza y desinfección

- **Limpieza:** eliminación física de suciedad y elementos contaminantes de un artículo hasta llegar al punto necesario para continuar con el proceso o para el uso previsto.
- **Desinfección de nivel bajo:** proceso letal que, mediante una sustancia, elimina las bacterias en estado vegetativo, algunos hongos y los virus lipídicos .
- **Desinfección de nivel intermedio:** proceso letal que, mediante una sustancia, elimina los virus, las microbacterias, los hongos y las bacterias en estado vegetativo, pero no las esporas bacterianas.
- **Alto nivel de desinfección:** proceso letal que utiliza un desinfectante en condiciones prácticamente de esterilización. Dicho proceso elimina todas las formas de vida microbiana, a excepción de las grandes cantidades de esporas bacterianas.



NOTA

FUJIFILM Sonosite acepta la declaración de la posición de AIUM sobre la desinfección de transductores de ultrasonidos utilizados en procedimientos percutáneos.^{c,d}

Opción A: Limpieza y desinfección de alto nivel del sistema, la base y el transductor (usos semicríticos)

Utilice este procedimiento para limpiar y realizar una desinfección de nivel alto del sistema de ecografía y el transductor **cuando hayan estado o vayan a estar en contacto con lesiones cutáneas o membranas mucosas.**

Siga las instrucciones del fabricante cuando utilice limpiadores y desinfectantes. Los limpiadores y desinfectantes que figuran en el procedimiento son químicamente compatibles y se ha probado la eficacia de los procesos con el sistema, la base y los transductores. Confirme que los limpiadores y desinfectantes son adecuados para utilizarlos en su centro.

^bSpaulding, E.H. "The Role of chemical disinfection in the prevention of nosocomial infections". In: Brachman, P.S. y Eickof, T.C. (ed). *Proceedings of International Conference on Nosocomial Infections, (1970)*. Chicago, IL: American Hospital Association. (1971), p. 254-274.

^c"Guía para la limpieza y la preparación de transductores de ultrasonidos externos e internos y otros equipos entre pacientes, así como la manipulación y uso con seguridad del gel de unión de ultrasonidos" *American Institute of Ultrasound in Medicine | J Ultrasound Med.* 2023;42(7):E13-E22. doi:10.1002/jum.16167

^d"Desinfección de transductores de ultrasonidos utilizados en procedimientos percutáneos. Intersocietal Position Statement." *American Institute of Ultrasound in Medicine | J Ultrasound Med.* 2021;40(5):895-897. doi:10.1002/jum.15653



ADVERTENCIA

Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado recomendado por el fabricante del producto químico, como **gafas** y **guantes de protección**.



ATENCIÓN

- No pulverice los limpiadores o desinfectantes directamente sobre las superficies del sistema o los conectores del sistema y el transductor. Esto puede provocar que la solución penetre en el sistema y lo dañe, lo que anularía la garantía.
- No intente desinfectar un transductor o su cable mediante un método que no figure aquí. No utilice productos químicos que no estén incluidos en este manual o en **www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants**, ya que se puede dañar el transductor y anular la garantía.
- Utilice únicamente limpiadores y desinfectantes autorizados por FUJIFILM Sonosite. El uso de una solución desinfectante no autorizada o en una concentración incorrecta puede dañar el sistema y el transductor y anular la garantía. Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante en cuanto a las concentraciones de la solución.



ADVERTENCIA

Los desinfectantes de alto nivel pueden causar daños al paciente si no se eliminan por completo del transductor. Siga las instrucciones de enjuagado del fabricante para eliminar los residuos químicos.

1. Toque **Entrar en modo limpieza** en el panel táctil o desde el menú del sistema para congelar los controles. Para salir del modo limpieza, deslice el control.
2. Cuando corresponda, retire la funda desechable del transductor.
3. Desconecte los transductores del sistema. Mientras limpia el sistema de ecografía, colóquelos temporalmente en un lugar en el que no se vaya a producir contaminación cruzada con un equipo o superficies limpias.
4. (Opcional) En caso de que algún tipo de suciedad, residuos o contaminantes hayan caído entre el sistema y la plataforma de la base, retire el sistema de la base para limpiar la zona (consulte [Extracción el sistema de la base \[15\]](#) y [Acoplamiento del sistema en la base \[14\]](#)).
5. Limpie y desinfecte las superficies exteriores del sistema y del soporte que se hayan ensuciado o contaminado. Siga este procedimiento:
 - a. Utilice una toallita previamente humedecida o un paño suave humedecido con limpiador o desinfectante de nivel bajo o intermedio. Escoja un producto de limpieza/desinfectante de la lista de productos aprobados.

Tabla 36. Limpiadores y desinfectantes de nivel intermedio aprobados para el sistema, la base y todos los transductores:

Producto ^{a,b}
SaniCloth Prime
SaniCloth Bleach
Oxivir TB

^aPara ver la lista completa de desinfectantes y productos de limpieza, visite la herramienta de desinfectantes y productos de limpieza disponible en www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

^bConsulte las instrucciones del fabricante y la hoja de seguridad para ver la concentración de uso, temperatura, duración y los métodos de enjuague adecuados.

- b. Elimine todos los contaminantes limpiando las zonas limpias hacia las zonas sucias. Este método ayuda a evitar que se produzca una contaminación cruzada.
- c. Desinfecte repitiendo el paso anterior con una nueva toallita.



ATENCIÓN

No utilice toallitas saturadas en exceso para limpiar el sistema. Las toallitas saturadas en exceso pueden provocar la penetración de líquidos en el sistema.

- d. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer los tiempos de contacto con humedad. Verifique que quede un aspecto húmedo. Si se seca, vuelva aplicar una nueva toallita.




NOTA

Los limpiadores y los desinfectantes pueden dejar residuos que dañen el sistema y el transductor. La limpieza con un paño húmedo puede eliminar residuos y mejorar la longevidad del sistema y el transductor.

- e. Deje que el sistema de ecografías se seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado.
6. Limpie y desinfecte el cable y el cuerpo del transductor. Siga este procedimiento:
 - a. Utilice una toallita previamente humedecida o un paño suave humedecido con limpiador o desinfectante de nivel bajo o intermedio. Seleccione un limpiador de la lista de limpiadores aprobados, incluida en la [Tabla 36, "Limpiadores y desinfectantes de nivel intermedio aprobados para el sistema, la base y todos los transductores: " \[173\]](#).
 - b. Elimine todos los contaminantes limpiando las zonas limpias hacia las zonas sucias. Este método ayuda a evitar que se produzca una contaminación cruzada.
 - c. Repita el paso anterior con una nueva toallita.

Figura 12. Limpieza del cable y el transductor con la ayuda de una toallita





ATENCIÓN

Evite que haya humedad cerca de los componentes electrónicos del conector.

- d. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer los tiempos de contacto con humedad. Verifique que quede un aspecto húmedo. Si se seca, vuelva aplicar una nueva toallita.
- 7. Compruebe que se han eliminado todos los geles y residuos del sistema, la base y el transductor. Si fuera necesario, repita todos los pasos de limpieza con una toallita nueva.



ADVERTENCIA

Si no se eliminan todo el gel y los restos, podrían quedar contaminantes en el transductor.

- 8. Prepare el desinfectante de nivel alto para utilizarlo.
 - a. Elija un desinfectante de alto nivel de la lista de limpiadores aprobados.


Tabla 37. Desinfectantes de nivel alto compatibles con los transductores de Sonosite MT:

Producto ^a	Transductores compatibles
Cidex	C5-1, L12-3, L15-4, L19-5, IC10-3, P5-1
Cidex OPA	C5-1, L12-3, L15-4, L19-5, IC10-3, P5-1
Revital-Ox RESERT	C5-1, L12-3, L15-4, L19-5, IC10-3, P5-1

^aPara ver una lista completa de los limpiadores y desinfectantes aprobados, consulte la herramienta sobre limpiadores y desinfectantes disponible en www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

- b. Revise las instrucciones del fabricante sobre la concentración, la temperatura y la duración.
- c. Compruebe la fecha de caducidad del frasco para asegurarse de que el desinfectante no haya caducado.
- d. Compruebe que los productos químicos desinfectantes tienen la concentración recomendada por el fabricante (mediante, por ejemplo, una prueba con una tira reactiva química).
- e. Compruebe si la temperatura del desinfectante no supera los límites recomendados por el fabricante.
- 9. Realice una desinfección de nivel alto del transductor. Para ello, sumerja el transductor en un desinfectante de nivel alto y deje tanto el conector como un mínimo de 31 cm del cable de conexión fuera del líquido.

Figura 13. Inmersión del transductor en un desinfectante de nivel alto



ATENCIÓN

- No ponga en remojo el transductor más tiempo del recomendado por el fabricante del producto químico.
- No sumerja el conector del transductor en ninguna solución desinfectante.
- Utilice únicamente limpiadores y desinfectantes autorizados por FUJIFILM Sonosite. El uso de una solución desinfectante no recomendada, o en una concentración incorrecta, puede dañar o decolorar el transductor y anular la garantía.

10. Enjuague el transductor tres veces en agua corriente y limpia o en un recipiente con agua limpia, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante. Tanto el conector como una longitud mínima de 31 cm del cable de conexión deberán permanecer fuera del líquido.
11. Seque el transductor con un trapo limpia sin fibras.
12. Deseche el desinfectante conforme a las directrices del fabricante.
13. Examine el transductor y el cable para detectar daños, como grietas o fracturas, por las que pueda entrar líquido. Si existen daños visibles, deje de utilizar el transductor y póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local.

Opción B: Limpieza y desinfección de bajo nivel del sistema, la base y el transductor (usos no críticos)

Siga el procedimiento que se indica más abajo para realizar la limpieza y desinfección del sistema de ecografía, el carro de transporte y el transductor **si no han entrado ni entrarán en contacto con lesiones cutáneas o membranas mucosas**.

Siga las instrucciones del fabricante cuando utilice limpiadores y desinfectantes. Los limpiadores y desinfectantes que figuran en el procedimiento son químicamente compatibles y se ha probado la eficacia de los procesos con el sistema, la base y los transductores. Confirme que los limpiadores y desinfectantes son adecuados para utilizarlos en su centro.



ADVERTENCIA

Si el sistema o el transductor han entrado en contacto con cualquiera de los elementos siguientes, use el procedimiento de limpieza y desinfección de alto nivel.

- Heridas de la piel
- Membranas mucosas



ADVERTENCIA

Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado recomendado por el fabricante del producto químico, como **gafas** y **guantes de protección**.



ATENCIÓN

- No pulverice los limpiadores o desinfectantes directamente sobre las superficies del sistema o los conectores del sistema y el transductor. Esto puede provocar que la solución penetre en el sistema y lo dañe, lo que anularía la garantía.
- No intente desinfectar un transductor o su cable mediante un método que no figure aquí. No utilice productos químicos que no estén incluidos en este manual o en www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants, ya que se puede dañar el transductor y anular la garantía.
- Utilice únicamente limpiadores y desinfectantes autorizados por FUJIFILM Sonosite. El uso de una solución desinfectante no autorizada o en una concentración incorrecta puede dañar el sistema y el transductor y anular la garantía. Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante en cuanto a las concentraciones de la solución.

1. Toque **Entrar en modo limpieza** en el panel táctil o desde el menú del sistema para congelar los controles. Para salir del modo limpieza, deslice el control.
2. Cuando corresponda, retire la funda desechable del transductor.
3. Coloque temporalmente los transductores en un lugar en el que no puedan contaminar los equipos o las superficies limpias mientras limpia el ecógrafo.
4. (Opcional) En caso de que algún tipo de suciedad, residuos o contaminantes hayan caído entre el sistema y la plataforma de la base, retire el sistema de la base para limpiar la zona (consulte [Extracción el sistema de la base \[15\]](#) y [Acoplamiento del sistema en la base \[14\]](#)).

5. Limpie y desinfecte las superficies exteriores del sistema y del soporte que se hayan ensuciado o contaminado. Siga este procedimiento:
 - a. Utilice una toallita previamente humedecida o un paño suave humedecido con limpiador o desinfectante de nivel bajo o intermedio. Escoja un producto de limpieza/desinfectante de la lista de productos aprobados.

Tabla 38. Limpiadores y desinfectantes de nivel intermedio aprobados para el sistema, la base y todos los transductores:

Producto ^{a,b}
SaniCloth Prime
SaniCloth Bleach
Oxivir TB

^aPara ver la lista completa de desinfectantes y productos de limpieza, visite la herramienta de desinfectantes y productos de limpieza disponible en www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

^bConsulte las instrucciones del fabricante y la hoja de seguridad para ver la concentración de uso, temperatura, duración y los métodos de enjuague adecuados.

- b. Elimine todos los contaminantes limpiando las zonas limpias hacia las zonas sucias. Este método ayuda a evitar que se produzca una contaminación cruzada.
- c. Desinfecte repitiendo el paso anterior con una nueva toallita.



ATENCIÓN

No utilice toallitas saturadas en exceso para limpiar el sistema. Las toallitas saturadas en exceso pueden provocar la penetración de líquidos en el sistema.

- d. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer los tiempos de contacto con humedad. Verifique que quede un aspecto húmedo. Si se seca, vuelva aplicar una nueva toallita.




NOTA

Los limpiadores y los desinfectantes pueden dejar residuos que dañen el sistema y el transductor. La limpieza con un paño húmedo puede eliminar residuos y mejorar la longevidad del sistema y el transductor.

- e. Deje que el sistema de ecografías se seque al aire en un espacio limpio y bien ventilado.
6. Limpie y desinfecte el cable y el cuerpo del transductor. Siga este procedimiento:
 - a. Utilice una toallita previamente humedecida o un paño suave humedecido con limpiador o desinfectante de nivel bajo o intermedio. Seleccione un limpiador de la lista de limpiadores aprobados, incluida en la [Tabla 38, "Limpiadores y desinfectantes de nivel intermedio aprobados para el sistema, la base y todos los transductores: " \[177\]](#).
 - b. Elimine todos los contaminantes limpiando las zonas limpias hacia las zonas sucias. Este método ayuda a evitar que se produzca una contaminación cruzada.
 - c. Desinfecte repitiendo el paso anterior con una nueva toallita.

Figura 14. Limpieza del cable y el transductor con la ayuda de una toallita



ATENCIÓN

Evite que haya humedad cerca de los componentes electrónicos del conector.

- d. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer los tiempos de contacto con humedad. Verifique que quede un aspecto húmedo. Si se seca, vuelva aplicar una nueva toallita.
7. Compruebe que se han eliminado todos los geles y residuos del sistema, la base y el transductor. Si fuera necesario, repita todos los pasos de limpieza con una toallita nueva.



ADVERTENCIA

Si no se eliminan todo el gel y los restos, podrían quedar contaminantes en el transductor.

8. Consulte las instrucciones del fabricante para eliminar cualquier resto de producto de limpieza o desinfectante del transductor.
9. Deje que el sistema de ecografía, la base y el transductor se sequen al aire en un espacio limpio y bien ventilado.
10. Examine el sistema, el transductor y el cable para detectar daños, como grietas o fracturas, por las que pueda entrar líquido.
Si se observan daños evidentes, no use el transductor. En su lugar, póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con su representante local.

Almacenamiento del transductor

1. Asegúrese de que se haya limpiado y desinfectado el transductor según se detalla en el apartado anterior.
2. Guarde el transductor de tal forma que cuelgue libremente y en vertical, y tome las siguientes precauciones:
 - Guarde el transductor lejos de otros transductores contaminados.
 - Guarde el transductor en un entorno seguro y bien ventilado. No guarde el transductor en contenedores cerrados o donde pueda acumularse condensación.
 - Evite la luz solar directa y la exposición a rayos X. El intervalo de temperaturas de almacenamiento recomendado está entre 0 °C y + 45 °C.
 - Si lo guarda en un estante de pared, asegúrese de lo siguiente:
 - Está montado de forma segura.
 - Las ranuras de almacenamiento no estropean el transductor ni causan daños en el cable.

- El estante tiene el tamaño adecuado y está bien colocado, de tal forma que el transductor no se pueda caer.
- Asegúrese de que el conector es compatible y seguro.

Transporte del transductor

Cuando transporte el transductor, debe tomar las precauciones oportunas para proteger al transductor de daños y evitar la contaminación cruzada. Asegúrese de usar un contenedor autorizado por su organización.



ADVERTENCIA

Evite la propagación de la contaminación desde el transductor hasta sus asas y conexión, o desde las asas y conexión hasta el cabezal del escáner desinfectado.

Transporte de un transductor sucio para limpiarlo

Un transductor sucio es aquel que ha sido contaminado y debe limpiarse antes de usarlo en una exploración.

1. Coloque el transductor en un contenedor autorizado y limpio.



ADVERTENCIA

Para evitar la contaminación cruzada o la exposición desprotegida del personal a material biológico, los contenedores usados para transportar los transductores contaminados deberán llevar una etiqueta de riesgo químico ISO similar a la siguiente:



ATENCIÓN

Asegúrese de que el transductor está seco antes de colocarlo en un contenedor cerrado. La condensación de un transductor húmedo puede dañar el conector.

2. Transporte el transductor en el contenedor hasta el lugar de procesamiento. No abra el contenedor hasta que el transductor esté listo para su limpieza.



ATENCIÓN

No deje el transductor en un contenedor sellado durante largos periodos de tiempo.

Transporte de un transductor limpio

Un transductor limpio es aquel que ha completado su proceso de limpieza y desinfección, se ha guardado de la forma adecuada y está listo para usarse en una exploración.

1. Coloque el transductor en un contenedor autorizado y limpio. Para indicar que el transductor está limpio, los contenedores usados para transportar los transductores limpios deberán llevar un certificado o una pegatina de verificación de limpieza.
2. Transporte el transductor en el contenedor hasta el lugar de uso. No abra el contenedor hasta que el transductor esté listo para su uso.

Envío de un transductor



ADVERTENCIA

Siempre que sea posible, evite enviar un transductor contaminado. Antes del envío, asegúrese de que el transductor se ha limpiado y desinfectado conforme a los pasos detallados en esta sección o de acuerdo con las instrucciones especiales recibidas de FUJIFILM Sonosite. Si devuelve el transductor a FUJIFILM Sonosite, documente el proceso de desinfección en una "Declaración de limpieza" y adhiérala a la lista de embalaje.

1. Coloque el transductor en el recipiente de envío y séllelo. Ninguna parte del transductor debe sobresalir del recipiente.
2. Cumpla las siguientes precauciones para enviar el transductor:
 - Etiquete claramente el recipiente como frágil.
 - No apile artículos sobre el recipiente de envío.
 - No abra el recipiente de envío hasta que no llegue a su destino final.
 - Cuando llegue, el transductor se debe limpiar y desinfectar antes de que se pueda usar en una exploración.

Limpieza y desinfección de los accesorios

Limpie los accesorios antes de su desinfección. Puede desinfectar la superficie exterior de los accesorios utilizando un desinfectante recomendado. Consulte la herramienta de limpiadores y desinfectantes disponible en www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants.

El siguiente procedimiento se aplica la mayor parte de los accesorios de Sonosite MT. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de usuario de los accesorios o siga las recomendaciones de limpieza y desinfección de las instrucciones del fabricantes de periféricos.



ATENCIÓN

Para evitar que se produzcan daños en el módulo de ECG y los cables, no los esterilice.



ATENCIÓN

Para evitar daños en la batería de la base, no deje que la solución limpiadora o el desinfectante entren en contacto con los terminales de la batería.

1. Al limpiar el módulo del ECG, examine los electrodos y los cables por si presentaran daños como grietas o fracturas.
2. Limpie las superficies externas del accesorio con una toallita previamente humedecida o un paño suave ligeramente humedecido con un limpiador o desinfectante de nivel intermedio aprobado.
Aplique la solución sobre el paño en lugar de hacerlo directamente sobre la superficie.
3. Con una nueva pasada desinfecte las superficies frotando desde las áreas limpias hasta las sucias.
4. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer los tiempos de contacto con humedad. Verifique que quede un aspecto húmedo. Si se seca, vuelva aplicar una nueva toallita.
5. Verifique que todo el gel y los residuos hayan sido eliminados. Si fuera necesario, repita todos los pasos de limpieza con una toallita nueva.

**NOTA**

- Limpie todos los cables de ECG con agua después de utilizar la lejía Sani-Cloth.
- Al limpiar los cables de ECG y el módulo de ECG, preste especial atención a las zonas de difícil acceso de los cables de electrodos, como las letras en relieve y los espacios entre los electrodos en la horquilla.

6. Seque con un paño limpio o al aire.

Seguridad

Este apartado contiene información general sobre la seguridad referente al sistema de ecografía, a los transductores, los accesorios y los periféricos. En caso de que se produzca un incidente grave de seguridad con el sistema de ecografía, informe a FUJIFILM Sonosite y a la autoridad competente del país en el que se encuentren el usuario y el paciente.

Seguridad ergonómica

Estas recomendaciones para la realización de exploraciones tienen por finalidad ayudarle a utilizar el sistema de ecografía de forma cómoda y eficaz.



ADVERTENCIA

- Para evitar trastornos osteomusculares, siga las recomendaciones de esta sección.
- El uso de un sistema de ecografía puede asociarse a trastornos musculoesqueléticos (MSD).^{e,f,g}
- Por uso de un sistema de ecografía se entiende la interacción física entre el operador, el sistema de ecografía y el transductor.
- Al utilizar un sistema de ecografía, al igual que al realizar numerosas actividades físicas similares, puede experimentar molestias ocasionales en las manos, dedos, brazos, hombros, ojos, espalda y otras partes del cuerpo. Sin embargo, si experimenta síntomas tales como molestias, dolor, punzadas, malestar, hormigueo, adormecimiento, sensación de quemazón o rigidez de forma constante o repetida, no pase por alto estos signos de advertencia. Consulte inmediatamente a un profesional de la salud cualificado. Este tipo de síntomas pueden estar relacionados con trastornos osteomusculares. Los trastornos osteomusculares pueden ser dolorosos y dar lugar a lesiones incapacitantes en nervios, músculos, tendones y otras partes del cuerpo. Algunos ejemplos de estos trastornos osteomusculares son la tendinitis y el síndrome del túnel carpiano.

^eMagnavita, N., L. Bevilacqua, P. Mirk, A. Fileni, y N. Castellino. "Work-related Musculoskeletal Complaints in Sonologists." *Occupational Environmental Medicine*. 41:11 (1999), p. 981-988.

^fCraig, M. "Sonography: An Occupational Hazard?" *Journal of Diagnostic Medical Sonography*. 3 (1985), p.121-125.

^gSmith, C.S., G.W. Wolf, G. Y. Xie, and M. D. Smith. "Musculoskeletal Pain in Cardiac Ultrasonographers: Results of a Random Survey." *Journal of American Society of Echocardiography*. (May1997), p. 357-362.



ADVERTENCIA

Si bien los investigadores no están aún en condiciones de responder a muchas preguntas acerca de los trastornos musculoesqueléticos, existe un acuerdo general en que ciertos factores como enfermedades y trastornos físicos preexistentes, el estado general de la salud, la posición del equipo y del cuerpo durante el trabajo, la frecuencia y la duración del trabajo y otras actividades físicas están asociados a este tipo de trastornos y pueden favorecer la aparición de los mismos.^h Esta sección proporciona recomendaciones que pueden ayudarle a trabajar con mayor comodidad y a reducir el riesgo de sufrir trastornos musculoesqueléticos.^{ij}

Colocación del sistema

Reduzca al mínimo la tensión ocular y cervical

- Si es posible, coloque el sistema a una distancia cómoda.
- Ajuste el ángulo del monitor clínico para minimizar los reflejos.
- Ajuste la altura para que el monitor clínico se encuentre a la altura de sus ojos o ligeramente por debajo.

Postura personal

Apoye la espalda durante los exámenes

- Use una silla que proporcione apoyo a la región lumbar, que se ajuste a la altura de la superficie de trabajo, que favorezca una posición natural y que permita un ajuste rápido de la altura.
- Siéntese o adopte una posición erguida en todo momento. Evite estar encorvado o inclinado.

Reduzca al mínimo los estiramientos y giros

- Utilice una camilla de altura ajustable.
- Coloque al paciente lo más cerca posible de usted.
- Mire hacia adelante. Evite girar la cabeza o el cuerpo.
- Mueva el cuerpo hacia atrás y coloque el brazo con el que realiza la exploración cerca de usted o ligeramente por delante de usted.
- En los exámenes difíciles, póngase de pie para evitar tener que estirarse.
- Coloque el monitor directamente delante de usted.

Utilice posturas cómodas para los hombros y los brazos

- Mantenga el codo cerca del cuerpo.
- Relaje los hombros en una posición nivelada.
- Apoye el brazo en un cojín o una almohada, o repóselo en la camilla.

Busque posturas cómodas para la mano, la muñeca y los dedos

^hWihlidal, L.M. y S. Kumar. "An Injury Profile of Practicing Diagnostic Medical Sonographers in Alberta." *International Journal of Industrial Ergonomics*. 19 (1997), p.205-216.

ⁱHabes, D.J. y S. Baron. "Health Hazard Report 99-0093-2749." University of Medicine and Dentistry of New Jersey. (1999).

^jVanderpool, H.E., E.A. Friis, B.S. Smith y K.L. Harms. "Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome and Other Work-related Musculoskeletal Problems in Cardiac Sonographers." *Journal of Medicine*. 35:6 (1993), p. 605-610.

- Sujete el transductor suavemente con los dedos.
- Reduzca al mínimo la presión aplicada al paciente.
- Mantenga recta la muñeca.

Realice descansos, haga ejercicio y varíe las actividades

- Reducir al mínimo el tiempo de exploración y tomarse descansos puede ser muy eficaz para que el cuerpo se recupere de la actividad física y para ayudarle a prevenir trastornos osteomusculares. Algunas tareas de la ecografía pueden requerir descansos más frecuentes o más prolongados. Sin embargo, con solo cambiar de tarea puede facilitar la relajación de ciertos grupos musculares mientras que otros siguen activos o bien entran en actividad.
- Utilice correctamente el software y el hardware para trabajar de manera eficiente.
- Muévase. Evite mantener la misma postura variando la posición de la cabeza, el cuello, el torso, los brazos y las piernas.
- Haga ejercicios específicos. Existen ejercicios específicos para fortalecer los distintos grupos musculares y que pueden ayudarle a prevenir trastornos osteomusculares. Póngase en contacto con un profesional sanitario cualificado para determinar los estiramientos y ejercicios adecuados para usted.

Seguridad eléctrica

Este sistema cumple la norma de seguridad IEC/EN 60601-1 y está clasificado como de Clase I cuando está conectado a la red eléctrica, o funciona con batería cuando se alimenta de las baterías internas.

Las piezas aplicadas al paciente son los transductores de ultrasonidos (tipo BF) y el módulo de ECG/los electrodos de ECG (tipo CF, a prueba de desfibrilación).

Además, el sistema cumple las normas de seguridad y CEM enumeradas en el apartado Normas de este documento.

Para lograr la máxima seguridad, siga estas advertencias y precauciones.



ADVERTENCIA

- Con el fin de evitarle al paciente molestias o pequeños riesgos de lesiones, mantenga las superficies calientes alejadas del paciente.
- Para evitar el riesgo de daños, no utilice el sistema en presencia de gases o gases anestésicos inflamables, ya que estos podrían dar lugar a una explosión.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, no abra las cajas del sistema o los accesorios. Todos los ajustes internos y recambios, salvo la sustitución de la batería, deben ser efectuados por un técnico cualificado.



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas:

- Utilice solamente equipos que tengan una toma de tierra adecuada. Existe peligro de descarga si la fuente de alimentación no tiene una conexión a tierra adecuada. La fiabilidad de las tomas de tierra solo se puede lograr cuando el equipo esté conectado a una toma marcada como "Solo hospital", "Calidad hospitalaria", o equivalente. No quite ni anule el cable a tierra.
- Conecte este equipo a una red de suministro eléctrico con toma de tierra.
- No permita que los conectores asociados de las piezas aplicadas entren en contacto con otras piezas conductivas, incluida la toma de tierra.
- Cuando utilice el sistema en un entorno donde la integridad del conductor de protección de tierra sea dudosa, trabaje con el sistema alimentado por la batería, sin utilizar la red de alimentación.
- No permita que ninguna parte del sistema (incluido el lector de código de barras, la fuente de alimentación o el conector de la fuente de alimentación), con excepción del transductor o los electrodos de ECG, toque al paciente.
- Mientras esté tocando un paciente, no toque nada de lo siguiente:
 - El sistema, la base o los accesorios conectados, excepto los electrodos de ECG y los transductores.
 - Los conectores de entrada y salida de señal del sistema o de la base.
 - Los contactos de la batería (dentro del compartimento de la batería).
 - El conector del transductor, situado en la parte inferior del sistema, cuando el sistema se utilice fuera de la base y el transductor esté desconectado.
 - El conector de cualquier transductor que no se esté utilizando cuando el sistema esté instalado en la base.
- No conecte el cable de la fuente de alimentación de CA del sistema a una toma de corriente múltiple portátil (regleta) ni a un cable alargador.
- Inspeccione la cara, la caja y el cable del transductor antes de utilizarlo. No utilice el transductor si este o su cable presentan daños.
- Antes de utilizar el accesorio de ECG de FUJIFILM Sonosite, examine el módulo, el cable y la conexión del cable. No lo utilice si el módulo o el cable están dañados.
- Apague el sistema y desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar el sistema.
- No utilice ningún transductor que haya permanecido sumergido en el agente limpiador más allá del límite especificado para limpieza o desinfección.
- Utilice solamente los accesorios y periféricos recomendados por FUJIFILM Sonosite, incluida la fuente de alimentación. La conexión de accesorios y periféricos no recomendados por FUJIFILM Sonosite puede dar lugar a una descarga eléctrica. Póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local para obtener una lista de accesorios y periféricos disponibles o recomendados por FUJIFILM Sonosite.
- No desmonte ni modifique la batería de la base.
- No abra la caja de la batería de la base ni la carcasa.



ADVERTENCIA

- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y de incendio:
 - Inspeccione los cables de alimentación de CA, los cables y los enchufes de vez en cuando. Asegúrese de que no estén dañados.
 - El conjunto de cables de alimentación que conecta la fuente de alimentación del sistema de ecografía o de la base a la red eléctrica solo debe utilizarse con el sistema y no debe utilizarse para conectar otros dispositivos a la red eléctrica.
 - No coloque el accesorio de ECG en un entorno húmedo.
- Para evitar que el operador o quienes se encuentren cerca sufran ningún tipo de daño, quite el transductor del paciente antes de aplicarle un impulso de desfibrilación de alta tensión.
- Debido a que el único método para eliminar por completo el cable de alimentación de la base es desconectar el cable de entrada de alimentación de la parte inferior de la base o de la toma de corriente de la pared, asegúrese de colocar la base en un lugar en el que pueda retirar con facilidad el cable de entrada de alimentación, si fuera necesario.
- Los fallos en el diseño de la seguridad eléctrica de los dispositivos conectados pueden hacer que se transmita tensión al sistema de ecografía. Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica al paciente o el usuario:
 - Utilice dispositivos de calidad médica.
 - Una vez se hayan realizado las conexiones, pruebe la seguridad eléctrica mediante los procedimientos de seguridad eléctrica del departamento de biomedicina.



ATENCIÓN

- No utilice el sistema si aparece un error en la visualización de la imagen; tome nota del código de error, llame a FUJIFILM Sonosite o a un representante local y apague el sistema manteniendo pulsada la tecla de corriente hasta que la unidad deje de funcionar.
- Para impedir que aumente la temperatura del sistema y de los conectores de los transductores, no bloquee el flujo de aire de los orificios de ventilación situados en la parte delantera y trasera del sistema.
- Si el sistema se sobrecalienta, este se apagará de forma automática.
- Si el asa del sistema está demasiado caliente al tacto, deje que el sistema se enfríe durante unos minutos o utilice guantes de protección antes de volver a colocarlo.



NOTA

El sistema incluye un terminal de ecualización de potencial, de conformidad con la norma IEC 60601-1, subcláusula 8.6.7, en la base del soporte que se puede usar en situaciones en las que se requiera conexión equipotencial en el lugar de instalación.

Clasificación de la seguridad eléctrica

Equipo de clase I	El sistema de ecografía está clasificado como equipo de Clase I cuando esté conectado a la fuente de alimentación externa o montado en la base, debido a que la fuente de alimentación externa es una fuente de alimentación con toma de tierra de protección de Clase I.
Equipo alimentado internamente	El sistema de ecografía se clasifica como equipo de alimentación interna cuando se alimenta de la batería interna (no está conectado a la corriente alterna).
Partes aplicables de tipo BF	Transductores de ecografía
Partes aplicables de tipo CF	Módulo/electrodos de ECG
Protección IPX0	Ecógrafo (dentro y fuera del carro de transporte)
Protección IP22	Módulo de ECG y protección contra tirones para los cables. Cable y adaptador del conector de ECG externo y conector del cable (cuando está conectado). Asegúrese de que los contactos estén secos tras haber estado expuestos a la humedad.
Protección IPX5	Cables de ECG, excepto conectores y contactos eléctricos. Asegúrese de que los contactos estén secos tras haber estado expuestos a la humedad.
Protección IPX7	Transductores de ecografía
No de la categoría AP/APG	El sistema de ecografía, junto con la fuente de alimentación, los elementos de la base y los periféricos conectados no son aptos para el uso en presencia de gases anestésicos inflamables mezclados con aire, oxígeno u óxido nítrico.
Modo de funcionamiento	Continuo

Desconexión del sistema de ecografía de la alimentación

El sistema de ecografía Sonosite MT no se desconecta totalmente de la alimentación al pulsar el botón de encendido. Siga este procedimiento para aislarlo completamente de la alimentación.

1. Pulse el botón de encendido.
2. Escuche el tono de audio.



ATENCIÓN

Si desconecta el cable de alimentación de CA antes de oír el tono, se podría producir una pérdida de datos. Si no oye un tono, puede que su sistema esté configurado para permanecer en silencio. Para volver a instaurar los sonidos, consulte [Configuración de los ajustes de audio \[45\]](#).

3. Si el sistema está conectado a la alimentación de CA, desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de la red eléctrica.
4. Desconecte todos los dispositivos anclados en los puertos del sistema, incluidos los transductores.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el sistema se encuentra anclado a la base, extráigalo de la base.

- Si el sistema se está utilizando fuera de la base, desconecte la fuente de alimentación portátil del sistema.
6. Retire las baterías (consulte [Instalación o sustitución de las baterías del sistema \[16\]](#)).
 7. Desconecte la batería de la base destornillando y retirando los cables de alimentación que encontrará en el pack de baterías.

Seguridad del equipo

Para proteger el sistema de ecografía, los transductores y los accesorios, tenga presente las siguientes precauciones.



ADVERTENCIA

Cuando transporte el sistema, para evitar posibles lesiones por el vuelco de este, cierre siempre la tapa del sistema y ajuste la base a la posición más baja, en lugar de empujar hacia abajo el asa o empujar el monitor clínico. No utilice el asa del sistema para empujarlo. Utilice el asa de la base en su lugar.



ATENCIÓN

- Doblar o retorcer los cables en exceso puede provocar un fallo o un funcionamiento intermitente.
- Una limpieza o desinfección deficientes de cualquier parte del sistema podría provocar daños permanentes. En el [Limpieza y desinfección \[169\]](#) encontrará instrucciones de limpieza y desinfección.
- No sumerja el conector del transductor en ninguna solución. El cable es impermeable solo hasta la interfaz entre el cable y el conector del transductor.
- No utilice disolventes como diluyente de pintura o benceno ni limpiadores abrasivos en ninguna parte del sistema.
- No derrame ningún líquido sobre el sistema.
- Coloque el sistema de forma que tenga acceso al conector del cable de la red eléctrica.
- Desconecte el cable del conector de ECG externo del monitor de paciente antes de transportar el sistema de ecografía.

Seguridad de la batería

Para evitar que las baterías estallen, se inflamen o emitan vapores y causen lesiones personales o daños al equipo, tome las siguientes precauciones:



ADVERTENCIA

- La batería tiene un dispositivo de seguridad. No desmonte ni modifique la batería.
- Cargue las baterías sólo cuando la temperatura ambiente se encuentre entre 0° y 40 °C (32° y 104 °F).
- No cortocircuite la batería estableciendo una conexión directa entre los terminales positivo y negativo y algún objeto metálico.
- No toque los contactos de la batería.
- No caliente la batería ni la eche al fuego.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C. Manténgala alejada del fuego u otras fuentes de calor.
- No cargue la batería en las inmediaciones de una fuente de calor, como las llamas o un calentador.
- No exponga la batería a la luz solar directa.
- No la perforo con objetos puntiagudos; no golpee ni pise la batería.
- No utilice baterías dañadas.
- No suelde la batería.
- La polaridad de los terminales de la batería es fija y no puede conmutarse ni invertirse. Asegúrese de que las baterías se han colocado en la orientación correcta.
- No conecte la batería a una toma de corriente eléctrica.
- No siga cargando la batería si no se ha recargado al cabo de dos ciclos sucesivos de seis horas de carga. Sustituya la batería.
- No envíe una batería dañada sin haber recibido instrucciones del departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite.
- Si la batería presenta fugas o emite olores, aléjela de todas las posibles fuentes de combustión.



ATENCIÓN

- No sumerja la batería en agua ni deje que se moje.
- No introduzca la batería en hornos de microondas o recipientes presurizados.
- Si la batería desprende olores o calor, tiene deformaciones o manchas, o presenta alguna característica anormal durante el uso, la carga o el almacenamiento, extráigala inmediatamente del sistema y deje de utilizarla. Si tiene preguntas acerca de la batería, póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con el representante local.
- Utilice únicamente baterías de FUJIFILM Sonosite.
- Periódicamente, asegúrese de que la batería se carga completamente. Si la batería no carga completamente, sustitúyala.
- No utilice ni cargue la batería con equipos que no sean de FUJIFILM Sonosite. Cargue la batería del sistema únicamente con el sistema.
- Las baterías contienen una tecnología de batería que precisa de una recarga periódica para que el rendimiento sea óptimo. Si no se carga durante meses, el rendimiento de la batería podría disminuir o la batería podría quedar inutilizable.
- Para evitar que la batería de la base se descargue, no conecte el cable de salida de CC de la batería a su propio conector de entrada de CC ni al de otra batería de la base.
- Para evitar daños en el sistema o en las baterías, no instale paquetes de baterías que no correspondan al sistema. Compruebe que los paquetes de baterías tienen números de pieza que coinciden.

Seguridad clínica



ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones, compruebe todas las sujeciones y conexiones.
- FUJIFILM Sonosite recomienda no usar dispositivos electromédicos de alta frecuencia cerca de sus sistemas. El equipo FUJIFILM Sonosite no ha sido validado para utilizarse con dispositivos electroquirúrgicos de alta frecuencia ni durante intervenciones con este tipo de aparatos. El uso de aparatos electromédicos de alta frecuencia en las cercanías de sus sistemas puede provocar un comportamiento anómalo del sistema o que se apague. Para evitar el riesgo de quemaduras, no utilice el transductor con equipos quirúrgicos de alta frecuencia. Dicho peligro puede producirse en caso de un defecto en la conexión de los electrodos neutros quirúrgicos de alta frecuencia.
- La temperatura máxima del cabezal de exploración del transductor puede ser superior a 41 °C, pero es inferior a 43 °C cuando está en contacto con el paciente. Al utilizar el transductor en niños o en otros pacientes sensibles a las altas temperaturas, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de tomar precauciones especiales.
- No utilice el sistema si muestra un comportamiento errático o imprevisible. Las discontinuidades en la secuencia de exploración indican un fallo de hardware que se debe corregir antes de utilizarlo.



ADVERTENCIA

- Algunas fundas de transductor contienen látex de caucho natural y talco que pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. FUJIFILM Sonosite recomienda identificar a sus pacientes sensibles al talco y al látex y prepararse para tratar las reacciones alérgicas inmediatamente.
- Lleve a cabo las exploraciones ecográficas de forma prudente. Utilice el criterio ALARA (tan bajo como sea razonablemente posible) y siga la información sobre el uso prudente respecto del índice mecánico (IM) y del índice térmico (IT).
- En la actualidad, FUJIFILM Sonosite no recomienda ninguna marca especial de aislante acústico. Si se utiliza un aislante acústico, debe tener como mínimo una atenuación de 0,3 dB/cm/MHz.
- Utilice fundas de transductor y geles de acoplamiento estériles y aprobados para su comercialización en intervenciones transrectales, transvaginales o de aguja guiada. Aplique la funda del transductor y el gel de acoplamiento en el momento en que se disponga a efectuar el procedimiento. Tras su uso, retire y deseche la funda de un solo uso y limpie y desinfecte el transductor con un desinfectante recomendado por FUJIFILM Sonosite.
- Para evitar aplicar niveles de tensión peligrosos al paciente mientras hay un dispositivo conectado al puerto de salida de vídeo digital, no toque el sistema de ecografía y al paciente a la vez. Compruebe la seguridad eléctrica del sistema con un ingeniero biomédico debidamente formado.
- Para no causar lesiones al paciente y reducir su riesgo de contraer infecciones, tenga en cuenta lo siguiente:
 - Siga las precauciones universales al insertar y mantener un dispositivo médico para intervenciones y procedimientos intervencionistas.
 - Es necesario contar con la formación adecuada en procedimientos intervencionistas estipulada por las prácticas médicas pertinentes, así como en el funcionamiento correcto del sistema de ecografía y el transductor. Durante el acceso vascular, existe la posibilidad de que surjan complicaciones graves, entre las cuales se incluyen: neumotórax, punción arterial y colocación inadecuada del alambre guía.

Materiales peligrosos



ADVERTENCIA

Los productos y los accesorios pueden contener materiales peligrosos. Cuando deseche los productos y accesorios, sea medioambientalmente responsable y cumpla las normativas federales y locales sobre la eliminación de materiales peligrosos.

Compatibilidad electromagnética

El sistema de ecografía se ha probado, evaluado y verificado para cumplir con los límites de compatibilidad electromagnética de los dispositivos médicos según la norma IEC 60601-1-2:2014 (Edición 4.0), IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 (Edición 4.1) e IEC TS 60601-4-2:2024 (Edición 1.0). El sistema de ecografía puede utilizarse en el entorno de las instalaciones sanitarias profesionales, excepto cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia activos o en una sala blindada de RF donde se obtienen imágenes de resonancia magnética, ya que ambos producen elevadas interferencias electromagnéticas que podrían provocar una alteración de su rendimiento. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación médica típica.



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de emisiones electromagnéticas elevadas o la disminución de la inmunidad, utilice únicamente los accesorios y periféricos recomendados por FUJIFILM Sonosite. La conexión de accesorios y periféricos no recomendados por FUJIFILM Sonosite puede provocar un mal funcionamiento del sistema de ecografía o de otros equipos electromédicos cercanos. Póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite o con un representante local para obtener una lista de accesorios y periféricos disponibles o recomendados por FUJIFILM Sonosite. Consulte [Accesorios y periféricos compatibles \[197\]](#).



ATENCIÓN

El nivel de compatibilidad electromagnética del sistema de ecografía puede disminuir si este se utiliza en un entorno severo en el que se exponga a un alto nivel de humedad, temperaturas elevadas o a grandes vibraciones y sacudidas durante largos periodos de tiempo. Si observa indicios de una disminución del nivel de compatibilidad electromagnética, consulte las precauciones que se indican en la sección siguiente. Si, tras haber tomado las precauciones indicadas, todavía se observa un nivel de compatibilidad electromagnética bajo, es posible que sea necesario someter el sistema a trabajos de mantenimiento para alcanzar el nivel óptimo de compatibilidad electromagnética.



ATENCIÓN

En los equipos electromédicos, deben tomarse precauciones especiales en relación a la compatibilidad electromagnética. Los equipos deben ser instalados y manejados según estas instrucciones. Es posible que los altos niveles de interferencia electromagnética de radiofrecuencia radiada o conducida provenientes de los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia móviles y portátiles o de otras fuentes cercanas de radiofrecuencia provoquen interferencias en el sistema de ecografía. Algunos síntomas de interferencia son mala calidad o distorsión de la imagen, lecturas irregulares, interrupción del funcionamiento del equipo u otros tipos de funcionamiento incorrecto. Si ocurre esto, inspeccione el lugar para encontrar las posibles fuentes de interferencia y tome las siguientes medidas para eliminarlas.

- Apague y encienda los dispositivos cercanos para determinar cuál es el que causa la interferencia.
- Cambie de lugar u orientación el equipo que causa la interferencia.
- Aumente la distancia entre el equipo que causa la interferencia (o el equipo con el que interfiere) y el sistema de ecografía.
- Conecte el equipo de ecografía y el equipo que causa la interferencia (o el equipo con el que interfiere) a tomas de corriente de circuitos distintos.
- Regule el uso de frecuencias próximas a las del sistema de ecografía.
- Retire los dispositivos sensibles a las interferencias electromagnéticas.
- Disminuya la intensidad de las fuentes internas que estén bajo el control del centro (como los buscapersonas).
- Ponga etiquetas en los equipos susceptibles a las interferencias electromagnéticas.
- Instruya al personal clínico para que pueda reconocer posibles problemas relacionados con las interferencias electromagnéticas.
- Elimine o reduzca las interferencias electromagnéticas con soluciones técnicas (como blindajes).
- Limite el uso de dispositivos de comunicación personal (móviles, portátiles) en zonas donde existan dispositivos sensibles a las interferencias electromagnéticas.
- Comparta la información de compatibilidad electromagnética con otras personas, especialmente si se están evaluando equipos adquiridos recientemente que pueden generar interferencias electromagnéticas.
- Adquiera dispositivos médicos que cumplan con las normas de compatibilidad electromagnética IEC 60601-1-2.
- No apile otros equipos sobre el sistema de ecografía ni utilice otros equipos cerca o junto al sistema de ecografía. Si no se puede evitar, debe observar si el sistema funciona con normalidad.

Transmisión inalámbrica

El ecógrafo contiene un transmisor interno IEEE 802.11 y Bluetooth que emplea las bandas de frecuencia industriales, científicas y médicas (ICM) de 2,412 a 2,484 GHz y/o de 5,15 a 5,825 GHz. El transmisor es compatible con los protocolos de comunicación inalámbrica Bluetooth y 802.11 a/b/g/n/ac/ax:

- 2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ax (HT20), 802.11ax (HT40), Bluetooth
- 5 GHz: 802.11a, 802.11n, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ax (VHT20), 802.11ax (VHT40), 802.11ax (VHT80), 802.11ax (vHT160)

La frecuencia, el modo y la potencia máxima de transmisión:

- IEEE 802.11a (5,150 a 5,850GHz) con multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) con 17,75 dBm @54 Mbps típico
- IEEE 802.11ac (5,150 a 5,850GHz) con multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) con 17,25 dBm @MCS8 típico
- IEEE 802.11b con espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) con 20 dBm @11 Mbps típico
- IEEE 802.11g con multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) con 17 dBm @54 Mbps típico
- IEEE 802.11n con multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) con 17,5 dBm @MCS7 típico



NOTA

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras normas pertinentes de la Directiva 2014/53/UE, la FCC y el Ministerio de Industria de Canadá.

Descarga electrostática



ADVERTENCIA


A menos que siga los procedimientos de precaución relativos a la descarga electrostática, no conecte ni toque (con el cuerpo o con herramientas manuales) las clavijas (contactos) de los conectores que tengan la etiqueta de dispositivo sensible a la descarga electrostática.



ATENCIÓN

La descarga electrostática o choque estático es un fenómeno que se produce de manera natural. La descarga electrostática es habitual cuando la humedad es baja, situación que pueden provocar la calefacción o el aire acondicionado. La descarga electrostática es una descarga de la energía eléctrica que tiene un cuerpo cargado en un cuerpo sin carga o con menos carga. El grado de la descarga puede ser suficiente para provocar daños en un transductor o un sistema de ecografía. Se pueden reducir las descargas electrostáticas tomando las siguientes precauciones: aplicar un aerosol antiestático sobre alfombras y linóleo y utilizar esterillas antiestáticas.

Figura 15. Conectores con la etiqueta de dispositivos sensibles a la electricidad electrostática



1. Etiqueta de dispositivos susceptibles a la electricidad electrostática
2. Clavijas del transductor (contactos)
3. Clavijas del conector del transductor triple (TTC) a los conectores del sistema (contactos)
4. Clavijas TTC (contactos)
5. Clavijas del sistema (contactos)

Los procedimientos preventivos sobre descargas electrostáticas son los siguientes:

- Todo el personal que participe en estas tareas deberá recibir una formación acerca de las descargas electrostáticas que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos: una explicación del símbolo de advertencia de descargas electrostáticas, los procedimientos preventivos ante descargas electrostáticas, una introducción a los fundamentos físicos de la carga electrostática, los niveles de tensión que pueden surgir en la práctica habitual y los daños que pueden sufrir los componentes electrónicos si una persona cargada con electricidad estática entra en contacto con el equipo.
- Evitar la acumulación de carga electrostática. Por ejemplo, uso de humidificación, revestimientos de suelos conductivos, ropa no sintética, ionizadores y minimización de materiales aislantes.
- Descargue su cuerpo a la tierra.
- Use una muñequera para unirse al sistema de ecografía o a la tierra.

Distancia de separación

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles y el sistema de ecografía de Sonosite MT



ADVERTENCIA

Los equipos portátiles de comunicaciones de radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como los cables de antenas y las antenas externas) deben utilizarse a una distancia de 30 cm como mínimo de cualquier pieza del sistema de ecografía, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría producirse una degradación en el rendimiento del equipo.

El sistema de ecografía Sonosite MT está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que estén controladas las perturbaciones de radiofrecuencia (RF). El cliente o el usuario del sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite pueden contribuir a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles (transmisores) y el sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite conforme a las siguientes recomendaciones, de acuerdo con la potencia máxima de salida de los equipos de comunicación.

Tabla 39. Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

Potencia nominal máxima de salida (vatios) ^a	De 150 kHz a 80 MHz $d=1,2 \sqrt{P}$	De 80 MHz a 800 MHz $d=1,2 \sqrt{P}$	De 800 MHz a 2,7 GHz $d=2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

^aPara transmisores con una potencia nominal máxima de salida no incluida en el listado anterior, la distancia de separación (d) recomendada en metros (m) se puede calcular utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Accesorios y periféricos compatibles

FUJIFILM Sonosite ha probado el sistema de ecografía Sonosite MT con los siguientes accesorios y dispositivos periféricos, y ha demostrado que cumplen los requisitos dispuestos en las normas IEC 60601-1-2:2014 e IEC 60601-1-2:2014+A1:2020. Puede usar los siguientes accesorios de FUJIFILM Sonosite y dispositivos periféricos de terceros con el sistema de ecografía Sonosite MT.



ADVERTENCIA

- El uso de los accesorios con sistemas médicos distintos al sistema de ecografía Sonosite MT podría provocar un aumento de las emisiones o la disminución de la inmunidad del sistema médico.
- El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados o suministrados por FUJIFILM Sonosite podría provocar un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad electromagnética del equipo, lo que tendría como resultado un funcionamiento inadecuado.

Tabla 40. Accesorios y periféricos compatibles

Descripción	Longitud máxima del cable
Transductor C5-1	1,7 m
Transductor IC10-3	1,7 m
Transductor L12-3	1,7 m
Transductor L15-4	1,7 m
Transductor L19-5	1,7 m
Transductor P5-1	1,7 m
Kit de arranque de guías aguja CIVCO, C5-1, Infiniti Plus	—
Kit de arranque de guías aguja CIVCO, IC10-3	—
Kit de arranque de guías aguja CIVCO, L12-3, Infiniti Plus	—
Kit de arranque de guías aguja CIVCO, L15-4, Infiniti Plus	—
Kit de arranque de guías aguja CIVCO, L19-5, Infiniti Plus	—
Kit de arranque de guías aguja CIVCO, L19-5, Accusite	—
Gel Aquasonic	—
Batería	—
Caja de la batería de la base con baterías	—
Base	—
Plataforma de la base	—
Conector de transductor triple (TTC)	0,15 m
Cable de alimentación de CA de la base	3,1 m
Fuente de alimentación portátil con cable de CC	2 m
Cable de alimentación de CA portátil	1 m
Soportes para geles y toallitas	—
Contenedor de almacenamiento	—
Concentrador de entrada/salida (E/S)	—
Cable Ethernet	15 m
Memoria flash USB (64 GB)	—
Impresora en blanco y negro	—
Cable de alimentación de la impresora en blanco y negro	0,45 m
Módulo de ECG	0,56 m
Cables del ECG	2,62 m
Cable y adaptador del conector de ECG externo	4,5 m

**NOTA**

Para los transductores, la longitud máxima del cable se mide entre cada protección contra tirones. Las longitudes indicadas no incluyen las longitudes del cable en las siguientes ubicaciones: debajo de los elementos de protección contra tirones, dentro de la caja del transductor o en el interior del conector del transductor.

Declaración del fabricante

Las tablas de este apartado muestran el entorno de uso previsto y los niveles de cumplimiento de compatibilidad electromagnética del sistema. Para obtener un rendimiento máximo, asegúrese de que el sistema se utilice en entornos como los descritos en las tablas.

El sistema ha sido diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación.

Tabla 41. Declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas según la norma IEC 60601-1-2:2014 e IEC 60601-1-2:2014+A1:2020

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético
CISPR 11 de emisiones de RF	Grupo 1	El sistema de ecografía Sonosite MT utiliza energía de radiofrecuencia solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
CISPR 11 de emisiones de RF	Clase B	El sistema de ecografía Sonosite MT se puede utilizar en todo tipo de edificios, incluidos los residenciales y aquellos que tengan una conexión directa a la red eléctrica pública de baja tensión que suministra energía a edificios residenciales.
IEC 61000-3-2 de emisiones de armónicos	Clase A	—
IEC 61000-3-3 de fluctuaciones y parpadeo de tensión	Conforme	—

El sistema ha sido diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación.

Tabla 42. Declaración del fabricante: inmunidad electromagnética según la norma IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 e IEC TS 60601-4-2:2024

Prueba de inmunidad	Nivel de ensayo IEC 60601-1-2, IEC TS 60601-4-2	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético
Descargas electroestáticas IEC 61000-4-2	$\pm 8,0$ kV contacto, $\pm 2,0$ kV, $\pm 4,0$ kV, ± 8.0 kV ± 15 kV aire	$\pm 8,0$ kV contacto, $\pm 2,0$ kV, $\pm 4,0$ kV, ± 8.0 kV ± 15 kV aire	Los suelos deben ser de madera, cemento o baldosa cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos de un 30 %.
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas IEC 61000-4-4	± 2 kV en la red ± 1 kV en las líneas de señal	± 2 kV en la red ± 1 kV en las líneas de señal	La calidad de la red eléctrica debe ser la típica de los entornos comerciales u hospitalarios.
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1 kV de líneas a líneas ± 2 kV de las líneas a tierra	± 1 kV de líneas a líneas ± 2 kV de las líneas a tierra	La calidad de la red eléctrica debe ser la típica de los entornos comerciales u hospitalarios.

Prueba de inmunidad	Nivel de ensayo IEC 60601-1-2, IEC TS 60601-4-2	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en líneas de alimentación eléctrica IEC 61000-4-11	0 % U_T durante medio ciclo 0 % de caída en U_T durante 1 ciclo 70 % U_T (30 % de caída en U_T) durante 500 ms <5% U_T (95% de caída en U_T) durante 5 s	0 % U_T durante medio ciclo 0 % de caída en U_T durante 1 ciclo 70 % U_T (30 % de caída en U_T) durante 500 ms <5% U_T (95% de caída en U_T) durante 5 s	La calidad de la red eléctrica debe ser la típica de los entornos comerciales u hospitalarios. Si el usuario necesita que el sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite funcione de forma continua durante una interrupción del suministro eléctrico, se recomienda suministrar energía al sistema FUJIFILM Sonosite desde una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Campo magnético a frecuencia industrial IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Si se producen distorsiones en la imagen, puede ser necesario situar el sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite alejado de fuentes de campos magnéticos a frecuencia industrial o bien colocar algún tipo de blindaje magnético. El campo magnético a frecuencia industrial debe medirse en la localización de instalación prevista para garantizar que es lo suficientemente bajo.
Campos magnéticos de proximidad IEC 61000-4-39 aplicable solo para la norma IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 (Edición 4.1)	Según 60601-1-2:2014+A1:2020, tabla 11	Según 60601-1-2:2014+A1:2020, tabla 11	Si se producen distorsiones en la imagen, puede ser necesario situar el sistema de ecografía de FUJIFILM Sonosite alejado de fuentes de campos magnéticos de proximidad o bien colocar algún tipo de blindaje magnético. Los campos magnéticos de proximidad deben medirse en la instalación prevista para garantizar que son suficientemente bajos.
Radiofrecuencia conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz\ 6 Vrms en bandas ICM	3 Vrms 6 Vrms en bandas ICM	Los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles no se deben utilizar a una distancia menor de cualquier pieza del sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite (incluidos los cables) que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = 1.2 \sqrt{P}$

Prueba de inmunidad	Nivel de ensayo IEC 60601-1-2, IEC TS 60601-4-2	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético
Radiofrecuencia radiada IEC 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz a 2,7 GHz	3 V/m De 80 MHz a 2,7 GHz	$d = 1,2\sqrt{P}$ de 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ de 800 MHz a 2,7 GHz Donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Intensidad de campo de los transmisores de RF fijos, determinada por un estudio electromagnético del lugar ^a , debe ser inferior al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencias ^b . Se pueden producir interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente símbolo:  (IEC 60417 No. 417-IEC-5140: "Fuente de radiación no ionizante")
Campos de proximidad desde los equipos de comunicaciones inalámbricas IEC 61000-4-3	Según 60601-1-2:2014 e IEC 60601-1-2:2014+A1 :2020, tabla 9	Según 60601-1-2:2014 e IEC 60601-1-2:2014+A1 :2020, tabla 9	—

^aNo se pueden predecir teóricamente con precisión las intensidades de campo de transmisores fijos como estaciones base de radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios terrestres móviles, equipos de radioaficionado, radiodifusión en AM y FM y televisión. Para evaluar el entorno electromagnético en relación con transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar una inspección electromagnética del lugar. Si la intensidad medida del campo en la ubicación en la que se utiliza el sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite supera el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable anteriormente mencionado, deberá observarse el sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite para verificar que presenta un funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar el sistema de ecografía FUJIFILM Sonosite.

^bEn el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Requisitos básicos de rendimiento

De acuerdo con la norma 60601-2-37, a continuación se exponen los requisitos básicos de rendimiento del sistema de ecografía Sonosite MT. El sistema de ecografía Sonosite MT debe estar libre de lo siguiente:

- Ruido en una forma de onda, artefactos o distorsión en una imagen, o un error en un valor numérico mostrado que no se puedan atribuir a un efecto fisiológico y que puedan alterar el diagnóstico.
- Visualización de valores numéricos incorrectos asociados con el diagnóstico que se está realizando.
- Visualización de indicaciones relacionadas con la seguridad incorrectas.
- Generación de salida de ultrasonidos accidental o excesiva.
- Generación de temperatura en la superficie de la unidad de transductor accidental o excesiva.
- Producción de movimiento accidental o sin control de las unidades de transductor destinadas a un uso intracorporal.

Los resultados de la prueba de inmunidad electromagnética (EMC) muestran que el sistema de ecografía Sonosite MT cumple los requisitos de rendimiento básicos especificados en las normas 60601-2-37,. En caso de que el operador detecte una disminución inaceptable del rendimiento, deberá dejar de utilizar el equipo y tomar las precauciones adecuadas, tal como se explica en [Compatibilidad electromagnética \[193\]](#).

Disminución aceptable del rendimiento de acuerdo con la norma IEC TR 60601-4-2

Disminución del rendimiento durante la prueba de inmunidad: se permite la disminución. El rendimiento esencial puede verse afectado, pero de una forma en la que no afecta al diagnóstico. El diagnóstico puede retrasarse si el rendimiento esencial se ve afectado de una forma que impide el diagnóstico inmediato.

Disminución del rendimiento después de la prueba de inmunidad: no se permite la disminución. El sistema de ecografía y los accesorios deben superar todas las pruebas de funcionamiento y seguridad.

El sistema de ecografía Sonosite MT se ha probado de acuerdo con las recomendaciones de la norma IEC TR 60601-4-2: Equipos eléctricos médicos - Parte 4-2: Orientación e interpretación - Inmunidad electromagnética: rendimiento de equipos eléctricos médicos y sistemas eléctricos médicos. Los resultados de las pruebas de inmunidad a la compatibilidad electromagnética determinan que el sistema de ecografía Sonosite MT cumple los requisitos de rendimiento especificados en la norma IEC TR 60601-4-2. En caso de que el operador detecte una disminución inaceptable del rendimiento, deberá dejar de utilizar el equipo y tomar las precauciones adecuadas, tal como se explica en [Compatibilidad electromagnética \[193\]](#).

El tiempo de recuperación máximo de la mayoría de las pruebas de inmunidad de transitorios (transitorios eléctricos rápidos/repetitivos, descarga de alta energía y caídas de tensión [0 %]) es de 1 segundo o menos. El tiempo de recuperación máximo de la descarga electrostática es de 3 segundos o menos.

Precauciones de la FCC: las pruebas a las que se ha sometido este equipo han determinado que se incluye dentro de los límites de dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radioeléctricas. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. En caso de que este equipo genere interferencias perjudiciales para otros equipos electrónicos o sanitarios, tome las precauciones adecuadas que se detallan en [Compatibilidad electromagnética \[193\]](#).

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



NOTA

La FCC define «interferencia perjudicial» en el 47 CFR §2.122 de la siguiente manera: Interferencia que pone en peligro el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrada gravemente, obstruye o interrumpe repetidamente un servicio de radiocomunicación que funciona de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Símbolos del etiquetado

Los siguientes símbolos se utilizan en los productos, el embalaje y los recipientes.


Tabla 43. Símbolos de etiquetado relativos a las normas

Símbolo	Descripción	Referencias normativas
	Fabricante Indica el fabricante del producto sanitario	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.1.1
	Fecha de fabricación Para indicar la fecha en que se fabricó un producto	ISO 7000: Símbolos gráficos para utilizar en equipos 5.1.3
	Número de serie Indica el número de serie del fabricante para poder identificar el producto sanitario	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.1.7
	Número de referencia Indica el número de referencia del fabricante para poder identificar el producto sanitario	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.1.6
	Precaución Indica que es necesario prestar atención al utilizar el dispositivo o control cerca de donde se encuentre el símbolo	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.4.4
	Frágil, manipule con cuidado Indica un producto sanitario que puede romperse o dañarse si no se manipula con cuidado	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.3.1

Símbolo	Descripción	Referencias normativas
	Mantener seco Indica un producto sanitario que necesita protegerse de la humedad	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.3.4
	Límite de temperatura Indica los límites de temperatura a los que puede exponerse de manera segura el producto sanitario	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.3.7
	Limitaciones de presión atmosférica Indica el rango de presión atmosférica al que puede exponerse de manera segura el producto sanitario	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.3.9
	Limitación de humedad Indica el rango de humedad al que puede exponerse de manera segura el producto sanitario	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.3.8
	Límite de apilado por número No apilar más de n en altura, donde n representa el número presente en la etiqueta	ISO 7000 Símbolos gráficos para utilizar en equipos 2403
	Consulte el manual/folleto de instrucciones	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.2-10
	Consulte las instrucciones de uso Indica que deben tenerse en cuenta las instrucciones de funcionamiento al utilizar el dispositivo o control cerca de donde se encuentra el símbolo	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.4.3
	Radiación electromagnética no ionizante. Para señalar unos niveles de radiación no ionizante normalmente altos y potencialmente peligrosos, o para señalar los sistemas o equipos (por ejemplo, de una zona electromédica) que incluyen transmisores de radiofrecuencia o que aplican de forma intencionada energía electromagnética para fines de diagnóstico o de tratamiento	IEC 60417: Símbolos gráficos para usar en equipos 5140
	Reciclaje de cartón corrugado La caja de transporte está hecha de cartón corrugado y debería reciclarse en consecuencia	—

Símbolo	Descripción	Referencias normativas
	FCC: examinado de acuerdo con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones. El sistema cumple las normativas de FCC pertinentes en materia de dispositivos electrónicos.	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Declaración de conformidad 21 Parte 15:
	IC: examinado de acuerdo con los requisitos de Industry Canada. El sistema cumple las normativas de IC pertinentes en materia de dispositivos electrónicos.	—
	RESY – Símbolo de reciclaje Reciclaje del papel	—
	Reciclar: equipos electrónicos No tirar a la basura	Marcado de equipos eléctricos y electrónicos BS EN 50419 de acuerdo con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores Anexo IX
	Marcado CE Significa que cumple los requisitos técnicos europeos	—
	Conformité Européene N° de referencia del organismo encargado: 2797 Indica que cumple los requisitos técnicos europeos e identifica al organismo notificado que es responsable de la aplicación de los procedimientos establecidos en los Anexos II, IV, V y VI	—
	Evaluación de conformidad en Reino Unido Marca que indica el cumplimiento de los requisitos aplicables a los productos vendidos en Gran Bretaña	Los reglamentos de seguridad y metrología de los productos, etc. (modificación, etc.) (salida de la UE) de 2019
	Evaluación de conformidad en Reino Unido con el número de organismo aprobado. Marca, incluido el número de organismo aprobado, que indica el cumplimiento de los requisitos aplicables a los productos vendidos en Gran Bretaña.	Los reglamentos de seguridad y metrología de los productos, etc. (modificación, etc.) (salida de la UE) de 2019
 	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea	Productos sanitarios ISO 15223-1: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas y el etiquetado, así como la información que se debe suministrar 5.1.2
	Producto sanitario Indica que el artículo que porta la etiqueta se ha catalogado como producto sanitario, de acuerdo con la Norma europea para productos sanitarios, Anexo 1, 23.2, q	MDR de la UE, anexo I, 23.2 (q)
	UDI Identificador único de dispositivo. Este símbolo es opcional y se usa cuando hay varios operadores de datos en una etiqueta.	ISO 15223-1:2021 5.7.10

Símbolo	Descripción	Referencias normativas
	Marca reglamentaria de conformidad (Regulatory Compliance Mark o RCM) Indica la marca reglamentaria de conformidad C-Tick en Australia y Nueva Zelanda. El dispositivo cumple con la normativa australiana y neozelandesa pertinente sobre dispositivos electrónicos .	AS/NZS3820
	Corriente alterna Indica, en la placa de características, que el equipo solo es apto para corriente alterna, para identificar los terminales adecuados.	ISO 7000/IEC 60417 Símbolos gráficos para utilizar en equipos.
	Corriente continua (CC) Indica en la placa de características que el equipo solo es apto para corriente continua y sirve para identificar los terminales adecuados.	IEC 60601-1
	Código de lote, código de fecha o tipo de código lote del número de control Indica el código de lote del fabricante para identificar el lote	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.1.5
	Riesgo biológico Para advertir de riesgos biológicos	ISO 7010: Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. W009
	Marca de certificación de la Canadian Standards Association La marca de certificación CSA significa que el producto cumple los requisitos aplicables de la CSA y de ANSI/UL y que tiene autorización para utilizarlo en Canadá y los EE. UU	—
	Marca de certificación ETL (Electrical Testing Laboratories) Prueba de que el producto cumple las normas de seguridad norteamericanas	—
	TUV Rhineland de Norteamérica. Los indicadores "C" y "US" significan que el producto ha sido evaluado con respecto a las normas CSA y ANSI/UL relevantes para su uso en Canadá y Estados Unidos, respectivamente.	—
	Certificación UL Marca de componente reconocida por UL en Canadá y Estados Unidos	—
	Certificación UL con número de registro Marca de componente reconocida por UL en Canadá y Estados Unidos con número de registro	—
	TUV de INMETRO (Brasil) Homologación de componentes eléctricos y equipos de Brasil	—
	Dispositivos susceptibles a la electricidad electrostática Indica los paquetes que contienen dispositivos sensibles a la electrostática, o identifica un dispositivo o un conector que no ha sido sometido a pruebas de inmunidad a las descargas electrostáticas	IEC 60417: Símbolos gráficos para usar en equipos 5134

Símbolo	Descripción	Referencias normativas
	No adecuado para su uso en un entorno de resonancia magnética Significa que el sistema ha sido catalogado como un artículo que implica riesgos en todos los entornos de resonancia magnética	ASTM International (American Society for Testing and Materials, Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) ASTM F2503
	Señala un producto sanitario que se ha esterilizado mediante radiación	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.2.4
	Señala un producto sanitario que se ha esterilizado mediante óxido de etileno	ISO 15223-1 Productos sanitarios: símbolos que se deben utilizar en las etiquetas de productos sanitarios, el etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales 5.2.3
	Precaución, caliente Indica que el artículo marcado puede estar caliente y no debe tocarse sin tomar precauciones	ISO 7000/IEC 60417 Símbolos gráficos para utilizar en equipos. 5041
	Precaución, riesgo de campo magnético estático Identifica zonas con fuerzas y campos magnéticos estáticos potencialmente peligrosos en una instalación	ISO 7000/IEC 60417 Símbolos gráficos para utilizar en equipos. 6204
	Grado de protección IP que proporciona la carcasa El producto no ofrece ninguna protección especial contra el agua	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.3-2
	Grado de protección IP que proporciona la carcasa Protegido contra los efectos de un chorro de agua sostenido a baja presión	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.3-2
	Grado de protección IP que proporciona la carcasa Protegido contra los efectos de inmersión temporal en agua	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.3-2
	Grado de protección IP que proporciona la carcasa Protección ante objetos extraños sólidos con un diámetro de 12,5 mm o superior y protección ante gotas de agua que caen de forma vertical	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.3-2
	Indica que se manipule con cuidado	—
	Indica que se debe cumplir con el tiempo de desinfección especificado en las instrucciones del fabricante	—
	Indica que desinfecte el transductor	—

Símbolo	Descripción	Referencias normativas
	Partes aplicables de tipo BF Identifica una parte aplicada tipo BF que cumple la norma IEC 60601-1	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.1-20
	Partes aplicables de tipo CF a prueba de desfibrilación Identifica una parte aplicada tipo CF a prueba de desfibrilación que cumple la norma IEC 60601-1	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.1-27
	Control de la contaminación en China (10) Logotipo de control de contaminación. (Se aplica a todos los productos y piezas relacionados en la tabla de publicación de RoHS de China. Es posible que no aparezca en el exterior de algunos productos o piezas a causa de limitaciones de espacio.)	Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información
	Identifica los terminales de ecualización potencial	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial D.1-8
	Indica el botón de encendido	IEC 60417: Símbolos gráficos para usar en equipos 5134
	Indica el peso total del equipo, incluida la carga operativa segura	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial 7.2.21

Especificaciones

Si desea información sobre accesorios y periféricos, consulte [Accesorios y periféricos compatibles \[197\]](#).

Dimensiones

Sistema

- Longitud: 32,7 cm
- Ancho: 32,7 cm
- Altura: 31.8 cm (con la tapa levantada)
- Peso: 5,6 kg con la batería instalada

Base

- Profundidad: 69,2 cm
- Ancho: 69 cm
- Altura: 123,7 cm máximo, 104,1 cm mínimo
- Intervalo de altura: 15.5 cm
- Peso: 18,6 kg
- Capacidad del recipiente de almacenamiento: 5 kg
- Peso total de la base con el sistema y los periféricos: 43,6 kg

Stand Battery Lite (Batería de la base)

- Longitud: 33,9 cm
- Anchura: 12,6 cm
- Profundidad: 6,3 cm
- Peso: 2,5 kg con ambas baterías instaladas

Pantalla

- Ancho: 28,5 cm
- Altura: 20 cm
- Diagonal: 34,2 cm
- Resolución: 1920 x 1280 píxeles

Límites medioambientales

Tabla 44. Límites de funcionamiento

Tipo de límite	Sistema, baterías, transductores y base	Módulo de ECG
Temperatura	0-40 °C	0-40 °C
Humedad	Del 15 al -95 % de H. R.	Del 15 al -95 % de H. R.
Presión atmosférica	700 a 1060 hPa (0,69-1,05 ATM)	700 a 1060 hPa (0,69-1,05 ATM)

Tabla 45. Límites de envío

Tipo de límite	Sistema (sin baterías), transductores, ECG y plataforma/cabecal de la base	Baterías del sistema y base con batería
Temperatura	-35-65 °C	-20-60 °C
Humedad	Del 15 al -95 % de H. R.	Del 15 al -95 % de H. R.
Presión atmosférica	500 a 1060 hPa (0,5-1,05 ATM)	500 a 1060 hPa (0,5-1,05 ATM)

Tabla 46. Límites de almacenamiento

Tipo de límite	Sistema (sin baterías), transductores, y plataforma/cabecal de la base	Sistema y baterías de la base
Temperatura	-35-65 °C	-20-60 °C durante 1 mes -20-45°C durante 3 meses -20-23 °C durante 1 año
Humedad	Del 15 al -95 % de H. R.	Del 15 al -95 % de H. R.
Presión atmosférica	500 a 1060 hPa (0,5-1,05 ATM)	500 a 1060 hPa (0,5-1,05 ATM)



NOTA

Si desea más información sobre el almacenamiento a largo plazo de las baterías de litio, póngase en contacto con FUJIFILM Sonosite. Para almacenar las baterías durante períodos de tiempo prolongados, retírelas del sistema y quite el sistema de la base. Cargue todas las baterías periódicamente para mantener un rendimiento óptimo.

Clasificación eléctrica

Base

- Entrada: 100–240 V CA, 50–60 Hz, 6.0–2.5 A
- Salida: 100–240 V CA, 50–60 Hz, 2.5–1.0 A



NOTA

Conecte a la salida solo la impresora que se incluye con el sistema.

Stand Battery Lite (Batería de la base)

- Contiene dos paquetes de baterías: 22,2 V CC, 4250 mAh, 94,35 Wh (cada una)
- Entrada: 28 V CC, 6,42 A (máx. 180 W)
- Salida: 18–28 V CC, 10 A (máx. 180 W)



NOTA

La batería de la base se alimenta desde la fuente de alimentación de CA/CC del sistema.

Fuente de alimentación

- Entrada: 100–240 V CA, 50–60 Hz, 2.5 A máx.
- Salida: 28 V CC, 6,42 A, 180 W máx.

Baterías

Cada paquete de baterías contiene seis celdas de iones de litio conectadas en una configuración 6S x 1P, un circuito de protección interno, un sensor de temperatura y un conector de salida. El tiempo de escaneo es de hasta una hora.

La batería de la base contiene dos paquetes de baterías del mismo tipo. El tiempo de uso total de las baterías del sistema y de la base es de tres horas como máximo, según el modo de obtención de imágenes y el brillo de la pantalla.

- Especificaciones de la batería: ión-litio (22,2 V CC, 94,4 Wh)
- Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas
- Tiempo de uso de la batería: hasta 3,0 horas
- Vida útil de la batería: 500 ciclos

Modos de obtención de imágenes

- 2D (256 tonalidades de gris)
- Doppler en color (Color) (256 colores)

- Doppler de potencia en color (DPC) (256 colores)
- Modo M
- Doppler pulsado (DP)
- Doppler continuo (OC)

Asimismo, el sistema incluye tecnologías avanzadas de obtención de imágenes.

- Adquisición de imágenes de Doppler tisular (TDI)
- Imagen armónica tisular (THI)

Capacidad de almacenamiento de imágenes y clips de vídeo

El número de imágenes y clips de vídeo que puede guardar depende del modo de imagen y del formato de archivo.

Normas

Normas relativas a la seguridad electromecánica

Norma	Descripción
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2021	Equipos electromédicos, Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial (Edición 3.2)
CAN/CSA C22.2 N° 60601-1:14 (R2022)	Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial (Edición 3.2)
CSA C22.2 60601-2-37:08 (R2019)	Equipos electromédicos. Parte 2-37: Requisitos particulares de seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos de vigilancia y diagnóstico médico de ultrasonidos (Adoptada IEC 60601-2-37+A1:2015)
CSA C22.2 60601-1-6:11 (+A1:2015 +A2:2021)	Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Usabilidad (Adoptada IEC 60601-1-6:2020, Edición 3.2)
IEC 60601-1:2020	Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial (Edición 3.2)
IEC 60601-2-37:2007 + A1:2015	Equipos electromédicos. Parte 2-37: Requisitos particulares de seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos de vigilancia y diagnóstico médico de ultrasonidos (Edición 2.1)
IEC 60601-1-6:2020	Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales de seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Usabilidad (Edición 3.2)

Clasificación de normas de CEM

Norma	Descripción
IEC 60601-1-2:2014	Equipo electromédico. Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral. Compatibilidad electromagnéticas. Requisitos y pruebas.
IEC 60601-1-2:2014+A1:2020	Equipo electromédico. Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral. Compatibilidad electromagnéticas. Requisitos y pruebas.

Normas de DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), Versión 3 (NEMA).

El sistema cumple con los requisitos de la norma DICOM según especifica Sonosite MT en la declaración de conformidad con DICOM, disponible en www.sonosite.com. Esta declaración proporciona información acerca de la finalidad, las características, la configuración y las especificaciones de las conexiones en red admitidas por el sistema.

Normas de privacidad y seguridad

El sistema incluye ajustes que le ayudan a cumplir los requisitos de seguridad pertinentes especificados en la ley HIPAA. Los usuarios son, en última instancia, responsables de garantizar la seguridad y la protección de toda la información sanitaria con protección electrónica que se obtenga, almacene, revise y transmita en el sistema.

Norma	Descripción
HIPAA:1996	Código de Regulaciones Federales (CFR) 45, partes 160 y 164, subpartes A, C y E, Normas de privacidad y seguridad de la Ley de transferencia y responsabilidad de los seguros médicos (HIPAA)
NIST SP 800-53:	Controles de seguridad y privacidad para los sistemas y organizaciones de información federales

Emisión acústica

Este apartado contiene información sobre el criterio ALARA ("as low as reasonably achievable", tan bajo como sea razonablemente posible), el estándar de lectura de salida y las tablas de potencia acústica e intensidad. La información es aplicable al sistema de ecografía, al transductor y a los accesorios y periféricos.

Efectos biológicos del ultrasonido

Según los estudios realizados sobre su uso para el diagnóstico médico, el ultrasonido no tiene efectos biológicos conocidos (bioefectos). No obstante, debe ser consciente de los riesgos asociados al ultrasonido para garantizar un uso seguro. El conocimiento general sobre la física del ultrasonido y la aplicación del principio ALARA, como se describe en las secciones siguientes, pueden ayudar a mitigar dichos riesgos.

Los posibles bioefectos del ultrasonido se dan a través de mecanismos térmicos y no térmicos. El mecanismo térmico hace referencia al calentamiento del tejido y los huesos ocasionado por la absorción de energía del ultrasonido. El mecanismo no térmico incluye la cavitación y otros bioefectos mecánicos causados por las ondas de ultrasonido que pasan a través o cerca de regiones con bolsas de gas o aire e inducen el movimiento del tejido. La cavitación es la expansión y contracción de burbujas causadas por la presión acústica del ultrasonido. Estas burbujas pueden romperse, liberando una gran cantidad de energía al tejido y causando una hemorragia o ruptura capilar. El riesgo es mayor en los pulmones e intestinos debido a la presencia inherente de burbujas de gas o aire.

La probabilidad de que se den bioefectos térmicos viene indicada por el índice térmico (IT), mientras que la probabilidad de que se den bioefectos mecánicos viene indicada por el índice mecánico (IM).

Criterio ALARA

ALARA es el criterio de referencia para la utilización de la ecografía diagnóstica. Los usuarios de equipos de ecografía cualificados, empleando su criterio profesional y su experiencia, determinan el nivel de exposición "más bajo que sea razonablemente posible". No hay normas establecidas para dictaminar la exposición correcta ante cada situación. El ecografista debe determinar la manera adecuada de mantener la exposición baja y los efectos biológicos en un nivel mínimo y obtener a la vez un examen diagnóstico.

Se requieren conocimientos profundos sobre los modos de adquisición de imágenes, la funcionalidad de los transductores, la configuración del sistema y la técnica de exploración. El modo de adquisición de imágenes determina la naturaleza del haz de ultrasonidos. Un haz estacionario genera una exposición más concentrada que un haz exploratorio, porque este se dispersa sobre la zona de exposición. La funcionalidad de los transductores depende de la frecuencia, la penetración, la resolución y el campo de observación. Los valores predeterminados del sistema se restauran al principio para cada nuevo paciente. La técnica de exploración del ecografista junto con la variabilidad del paciente determinan los ajustes del sistema durante el examen.

Las variables que influyen en la puesta en práctica del criterio ALARA por parte del ecografista son: el tamaño corporal del paciente, la posición del hueso con respecto al punto focal, la atenuación en el cuerpo y el tiempo de exposición al ultrasonido. El tiempo de exposición es una variable particularmente útil, porque el ecografista puede controlarla. La capacidad de limitación de la exposición en función del tiempo se realiza según el criterio ALARA.

Aplicación del criterio ALARA

El modo de adquisición de imágenes seleccionado por el ecografista dependerá de la información diagnóstica que se desee obtener. La adquisición de imágenes en modo 2D proporciona información anatómica; la adquisición de imágenes en CPD ofrece información acerca de la energía o de la intensidad de la amplitud de la señal Doppler a lo largo del tiempo en una estructura anatómica determinada y se utiliza para detectar la presencia de flujo sanguíneo; la adquisición de imágenes en color proporciona información sobre la energía o la intensidad de la amplitud de la señal Doppler a lo largo del tiempo en una estructura anatómica determinada y se utiliza para detectar la presencia, la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo; y la adquisición de imágenes armónicas tisulares utiliza las frecuencias superiores recibidas para reducir las interferencias y los artefactos y para mejorar la resolución de las imágenes en 2D. Puesto que el ecografista comprende la naturaleza del modo de adquisición de imágenes que utiliza, puede aplicar el criterio ALARA.

Un uso prudente de la ecografía supone limitar los ultrasonidos a las situaciones en las que resulten útiles desde el punto de vista médico y limitar la exposición del paciente a la mínima señal saliente de ultrasonido durante el menor tiempo que sea necesario para lograr resultados diagnósticos aceptables. Los usuarios pueden controlar de forma directa la emisión acústica, tal y como se indica en el siguiente apartado. Las decisiones que respaldan el uso prudente dependen del tipo de paciente, el tipo de examen, los antecedentes del paciente, la facilidad o dificultad para obtener información de utilidad diagnóstica y el posible calentamiento localizado en el paciente debido a la temperatura de la superficie del transductor. Si se produce un fallo en el dispositivo, existen controles que limitan la potencia del transductor. Esto se consigue con un diseño eléctrico que limita la corriente y la tensión de alimentación del transductor.

El usuario de equipos de ecografía cualificado utiliza los controles del sistema para ajustar la calidad de la imagen y limitar la salida de los ultrasonidos. Los controles del sistema están divididos en tres categorías, en relación con la señal de salida: los que afectan directamente a la señal saliente, los que afectan indirectamente a la señal saliente y los de receptor.

Controles directos, indirectos y del receptor

Controles directos

El control de potencia permite al usuario controlar directamente la emisión acústica. El usuario cualificado puede modificar el nivel de emisión en incrementos del 10 % desde el 100 % hasta el 10 %. Existe una correlación directa entre la configuración de potencia y la salida del índice mecánico (IM) y del índice térmico (IT). La reducción del nivel de potencia origina una reducción del IM y del IT. Sin embargo, no existe necesariamente una correlación lineal entre las dos. Por lo tanto, le corresponde al usuario de equipos de ecografía ajustar la configuración de potencia según sea necesario y alcanzar un IM o un IT deseado para el estado de adquisición de imágenes actual.

Debe entenderse que, mientras que la configuración de potencia se mantiene inalterada aunque se realicen cambios en la configuración de las imágenes (p. ej., profundidad, optimización y THI), el IM y el IT no son fijos y probablemente cambien (aumenten o disminuyan) como resultado de los cambios realizados en la configuración. Por lo tanto, la configuración de potencia necesaria para alcanzar un IM o IT objetivo puede ser diferente en cada estado de adquisición de imágenes. El sistema no supera una intensidad media temporal apical espacial (ISPTA) de 720 mW/cm² en todos los modos de adquisición de imágenes. En algunos modos de adquisición de imágenes, se pueden producir valores de IT e IM superiores a 1,0 en algunos transductores. Tanto en el examen oftálmico como en el orbital, la emisión acústica se limita a los siguientes valores: la IPSTA no debe superar 50 mW/cm²; el IT no debe superar 1,0 y el IM no debe superar 0,23. Los usuarios del sistema de ecografía pueden supervisar los valores del IM y el IT en el lado derecho del monitor clínico y aplicar el criterio ALARA según corresponda. Para obtener más información sobre IM e IT, consulte el documento Seguridad médica de procedimientos ecográficos, de la AIUM y el anexo de la norma IEC 60601-2-37, "Guidance on the interpretation of TI and MI to be used to inform the operator" (Guía sobre la interpretación de IT e IM que debe usarse para informar al usuario).

Controles indirectos

Los controles que afectan indirectamente a la salida son los que influyen en el modo de tratamiento de las imágenes, la congelación y la profundidad. El modo de adquisición de imágenes determina la naturaleza del haz de ultrasonidos. La congelación detiene la salida de ultrasonidos, pero mantiene la última imagen mostrada en la pantalla. El ecografista puede utilizar la congelación para limitar el tiempo de exposición mientras estudia la imagen y mantiene la posición de la sonda durante una exploración. Algunos controles, como la profundidad, muestran una correspondencia aproximada con la emisión.

Controles del receptor

Los controles del receptor son los controles de ganancia. Los controles del receptor no afectan a la salida. En la medida de lo posible, deben utilizarse para mejorar la calidad de la imagen antes de manipular los controles que afectan a la salida, ya sea de forma directa o indirecta.

Artefactos acústicos

Un artefacto acústico es información presente o ausente en una imagen, que no indica correctamente la estructura o el flujo que se está estudiando. Algunos artefactos contribuyen a realizar un diagnóstico, pero otros dificultan la interpretación. Entre los ejemplos de artefactos podemos encontrar las sombras, la transmisión, el aliasing, las reverberaciones y las colas de cometa. Si desea más información acerca de cómo detectar e interpretar los artefactos acústicos, consulte la siguiente referencia:

Kremkau, Frederick W. Diagnostic Ultrasound: Principles and Instruments. 7th ed., W.B. Saunders Company, (Oct. 17, 2005).

Lectura de salida

El sistema cumple con la norma de visualización de salida establecida en IEC60601-2-37 para IM e IT (consulte [Documentos afines de consulta \[217\]](#)). La visualización de salida del sistema está compuesta por dos índices: el índice mecánico y el índice térmico. Ambos índices se visualizan de forma continua en el rango de <0,1 a la salida máxima en incrementos de 0,1. La siguiente tabla indica para cada transductor y modo de funcionamiento cuando el IT o el IM es mayor o igual a un valor de 1,0, por lo que se requiere informar de los valores de salida máximos (consulte [Tablas de emisión acústica \[220\]](#)).

Tabla 47. IT o IM $\geq 1,0$

Transductor	Índice ^{a,b,c}	2D, Modo M	CPD/Color	Doppler	2D + DP	2D + DP + Color	Doppler OC
C5-1	IM	Sí	Sí	Sí	—	—	—
	TIC, TIB o TIS	Sí	Sí	Sí	—	—	—
IC10-3	IM	No	No	No	—	—	—
	TIC, TIB o TIS	No	No	Sí	—	—	—
L12-3	IM	Sí	Sí	No	Sí	Sí	—
	TIC, TIB o TIS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	—
L15-4	IM	Sí	Sí	No	—	—	—
	TIC, TIB o TIS	No	No	Sí	—	—	—
L19-5	IM	Sí	Sí	No	Sí	Sí	—
	TIC, TIB o TIS	No	No	Sí	Sí	Sí	—
P5-1	IM	Sí	Sí	Sí	Si	Si	No
	TIC, TIB o TIS	Sí	Sí	Sí	Si	Si	Sí

^aIncluso si el IM es inferior a 1,0, el sistema proporciona una visualización continua en tiempo real del IM en todos los modos de adquisición de imágenes, en incrementos de 0,1.

^bEl sistema cumple con la norma de visualización de salida del índice térmico (IT) y proporciona una visualización continua en tiempo real del IT en todos los modos de adquisición de imágenes, en incrementos de 0,1.

^cEl IT consta de tres índices que puede seleccionar el usuario y solo se muestra uno de ellos al mismo tiempo. Para una buena lectura de IT y cumplir con el criterio ALARA, el usuario debe seleccionar un índice térmico adecuado según el examen específico que se va a realizar. Consulte la descripción del control Índice Térmico en [Controles de adquisición de imágenes 2D \[74\]](#).

Precisión de la lectura de salida del IM o del IT

Para cada transductor, la precisión del IM y el IT mostrados se proporcionan en la siguiente tabla. Los valores de precisión se indican de forma estadística como límites de intervalo de tolerancia del 95 % y se deberían interpretar del siguiente modo: con una confianza del 95 %, el 95 % de los valores de IM/IT medidos estarán dentro del porcentaje especificado del valor visualizado o 0,1 del valor visualizado, el que sea mayor.

Tabla 48. Precisión de la lectura de salida del IM o del IT

Transductor	Precisión de la visualización del IM	Precisión de la visualización del IT
C5-1	+19% a -27%	+15% a -36%
IC10-3	+19% a -26%	+29% a -41%
L12-3	+23% a -29%	+30% a -30%
L15-4	+20% a -28%	+22% a -34%
L19-5	+22% a -26%	+58% a -36%
P5-1	+19% a -33%	+13% a -37%

Un valor leído de 0,0 para el IM o el IT indica que el cálculo estimado del índice es inferior a 0,05.

Factores que contribuyen a la incertidumbre del valor leído

La incertidumbre neta de los índices leídos se obtiene al combinar la incertidumbre cuantificada de tres fuentes: la incertidumbre de las medidas, la variabilidad del sistema y de los transductores, y las aproximaciones y suposiciones de diseño realizadas durante el cálculo de los valores leídos.

Los errores de medición de los parámetros acústicos a la hora de obtener los datos de referencia constituyen la fuente principal de los errores asociados a la incertidumbre de lectura. El error de medición se describe en [Precisión e imprecisión de las mediciones acústicas \[264\]](#).

Los valores leídos de IM y IT están basados en cálculos que utilizan un conjunto de mediciones de emisiones acústicas realizadas con un sistema de ecografía de referencia, con un único transductor de referencia que se considera representativo de la población de transductores del mismo tipo. El sistema y el transductor de referencia se eligen en una muestra de la población de los primeros sistemas y transductores fabricados, que se seleccionan en función de una emisión acústica representativa de la emisión acústica nominal prevista para todas las combinaciones de transductores/sistemas que puedan llegar a darse. Como es lógico, cada combinación de transductor y sistema tiene su propia emisión acústica característica, que no coincide con la salida nominal en la que se basan los cálculos de lectura. Por esto, la variabilidad entre sistemas y transductores introduce un error en el valor leído. Durante la fabricación, se realizan ensayos de muestreo de emisiones acústicas que permiten limitar el error introducido por la variabilidad. Los ensayos de muestreo garantizan que la emisión acústica de los transductores y sistemas fabricados permanece dentro de unos márgenes especificados de la emisión acústica nominal.

Otra fuente de error se origina en las suposiciones y aproximaciones que se realizan cuando se derivan las estimaciones de los índices de lectura. La suposición principal es que la emisión acústica y, por tanto, los índices de lectura derivados, se encuentran correlacionados de forma lineal con la tensión de mando de transmisión del transductor. Normalmente, esta suposición es correcta, pero no exacta y, por tanto, el error de lectura puede atribuirse a la hipótesis de la linealidad de la tensión.

Documentos afines de consulta

Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers, FDA, 2019.

Medical Ultrasound Safety, American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), 2014.

Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (Norma de medición de emisión acústica para equipos ecográficos de diagnóstico), NEMA UD2-2004.

IEC 60601-2-37: 2015, "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos de diagnóstico y control por ultrasonidos".

Ejemplos clínicos

Aplicar ultrasonido durante el embarazo puede conducir al diagnóstico y tratamiento de condiciones prevenibles y tiene beneficios que superan en importancia a los riesgos de los bioefectos potenciales. Para aplicar el principio ALARA al ultrasonido obstétrico, asegúrese de seleccionar el transductor apropiado y el nivel de salida más bajo necesario para obtener las imágenes de la mejor calidad diagnóstica. Durante el primer trimestre, utilice un índice TIS (para tejido blando) inferior o igual a 1,0. Durante el segundo trimestre, el índice TIB (para huesos) suele ser más apropiado. Al medir el flujo sanguíneo umbilical, considere usar el índice TIS. Doppler color, que representa la velocidad y dirección del flujo sanguíneo, es útil cuando se adquiere una imagen para dirigir la ubicación y colocar una ventana de Doppler pulsado (DP) en el vaso apropiado del cordón umbilical. Esto asegura que el trazo de Doppler pulsado se obtiene de una manera eficiente y proporciona la información necesaria sobre el estado del feto, a la vez que mitiga un riesgo de exposición prolongado innecesario. Al usar Doppler color, optimice la escala correctamente. Mover con frecuencia el transductor también es una consideración importante a tener en cuenta para minimizar la concentración de la señal de ultrasonido en una sola ubicación.

Aumento de temperatura en la superficie de los transductores

Las tablas de esta sección recogen el aumento de la temperatura medido en la superficie con respecto a la temperatura ambiente ($23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$) en los transductores utilizados en el sistema de ecografía. Las temperaturas se midieron según la norma IEC 60601-2-37, para lo cual se han ajustado los controles y los parámetros para producir las temperaturas máximas.

Tabla 49. Aumento máximo de la temperatura en la superficie de los transductores, uso externo ($^{\circ}\text{C}$)

Prueba	C5-1	L12-3	L15-4	L19-5	P5-1
Aire en reposo	12,7 (≤ 27)	10,4 (≤ 27)	8,8 (≤ 27)	9,1 (≤ 27)	14,8 (≤ 27)
Uso simulado	7,8 (≤ 10)	8,0 (≤ 10)	6,9 (≤ 10)	6,8 (≤ 10)	8,3 (≤ 10)

Tabla 50. Aumento máximo de la temperatura en la superficie de los transductores, uso no externo ($^{\circ}\text{C}$)

Prueba	IC10-3
Aire en reposo	8,8
Uso simulado	4,7 (≤ 6)

Medición de la emisión acústica

Desde el uso inicial de la ecografía diagnóstica, diversas instituciones científicas y médicas han estudiado los posibles efectos biológicos en el ser humano (bioefectos) de la exposición a los ultrasonidos. En octubre de 1987, el AIUM ratificó un informe de su Comité sobre Efectos Biológicos (Bioeffects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound, J Ultrasound Med., Sept. 1988; Vol. 7, No. 9 Supplement). El informe, conocido también como informe Stowe, examinaba los datos existentes sobre los posibles efectos de la exposición a los ultrasonidos. Otro informe, "Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound" (Efectos biológicos y seguridad de los ultrasonidos diagnósticos), con fecha 28 de enero de 1993, proporciona información más actualizada.

La emisión acústica para este sistema de ecografía se ha medido y calculado de acuerdo con las recomendaciones de las normas IEC 60601-2-37: 2015, Equipo electromédico, Parte 2-37: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de diagnóstico y control por ultrasonido; e IEC 62359:2017, Ultrasonidos: caracterización del campo: métodos de ensayo para la determinación de los índices térmico y mecánico relacionados con los campos de ultrasónicos de diagnóstico médico.

Intensidades *in situ*, con régimen rebajado y valor en agua

Todos los parámetros de intensidad se determinan en agua. Puesto que el agua no absorbe la energía acústica, estas mediciones en agua representan el valor en el peor de los casos. El tejido biológico sí absorbe energía acústica. El valor real de la intensidad en cualquier punto depende de la cantidad, el tipo de tejido y la frecuencia de los ultrasonidos que lo atraviesan. El valor de la intensidad en el tejido, *in situ*, ha sido calculado mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$I_{\text{in situ}} = I_{\text{agua}} [e^{-(0.23\alpha f)}]$$

donde:

$I_{\text{in situ}}$ = valor de la intensidad *in situ*

I_{agua} = valor de la intensidad en agua

$e = 2,7183$

a = factor de atenuación (dB/cm MHz)

A continuación se presenta el factor de atenuación (a) para diversos tipos de tejido:

cerebro = 0,53

corazón = 0,66

riñón = 0,79

hígado = 0,43

músculo = 0,55

l = distancia entre la línea de la piel y la profundidad de medición en cm

f = frecuencia central de la combinación de transductor/sistema/modo en MHz

Como es probable que, en el transcurso de un examen, la energía ultrasónica atraviese tejidos de diversas longitudes y tipos, es difícil calcular la intensidad in situ verdadera. En el caso de informes generales, se utiliza un factor de atenuación de 0,3; así, el valor in situ que se notifica habitualmente emplea la siguiente fórmula:

In situ (con régimen rebajado) = Agua [$e^{-0,069lf}$]

Puesto que este valor no representa la intensidad in situ real, se emplea la denominación «con régimen rebajado» para calificarlo.

Los valores máximos con régimen rebajado y en agua no siempre se producen en las mismas condiciones de funcionamiento; por lo tanto, puede que los valores máximos publicados en agua y con régimen rebajado no estén relacionados mediante la fórmula in situ (con régimen rebajado). Por ejemplo: un transductor array multizona cuyas intensidades máximas en agua se producen en su zona más profunda, aunque allí se produce también el factor mínimo de reducción del régimen. El mismo transductor puede exhibir la intensidad máxima con régimen rebajado en una de las zonas focales más superficiales.

Modelos tisulares y análisis del equipo

Los modelos tisulares son necesarios para estimar la atenuación y los niveles de exposición acústica in situ a partir de las mediciones de emisión acústica efectuadas en agua. En la actualidad, la exactitud de los modelos disponibles puede estar limitada debido a los diversos recorridos tisulares de las exposiciones en ecografía diagnóstica, así como a las incertidumbres inherentes a las propiedades acústicas de los tejidos blandos. Dado que no hay ningún modelo tisular que sea adecuado para predecir las exposiciones en todas las situaciones a partir de mediciones realizadas en agua, se requiere mejorar y verificar continuamente estos modelos a fin de evaluar la exposición para cada tipo de examen.

Para el cálculo de los niveles de exposición, se emplea un modelo tisular homogéneo con un coeficiente de atenuación de 0,3 dB/cm MHz a lo largo de la trayectoria del haz. Este modelo es de carácter conservador, en cuanto a que sobrestima la exposición acústica in situ cuando la trayectoria entre el transductor y el punto de interés se compone únicamente por tejido blando. Cuando la trayectoria contiene cantidades considerables de líquido, como sucede en el caso de exploraciones transabdominales de embarazos en el primer o segundo trimestre de gestación, este modelo puede subestimar la exposición acústica in situ. La magnitud de esta subestimación depende de cada situación concreta.

A veces se utilizan modelos tisulares de trayectoria fija, en los cuales se mantiene constante el grosor del tejido blando, para valorar las exposiciones acústicas in situ cuando la trayectoria del haz es superior a 3 cm y se compone principalmente de líquido. Cuando se utiliza este modelo para calcular la exposición máxima del feto en exploraciones abdominales, puede emplearse un valor de 1 dB/cm MHz en todos los trimestres.

Los modelos tisulares actuales que se basan en una propagación lineal podrían subestimar las exposiciones acústicas en presencia de una saturación significativa provocada por la distorsión no lineal de haces en el agua durante la medición de la salida.

Los niveles máximos de emisión acústica de los dispositivos de ecografía diagnóstica abarcan una amplia gama de valores:

- Una inspección de los modelos de equipos fabricados en 1990 obtuvo como resultado unos valores de IM entre 0,1 y 1,0 en sus ajustes de salida máximos. El equipo disponible en la actualidad genera unos valores de IM máximos cercanos a 2,0. Los valores de IM máximos para la adquisición de imágenes en tiempo real en modo 2D y en modo M son parecidos.
- En una inspección de equipos para Doppler pulsado efectuada en 1988 y 1990, se calcularon unas estimaciones de los límites superiores de elevación de temperatura durante exploraciones abdominales. La gran mayoría de los modelos produjo límites superiores de menos de 1° y 4 °C, respectivamente, para exposiciones de tejido fetal en el primer trimestre y hueso fetal en el segundo trimestre. Se obtuvieron valores máximos de aproximadamente 1,5 °C para tejido fetal en el primer trimestre y 7 °C para hueso fetal en el segundo trimestre. Las estimaciones de elevaciones máximas de temperatura que se indican aquí son para un modelo tisular de «trayectoria fija», y corresponden a dispositivos que tienen unos valores de ISPTA superiores a los 500 mW/cm². Las elevaciones de temperatura para hueso y tejido fetales se calcularon a partir de los procedimientos descritos en las secciones 4.3.2.1-4.3.2.6 de la publicación "Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound" (AIUM, 1993).

Tablas de emisión acústica

En las tablas de este apartado encontrará la emisión acústica de todas las combinaciones de sistemas y transductores con un IT o IM mayor o igual que uno y en todos los casos de los tipos de examen orbitales y oftálmicos. Estas tablas se organizan según el modelo de transductor y el modo de adquisición de imágenes. Si desea obtener una definición de los términos utilizados en las tablas, consulte [Terminología de las tablas de emisión acústica \[263\]](#).

Tabla 51. Tabla de emisiones acústicas

(a)	Este índice no es necesario para este modo de funcionamiento; el valor es <1.
(b)	Este transductor no está destinado para usos cefálicos neonatales o transcraneales.
#	No hay datos para esta condición de funcionamiento ya que el valor del índice máximo global no se comunica por el motivo indicado. (Línea de referencia de valor de índice máximo global).
—	No aplicable para este transductor/modo.

- Tablas de emisión acústica C5-1 [221]
- Tablas de emisión acústica IC10-3 [225]
- Tablas de emisión acústica L12-3 [229]
- Tablas de emisión acústica L15-4 [239]
- Tabla de emisión acústica L19-5 [243]
- Tablas de emisión acústica P5-1 [253]

Tablas de emisión acústica C5-1

Tabla 52. Modelo de transductor: C5-1 Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,55	1,19		1,19		(b)
Valor de componente del índice			1,19	1,19	1,19	1,19	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	2,30					
	P (mW)		273,5		273,5		#
	P_{1x1} (mW)		93,1		93,1		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	4,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	4,6					
	f_{awf} (MHz)	2,22	2,68		2,68		#
Otra información	pr (Hz)	2272					
	srr (Hz)	8,9					
	n_{pps}	3					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	235,0					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	15,3					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	26,8					
	p_r a z_{pii} (MPa)	3,13					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	MUS	Abdomen		Abdomen		
	Optimización	Gen	Pen		Pen		
	Profundidad (cm)	12,6	18,3		18,3		
	MB/THI	Activ/ Activ	Activado/Desactivado		Activado/Desactivado		
	Zoom AQ	Desact	Mediano/centro		Mediano/centro		
	Perfil de aguja	—	—		—		

Tabla 53. Modelo de transductor: C5-1 Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,55	1,19		1,68		(b)
Valor de componente del índice			1,13	1,19	0,91	1,68	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	2,30					
	P (mW)		251,8		149,6		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		89,1		89,0		
	z_s (cm)			3,5			
	z_b (cm)					3,8	
	z_{IM} (cm)	4,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	4,6					
	f_{awf} (MHz)	2,22	2,67		2,14		#
Otra información	prr (Hz)	1600					
	srr (Hz)	11,8					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	235,0					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	10,8					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	18,9					
	p_r a z_{pii} (MPa)	3,13					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Nervio	Abdomen		OB precoz		
	Optimización	Gen	Pen		Gen		
	Profundidad (cm)	12,6	18,3		9,9		
	MB/THI	Desact/Activ	Desactivado/Desactivado		Desactivado/Activado		
	Zoom AQ	Desact	Mediano/centro		Pequeño/centro		

Tabla 54. Modelo de transductor: C5-1 Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,55	1,16		1,16		(b)
Valor de componente del índice			1,16	1,16	1,16	1,16	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	2,30					
	P (mW)		155,6		155,6		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		87,5		87,5		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	4,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	4,6					
	f_{awf} (MHz)	2,22	2,76		2,76		#
Otra información	prr (Hz)	515					
	srr (Hz)	4,0					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	235,0					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	3,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	6,0					
	p_r a z_{pii} (MPa)	3,13					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	MUS	Gin		Gin		
	Modo	Color	Color		Color		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Gen/11,2	Pen/12,6		Pen/12,6		
	THI	Activado	Desactivado		Desactivado		
	Optimización del color/FRI (Hz)	Bajo/3472	Bajo/868		Bajo/868		
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Predeterminado /ancho	Predeterminado/ estrecho-corto		Predeterminado/ estrecho-corto		
	Zoom AQ	Desact	Activado		Activado		

Tabla 55. Modelo de transductor: C5-1 Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,22	2,02		4,00		(a)
Valor de componente del índice			1,07	2,02	1,07	4,00	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	1,80					
	P (mW)		370,7		370,7		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		101,8		101,8		
	z_s (cm)			4,3			
	z_b (cm)					3,6	
	z_{IM} (cm)	4,8					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	4,8					
	f_{awf} (MHz)	2,19	2,21		2,21		#
Otra información	pr (Hz)	1008					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	219,9					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	297,8					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	627,2					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,53					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Abdomen	Abdomen		Abdomen		
	Tamaño de ventana (mm)	1	3		3		
	Posición de ventana (cm)	6,4	14,1		14,1		
	PRF (Hz)	1008	1562		1562		

Tablas de emisión acústica IC10-3

Tabla 56. Modelo de transductor: IC10-3 Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,74	0,28		0,28		(b)
Valor de componente del índice			0,28	0,28	0,28	0,28	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	1,70					
	P (mW)		14,4		14,4		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		11,2		11,2		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1,8					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,8					
	f_{awf} (MHz)	5,31	5,36		5,36		#
Otra información	pr (Hz)	2700					
	srr (Hz)	50,0					
	n_{pps}	2					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	127,8					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	7,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	13,5					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,30					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Gin	Gin		Gin		
	Optimización	Gen	Gen		Gen		
	Profundidad (cm)	4,1	4,1		4,1		
	MB/THI	Activ/Desact	Activado/Desactivado		Activado/Desactivado		
	Zoom AQ	Estrecho-alto/centro	Mediano/centro		Mediano/centro		

Tabla 57. Modelo de transductor: IC10-3 Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0.70	0,23		0,26		(b)
Valor de componente del índice			0,23	0,22	0,22	0,26	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	1,62					
	P (mW)		11,9		11,9		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		9,0		10,4		
	z_s (cm)			1			
	z_b (cm)					0,4	
	z_{IM} (cm)	1,9					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,9					
	f_{awf} (MHz)	5,32	5,23		4,51		#
Otra información	prr (Hz)	6889					
	srr (Hz)	44,4					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	128,1					
	$I_{sp\alpha, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	3,5					
	$I_{sp\alpha}$ a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	6,3					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,21					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Gin	Gin		OB		
	Optimización	Gen	Res		Gen		
	Profundidad (cm)	4,1	3,0		5,2		
	MB/THI	Desact/ Desact	Desactivado/ Desactivado		Desactivado/Activado		
	Zoom AQ	Máx./ medio	Mediano/inferior		Mediano/superior		

Tabla 58. Modelo de transductor: IC10-3 Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,76	0,27		0,27		(b)
Valor de componente del índice			0,27	0,27	0,27	0,27	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	1,60					
	P (mW)		17,7		17,7		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		14,1		14,1		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	2,1					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	2,1					
	f_{awf} (MHz)	4,48	4,05		4,05		#
Otra información	pr (Hz)	1026					
	srr (Hz)	9,9					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	144,1					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sij, \alpha}$ (mW/cm^2)	0,9					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sij} (mW/cm^2)	1,5					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,21					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	OB	Gin		Gin		
	Modo	Color	Color		Color		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Gen/5,2	Gen/3,0		Gen/3,0		
	THI	Activado	Desactivado		Desactivado		
	Optimización del color/PRF (Hz)	Alta/8333	Baja/648		Baja/648		
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Superior/ predeterminado	Predeterminado/ predeterminado		Predeterminado/ predeterminado		
	Zoom AQ	Desactivado	Desactivado		Desactivado		

Tabla 59. Modelo de transductor: IC10-3 Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,66	0,41		1,30		(b)
Valor de componente del índice			0,41	0,30	0,36	1,30	
Parámetros acústicos	p_r, α a z_{IM} (MPa)	1,38					
	P (mW)		19,8		17,3		#
	P_{1x1} (mW)		19,8		17,3		
	z_s (cm)			1,1			
	z_b (cm)					1,4	
	z_{IM} (cm)	1,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,6					
	f_{awf} (MHz)	4,36	4,37		4,37		#
Otra información	prf (Hz)	1302					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	100,0					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	304,7					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	498,8					
	p_r a z_{pii} (MPa)	1,71					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	OB	Gin		Gin		
	Tamaño de ventana (mm)	2	2		2		
	Posición de ventana (cm)	20	35		20		
	PRF (Hz)	1302	6250		6250		

Tablas de emisión acústica L12-3

Tabla 60. Modelo de transductor: L12-3 Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,53	0,77		0,77		(b)
Valor de componente del índice			0,77	0,77	0,77	0,77	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	3,74					
	P (mW)		105,1		105,1		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		29,2		29,2		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1,65					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,4					
	f_{awf} (MHz)	6,00	5,41		5,41		#
Otra información	pr (Hz)	5760					
	srr (Hz)	30,0					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	604,5					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	18,6					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	31,0					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,99					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Superficial	VIP		VIP		
	Optimización	Gen	Gen		Gen		
	Profundidad (cm)	5,5	5,5		5,5		
	MB/THI	Desact/Desact	Activado/Desactivado		Activado/Desactivado		
	Zoom AQ	—	—		—		
	Perfil de aguja	Desact	Desactivado		Desactivado		

Tabla 61. Modelo de transductor: L12-3 Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,53	0,89		1,02		(b)
Valor de componente del índice			0,89	0,85	0,87	1,02	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	3,74					
	P (mW)		109,8		102,7		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		34,5		33,0		
	z_s (cm)			1,05			
	z_b (cm)					1,2	
	z_{IM} (cm)	1,4					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,4					
	f_{awf} (MHz)	6,00	5,38		5,41		#
Otra información	prr (Hz)	8933					
	srr (Hz)	44,4					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	604,5					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	28,8					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	48,0					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,99					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Superficial	VIP		Superficial		
	Optimización	Gen	Gen		Gen		
	Profundidad (cm)	2,9	7,6		5,5		
	MB/THI	Desact/Desact	Desactivado/Desactivado		Desactivado/Desactivado		
	Zoom AQ	—	—		—		
	Perfil de aguja	—	—		—		

Tabla 62. Modelo de transductor: L12-3 Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,47	1,08		1,08		(b)
Valor de componente del índice			1,08	1,08	1,08	1,08	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	3,40					
	P (mW)		64,1		64,1		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		38,4		38,4		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,6					
	f_{awf} (MHz)	5,38	5,82		5,82		#
Otra información	pr (Hz)	2196					
	srr (Hz)	11,4					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	295,9					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	5,7					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	9,2					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,48					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Venoso	Superficial		Superficial		
	Modo	Color	Color		Color		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Gen/4,7	Res/2,1		Res/2,1		
	THI	Activ	Desactivado		Desactivado		
	Optimización del color/PRF (Hz)	Bajo/250	Bajo/1096		Bajo/1096		
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Superior/ predeterminado	Inferior/ predeterminado		Inferior/ predeterminado		
	Zoom AQ	—	—		—		

Tabla 63. Modelo de transductor: L12-3 Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,92	1,53		2,98		(b)
Valor de componente del índice			1,53	1,36	1,51	2,98	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	2,03					
	P (mW)		85,5		84,7		#
	P_{1x1} (mW)		66,8		66,1		
	z_s (cm)			1,1			
	z_b (cm)					1,35	
	z_{IM} (cm)	1,1					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,1					
	f_{awf} (MHz)	4,82	4,80		4,80		#
Otra información	prr (Hz)	1563					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	183,6					
	$I_{sp_{ta, \alpha}}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	344,6					
	$I_{sp_{ta}}$ a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	499,2					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,28					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Venoso	Venoso		Venoso		
	Tamaño de ventana (mm)	1	3		3		
	Posición de ventana (cm)	18	70		70		
	PRF (Hz)	1562	7812		1562		

Tabla 64. Modelo de transductor: L12-3 Modo de funcionamiento: 2D + Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,53	1,55		2,92		(b)
Valor de componente del índice			1,55	1.39	1,55	2,95	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	3,74					
	P (mW)		89,4		89,4		#
	P_{1x1} (mW)		66,4		66,4		
	z_s (cm)			1,1			
	z_b (cm)					1,35	
	z_{IM} (cm)	1,4					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,4					
	f_{awf} (MHz)	6,00	4,80		4,80		#
Otra información	prr (Hz)	7813					
	srr (Hz)	48,8					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	604,5					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	25,2					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	42,0					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,99					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Venoso	VIP		VIP		
	Optimización/ profundidad (cm)	Gen/ 3,4	Res/9,0		Res/9,0		
	THI	Activ	Desactivado		Desactivado		
	Tamaño de ventana (mm)	1	2		2		
	Posición de ventana (cm)	6	70		70		
	PRF (Hz)	1562	3906		3906		

Tabla 65. Modelo de transductor: L12-3 Modo de funcionamiento: 2D + Doppler pulsado + Color

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,26	1,56		2,90		(b)
Valor de componente del índice			1,56	1,41	1,56	2,90	
Parámetros acústicos	p_r, α a z_{IM} (MPa)	2,78					
	P (mW)		101,5		95,6		#
	P_{1x1} (mW)		68,2		68,2		
	z_s (cm)			1.1			
	z_b (cm)					1.1	
	z_{IM} (cm)	1,3					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,3					
	f_{awf} (MHz)	4,83	4,80		4,80		#
Otra información	prf (Hz)	5081					
	srr (Hz)	6,8					
	n_{pps}	10					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	401,9					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	53,8					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	80,3					
	p_r a z_{pii} (MPa)	3,35					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Arterial	Venoso		VIP		
	Optimización 2D/profundidad (cm)	Gen/6,5	Gen/9,0		Res/9,0		
	THI	Activ	Activado		Activado		
	Optimización del color/PRF (Hz)	5208	1562		2604		
	Tamaño de ventana (mm)	1	2		3		
	Posición de ventana (cm)	9	70		70		
	PRF DP (Hz)	3906	1562		6250		

Table 66. Modelo de transductor: L12-3 Oftálmico Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,03		0,03		(b)
Valor de componente del índice			0,03	0,03	0,03	0,03	
Parámetros acústicos	p_r, α a z_{IM} (MPa)	0,49					
	P (mW)		2,7		2,7		#
	P_{1x1} (mW)		0,8		0,8		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1,65					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,65					
	f_{awf} (MHz)	8,97	8,66		8,66		#
Otra información	pr (Hz)	10745					
	srr (Hz)	18,7					
	n_{pps}	3					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	12,3					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	0,6					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	1,4					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,78					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Optimización	Res	Res		Res		
	Profundidad (cm)	2,1	9,0		9,0		
	MB/THI	Activado/Desactivado	Activado/Desactivado		Activado/Desactivado		
	Zoom AQ	—	—		—		

Table 67. Modelo de transductor: L12-3 Oftálmico Modo de funcionamiento: 2D + modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,04		0,04		(b)
Valor de componente del índice			0,04	0,04	0,04	0,04	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,49					
	P (mW)		2,6		2,6		#
	P_{1x1} (mW)		1,6		1,6		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	2,8					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	2,8					
	f_{awf} (MHz)	8,93	8,79		8,79		#
Otra información	pr (Hz)	8933					
	srr (Hz)	44,4					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	12,7					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	1,0					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	2,8					
	p_r a z_{pii} (MPa)	1,15					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Optimización	Res	Res		Res		
	Profundidad (cm)	5,5	9,0		9,0		
	MB/THI	Desact/Desact	Desactivado/Desactivado		Desactivado/Desactivado		
	Zoom AQ	—	—		—		

Table 68. Modelo de transductor: L12-3 Oftálmico Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,04		0,04		(b)
Valor de componente del índice			0,04	0,04	0,04	0,04	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,49					
	P (mW)		2,6		2,6		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		1,6		1,6		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	2,8					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	2,8					
	f_{awf} (MHz)	8,93	4,93		4,93		#
Otra información	pr (Hz)	3553					
	srr (Hz)	18,4					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	12,7					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sij, \alpha}$ (mW/cm^2)	0,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sij} (mW/cm^2)	1.1					
	p_r a z_{pii} (MPa)	1,15					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Modo	Color	Color		Color		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Res/5,5	Res/9,0		Res/9,0		
	THI	Desact	Desactivado		Desactivado		
	Optimización del color/PRF (Hz)	Mediano/2358	Bajo/1126		Bajo/1126		
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Superior/ predeterminado	Predeterminado / estrecho-corto		Predeterminado / estrecho-corto		

Table 69. Modelo de transductor: L12-3 Oftálmico Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,09		0,19		(b)
Valor de componente del índice			0,09	0,09	0,09	0,19	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,34					
	P (mW)		5,3		5,3		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		4,1		4,1		
	z_s (cm)			1,05			
	z_b (cm)					1,05	
	z_{IM} (cm)	1.0					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1.0					
	f_{awf} (MHz)	4,80	4,81		4,81		#
Otra información	pr (Hz)	1563					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	4,1					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm^2)	23,5					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm^2)	32,9					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,39					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Tamaño de ventana (mm)	3	3		3		
	Posición de ventana (cm)	18	70		70		
	PRF (Hz)	1562	3125		3125		

Tablas de emisión acústica L15-4

Tabla 70. Modelo de transductor: L15-4 Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,34	0,52		0,52		(b)
Valor de componente del índice			0,52	0,52	0,52	0,52	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	3,84					
	P (mW)		68,6		68,6		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		14,1		14,1		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1,4					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,4					
	f_{awf} (MHz)	8,18	7,60		7,60		#
Otra información	pr (Hz)	7680					
	srr (Hz)	30,0					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	344,2					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	12,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	24,6					
	p_r a z_{pii} (MPa)	5,56					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Superficial	Mama		Mama		
	Optimización	Gen	Gen		Gen		
	Profundidad (cm)	2,5	6,0		6,0		
	MB/THI	Desactivado/Desactivado	Desactivado/Desactivado		Desactivado/Desactivado		
	Zoom AQ	—	—		—		
	Perfil de aguja	Desact	Desactivado		Desactivado		

Tabla 71. Modelo de transductor: L15-4 Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,34	0,61		0,63		(b)
Valor de componente del índice			0,61	0,56	0,59	0,63	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	3,84					
	P (mW)		64,8		69,4		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		16,5		17,7		
	z_s (cm)			1.1			
	z_b (cm)					1,15	
	z_{IM} (cm)	1,4					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,4					
	f_{awf} (MHz)	8,18	7,62		6,90		#
Otra información	pr (Hz)	7714					
	srr (Hz)	28,6					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	344,2					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	12,5					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	24,7					
	p_r a z_{pii} (MPa)	5,56					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Superficial	Superficial		MUS		
	Optimización	Gen	Gen		Gen		
	Profundidad (cm)	2,5	6,0		6,0		
	MB/THI	Desactivado / Desactivado	Desactivado/ Desactivado		Desactivado/ Desactivado		
	Zoom AQ	—	—		—		
	Perfil de aguja	—	—		—		
	Sector variable	—	—		—		

Tabla 72. Modelo de transductor: L15-4 Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,33	0,82		0,82		(b)
Valor de componente del índice			0,82	0,82	0,82	0,82	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	3,16					
	P (mW)		40,5		40,5		#
	P_{1x1} (mW)		28,6		28,6		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1,35					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,35					
	f_{awf} (MHz)	5,68	5,87		5,87		#
Otra información	prr (Hz)	3456					
	srr (Hz)	13,5					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	549,5					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sij, \alpha}$ (mW/cm^2)	3,7					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sij} (mW/cm^2)	6,2					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,04					
Controles de funcionamiento Bajo/584	Tipo examen	Superficial	Mama		Mama		
	Modo	Color	Color		Color		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Gen/2,5	Gen/6,0		Gen/6,0		
	THI	Activado	Desactivado		Desactivado		
	Optimización del color/PRF (Hz)	Bajo/584	Bajo/584		Bajo/584		
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Predeterminado /estrecho	Predeterminado/ estrecho		Predeterminado/ estrecho		

Tabla 73. Modelo de transductor: L15-4 Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,80	0,75		1,53		(b)
Valor de componente del índice			0,75	0,57	0,75	1,53	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	1,84					
	P (mW)		33,1		35,2		#
	P_{1x1} (mW)		29,5		29,4		
	z_s (cm)			1,05			
	z_b (cm)					1,2	
	z_{IM} (cm)	1,0					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,0					
	f_{awf} (MHz)	5,34	5,32		5,34		#
Otra información	prf (Hz)	1563					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	162,2					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	307,6					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	449,1					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,19					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	MUS	MUS		MUS		
	Tamaño de ventana (mm)	1	1		1		
	Posición de ventana (cm)	14	43		47		
	PRF (Hz)	1562	1562		1562		
	DTI	—	—		—		

Tabla de emisión acústica L19-5

Tabla 74. Modelo de transductor: L19-5 Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,50	0,81		0,81		(b)
Valor de componente del índice			0,81	0,81	0,81	0,81	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	4,10					
	P (mW)		33,0		33,0		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		18,4		18,4		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	0,7					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,7					
	f_{awf} (MHz)	7,50	9,27		9,27		#
Otra información	pr (Hz)	3840					
	srr (Hz)	30,0					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	322,7					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	9,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	13,9					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,75					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Superficial	VIP		VIP		
	Optimización	Gen	Gen		Gen		
	Profundidad (cm)	1,4	5,2		5,2		
	MB/THI	Desact/ Activ	Activado/Desactivado		Activado/Desactivado		

Tabla 75. Modelo de transductor: L19-5 Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,50	0,79		0,80		(b)
Valor de componente del índice			0,79	0,75	0,79	0,80	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	4,10					
	P (mW)		28,0		29,6		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		16,2		17,5		
	z_s (cm)			0,8			
	z_b (cm)					0,85	
	z_{IM} (cm)	0,7					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,7					
	f_{awf} (MHz)	7,50	9,96		9,30		#
Otra información	pr (Hz)	3813					
	srr (Hz)	26,7					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	322,7					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	9,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	13,8					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,75					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Superficial	MUS		MUS		
	Optimización	Res	Res		Gen		
	Profundidad (cm)	1,8	3,7		4,5		
	MB/THI	Desact/ Activ	Desactivado/ Desactivado		Desactivado/ Desactivado		

Tabla 76. Modelo de transductor: L19-5 Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,50	0,95		0,95		(b)
Valor de componente del índice			0,95	0,95	0,95	0,95	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	4,10					
	P (mW)		30,9		30,9		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		27,5		27,5		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	0,65					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,65					
	f_{awf} (MHz)	7,50	6,83		6,83		#
Otra información	prr (Hz)	5160					
	srr (Hz)	30,0					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	322,7					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	12,6					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	18,6					
	p_r a z_{pii} (MPa)	4,75					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	MUS	Superficial		Superficial		
	Modo	Color	Color		Color		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Res/1,8	Res/2,9		Res/2,9		
	THI	Activado	Desactivado		Desactivado		
	Optimización del color/PRF (Hz)	Mediano/1894	Mediano/3125		Mediano/3125		
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Predeterminado /estrecho-corto	Predeterminado/ predeterminado		Predeterminado/ predeterminado		

Tabla 77. Modelo de transductor: L19-5 Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,86	0,86		1,58		(b)
Valor de componente del índice			0,86	0,63	0,61	1,58	
Parámetros acústicos	p_r, α a z_{IM} (MPa)	2,11					
	P (mW)		30,1		21,4		#
	P_{1x1} (mW)		30,1		21,4		
	z_s (cm)			0,75			
	z_b (cm)					0,57	
	z_{IM} (cm)	0,9					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,9					
	f_{awf} (MHz)	6,03	6,03		6,02		#
Otra información	prr (Hz)	1563					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	184,8					
	$I_{sp\alpha, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	380,6					
	$I_{sp\alpha}$ a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	559,9					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,58					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Venoso	VIP		Venoso		
	Tamaño de ventana (mm)	1	1		1		
	Posición de ventana (cm)	17	44		29		
	PRF (Hz)	1562	3125		1562		

Tabla 78. Modelo de transductor: L19-5 Modo de funcionamiento: 2D + Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,37	0,93		1,71		(b)
Valor de componente del índice			0,93	0,72	0,79	1,71	
Parámetros acústicos	p_r, α a z_{IM} (MPa)	4,21					
	P (mW)		32,3		28,7		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		29,9		24,9		
	z_s (cm)			0,75			
	z_b (cm)					0,57	
	z_{IM} (cm)	0,9					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,9					
	f_{awf} (MHz)	9,41	6,04		6,03		#
Otra información	prf (Hz)	5332					
	srr (Hz)	62,0					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	609,6					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	15,1					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	24,9					
	p_r a z_{pii} (MPa)	5,50					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Venoso	Venoso		VIP		
	Optimización/ profundidad (cm)	Gen	Res		Gen		
	THI	Activ	Activado		Activado		
	Tamaño de ventana (mm)	1	1		1		
	Posición de ventana (cm)	4	44		29		
	PRF (Hz)	2604	6250		3906		

Tabla 79. Modelo de transductor: L19-5 Modo de funcionamiento: 2D + Doppler pulsado + Color

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,24	0,94		1,74		(b)
Valor de componente del índice			0,94	0,73	0,84	1,74	
Parámetros acústicos	$P_{r, \alpha}$ a Z_{IM} (MPa)	4,07					
	P (mW)		34,6		29,1		#
	P_{1x1} (mW)		32,0		27,8		
	z_s (cm)			0,75			
	z_b (cm)					0,57	
	z_{IM} (cm)	0,9					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,9					
	f_{awf} (MHz)	10,75	6,04		6,04		#
Otra información	prr (Hz)	917					
	srr (Hz)	10,7					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	419,1					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	2,2					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	3,3					
	p_r a z_{pii} (MPa)	5,42					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Venoso	VIP		Venoso		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Res/2,2	Gen/5,2		Gen/3,7		
	THI	Activado	Activado		Activado		
	PRF del color (Hz)	2604	2604		2604		
	Tamaño de ventana (mm)	1	1		1		
	Posición de ventana (cm)	4	44		29		

Table 80. Modelo de transductor: L19-5 Oftálmico Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,03		0,03		(b)
Valor de componente del índice			0,03	0,03	0,03	0,03	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,57					
	P (mW)		0,78		0,78		#
	P_{1x1} (mW)		0,42		0,42		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1.1					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1.1					
	f_{awf} (MHz)	12,84	12,78		12,78		#
Otra información	prr (Hz)	9599					
	srr (Hz)	15,0					
	n_{pps}	5					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	16,2					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	0,6					
	I_{spta} a z_{pij} o z_{sii} (mW/cm ²)	1,6					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,89					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Optimización	Res	Res		Res		
	Profundidad (cm)	1,8	4,8		4,8		
	MB/THI	Activ/Desact	Activado/Desactivado		Activado/Desactivado		

Table 81. Modelo de transductor: L19-5 Oftálmico Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,02		0,02		(b)
Valor de componente del índice			0,02	0,02	0,02	0,02	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,57					
	P (mW)		0,62		0,62		#
	P_{1x1} (mW)		0,37		0,37		
	z_s (cm)			0,85			
	z_b (cm)					0,95	
	z_{IM} (cm)	1,2					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,2					
	f_{awf} (MHz)	12,92	12,77		12,77		#
Otra información	pr (Hz)	3813					
	srr (Hz)	26,7					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	16,9					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	0,3					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	0,8					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,97					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Optimización	Res	Res		Res		
	Profundidad (cm)	1,8	5,2		5,2		
	MB/THI	Desact/Desact	Desactivado/Desactivado		Desactivado/Desactivado		

Table 82. Modelo de transductor: L19-5 Oftálmico Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,18	0,05		0,05		(b)
Valor de componente del índice			0,05	0,05	0,05	0,05	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,45					
	P (mW)		1,8		1,8		#
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		1,4		1,4		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	0,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,6					
	f_{awf} (MHz)	6,09	6,09		6,09		#
Otra información	prr (Hz)	17935					
	srr (Hz)	27,4					
	n_{pps}	12					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	6,4					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	7,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	10,1					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,52					
Controles de funcionamiento Controles de funcion-amiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Modo	Color	Color		Color		
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Gen/1,4	Res/4,8		Res/4,8		
	THI	Desactivado	Desactivado		Desactivado		
	Optimización del color/PRF (Hz)	Bajo/1471	Bajo/676		Bajo/676		
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Inferior/ predeterminado	Inferior/ predeterminado		Inferior/ predeterminado		

Table 83. Modelo de transductor: L19-5 Oftálmico Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,09		0,17		(b)
Valor de componente del índice			0,09	0,07	0,09	0,17	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,39					
	P (mW)		3,5		3,5		#
	P_{1x1} (mW)		3,3		3,3		
	z_s (cm)			0,85			
	z_b (cm)					0,85	
	z_{IM} (cm)	0,75					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,75					
	f_{awf} (MHz)	6,03	6,03		6,03		#
Otra información	pr (Hz)	1563					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	5,7					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sij, \alpha}$ (mW/cm ²)	21,7					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sij} (mW/cm ²)	60,3					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,60					
Controles de funcionamiento Controles de funcionamiento	Tipo examen	Oftálmico	Oftálmico		Oftálmico		
	Tamaño de ventana (mm)	2	2		2		
	Posición de ventana (cm)	38	47		47		
	PRF (Hz)	1562	7812		7812		

Tablas de emisión acústica P5-1

Tabla 84. Modelo de transductor: P5-1 Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,58	1,47		1,47		3,08
Valor de componente del índice			1,47	1,47	1,47	1,47	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	2,09					
	P (mW)		160,6		160,6		136,7
	P_{1x1} (mW)		142,9		142,9		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	2,8					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	2,8					
	f_{awf} (MHz)	1,73	2,16		2,16		1,81
Otra información	pr (Hz)	3100					
	srr (Hz)	100,0					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	207,7					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	98,1					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	135,6					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,33					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Cardíaco	Abdomen		Abdomen		Abdomen
	Optimización	Pen	Gen		Gen		Pen
	Profundidad (cm)	5,0	25,0		25,0		7,0
	MB/THI	Desact/Activ	Desactivado/Activado		Desactivado/Activado		Desact/Activ
	Zoom AQ	Desact	Mediano/superior		Mediano/superior		Estrecho-alto/centro
	Perfil de aguja	—	—		—		—
	Sector variable	Mínimo	—		—		—

Tabla 85. Modelo de transductor: P5-1 Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,45	1,45		2,09		3,13
Valor de componente del índice			1,45	1,40	1,40	2,09	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	2,13					
	P (mW)		142,2		170,7		113,6
	P_{1x1} (mW)		141,7		137,0		
	z_s (cm)			1,6			
	z_b (cm)					3,6	
	z_{IM} (cm)	3,8					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	3,8					
	f_{awf} (MHz)	2,14	2,15		2,14		2,09
Otra información	prf (Hz)	1956					
	srr (Hz)	44,4					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	263,8					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	38,5					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	57,7					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,73					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	OB	Abdomen		OB		Abdomen
	Optimización	Gen	Gen		Gen		Pen
	Profundidad (cm)	31,0	9,0		31,0		5,0
	MB/THI	Desact/Activ	Desactivado/Activado		Desactivado/Activado		Desact/Activ
	Zoom AQ	Mediano/superior	Estrecho-alto/centro		Mediano/superior		Pequeño/centro
	Perfil de aguja	—	—		—		—
	Sector variable	—	—		—		—

Tabla 86. Modelo de transductor: P5-1 Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,42	1,43		1,43		2,92
Valor de componente del índice			1,43	1,43	1,43	1,43	
Parámetros acústicos	p_r, α a z_{IM} (MPa)	1,87					
	P (mW)		141,0		141,0		141,0
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		140,7		140,7		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	4,2					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	4,2					
	f_{awf} (MHz)	1,74	2,12		2,12		2,12
Otra información	prf (Hz)	1075					
	srr (Hz)	19,9					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	238,6					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm^2)	18,2					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm^2)	26,4					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,33					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Cardíaco	Abdomen		Abdomen		Abdomen
	Modo	Color	Color		Color		Color
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Pen/11,0	Gen/9,0		Gen/9,0		Gen/9,0
	THI	Activado	Desactivado		Desactivado		Desactivado
	Optimización del color/ PRF (Hz)	Mediano/3125	Mediano/1225		Mediano/1225		Mediano/1225
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Superior / ancho-bajo	Predeterminado / estrecho		Predeterminado / estrecho		Predeterminado /estrecho
	Zoom AQ	Desactivado	Activado		Activado		Activado
	Sector variable	Predeterminado	—		—		—

Tabla 87. Modelo de transductor: P5-1 Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		MI	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,48	1,59		3,83		3,41
Valor de componente del índice			1,18	1,59	1,18	3,83	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	2,14					
	P (mW)		223,4		223,4		228,5
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		116,0		116,0		
	z_s (cm)			2,4			
	z_b (cm)					3,2	
	z_{IM} (cm)	5,2					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	5,2					
	f_{awf} (MHz)	2,10	2,12		2,12		2,12
Otra información	prf (Hz)	1563					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	309,9					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm^2)	389,2					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm^2)	854,7					
	p_r a z_{pii} (MPa)	3,01					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Abdomen	Cardíaco		Cardíaco		Cardíaco
	Tamaño de ventana (mm)	1	1		1		1
	Posición de ventana (cm)	78	115		115		168
	PRF (Hz)	1562	10417		10417		1562
	DTI	—	Desactivado		Desactivado		Desact

Tabla 88. Modelo de transductor: P5-1 Modo de funcionamiento: 2D + Doppler pulsado

Etiqueta de índice		MI	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,51	1,30		3,52		3,34
Valor de componente del índice			1,13	1,30	1,12	3,52	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	1,97					
	P (mW)		191,7		130,3		130,3
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		100,4		112,5		
	z_s (cm)			2,8			
	z_b (cm)					0,4	
	z_{MI} (cm)	5,0					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	5,0					
	f_{awf} (MHz)	1,71	2,46		2,09		2,09
Otra información	prf (Hz)	820					
	srr (Hz)	48,2					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	226,3					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm^2)	56,0					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm^2)	77,3					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,47					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Cardíaco	Cardíaco		Cardíaco		Cardíaco
	Optimización /profundidad (cm)	Pen/13,0	Gen/29,0		Gen/7,0		Gen/7,0
	THI	Activado	Activado		Desactivado		Desactivado
	Tamaño de ventana (mm)	1	2		1		1
	Posición de ventana (mm)	78	167		13		13
	PRF (Hz)	2604	3906		15625		15625
	Sector variable	Mínimo	Predeterminado		Predeterminado		Predeterminado
	Zoom AQ	Desactivado	Pequeño/centro		Desactivado		Desactivado

Tabla 89. Modelo de transductor: P5-1 Modo de funcionamiento: 2D + Doppler pulsado + Color

Etiqueta de índice		MI	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		1,51	1,44		3,74		3,23
Valor de componente del índice			1,13	1,44	1,26	3,74	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	1,97					
	P (mW)		209,0		142,9		116,9
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		112,3		126,2		
	z_s (cm)			2,4			
	z_b (cm)					1,2	
	z_{MI} (cm)	5,0					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	5,0					
	f_{awf} (MHz)	1,71	2,10		2,10		2,09
Otra información	prf (Hz)	475					
	srr (Hz)	12,5					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	226,3					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm^2)	14,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm^2)	19,9					
	p_r a z_{pii} (MPa)	2,47					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Cardíaco	Cardíaco		Cardíaco		Cardíaco
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Pen/13,0	Gen/23,0		Gen/23,0		Gen/7,0
	THI	Activado	Desactivado		Activado		Activado
	PRF del color (Hz)	3125	3125		3125		3125
	Tamaño de ventana (mm)	1	2		1		1
	Posición de ventana (mm)	78	115		23		13
	DTI	Desactivado	Desactivado		Desactivado		Desactivado
	PRF DP (Hz)	1562	3906		15625		15625
	Sector variable	Predeterminado	Máxima		Máxima		Predeterminado
	Tamaño del cuadro Color	Estrecho	Estrecho		Ancho		Predeterminado

Tabla 90. Modelo de transductor: P5-1 Modo de funcionamiento: Doppler de onda continua

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,09	0,80		3,34		1,83
Valor de componente del índice			0,80	0,62	0,61	3,34	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,13					
	P (mW)		120,1		106,7		120,1
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		120,1		106,7		
	z_s (cm)			1,8			
	z_b (cm)					0,8	
	z_{IM} (cm)	0,8					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	0,8					
	f_{awf} (MHz)	2,00	2,00		2,00		2,00
Otra información	prf (Hz)	1					
	srr (Hz)	—					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	0,5					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	489,8					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	552,2					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,14					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Cardíaco	Cardíaco		Cardíaco		Cardíaco
	Posición de ventana (mm)	13	273		13		273

Tabla 91. Modelo de transductor: P5-1 Orbital Modo de funcionamiento: 2D

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,13	0,02		0,02		0,03
Valor de componente del índice			0,02	0,02	0,02	0,02	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,22					
	P (mW)		2,3		2,3		2,3
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		1,5		1,5		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	1,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,6					
	f_{awf} (MHz)	2,84	2,62		2,62		2,62
Otra información	prf (Hz)	10762					
	srf (Hz)	83,4					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	2,4					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	0,4					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	0,4					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,25					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Orbital	Orbital		Orbital		Orbital
	Optimización	Gen	Pen		Pen		Pen
	Profundidad (cm)	5,0	5,0		5,0		5,0
	MB/THI	Desact/ Desact	Desactivado/ Desactivado		Desactivado/ Desactivado		Desact/ Desact

Tabla 92. Modelo de transductor: P5-1 Orbital Modo de funcionamiento: 2D + Modo M

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,13	0,01		0,02		0,02
Valor de componente del índice			0,014	0,013	0,014	0,015	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,22					
	P (mW)		1,5		1,5		1,5
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		1,0		1,0		
	z_s (cm)			1,4			
	z_b (cm)					1,4	
	z_{IM} (cm)	1,6					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	1,6					
	f_{awf} (MHz)	2,84	2,84		2,84		2,84
Otra información	pr (Hz)	9000					
	srr (Hz)	66,7					
	η_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	2,4					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	0,3					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	0,4					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,25					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Orbital	Orbital		Orbital		Orbital
	Optimización	Gen	Gen		Gen		Gen
	Profundidad (cm)	5,0	5,0		5,0		5,0
	MB/THI	Desact/Desact	Desactivado/Desactivado		Desactivado/Desactivado		Desact/Desact

Tabla 93. Modelo de transductor: P5-1 Orbital Modo de funcionamiento: Color/CPD

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,16	0,07		0,07		0,13
Valor de componente del índice			0,07	0,07	0,07	0,07	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,23					
	P (mW)		7,7		7,7		7,7
	$P_{1 \times 1}$ (mW)		6,5		6,5		
	z_s (cm)			—			
	z_b (cm)					—	
	z_{IM} (cm)	7,0					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	7,0					
	f_{awf} (MHz)	2,13	2,11		2,11		2,11
Otra información	prr (Hz)	2362					
	srr (Hz)	9,8					
	n_{pps}	14					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm^2)	1,8					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm^2)	5,6					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm^2)	10,4					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,37					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Orbital	Orbital		Orbital		Orbital
	Modo	Color	Color		Color		Color
	Optimización 2D/ profundidad (cm)	Pen/29,0	Gen/5,0		Gen/5,0		Gen/5,0
	THI	Desactivado	Desactivado		Desactivado		Desactiv
	Optimización del color/PRF (Hz)	Med/1812	Alta/2500		Alta/2500		Alta/2500
	Posición/ tamaño del cuadro Color	Predeterminado / estrecho-corto	Superior/ancho-bajo		Superior/ancho-bajo		Superior/ancho-bajo

Tabla 94. Modelo de transductor: P5-1 Orbital Modo de funcionamiento: Doppler pulsado

Etiqueta de índice		IM	TIS		TIB		TIC
			En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie	Bajo la superficie	En la superficie
Valor de índice máximo		0,15	0,13		0,35		0,30
Valor de componente del índice			0,10	0,13	0,10	0,35	
Parámetros acústicos	$p_{r, \alpha}$ a z_{IM} (MPa)	0,23					
	P (mW)		19,4		19,9		19,9
	P_{1x1} (mW)		10,1		10,4		
	z_s (cm)			2,4			
	z_b (cm)					3,4	
	z_{IM} (cm)	6,2					
	$z_{pii, \alpha}$ (cm)	6,2					
	f_{awf} (MHz)	2,18	2,09		2,09		2,09
Otra información	prf (Hz)	1953					
	srr (Hz)	—					
	n_{pps}	1					
	$I_{pa, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ (W/cm ²)	1,9					
	$I_{spta, \alpha}$ a $z_{pii, \alpha}$ o $z_{sii, \alpha}$ (mW/cm ²)	3,2					
	I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} (mW/cm ²)	8,8					
	p_r a z_{pii} (MPa)	0,36					
Controles de funcionamiento	Tipo examen	Orbital	Orbital		Orbital		Orbital
	Tamaño de ventana (mm)	1	5		5		5
	Posición de ventana (mm)	96	254		140		140
	PRF (Hz)	1953	2604		3906		3906

Terminología de las tablas de emisión acústica

Tabla 95. Terminología de emisión acústica

Término	Definición
α	Coefficiente de atenuación empleado para la reducción del esfuerzo. Equivalente a 0,3 dB/cm/MHz ² .
f_{awf}	Frecuencia de funcionamiento acústico.
$I_{pa, \alpha}$	Intensidad de impulso medio atenuada.
I_{spta}	Intensidad media temporal máxima espacial.
$I_{spta, \alpha}$	Intensidad media temporal máxima espacial atenuada.
IM	Índice mecánico.
P	Potencia de salida.
P_{1x1}	Potencia de salida por centímetro cuadrado.
$P_{r, \alpha}$	Máxima presión acústica de rarefacción atenuada.
P_r	Máxima presión acústica de rarefacción.
pii	Integral de intensidad de impulso.

Término	Definición
$p_{ii, \alpha}$	Integral de intensidad de impulso atenuada.
n_{pps}	Número de impulsos por línea de exploración ecográfica.
prr	Frecuencia de repetición de impulsos.
srr	Frecuencia de repetición de exploraciones.
TI	Índice térmico.
TIB	Índice térmico óseo.
TIC	Índice térmico óseo craneal.
TIS	Índice térmico de tejidos blandos.
Z_b	Profundidad de TIB.
Z_{MI}	Profundidad del índice mecánico.
Z_{pii}	Profundidad de la integral máxima de intensidad de impulso.
$Z_{pii, \alpha}$	Profundidad de la integral máxima de intensidad de impulso atenuada.
Z_{sii}	Profundidad de la suma máxima de las integrales de intensidad de impulso.
$Z_{sii, \alpha}$	Profundidad de la suma máxima de las integrales de intensidad de impulso atenuadas.
Z_s	Profundidad de TIS.

Precisión e imprecisión de las mediciones acústicas

Todas las entradas de las tablas se obtuvieron en las mismas condiciones de funcionamiento que generan el valor de índice máximo en la primera fila de la tabla. En la siguiente tabla se indican los valores de incertidumbre para las mediciones de potencia, presión, intensidad y otros parámetros que se emplean para derivar los valores de la tabla de emisión acústica.

Tabla 96. Incertidumbre de la medición acústica

Parámetro	Incertidumbre (95 % de confianza)		
	C5-1, IC10-3, P5-1,	L12-3, L15-4	L19-5
P_r	De +11,2 a -9,3 %	De +12,5 a -12,3 %	De +13,4 a -13,1 %
$P_{r.3}$	De +11,2 a -9,4 %	De +12,5 a -12,3 %	De +13,5 a -13,2 %
P	$\pm 11,7$ %	$\pm 11,7$ %	$\pm 16,2$ %
f_{awf}	$\pm 1,0$ %	$\pm 1,0$ %	$\pm 1,0$ %
P_{ii}	De +19,4 a -14,1 %	De +21,8 a -21,3 %	De +24,1 a -23,2 %
$P_{ii.3}$	De +19,5 a -14,2 %	De +21,9 a -21,4 %	De +24,2 a -23,3 %

Funciones

Este dispositivo se puede conectar a una red informática para realizar las siguientes funciones:

- Almacenar datos de exámenes (imágenes estáticas, clips) que se adquieren con este dispositivo en un sistema PACS (Picture Archiving and Communication System, por sus siglas en inglés) mediante el protocolo de comunicación DICOM.
- Buscar órdenes de examen desde el servidor de la lista de tareas de modalidad (MWL) mediante un protocolo de comunicación DICOM e iniciarlas.
- Ajustar la hora de este dispositivo realizando una consulta al servicio de hora de la red.
- Comunicar el procedimiento mediante el servicio MPPS (Modality Performed Procedure Step, por sus siglas en inglés).
- Solicitar la transferencia de la responsabilidad de la propiedad de las imágenes a otro sistema mediante el servicio de asignación de almacenamiento.
- Descarga de plantillas de hojas de trabajo personalizadas de un servidor Sonosite Synchronicity y uso de Qview para conectarse a un servidor Qpath para rellenar hojas de trabajo remotas.

Copia de seguridad de datos

- Realice copias de seguridad de datos de forma regular, como parte de un plan de contingencia. Esto le permitirá garantizar un correcto funcionamiento del sistema y la integridad de los datos. FUJIFILM Sonosite recomienda permitir realizar copias de seguridad de la Información de Salud Protegida electrónicamente (ePHI), del registro de auditorías y de los datos configurables del sistema solo al administrador del sistema autorizado.
- Almacene las copias de seguridad de datos en soportes modernos para garantizar que los datos no se pierdan debido a la obsolescencia tecnológica.

Especificaciones de red para conectar el dispositivo

Para garantizar la seguridad, utilice una red informática aislada mediante un firewall del entorno exterior.

Especificaciones del hardware

- 802.11 a/b/g/n/ac
- Ethernet 10/100/1000 BASE-T mediante puerto RJ45 con cable de conexión

Protocolos de interfaz y comunicación

Los siguientes protocolos de interfaz y comunicación están disponibles en el sistema:

- NTP
- DICOM
- DHCP
- HTTPS
- LDAP/S

NTP

El protocolo de tiempo de red (NTP) se suele utilizar para sincronizar los relojes de ordenadores y dispositivos de red en una red, lo que es crucial para algunas aplicaciones y servicios.

Versión: NTPv4 (según RFC 5905)

Componentes clave:

- **Servidores de hora:** los servidores de hora son dispositivos que proporcionan información horaria precisa.
- **Clientes:** dispositivos de la red que sincronizan los relojes con los servidores de hora.
- **Mensajes:** NTP utiliza una serie de mensajes que se intercambian entre clientes y servidores para lograr la sincronización horaria.
- **Estratos:** los servidores de hora se clasifican en estratos. Los servidores del estrato 1 disponen de las fuentes horarias más precisas (por ejemplo, relojes atómicos). Los servidores del estrato 2 se sincronizan con el estrato 1 y así sucesivamente.
- **Marcas de tiempo:** NTP utiliza marcas de tiempo para representarlo. Las marcas de tiempo se basan en un formato de 64-bit, que incluye segundos y fracciones de segundo.
- **Segundos intercalares:** NTP tiene en cuenta los segundos intercalares y garantiza que los dispositivos puedan ajustar la hora con precisión cuando se añaden o eliminan segundos intercalares.
- **Consideraciones de seguridad:** NTP incluye funciones de seguridad para ofrecer protección contra ataques de ciberseguridad, como ajustes de hora no autorizados.
- **Relojes de referencia:** algunos servidores NTP utilizan relojes de referencia con fuentes de tiempo extremadamente precisas, como relojes atómicos o receptores GPS.

NTP sigue estos pasos:

1. El cliente envía un paquete de solicitud a un servidor temporal para conocer la hora actual.
2. El servidor responde con un paquete que contiene su propia noción de la hora actual. El paquete también incluye información sobre los estratos del servidor, la precisión y otros detalles.
3. El cliente ajusta el reloj basándose en la información que ha recibido.
4. Para garantizar una sincronización permanente, se realizan comprobaciones continuas y actualizaciones periódicas.

DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es un estándar para la comunicación y la gestión de información de imágenes médicas y otros datos relacionados. Si desea obtener más información sobre DICOM y su configuración, consulte [Acerca de DICOM \[46\]](#).

Versión: DICOM 3.0

Componentes clave: para obtener una descripción completa de los componentes DICOM, consulte la *Declaración de conformidad de DICOM* que está disponible en www.sonosite.com/support/connectivity.

- **Definiciones de objetos de información (IOD, por sus siglas en inglés):** DICOM define varios IOD que especifican la estructura y semántica de las entidades de información, como imágenes, datos del paciente e información del estudio.

- **Clases de servicios:** DICOM incluye diferentes clases de servicio que definen operaciones específicas y patrones de comunicación. Algunos ejemplos incluyen la Clase de Servicio de Almacenamiento para almacenamiento de imágenes y la Clase de Servicio de Gestión Básica de la Lista de Tareas para acceder a las listas de tareas.
- **Elementos de datos:** DICOM utiliza una estructura basada en etiquetas para representar elementos de datos. Cada elemento de datos tiene una etiqueta única que lo identifica e incluye información como el nombre del paciente, la fecha del estudio, los datos del píxel, etc.
- **Sintaxis de transferencia:** DICOM admite diferentes sintaxis de transferencia para codificar y comprimir información de imágenes y de datos. Algunos ejemplos son JPEG y little endian RV explícito.
- **Comunicación de red:** DICOM utiliza la entidad de aplicación DICOM como nodo de red. La comunicación entre los nodos de DICOM implica el establecimiento de asociaciones, la negociación de capacidades y el intercambio de información.
- **Formato de archivo DICOM:** DICOM especifica un formato de archivo para almacenar imágenes médicas e información relacionada. Los archivos suelen tener una extensión ".dcm".
- **Seguridad:** DICOM incluye funciones de seguridad para proteger la privacidad de los pacientes y garantizar la confidencialidad e integridad de los datos médicos durante su transmisión y almacenamiento.
- **Clases de SOP:** DICOM define las clases SOP (del inglés, Service-Object Pair), que son combinaciones de IOD y de clases de servicios. Las clases SOP especifican cómo se manipulan las instancias de objetos de información en una red DICOM.
- **Modalidad de lista de trabajo:** DICOM admite el intercambio de listas de trabajo, que contienen información sobre las intervenciones programadas, datos demográficos de pacientes y otros datos relevantes.

DHCP

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, por sus siglas en inglés) es un protocolo de gestión de red que asigna y gestiona de forma dinámica direcciones IP, máscaras subred, accesos predeterminados, servidores del sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés) y otra información de configuración de red a los dispositivos de una red TCP/IP. DHCP simplifica el proceso de administración de la red automatizando la asignación de direcciones IP, reduciendo la probabilidad de conflictos y facilitando la gestión de los cambios en la red.

Componentes clave:

- **Servidor DHCP:** servidor responsable de asignar de forma dinámica direcciones IP e información de configuración de red relacionada a clientes DHCP.
- **Cliente DHCP:** un dispositivo (como un ordenador, un teléfono inteligente o una impresora de red) que necesita información de la configuración de red de un servidor DHCP.
- **Arrendamiento:** DHCP funciona mediante un sistema de arrendamiento en el que las direcciones IP se asignan a los clientes durante un tiempo determinado (tiempo de arrendamiento). Los clientes tienen que renovar su arrendamiento antes de que venza para mantener la conectividad a la red.
- **Pool de direcciones IP:** el rango de direcciones IP que se ha configurado para que el servidor DHCP asigne a los clientes. DHCP asigna direcciones IP del pool a los clientes que lo soliciten.
- **Alcance:** el alcance define las opciones de configuración y el rango de direcciones IP que proporciona un servidor DHCP para una subred específica.
- **Proceso Ofrece, solicita, reconoce (ORA, por sus siglas en inglés):**
 1. El servidor DHCP ofrece al cliente una dirección IP disponible y otros parámetros de configuración.

2. El cliente solicita formalmente la dirección IP que le ha ofrecido el servidor DHCP.
 3. El servidor DHCP reconoce la solicitud del cliente y ejecuta el arrendamiento.
- **Proceso de renovación:** los clientes DHCP solicitan de forma periódica renovar su arrendamiento antes de que expire solicitando una extensión del servidor DHCP.
 - **Proceso de devolución:** los clientes pueden devolver sus direcciones IP asignadas al servidor DHCP cuando hayan terminado de utilizarlas. De esta forma se liberan direcciones en el pool.
 - **Comunicación de difusión:** DHCP se basa inicialmente en la comunicación de difusión para encontrar los servidores DHCP disponibles y obtener la información de configuración inicial. La comunicación unidifusión puede utilizarse más adelante para la renovación del arrendamiento.
 - **Opciones:** DHCP permite la inclusión de varias opciones de configuración, como direcciones de servidor DNS, accesos predeterminados o máscaras de subred en los mensajes DHCP.
 - **Configuración dinámica:** DHCP permite hacer cambios en la configuración de red sin intervención manual, facilitando así la adaptación dinámica a los cambios de red.

HTTPS

HTTPS (en inglés, Hypertext Transfer Protocol Secure) es una versión segura de HTTP que se utiliza para transmitir datos en internet. HTTPS añade cifrado para proteger datos intercambiados entre el navegador de un usuario y un sitio web. Este cifrado se suele implementar mediante seguridad de la capa de transporte (TLS, por sus siglas en inglés) o su predecesora, la capa de puertos seguros (SSL, por sus siglas en inglés).

Componentes clave:

- **Cifrado:** HTTPS utiliza protocolos de cifrado, principalmente TLS, para proteger la comunicación entre el servidor web y el navegador del cliente. Este cifrado garantiza que los datos transmitidos entre las dos entidades sigan siendo confidenciales y no los puedan interceptar fácilmente agentes maliciosos.
- **Esquema URL:** las URL de HTTPS se distinguen de las URL HTTP normales por el prefijo "https://". Esto indica que la comunicación entre el cliente y el servidor es segura.
- **Capa de puertos seguros (SSL)/Seguridad de la capa de transporte (TLS):** la SSL y la TLS son protocolos criptográficos que proporcionan una comunicación segura a través de una red de ordenadores. Establecen una conexión segura cifrando los datos que intercambian el cliente y el servidor.
- **Infraestructura de clave pública (PKI):** HTTPS se basa en la PKI para facilitar el intercambio seguro de claves entre el servidor y el cliente. Esto implica el uso de pares de claves públicas y privadas.
- **Certificados digitales:** los sitios web que utilizan HTTPS deben disponer de un certificado digital emitido por una autoridad de certificación (AC) de confianza. El certificado incluye la clave pública e información sobre el propietario del sitio web y se utiliza para verificar la autenticidad de dicho sitio.
- **Proceso de establecimiento de comunicación:** durante el establecimiento de comunicación de TLS/SSL, el cliente y el servidor negocian el cifrado de algoritmos e intercambian claves criptográficas para establecer una conexión segura.
- **Integridad de datos:** además del cifrado, HTTPS garantiza la integridad de los datos mediante funciones hash criptográficas. De este modo, se evita que los datos se manipulen durante la transmisión.
- **Número de puerto:** HTTPS utiliza de forma predeterminada el puerto 443 para la comunicación segura. HTTP normal, en cambio, utiliza el puerto 80 como predeterminado.

LDAP/S

El protocolo seguro ligero de acceso a directorios (LDAP/S, por sus siglas en inglés) es una forma segura de LDAP, que se utiliza para acceder y gestionar servicios de información de directorios. Este cifrado se suele implementar mediante seguridad de la capa de transporte (TLS, por sus siglas en inglés) o su predecesora, la capa de puertos seguros (SSL, por sus siglas en inglés).

Componentes clave:

- **Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP):** el LDAP es un protocolo de servicio de directorio que proporciona una manera estandarizada de acceder a información y gestionarla en un directorio (estructura jerárquica que organiza y almacena datos).
- **Conexión segura:** LDAP/S garantiza la seguridad de comunicación entre clientes de LDAP y los servidores cifrando los datos que se han intercambiado durante las sesiones de LDAP.
- **Protocolos de cifrado:** LDAP/S utiliza protocolos como la SSL o TLS para proporcionar un cifrado para el tráfico de datos.
- **Número de puerto:** LDAP/S utiliza de forma predeterminada el puerto 636 para la comunicación segura. LDAP normal, en cambio, utiliza como predeterminado el puerto 389.
- **Autenticación basada en certificados:** LDAP/S incluye autenticaciones basadas en certificados, en las que el servidor presenta un certificado digital para demostrar su identidad al cliente.
- **Establecimiento de comunicación TLS:** durante el establecimiento de comunicación TLS, el cliente y el servidor negocian los ajustes de cifrado e intercambian claves criptográficas, estableciendo así una conexión segura.
- **Servicios de directorio:** LDAP/S se utiliza para acceder y gestionar servicios de directorio, que almacenan y organizan información como perfiles de usuario.
- **Consideraciones de seguridad:** LDAP/S ayuda a proteger información confidencial del espionaje y manipulaciones informáticas durante la transmisión a través de una red, lo que mejora la seguridad general de los servicios de directorio.
- **Compatibilidad:** LDAP/S mantiene la compatibilidad con las operaciones y funcionalidades de LDAP estándar, lo que garantiza que se puedan establecer conexiones seguras sin cambios significativos en las aplicaciones basadas en LDAP.

Seguridad y privacidad

- El puerto para la comunicación DICOM (especificado por el usuario en los ajustes del sistema; normalmente, los puertos 104, 2762 o 11112) se usa para la comunicación saliente con la red.
- No se ha instalado un software antivirus en este dispositivo.
- Este dispositivo tiene un único puerto de escucha configurable para el eco DICOM y la asignación de almacenamiento.
- Los controles configurables relativos a la seguridad y privacidad en Sonosite MT son:
 - Funciones y responsabilidades del usuario
 - Cierre automático de la sesión del usuario
 - Autorización y autenticación del usuario
 - Copia de seguridad y recuperación de datos
 - Cifrado de datos (en reposo y en transmisión)
- Los administradores del departamento y del sistema deberán contar con los elementos de protección técnicos y físicos recomendados que se exponen a continuación, así como seguir las directrices HIPAA para garantizar su cumplimiento:

- **Control del acceso a la sala:** se deberán implementar procedimientos locales para limitar el acceso físico a los equipos médicos con el objetivo de evitar que personas no autorizadas entren en contacto accidental, casual o deliberado con los mismos.
- **Controles del acceso al sistema:** acceda al sistema solo con cuentas de usuario únicas. No divulgue la información relativa a las credenciales de inicio de sesión.
- **Controles de auditoría:** se realizará un seguimiento de todas las acciones relacionadas con los datos de un paciente realizadas por un usuario, a través de los registros de auditoría de Información de Salud Protegida electrónicamente (ePHI), a los que el administrador puede acceder y que este deberá comprobar de forma regular. Las cuentas de usuarios invitados no se pueden auditar y solo deben utilizarse cuando sea necesario.
- **Desidentificación:** utilice la opción de desidentificación antes de exportar los datos del paciente a un dispositivo extraíble utilizado para solucionar los problemas del sistema o repararlo.
- **Manipulación de soportes extraíbles:** los soportes extraíbles que contengan imágenes u otros tipos de información sanitaria deberán almacenarse en una zona segura a la que solo puedan acceder personas autorizadas.
- **Seguridad de transmisión:** es posible que los datos clínicos que se transmiten a través de la red no estén cifrados. Añada únicamente dispositivos de confianza a la red (recomendamos encarecidamente el uso de DICOM cifrado. En caso de que el sistema de DICOM seguro no sea compatible, se deberán implementar controles de seguridad de red para proteger la integridad y confidencialidad de los datos).
- **Integridad de datos:** siempre se deberán usar métodos criptográficos para garantizar la integridad de los datos personales. De ser posible, lleve a cabo comprobaciones de integridad para detectar modificaciones no autorizadas en los datos personales. En caso de detectar una modificación o eliminación de forma inadecuada de datos clínicos, póngase en contacto con el servicio de FUJIFILM Sonosite.
 - **Cifrado de datos:** los datos en reposo deberán cifrarse tanto en el disco como en la base de datos, mediante el uso de un método de cifrado válido y de conformidad con FIPS 140-2. Solo los administradores del sistema se encargarán del mantenimiento y protección de las claves de cifrado.
 - **Protección del sistema:** los servidores host de la aplicación y la base de datos deberán protegerse según se establece en los controles de seguridad de servidor NIST 800-123.
- **Actualizaciones de software:** a la hora de instalar actualizaciones o parches en el dispositivo sanitario, utilice solo los que hayan recibido autorización de FUJIFILM Sonosite.

Flujo de datos

Servidor MWL —————> Sonosite MT —————> PACS

Orden de estudio (DICOM MWL) ————— Datos de estudio
(Almacenamiento DICOM)

Para obtener más detalles, consulte la *Declaración de conformidad con DICOM*.



ATENCIÓN

1. La conexión del equipo a una red informática en la que se incluyan otros sistemas puede provocar riesgos no identificados anteriormente a pacientes, operadores o terceros. Antes de conectar el equipo a una red informática no controlada, asegúrese de que se han identificado y evaluado todos los posibles riesgos derivados de dichas conexiones y que se han aplicado las contramedidas adecuadas. En la norma IEC 80001-1:2010 se ofrecen recomendaciones para abordar estos riesgos.
2. Cuando se haya modificado un ajuste de la red informática a la cual está conectado este dispositivo, compruebe que dicha modificación no influye en el dispositivo y, de ser necesario, tome las medidas pertinentes. Entre los cambios realizados en la red informática se incluyen:
 - Cambios en la configuración de la red (dirección IP, enrutador, etc.)
 - Conexión de elementos adicionales
 - Desconexión de elementos
 - Actualización del equipo
 - Actualización con mejoras del equipoCualquier cambio realizado en la red informática puede suponer nuevos riesgos para los cuales es necesario realizar una evaluación adicional según lo descrito en el artículo 1 anterior.

Lista aprobada de aplicaciones

La lista aprobada de aplicaciones evita el uso no autorizado del ecógrafo.

- El sistema solo permitirá ejecutar aquellos programas que se hayan configurado en la lista aprobada de aplicaciones.
- El sistema bloquea todo intento de modificación, sobrescritura o eliminación de los archivos incluidos en la lista aprobada de aplicaciones.
- El usuario no puede configurar la lista aprobada de aplicaciones. Esta configuración forma parte del proceso de instalación del software FUJIFILM Sonosite.
- El sistema solo permitirá modificar la lista aprobada de aplicaciones cuando el cambio parta de un componente de software que cuente con firma electrónica, como por ejemplo una actualización de FUJIFILM Sonosite.
- El sistema registrará todos los intentos de modificación o eliminación de paquetes aprobados.
- El sistema registrará todos los intentos de modificación de la configuración aprobada de aplicaciones.
- El sistema registrará todos los intentos de carga o ejecución de paquetes de software no autorizados.
- El administrador deberá auditar los registros del sistema de forma regular.

Medidas de recuperación ante un fallo en la red informática

En ocasiones, la conexión a una red informática puede pasar a ser poco fiable y esto puede generar fallos a la hora de realizar las funciones que se describen en [Funciones \[265\]](#). Como consecuencia, pueden producirse las siguientes situaciones peligrosas.

	Efecto en el equipo	Riesgo	Contramedida
La red informática se vuelve inestable (por ejemplo, falla la comunicación inalámbrica)	No es posible transmitir los datos del examen a un PACS	Retraso del diagnóstico	El sistema de ecografía tiene memoria interna y los datos del examen se almacenarán allí. Una vez que la red informática vuelva a ser estable, el sistema iniciará la transferencia de datos de nuevo de forma automática.
	Retraso en la transmisión a un PACS		
	Se han transmitido datos incorrectos a un PACS	Diagnóstico erróneo	La integridad de los datos se garantiza mediante los protocolos TCP/IP y DICOM que utiliza el sistema.
	No es posible obtener los datos de la orden de un servidor MWL	Retraso del examen	El usuario puede iniciar/crear un nuevo estudio en el sistema.
	Retraso de obtención de la orden de un servidor MWL		
	Datos incorrectos del servidor MWL	Examen incorrecto	El sistema de ecografía utiliza los protocolos TCP/IP y DICOM, lo que garantiza la integridad de los datos.
	No es posible obtener la hora del servidor de hora	Datos del examen incorrectos	El sistema de ecografía incluye una función para introducir los datos y la hora de forma manual.
	Datos de hora incorrectos		El sistema de ecografía siempre muestra la fecha y la hora en la pantalla principal.
Fallo del firewall	Ataque a través de la red	Manipulación de los datos del examen	El sistema de ecografía cierra los puertos de red que no son necesarios.
	Infección provocada por un virus	Filtración de los datos del examen	El sistema de ecografía evita que un usuario cualquiera cargue un software y lo ejecute.

Si la conexión falla debido a problemas en las instalaciones de red, el sistema reintenta la transmisión de los datos del estudio a los sistemas PACS. Después de que el sistema intente enviar el estudio cuatro veces, pausa la transmisión. Si esto ocurre, el sistema la reanudará automáticamente después de un período de tiempo configurado (consulte [Campos de configuración de la localización \[48\]](#)). El sistema suspende automáticamente la transmisión si se produce un error inesperado. Si se suspende la transmisión, el usuario debe volver a activarla manualmente (consulte [Archivado manual de los estudios \[135\]](#)). El usuario puede hacerlo en cualquier momento, tanto en el caso de los estudios pausados como en el de los que están suspendidos. No existe ningún riesgo para la seguridad del paciente, del operador o de otras personas, ni tampoco pérdida de datos, ya que el sistema los almacena de forma local. Además, el sistema puede desempeñar su función clínica prevista incluso sin conexión a la red.

Conexión inalámbrica

Si la norma FIPS (estándares federales de procesamiento de la información) está habilitada, la calidad del servicio (QoS, por sus siglas en inglés) se desactivará en el sistema de ecografía. El sistema no tiene una interfaz de usuario para cambiar la QoS de los ajustes de red y la funcionalidad inalámbrica del sistema no se ve afectada por ningún ajuste que haya en otros dispositivos y servidores de red.

Para utilizar una conexión inalámbrica, los ajustes se deben configurar siguiendo las instrucciones de la sección de ajustes de **Conectividad y DICOM** y subsecciones. Las conexiones inalámbricas específicas y los campos de ajustes se describen en [Conexión a la red de forma inalámbrica \[47\]](#), [Campos de configuración de la localización \[48\]](#) y [Campos de configuración del perfil inalámbrico \[49\]](#). Se pueden configurar varios perfiles inalámbricos si se siguen las instrucciones que aparecen más abajo. Después de configurar y habilitar la conexión de red, el sistema se reinicia automáticamente y se conecta a la red configurada. Si se pierde la conexión, el sistema muestra el siguiente icono de conexión inalámbrica . No es necesario realizar ninguna acción para volver a establecer la conexión inalámbrica perdida. El sistema intenta conectarse de nuevo a la red de manera automática, sin necesidad de reiniciarlo, y restablece la conexión cuando la señal inalámbrica vuelve a estar disponible. En estos casos no se produce ninguna pérdida de datos, ya que el sistema los almacena de forma local. La reactivación y la recuperación presuponen que el perfil inalámbrico y los ajustes de ubicación están configurados correctamente y que la red inalámbrica funciona.

Implementación, detección y mantenimiento de la seguridad

Para garantizar la seguridad de su sistema, active el **modo seguro** (consulte [Configuración del sistema por primera vez \[34\]](#))

Para limitar las amenazas a la ciberseguridad, el sistema utiliza controles de seguridad y privacidad estándar del sector, entre los que se incluyen el refuerzo del sistema, un cortafuegos interno y una lista de aplicaciones aprobadas. FUJIFILM Sonosite proporciona actualizaciones de software periódicas que contienen los últimos parches de seguridad y le anima a mantener un alto nivel de seguridad manteniendo el sistema al día con las versiones de software publicadas. La información sobre la última versión del software del sistema se pone a disposición de los clientes a través de los representantes de campo y de servicio, que notifican todas las novedades cuando el dispositivo está a la venta en la región. Las instrucciones para las actualizaciones de licencias de software se describen con más detalle en [Licencias de software \[165\]](#).

Divulgación coordinada de vulnerabilidades

FUJIFILM Sonosite supervisa y prueba continuamente el sistema en busca de vulnerabilidades y riesgos para la seguridad. Si se descubre una vulnerabilidad o un riesgo para la seguridad que pueda afectar al sistema de ecografía, FUJIFILM Sonosite ejecuta el plan de respuesta a incidentes, que incluye la notificación al cliente y la aplicación de planes de acción preventivos y correctivos. Además, la página web www.sonosite.com/support/security se utiliza para informar a los clientes de las principales vulnerabilidades que pueden afectar a los sistemas FUJIFILM Sonosite. Si sospecha o detecta un evento de ciberseguridad en el sistema, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite (consulte [Obtención de ayuda \[1\]](#)).

Fin de la vida útil

Al final del periodo de asistencia, es posible que la empresa ya no pueda proporcionar parches de seguridad ni actualizaciones de software. Todos los anuncios de fin de vida útil están disponibles en el sitio web de la empresa: www.sonosite.com/support/security. Los clientes también pueden recibir boletines de actualización de la empresa sobre el estado de su dispositivo. Se les anima a ponerse en contacto con su representante de ventas o con el departamento de asistencia técnica para obtener información adicional una vez que el dispositivo se encuentre al final del periodo de asistencia.

Términos

Si necesita información sobre términos ecográficos no incluidos en este glosario, consulte el documento *Recommended Ultrasound Terminology, Third Edition*, publicado en 2011 por el American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM).

ACEP	American College of Emergency Physicians (Colegio estadounidense de médicos de emergencias)
Adquisición de imágenes de Doppler tisular (TDI)	Técnica de Doppler pulsado utilizada para detectar el movimiento miocárdico.
as low as reasonably achievable (tan bajo como sea razonablemente posible) (ALARA)	El criterio de referencia en la utilización de los ultrasonidos, según el cual la exposición del paciente a la energía ultrasónica debe ser tan baja como sea razonablemente posible para obtener resultados diagnósticos.
frecuencia de repetición de impulsos (PRF)	Indica el número de pulsos de ultrasonidos que emite el transductor durante un periodo determinado. HPRF significa frecuencia de repetición de impulsos alta.
Imagen armónica tisular (THI)	Transmite a una frecuencia y recibe a una frecuencia armónica superior para reducir ruidos e interferencias y mejorar la resolución.
<i>in situ</i>	En la posición natural u original.
índice mecánico IM	Indicación de la probabilidad de que se produzcan efectos biológicos mecánicos: cuanto mayor sea el índice mecánico, mayor será la probabilidad de que se produzcan efectos biológicos mecánicos.
índice térmico de hueso craneal (TIC)	Índice térmico para aplicaciones en las que el haz de ultrasonidos atraviesa el hueso próximo a la entrada del haz en el cuerpo.
índice térmico de hueso (TIB)	Un índice térmico para aplicaciones en las que el haz de ultrasonido atraviesa el tejido blando y una región focal se encuentra próxima al hueso.
índice térmico de tejidos blandos (TIS)	Índice térmico relacionado con los tejidos blandos.
índice térmico (Thermal index, TI)	Proporción entre la potencia acústica total y la potencia acústica necesaria para elevar la temperatura del tejido en 1 °C bajo determinados supuestos.
línea D	Hace referencia a la posición de enfoque del haz de ultrasonido durante la adquisición de imágenes Doppler.
línea de la piel	Profundidad en la presentación de imágenes que corresponde a la interfaz entre el tejido y el transductor.

línea M	Hace referencia a la posición de enfoque del haz de ultrasonido durante la adquisición de imágenes en el modo M.
Profundidad	Hace referencia a la profundidad de la lectura. Se presupone una velocidad de sonido constante de 1538,5 m/s en el cálculo de la posición de los ecos en la imagen.
Tecnología SonoMB	Un subconjunto del modo de imágenes en 2D en el cual las imágenes bidimensionales se mejoran al examinar un objetivo desde varios ángulos y combinar o promediar los datos explorados en conjunto para aumentar la calidad general de la imagen y, a la vez, reducir el ruido y las señales de artefacto.
transductor	Dispositivo que transforma una forma de energía en otra. Los transductores ecográficos contienen elementos piezoeléctricos que, cuando se activan electrónicamente, emiten energía acústica. Al transmitir la energía acústica al cuerpo, esta se desplaza hasta encontrar una interfaz o un cambio en las propiedades del tejido. En la interfaz se forma un eco que vuelve al transductor, donde esta energía acústica se transforma en energía eléctrica, se procesa y se muestra como información anatómica.
transductor de array curvo	Se identifica con la letra C (curvo o curvilíneo) y un número. El número corresponde al intervalo de frecuencias del transductor expresado en MHz. Los elementos del transductor están configurados eléctricamente para controlar las características y la dirección del haz acústico. Por ejemplo, C5-1.
transductor de array lineal	Se identifica con la letra L (lineal) y un número. El número corresponde al intervalo de frecuencias del transductor expresado en MHz. Los elementos del transductor están configurados eléctricamente para controlar las características y la dirección del haz acústico. Por ejemplo, L12-3.
transductor de array por fases	Se identifica con la letra P (fase, en inglés) y un número. Transductor diseñado principalmente para exploraciones cardíacas. Forma una imagen sectorial orientando electrónicamente la dirección y el foco del haz. Por ejemplo, P5-1.
Varianza	Muestra una variación en la adquisición de imágenes de flujo Doppler en color dentro de una muestra dada. La varianza se asigna al color verde y se utiliza para detectar turbulencias.

Abreviaturas y acrónimos

Abreviaturas empleadas en la interfaz del usuario.

A	Velocidad máxima de onda "A"
A2Cd	Apical 2 de cámara diastólica
A2Cs	Apical 2 de cámara sistólica

A4Cd	Apical de 4 cámaras en diástole
A4Cs	Apical de 4 cámaras en sístole
AAA	Aneurisma aórtico abdominal
AB	Arteria basilar
Abdominal	Abdomen
ACA	Arteria cerebral anterior
ACE	Arteria carótida externa
ACED	Arteria carótida externa, segmento distal
ACEM	Arteria carótida externa, segmento intermedio
ACEP	Arteria carótida externa, segmento proximal
ACI	Arteria carótida interna
ACID	Arteria carótida interna, segmento distal
ACIEC	Arteria carótida interna, segmento extracraneal
ACIM	Arteria carótida interna, segmento intermedio
ACIP	Arteria carótida interna, segmento proximal
ACIT	Arteria carótida interna, segmento terminal
ACM	Arteria cerebral media
ACoA o A Com A	Arteria comunicante anterior
ACoP o A Com P	Arteria comunicante posterior
ACP	Arteria carótida primitiva
ACPD	Arteria carótida primitiva, segmento distal
ACPM	Arteria carótida primitiva, segmento intermedio
ACPP	Arteria carótida primitiva, segmento proximal
AD	Aurícula derecha
AEI	Arteria ilíaca externa
AF	Acortamiento fraccional
AFDVI	Acortamiento fraccional del diámetro del ventrículo izquierdo
AI	Aurícula izquierda
AIC	Arteria ilíaca primitiva

All	Arteria ilíaca interna
Al. o A	Altura
An. o Anch	Anchura
Anter D	Anterior distal
Anter P	Anterior proximal
Ao	Aorta
AO	Arteria oftálmica
AoA o Ao. asc.	Aorta ascendente
Art	Arteria
AS	Estenosis aórtica
ATF	Área del tórax fetal
ATFL	Ligamento talofibular anterior
AU o AUmb	Arteria umbilical
AUA	Edad ecográfica media. Se calcula obteniendo la media de las edades ecográficas individuales para las mediciones de biometría fetal y saco gestacional medio realizadas durante el examen. Los valores de edad gestacional (GA) usados para determinar la AUA se basan en los autores de cálculos obstétricos seleccionados.
AV	Arteria vertebral
AVA	Área de la válvula aórtica
AVEC	Arteria vertebral, segmento extracraneal
AVM	Área de la válvula mitral
Bifur	Bifurcación
BSA	Área de superficie corporal
CA	Perímetro abdominal
CBD	Conducto biliar común
CHD	Conducto hepático común
Cine	Memoria o bucle de secuencias de cine La memoria de secuencias de cine almacena una secuencia de imágenes grabada durante un periodo de tiempo.
CM	Cisterna magna

Cons/Ef	Consolidación pulmonar/Derrame pleural
CPD	Doppler de potencia en color
Crd	Cardíaco
CVD	Doppler de velocidad en color
D. ao.	Diámetro aórtico
D Apical	Distancia apical
D máx VCI	Diámetro máximo de la vena cava inferior
D o d	Diastólica
D o Diám.	Diámetro
D. STJ	Diámetro de la unión sinotubular
D TSVD	Diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho
D. val. sinusal	Diámetro de valsalva sinusal
DAPT	Diámetro anteroposterior del tórax
DBP	Diámetro biparietal
Der.	Derecha
Desacel	Tiempo de desaceleración
Diám Ani	Diámetro del anillo
Diám TSVI	Diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo
Dist	Distal
DOE	Distancia ocular exterior
DOI	Distancia ocular interna
DP	Doppler pulsado
dP/dT	Variación de la presión/Variación del tiempo
DTC	Diámetro transcerebelar (medición obstétrica)
	Doppler transcraneal (tipo de examen)
DurA	Duración de la onda "A"
DVD	Diámetro interno del ventrículo derecho
DVDd	Diámetro interno diastólico del ventrículo derecho
DVDs	Diámetro interno sistólico del ventrículo derecho

DVI	Diámetro interno del ventrículo izquierdo
DVID	Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo
DVIs	Diámetro sistólico del ventrículo izquierdo
E	Velocidad máxima de onda "E"
E:A	Proporción E:A
EDA	Área telediastólica
EDD	Fecha estimada de parto
EDD por AUA	Fecha estimada del parto basada en la edad ecográfica media Fecha estimada del parto calculada a partir de las mediciones realizadas durante el examen.
EDD por LMP	Fecha estimada del parto basada en el último periodo menstrual La fecha prevista calculada a partir del LMP introducido por el usuario.
E/e'	Velocidad E = Velocidad E de la válvula mitral dividida por la velocidad e' anular
EFPPVI	Engrosamiento fraccional de la pared posterior del ventrículo izquierdo (Left Ventricular Posterior Wall Fractional Thickening)
Endo	Endocárdico
Epi	Epicárdico
ESA	Área telesistólica
ET	Tiempo de eyección
FAC	Cambio del área fraccional
FC	Frecuencia cardíaca
FCF	Frecuencia cardíaca fetal
FE	Fracción de eyección
FE TIV	Engrosamiento fraccional del tabique interventricular
Fol.	Folículo
FP esta.	Fecha prevista establecida Fecha prevista introducida por el usuario basada en datos de exámenes anteriores o en otra información disponible. El LMP se deduce de la fecha prevista establecida y aparece en el informe del paciente como LMPd.

GA o EG	Edad gestacional
GA por LMP o GA por UPM	Edad gestacional basada en el último período menstrual Edad fetal calculada a partir de la fecha del último período menstrual (LMP).
GA por LMPd	Edad gestacional basada en el último período menstrual derivado Edad fetal calculada a partir del último período menstrual (LMPd) derivado de la fecha prevista establecida. DD.
GC	Gasto cardíaco
Gest.	Gestacional
GP	Gradiente de presión
GP A	Gradiente de presión máximo de onda "A"
GP E	Gradiente de presión máximo de onda "E"
GSV	Vena safena interna
Gyn (Gin.)	Ginecología
IA	Insuficiencia aórtica
IC	Índice cardíaco
IEE	Inyección epidural de corticoides
ILA	Índice de líquido amniótico
IMT	Grosor íntimo medial
IP	Índice de pulsatilidad
IR	Índice de resistencia
IS	Índice sistólico
IVT	Integral de velocidad-tiempo
Izq.	Izquierda
L	Longitud
Later D	Lateral distal
Later P	Lateral proximal
LCC	Longitud cefalocaudal
LCL	Ligamento colateral lateral
LCM	Ligamento colateral medial

LF	Longitud del fémur
LH	Longitud humeral
Long. Cx	Longitud cuello uterino
LPM	Latidos por minuto
LSV	Vena safena interna
Mam	Mama
MB	Tecnología SonoMB
MDV	Velocità diastolica minima
MPT	Media del promedio de tiempo
MS	Estenosis mitral
Mus	Musculoesquelético
Neo	Neonatal
NER	Nervio
NST	Prueba en reposo
OC	Doppler continuo
OFD o DFO	Diámetro frontooccipital
Oft	Oftálmico
ONSD	Diámetro de la vaina del nervio óptico
Orb	Orbital
ORE VM	Orificio regurgitante efectivo de la válvula mitral
OVI	Opacificación del ventrículo izquierdo
PAL	Línea en fase alterna
PB	Partes Blandas
PBF	Perfil biofísico
PC	Perímetro cefálico
PCA P	Máximo en la arteria cerebral posterior
Ped (Ped.)	Pediátrico
PEF, EFW o PFE	Peso fetal estimado

Se calcula a partir de las mediciones realizadas durante el examen. Las mediciones usadas para determinar el EFW son definidas por el autor de cálculos del EFW actualmente seleccionado.

PF	Fracción de pulsatilidad
PISA	Área superficial proximal con isovelocidad
Placa	Placa
PosterD	Posterior distal
PosterP	Posterior proximal
post-V	Postvaciado
PPVI	Pared posterior del ventrículo izquierdo
PPVId	Pared posterior ventricular izquierda en diástole
PPVIs	Pared posterior ventricular izquierda en sístole
Pre. Sang.	Presión sanguínea
pre-V	Prevaciado
Pro	Prostático
Proc.	De procedimiento
Prox	Proximal
PSIS	Espinas ilíacas superiores posteriores
PSVD	Presión sistólica del ventrículo derecho
PTP	Pico promediado en el tiempo
PVD	Pared libre del ventrículo derecho
PVDd	Pared libre del ventrículo derecho en diástole
PVDs	Pared libre del ventrículo derecho en sístole
Qp/Qs	Flujo sanguíneo pulmonar dividido por el flujo sanguíneo sistémico
RAP	Presión de la aurícula derecha
RCA	Arteria coronaria derecha
RCV	Relación catéter-vaso
RFID	Identificación de radiofrecuencia
RIMP	Índice de función miocárdica del ventrículo derecho
RT máx	Regurgitación tricuspídea (velocidad máxima)

S'	Velocidad sistólica del anillo lateral tricúspide (medición de DTI)
Saco vitelino	Saco vitelino
SCA	Separación de las valvas de la válvula aórtica
S/D	Proporción sístole/diástole
SG	Saco gestacional
SIA	Tabique interauricular
Sifón	Sifón (arteria carótida interna)
SR	Informe Estructurado
STPE	Separación del tabique en el punto "E"
Sup	Superficial
TA	Tiempo de aceleración (desaceleración)
TAPSE	Desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo: medición de distancia en Modo M del desplazamiento sistólico del ventrículo derecho
TAV	Velocidad del promedio de tiempo
TCIV	Tiempo de contracción isovolumétrico
TEVI	Tiempo de eyección del ventrículo izquierdo
THP	Tiempo de hemipresión
THP IA	Tiempo de hemipresión de insuficiencia aórtica
Tibia	Longitud tibial
TIV	Tabique interventricular
TIVd	Tabique interventricular diastólico
TIVs	Tabique interventricular sistólico
TN	Translucencia nugal
TO	Transorbital
Trans	Transversal
TRIV	Tiempo de relajación isovolumétrico
TSVI	Tracto de salida del ventrículo izquierdo
TT	Transtemporal
TTD	Diámetro transversal del tronco

TVA	Área de la válvula tricúspide
UA	Edad ecográfica Se calcula con las mediciones medias obtenidas de una biometría fetal particular.
UPM o LMP	Último periodo menstrual Primer día del último período menstrual. Se utiliza para calcular la edad gestacional y la fecha prevista del parto.
UPMd	Último período menstrual derivado Se calcula a partir de la fecha prevista establecida introducida por el usuario. DD.
V LAT	Ventricular lateral
VA	Válvula aórtica
Vasc.	Vascular
VB	Vesícula biliar
VCI	Vena cava inferior
VD	Ventrículo derecho
VDF	Velocidad telediastólica
VDFVI	Volumen telediastólico del ventrículo izquierdo
Ven	Venoso
Vena Con RM	Regurgitación mitral con Vena Contracta
Vena P o VnP	Vena pulmonar
Ventana	Profundidad de la ventana Doppler
VExUS	Ecografía de congestión venosa
VF	Flujo de volumen
VH	Vena hepática
VI	Ventrículo izquierdo
VId	Ventrículo izquierdo en diástole
VIP	Intravenoso periférico
VIR	Vena intrarrenal
VIs	Ventrículo izquierdo en sístole

VM	Válvula mitral
Vmáx	Velocidad máxima
Vmed	Velocidad media
Vol	Volumen
VP	Vena porta
	Válvula pulmonar
VS	Volumen sistólico
VSFVI	Volumen telesistólico del ventrículo izquierdo
VSM	Velocidad sistólica máxima
VT	Válvula tricúspide
VYI	Vena yugular interna

Índice

Symbols

2D

- adquisición de imágenes o exploración, 74
- controles, 74
- definición, 73
- mediciones, 104

A

- abdominal
 - configuración, 55
 - tipo de examen, 30
 - usos previstos, 7
- abdominales
 - cálculos, 111
- accesorios, 14, 197, 198
 - limpieza y desinfección, 180
- administrador
 - configurar sistema, 34, 0
 - iniciar y finalizar sesión, 35
- aguja
 - perfil, 89
- ajustes
 - almacenamiento, 41
 - audio, 45
- ALARA, criterio, 213
- alimentación
 - configuración, 59
 - desconectar de, 187
 - indicadores, 18
 - latencia, 59
 - sistema, 16, 19
- almacenamiento
 - alertas, 41
 - especificaciones, 209
 - imágenes y clips, 211
 - interno, 41, 134, 137
 - transductor, 178, 209
- archivar
 - examen o estudio, 134, 135
 - imágenes y clips, 98
 - manual, 135
 - verificar, 135
- archivo
 - DICOM, 50, 134
 - estado, 135

- arterial
 - tipo de examen, 30
 - uso previsto, 9
- asistencia técnica, 1
- asistente de configuración, 34, 0
- audio, 45
- avisos, definición, 1
- ángulo
 - línea D, 78, 79
 - medición, 106
- área
 - elipse, 105
 - trazo, 105
- área de la válvula aórtica (AVA), 124, 142
- área de superficie corporal (BSA), 67, 143

B

- base
 - dimensiones, 208
 - limpieza y desinfección, 171, 175
- batería
 - acerca de, 210
 - configuración, 59
 - indicadores, 18
 - instalar o reemplazar, 17
 - seguridad, 189
- biometría
 - obstetricia, 129
- biométrica
 - introducir, 67
- biométricas
 - mediciones, 10
- borrado automático, 41
- búsqueda, 133

C

- cables, alimentación, 198
- cadera
 - mediciones, 132
 - referencia, 160
- calibrador
 - uso, 101
- cardíacas

- referencias, 142
- cardíaco
 - tipo de examen, 30
 - usos previstos, 8
- carótida
 - cálculos, 125
 - referencia, 159
 - tipo de examen, 30
 - uso previsto, 9
- cefálica
 - usos previstos, 7
- cine, 85
- clave de licencia, 165, 166
- clips
 - configuración, 94
 - guardar, 95
 - reproducir, 139
- Color
 - adquisición de imágenes o exploración, 80
 - controles, 81
 - definición, 73
 - dirección, 80
 - tipos, 80
- columna
 - tipo de examen, 30
 - usos previstos, 9
- compatibilidad electromagnética, 193, 195, 211
- compensación de ganancia de tiempo (TGC), 84
- configuración
 - abdominal, 55
 - alimentación y batería, 59
 - clips, 94
 - etiquetas, 95
 - fecha y hora, 58
 - importar y exportar, 54, 61
 - obstetricia, 55
 - tipos de examen, 55, 56
 - USB, 62
- contraseña
 - cambiar, 45
 - requisitos, 38
 - usuario, 37
- controles

2D, 74
adquisición de imágenes o exploración, 73
Color, 81
Doppler, 78
emisión acústica, 214
ganancia, 84
guía de aguja, 89, 90
más, 73
personalizar, 73
potencia acústica, 75
controles de auditoría, 270
convenciones usadas en el documento, 1
cálculos
 abdominales, 111
 acerca de, 101
 carótida, 125
 configuración obstetricia, 54, 55
 eliminar del informe, 138
 flujo de volumen, 110
 ginecología, 127
 modificar, 138
 obstetricia, 129
 osteomusculares (MUS), 132
 proporción de cadera, 132
 volumen, 106
 ángulo de cadera, 132
cálculos cardíacos
 ACO, 120
 curva DTI, 123
 dP/dT, 124
 FAC, 118
 fracción de eyección (FE), 119
 GC e IC, 118
 integral de velocidad de tiempo (IVT), 117
 MAPSE o TAPSE, 119
 masa VI, 122
 QpQs, 121
 RAP, 124
 tiempo de hemipresión (THP), 122
 VCI, 123
 volumen auricular, 121
 volumen del VI, 119
 VS e IS, 118
código de barras

lista de tareas, 68
lista de trabajo, 61
paciente, 68

D

datos
 copia de seguridad, 134, 136, 167
 editar, 71
 guardar, 71
 introducir, 66, 67, 68, 70
 revisión, 72
DICOM
 archivo, 50
 asignación de almacenamiento, 51
 configurar, 46, 47
 MPPS, 52
 normas, 211
 registro, 63
dirección
 Color, 80, 82
 Doppler, 80
 línea D, 78
dispositivos
 USB, 20
distancia
 2D, 104
 Modo M, 106, 117
diámetro biparietal (DBP), 129, 157
Doppler
 adquisición de imágenes o exploración, 77
 controles, 78
 definición, 73
 mediciones, 107
 modos, 77
 tamaño de ventana, 78, 79
 trazo, 109
 velocidad de barrido, 80

E

ECG
 función, 91, 92
 resolución de problemas, 164
edad ecográfica media (AUA), 128, 156
educacional
 ayuda, 1

eléctrica, 184, 187
emisión acústica
 medición, 218
 términos, 263
envío
 especificaciones, 209
 transductor, 180
error
 adquisición, 142
 algorítmico, 142
 medición, 141
 mensaje, 63, 164
especificaciones
 medioambientales, 209
 red, 265
 sistema, 208
estudio (ver [examen](#))
ethernet, 47
etiquetas
 configuración, 95
 eliminar, 97
 mover o modificar, 95
 pictogramas, 96
 predefinida, 95
 revisión, 140
 texto, 95
 visualizar, 95
examen
 archivar, 134
 añadir, 134
 eliminar, 134
 exportar, 136
 finalización, 66
 personalizar, 55, 56
 revisión, 134
 seleccionar, 22, 29
exploración
 2D, 74
 aguja, 87, 89, 90
 Color, 80
 controles, 73, 74, 78, 81
 Doppler, 77
 modo de intervención, 75
 modo dual, 82
 Modo M, 76, 77
 modos, 73, 210
 simultáneo o triple, 82
exportar
 ajustes, 57
 configuración, 54, 61, 62
 examen o estudio, 136

habilitar o deshabilitar, 40
imágenes y clips, 98
registros, 64

F

FAC
ventrículo izquierdo (VI),
149
fecha probable del parto
(EDD), 129, 156
flujo
volumen, 162
folículos, 127
fracción de eyección (FE), 119
del ventrículo izquierdo
(VI), 148
frecuencia cardíaca
fetal, 130
medición, 107
referencia, 145

G

ganancia
ajustar, 84
automática, 84
restablecer, 84
gasto cardíaco (GC), 118
gasto cardíaco asistido (ACO),
120
gel, 31
gestacional
usos previstos, 10
ginecología
cálculos, 127
tipo de examen, 30
usos previstos, 8, 10
guardar
imágenes y clips, 94, 95
informe, 138
paciente, 71
guía
aguja, 89

H

hardware, 13
HIPAA, 212
hojas de trabajo
acerca de, 137
rellenar, 137
visualización, 137
HPRF, 77, 79

I

imagen armónica tisular
(THI), 76
importar
ajustes, 57
certificados, 42
configuración, 54
imprimir
imágenes y clips, 97, 98
solucionar problemas, 164
imágenes y clips
archivar, 98
añadir, 134
etiqueta, 95, 140
exportar, 62, 98
formatos, 62
galería de imágenes, 99,
100
guardar, 94, 95
imprimir, 97, 98
revisar, 139
inalámbrica
conexión, 47
red, 47
inalámbrico
configuración, 49
inalámbricos
certificados, 42
información
paciente, 66
informes
acerca de, 137
eliminar cálculos, 138
guardar, 138
modificar cálculos, 138
obstétricos, 138, 139
visualización, 138, 139
inicio de sesión, 44
integral de
velocidad de tiempo (IVT),
161
velocidad de tiempo (IVT),
107, 109, 117
integridad
datos, 270
intensidades, acústicas, 218
intervenciones
modificar códigos, 71
intervención
cambio, 71
intravenosa periférica (VIP)

tipo de examen, 30
índice
cefálico (IC), 156
índice cardíaco (IC), 118
índice de líquido amniótico
(ILA), 129, 156
índice mecánico (IM), 214,
215, 216
índice térmico (IT), 214, 215,
216

L

LDAP/AD, 37
limpieza y desinfección
accesorios, 180
clasificaciones de
Spaulding, 170
definiciones, 171
sistema, base y
transductor, 171, 175
lista
pacientes, 133
lista de tareas
código de barras, 68
información del paciente,
68
lista de trabajo
acceso, 70
búsqueda, 70
configurar, 51, 69
código de barras, 61
eliminar, 70
información del paciente,
70
intervenciones
programadas, 71
servidores, 51
longitud cefalocaudal (LCC),
157
límites, 209
almacenamiento, 209
envío, 209
funcionamiento, 209
límites de humedad, 209
límites de temperatura, 209
línea central, 87
línea D
dirección, 78
tamaño de ventana, 78, 79
ángulo, 78, 79
línea M, 76, 77

M

mama
 tipo de examen, 30
 usos previstos, 9
mantenimiento, 166, 167, 168
masa
 del ventrículo izquierdo (VI), 149
media del promedio de tiempo (MPT), 107, 109, 161
mediciones
 2D y Color, 104
 acerca de, 101
 calibradores, 101
 cardíaco, 117, 122
 distancia, 104, 106, 117
 Doppler, 107, 109
 eliminar, 103
 folículo, 127
 frecuencia cardíaca, 107, 130
 ginecología, 127
 modificar, 103
 obstetricia, 129, 130, 131
 pendiente, 108
 perímetro, 105
 precisión, 141
 profundidad, 105
 tiempo, 106, 108
 velocidad, 108
 área, 105
mediciones gestacionales, 129, 130, 131
 configuración, 54, 55
 referencias, 156, 157, 158
 tablas, 54
modelos tisulares, 219
modo dual, 82
Modo M
 adquisición de imágenes o exploración, 76
 anatómico, 77
 definición, 73
 mediciones, 106, 107, 117
Modo M anatómico, 77
modos
 adquisición de imágenes o exploración, 73
 datos, 58
 Doppler, 77

 obtención de imágenes o exploración, 210
monitor
 diseño, 22
 pantalla, 58
 pantalla táctil, 22
MPPS
 servidores, 48, 52
 suspensión, 136
musculoesquelético
 usos previstos, 9
musculoesquelético (MUS)
 tipo de examen, 30

N

nervio
 tipo de examen, 30
 usos previstos, 9
normas
 clasificación de CEM, 211
 electromecánica, 211
 HIPAA, 212

O

obstetricia
 configuración, 54, 55
 mediciones, 129, 130, 131
 tablas, 54
 tipo de examen, 30
 usos previstos, 8, 10
obstétricas
 referencias, 156, 157, 158
obstétricos
 informes, 138, 139
oftálmico
 tipo de examen, 30
 usos previstos, 9
opacificación
 ventrículo izquierdo (VI), 74
orbital
 tipo de examen, 30
 usos previstos, 7, 9
osteomuscular (MUS)
 cálculos, 132
ovario, 127, 162

P

paciente
 editar, 71
 formulario, 66, 67, 70

 guardar, 71
 información, 67, 68, 70
 introducción, 22
 nuevo, 66, 70
 pantalla, 58
panel táctil, 24
pantalla de inicio, 21
pediátrico
 uso previsto, 9
pendiente, 108
perfil
 aguja, 87
periféricos, 14, 197
personalizar
 controles, 73
 tipo de examen, 55, 56
perímetro
 abdominal (PA), 157
 elipse, 105
 trazo, 105
peso estimado del feto (PEF), 129, 156
pico promediado en el tiempo (PTP), 107, 109, 161
pictogramas, 96
precauciones, definición, 1
profundidad
 ajuste, 83
 escala, 23
próstata
 usos previstos, 9
puertos, 13
pulmonar
 tipo de examen, 30
 usos previstos, 8

R

red
 especificaciones, 265
 ethernet, 47
 inalámbrica, 47
 seguridad, 269
 servidor de directorio, 37
 solucionar problemas, 271
referencias
 cardíacas, 142
 generales, 159
 obstétricas, 156, 157, 158
registros
 afirmar, 63
 DICOM, 63

- exportar, 64
- transductor, 63
- usuario, 63
- Regla de Simpson, 119, 147, 151
- restablecer valores de fábrica, 33, 43
- revisión
 - etiquetas, 140
 - examen o estudio, 134
 - imágenes y clips, 139
 - información del paciente, 72

S

- seguridad
 - batería, 189
 - clínica, 191
 - compatibilidad
 - electromagnética, 193, 195
 - eléctrica, 184, 187
 - equipo, 188
 - ergonómica, 182
 - normas, 212
 - precauciones, 269
- seleccionar
 - examen, 22, 29
 - transductor, 22, 29
- servicio, 167, 168
- simultáneo o triple, 82
- sistema
 - características, 13
 - controles, 73
 - limpieza y desinfección, 171, 175
 - registros, 63
 - transporte, 15
- solucionar problemas, 163
- solución de problemas, 1, 163
 - red, 271
- sonda (ver [transductor](#))
- soporte
 - Sistema de acoplamiento, 14
- superficial
 - tipo de examen, 30
 - usos previstos, 9

T

- tamaño de ventana, 78, 79
- teclado, 25

- texto
 - manual, 95
 - mover o modificar, 95
 - predefinida, 95
- tiempo
 - Doppler, 108
 - Modo M, 106
- tracto de salida
 - del ventrículo izquierdo (VI), 150
- transcraneal
 - tipo de examen, 30
 - usos previstos, 7
- transductor
 - almacenamiento, 178, 209
 - conectar, 26, 27, 28
 - definición, 275
 - enviar, 180, 209
 - extraer, 29
 - fundas, 31
 - limpieza y desinfección, 171
 - resolución de problemas, 164
 - seleccionar, 22, 29
 - solución de problemas, 63
 - tipos, 275
 - transporte, 179
- transmisión
 - inalámbrica, 195
- transporte
 - sistema, 15
 - transductor, 179
- trazo
 - automático, 109
 - Doppler, 109
 - manual, 109
- triple, 82
- términos de ultrasonido, 263
- términos ecográficos, 274

U

- USB
 - configuración, 62
 - exportar, 61, 62
 - resolución de problemas, 164
 - restringir, 40
 - solucionar problemas, 164
- uso previsto
 - pediátrico, 9

- vaso periférico, 9
- usos previstos
 - abdominal, 7
 - cardíaco, 8
 - cefálica, 7
 - ECG, 8
 - gestacional, 10
 - ginecología, 8, 10
 - musculoesquelético, 9
 - obstetricia, 8, 10
 - oftálmico, 9
 - pulmonar, 8
 - órganos pequeños, 9
- usuario
 - añadir nuevo, 36
 - cambiar contraseña, 45
 - eliminar, 37
 - gestión, 36, 37
 - inicio y cierre de sesión, 44
 - registros, 63
 - requisitos de contraseña, 38
- útero, 127, 162

V

- vascular
 - mediciones, 126
- vejiga, 55, 161
- velocidad
 - mediciones, 108
 - máxima (VMáx), 107, 109, 160
- velocidad de barrido
 - Doppler, 80
 - Modo M, 77
- venoso
 - tipo de examen, 30
 - uso previsto, 9
- ventrículo izquierdo (VI)
 - tracto de salida, 150
 - volumen, 148
- volumen
 - audio, 45
 - auricular, 121, 146, 147
 - cálculos, 106
 - del ventrículo izquierdo (VI), 119, 148, 151
 - flujo, 110
 - ovárico, 127, 162
 - referencia, 161
 - sistólico (VS), 118

uterino, 127, 162
vejiga, 55, 161
volumen auricular, 121, 146,
147
vídeo
 ayuda, 22, 32
 clips, 94, 95, 139
 formativo, 22, 32
 vídeo, 1

Z

zoom, 85

Á

ángulo
 línea D, 78, 79
 medición, 106
área
 elipse, 105
 trazo, 105
área de la válvula aórtica
(AVA), 124, 142
área de superficie corporal
(BSA), 67, 143

Í

índice

 cefálico (IC), 156
 índice cardíaco (IC), 118
 índice de líquido amniótico
(ILA), 129, 156
 índice mecánico (IM), 214,
 215, 216
 índice térmico (IT), 214, 215,
 216

Ú

útero, 127, 162

FUJIFILM
SONOSITE

P25646-01

